

ANNEX I. Criteris valorables

1 Foròpter computeritzat automàtic enllaçat amb pantalla optotipus

EMPRESA:	
NIF:	
Correu electrònic:	

Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.

Definició

1 Foròpter per la mesura de la potència òptica dels ulls i la funcionalitat binocular, acompanyat d'una pantalla optotipus.

És un aparell utilitzat per la graduació subjectiva de la vista, la persona examinada intervé en el procés i va comunicant al professional si veu millor o no amb una lent o altra.

Cal incloure el Product Data.

Cal incloure el Manual tècnic.

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Resum breu de característiques	Índex documental
------------------------------------	------------------	--------------------------------	------------------

1 Característiques tècniques	10		
Característiques a valorar			
1 Es valorarà que el capçal del foròpter es pugui inclinar.	0,75		
2 Es valorarà que la interfície de treball sigui personalitzable.	0,5		
3 Es valorarà que el dispositiu incorpori un PC integrat en el foròpter.	1,75		
4 Es valorarà que el panell de control inclogui una impressora integrada	0,75		
5 Es valorarà la possibilitat de controlar el foròpter de manera inalàmbrica.	0,75		
<u>Es valorarà la inclusió de les següents lents auxiliars amb filtre:</u>			
6 - Filtre prisma de divisió (Increments aproximats 6 Δ / 10 Δ).	1,25		
7 - Lent XC fixa per a mesura de presbícia (aproximadament de +0,50D).	1		
8 - Lent per a retinoscòpia (diòptries aproximades +1.5D / +2.0D).	1		
9 - Lent de centrat de distància interpupil·lar (DIP).	1,25		
Es valorarà que el capçal sigui el més lleuger possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proposi el capçal més lleuger la que rebí la puntuació màxima.	0,5		
Es valorarà que la pantalla optotipus sigui el més gran possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proposi la pantalla optotipus més gran la que rebí la puntuació màxima.	0,5		

2 Funcionalitats	1,5		
Característiques a valorar			
12 Es valorarà la possibilitat d'aplicar cilindre creuat automàtic.	0,75		
13 Es valorarà la possibilitat de mesurar distància de vèrtex.	0,75		

3 Accessoris		1,5		
Característiques a valorar				
14	Es valorarà la inclusió d'una funda de protecció contra pols.	0,5		
15	Es valorarà la inclusió d'un drap per la neteja.	0,5		
16	Es valorarà la inclusió d'una vareta de punt proper.	0,5		
4 Servei tècnic durant el període de garantia		4,25		
Característiques a valorar				
17	Equip de substitució en cas d'avaría.	3		
18	Temps de resposta en cas d'avaría (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta).	1,25		
5 Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		2,75		
Característiques a valorar				
19	Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	1		
20	Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	1		
21	Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,75		
		20		