


**Consorci
Sanitari
Integral**

PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PEL
MANTENIMENT PREVENTIU
DE LES GRUES DE PACIENT
INSTAL·LADES AL CONSORCI
SANITARI INTEGRAL


Expedient CSI2023061

(IMP-SC-006)



ÍNDEX

1. OBJECTE	3
2. MANTENIMENT: ABAST DEL SERVEI	3
3. RELACIÓ D'EQUIPS	4
4. CONDICIONS ESSENCIALS.....	5
5. SEGUIMENT DEL CONTRACTE	6
6. FORMACIÓ	7



1. OBJECTE

El Consorci Sanitari Integral, en endavant CSI, és una entitat jurídica pública de la Generalitat de Catalunya, participada majoritàriament pel CatSalut i en la qual també en són entitats consorciades l'Ajuntament de Sant Joan Despí, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l'Institut Català de la Salut i la Creu Roja. Actualment gestiona diferents centres i serveis a les seves àrees d'influència: l'Hospitalet de Llobregat Nord, el Baix Llobregat Centre i Font Santa i l'Àrea de Salut Integral Barcelona Dreta.

L'objecte del present plec és descriure les característiques tècniques que haurà de complir l'empresa adjudicatària, a la prestació del servei de manteniment de les grues de pacient propietat del Consorci Sanitari Integral que es detallen més endavant.

2. MANTENIMENT: ABAST DEL SERVEI

Es defineix l'abast del manteniment en tres estadis:

1. Manteniment preventiu:

L'adjudicatari realitzarà com a mínim una revisió de manteniment preventiu anual en cada un dels equips indicats en la relació posterior. El manteniment preventiu inclou mà d'obra i desplaçament del tècnic.


En aquestes revisions com a mínim es realitzaran les següents tasques:

- Revisió, control i neteja d'aquells elements que pel seu disseny, ús i funció ho requereixin.
- Comprovació funcional i ajust de paràmetres als seus valors nominals, segons protocol de revisió del fabricant.

Tot això d'acord amb les directrius que indiqui el fabricant de l'equip.

2. Manteniment correctiu:


Degut a la antiguitat de la majoria dels equips inclosos en la present licitació el manteniment correctiu no està inclòs en el present contracte. En cas de produir-se una demanda de reparació correctiva es tractarà fora d'aquest contracte amb pressupost apart i pel circuit administratiu habitual.



3. RELACIÓ D'EQUIPS

Els equips inclosos en la següent licitació son:

Nº EQUIP	HUBICACIÓ	DESCRIPCIÓ UBICACIÓ	TIPUS EQUIP	MARCA	MODEL	Nº SERIE
10050260	RCO-P00-HDIET001	CENTRE DE DIA	GRUA	MOLIFT	QUICK RAISER V	---
10050264	RCO-P02-EDIEC000	PLANTA 2ª	GRUA	MOLIFT	QUICK RAISER V	---
10050286	RCO-P01-EDIEC000	PLANTA 1ª	GRUA	MOLIFT	QUICKRAISER V	---
10050287	RCO-P01-EDIEC000	PLANTA 1ª	GRUA	MOLIFT	QUICKRAISER V	---
10077568	RCO-P02-RESEC001	PASSADÍS 1	GRUA	MOLIFT	QUICK RAISER	79656
10098334	RCO-P01-EDIEC000	PLANTA 1ª	GRUA	MOLIFT	QUICKRAISER	160082
10098335	RCO-P03-EDIEC000	PLANTA 3ª	GRUA	MOLIFT	QUICK RAISER	158441
10109331	RCO-P01-EDIEC000	PLANTA 1ª	GRUA	MOLIFT	MOVER 300	426523
10106920	RCO-P01-EDIEC000	PLANTA 1ª	GRUA BIPEDESTACIO	MOLIFT	QUICKRAISER 205	418303
10050265	RCO-P02-EDIEC000	PLANTA 2ª	GRUA CIGONYA	MOLIFT	PARTNER V	083902
10081259	RCO-P03-EDIEC000	PLANTA 3ª	GRUA	MOLIFT KARINTER	MOVE 205	108061
10050344	RFP-P02-EDIEC001	PLANTA 2	GRUA+BATERIA	MOLIFT	PARTNER 205 V	14001-21
10050346	RFP-P02-EDIEC001	PLANTA 2	GRUA+BATERIA	MOLIFT	PARTNER ENCAM V	08487
10050351	RFP-P04-RESEC000	PLANTA 4	GRUA+BATERIA	MOLIFT	PARTNER 205 ENCAM V	084603
10050352	RFP-P01-EDIEC001	PLANTA 1	GRUA+BATERIA	MOLIFT	QUICKRAISER V	036...
10050353	RFP-P03-RESEC000	PLANTA 3	GRUA+BATERIA	MOLIFT	PARTNER 205 ENCAM v	084615
10050363	RFP-P01-EDIEC001	PLANTA 1	GRUA+BATERIA	MOLIFT	QUICKRAISER	101464
10050364	RFP-P01-EDIEC001	PLANTA 1	GRUA+BATERIA	MOLIFT	205 ENCAM V	084604
10050372	RFP-P01-RESBA000	BANY ASSISTIT COMÚ	GRUA+BATERIA	MOLIFT	QUICKRAISER	68162
10079269	RFP-P01-EDIEC001	PLANTA 1	GRUA+BATERIA	MOLIFT	QUICK RASER V	0458107-195 17.04
10092109	RFP-P02-EDIEC001	PLANTA 2	GRUA+BATERIA	MOLIFT	QUICKRAISER 205	143060
10092110	RFP-P01-RESBA000	BANY ASSISTIT COMÚ	GRUA+BATERIA	MOLIFT	QUICKRAISER 205	143059
10098333	RFP-P02-EDIEC001	PLANTA 2	GRUA+BATERIA	MOLIFT	QUICKRAISER	402172
10109031	RFP-P02-EDIEC001	PLANTA 2	GRUA+BATERIA	MOLIFT	Molift Mover 300 EN	432913



10098332	RFP-P01-EDIEC001	PLANTA 1	GRUA BIPEDESTACIO	MOLIFT	QUICKRAISER	402173
----------	------------------	----------	----------------------	--------	-------------	--------

4. CONDICIONS ESSENCIALS

El servei es facturarà d'acord amb els equips donats d'alta, que a l'inici de l'execució son els que consten a l'apartat 3 d'aquest document. La data de baixa dels equips, si n'hi ha, serà aplicada en termes de facturació a comptar del mes següent a produir-se aquesta.

El CSI autoritzarà prèviament i per escrit qualsevol tipus de treball que calgui realitzar fora de contracte i susceptible de ser facturat per l'empresa adjudicatària, mitjançant el corresponent pressupost previ. Independentment, l'empresa adjudicatària donarà servei provisional fins la reparació definitiva seguint les indicacions del CSI.


El personal que aporti i utilitzi el contractista per realitzar aquests serveis, dependrà única i exclusivament d'ell mateix, el qual tindrà tots els drets i obligacions inherents a la seva qualitat de patró respecte del citat personal, d'acord a la legislació laboral i social vigents, i que d'ara en endavant es promulgui, sense que en cap cas resulti responsable l'Hospital de las obligacions assumides pel contractista, ni del exercici dels seus drets, tot i que les mesures que adopti siguin com a conseqüència directa o indirecta de l'incompliment, rescissió o interpretació del contracte.

L'empresa adjudicatària s'obliga a comunicar a l'Hospital, la relació nominal de treballadors que realitzaran els serveis que es contractin, així como totes las variacions laborals que es produeixin a l'esmentat personal, detallant les causes d'aquelles variacions, quan es produeixin i les circumstàncies dels fets que les varen motivar, a l'objecte de proveir les autoritzacions necessàries pel seu accés als llocs de treball. En el supòsit de que es produeixin acomiadaments el contractista recuperarà les esmentades autoritzacions per tal retornar-les a l'Hospital.

L'adjudicatari farà entrega al CSI dels protocols de manteniment preventiu segons els quals es realitzarà el manteniment preventiu

La responsabilitat civil derivada dels treballs de manteniment efectuades per l'empresa mantenidora, serà coberta mitjançant una assegurança subscrita amb una companyia d'assegurances adequada i en la quantia legalment establerta.

Avís previ.



El personal de l'empresa adjudicatària que hagi de realitzar els serveis objecte del contracte resta obligat a avisar telefònicament al servei d'electromedicina prèvia acció a qualsevol dels centres del CSI. S'entén per prèvia acció l'avís en el mateix moment de l'activitat. L'adjudicatari tindrà accés als telèfons dels serveis d'electromedicina de cada centre del CSI. Aquesta operació es repetirà a la finalització de l'activitat o servei.

Altres

Les intervencions tant de manteniment preventiu es realitzaran d'acord amb les recomanacions de la circular 3/2012 de la Direcció General de Farmàcia del Ministerio de Sanidad de Espanya. L'incompliment de qualsevol de les estipulacions incloses en aquesta circular serà objecte de resolució del contracte.

5. SEGUIMENT DEL CONTRACTE

Tant el CSI com l'empresa adjudicatària es comprometen als següents punts:


- L'adjudicatari es compromet a elaborar un informe ANUAL d'activitats en els equips inclosos en aquest plec.
- El CSI i l'adjudicatari es comprometen a mantenir les reunions que calguin amb l'objectiu d'analitzar els informes d'activitat per tal d'aconseguir una millor col·laboració.

Després de cada intervenció preventiva, la persona responsable del servei assistencial comprovarà, en presència dels tècnics, el bon funcionament dels equips per donar la seva conformitat. Els tècnics de la empresa mantenedora entregaran al Servei de Electromedicina del CSI, un informe o full de treball en el que constarà el següent:

a) Manteniment preventiu:

- Que s'han realitzat totes i cada una de les operacions preventives programades.
- Les hores d'inici i finalització dels treballs.
- La confirmació explícita que es considera que l'aparell queda en condicions correctes de funcionament i sobre tot de seguretat.
- Qualsevol observació o recomanació que es consideri pertinent.

El full de treball servirà com albarà justificatiu de la realització de la intervenció.



6. FORMACIÓ

L'adjudicatari formarà al personal de Electromedicina del CSI que indiqui el centre per tal que puguin efectuar les següents intervencions sobre els dispositius mèdics en contracte:

- Primera intervenció de suport tècnic en accions correctives en tots els equips inclosos en el present plec. Aquesta formació permetrà determinar al personal d'Electromedicina si l'origen de l'avaria es degut a un funcionament no correcte dels suministraments als equips o si l'origen és del propi equip.

El Centre es compromet a efectuar-les amb els seus propis medis materials.

Els licitadors del present concurs hauran d'acreditar haver rebut la formació necessària per part del fabricant per tal de fer-se càrrec de les tasques descrites amb les màximes garanties i en compliment de la seguretat del pacient.