

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D'UN
VIDEOGASTROSCOPI I UN VIDEOCOLONOSCOPI, PER A L'HOSPITAL DE VILADECANS.**

EXPEDIENT NÚMERO: CS/AH08/1101375840/23/PNSP

1. OBJECTE

Subministrament d'un videogastroscopi i un videocolonoscopi per a l'Hospital de Viladecans.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'EQUIP

Veure la fitxa tècnica de l'equip (annex II al present plec PPT).

En aquesta fitxa es detallen tots dels requeriments tècnics que ha de complir el videogastroscopi i videocolonoscopi que ofereixi el licitador, així com totes les altres dades que el licitador ha d'informar.

2. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL REQUERIMENT O PRESTACIÓ SOL·LICITADA

Com ja s'ha indicat, la complementació de la fitxa tècnica és necessària per tal d'indicar el compliment o no d'una característica requerida, i especificar en quin apartat de la resta de documentació es troba la informació necessària.

Juntament amb la fitxa tècnica, s'haurà de presentar la següent documentació:

- Memòria tècnica de cadascun dels articles oferts, indicant els materials i/o composició, la marca, el model i número de referència, i altres dades exigides a la fitxa tècnica, amb els corresponents catàlegs o altra documentació gràfica dels productes oferts.
- Document descriptiu de les dades de servei tècnic durant el període de garantia, manteniment i reposició dels articles oferts.

Pel que fa a les condicions de garantia, els licitadors podran optar per ampliar el termini de garantia comercial respecte al mínim previst en el quadre de característiques del contracte.

- Resta de documentació: les condicions de muntatge, instal·lació i altres dels productes.

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües esmentades.

3. INSTAL·LACIÓ

L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips, així com de la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d'aquestes accions.

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa dels equips, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar l'equip en perfecte estat de funcionament.

4. CONDICIONS DE GARANTIA, REPOSICIÓ I FORMACIÓ

4.1. DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA

El termini de garantia de l'equipament comptarà a partir de la data de la seva posada en funcionament en el Centre, prèvia acceptació per part d'aquest. La garantia tindrà un termini mínim de 2 anys, i ha d'incloure els accessoris i les diferents parts del producte.

Durant el període de garantia anirà a càrrec de l'adjudicatari: material, mà d'obra i desplaçaments que corresponguin als següents casos:

1. La substitució de l'equipament quan aquest presenti vicis o defectes (materials i funcionament).
2. La reparació, o a petició del Centre, la substitució de les parts defectuoses anirà a càrrec de l'adjudicatari.
3. Manteniment preventiu, correctiu, normatiu i predictiu de l'equip per al seu correcte funcionament.

Dins de l'oferta tècnica cal descriure detalladament les actuacions i el nombre en el contracte de manteniment preventiu.

4. Així mateix, cal detallar en l'oferta tècnica el Servei tècnic ofert:

- Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
- Relació de la ubicació dels serveis tècnics destinats a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
- Temps de disponibilitat de l'equip, mesurat en nombre real d'assistències respecte de les peticions efectuades: mínim exigit 95%.
- Temps de resposta, màxim 24 hores presència física.
- Temps de resolució de l'avaria 72 hores.

4.2. REPOSICIÓ

El proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts de l'equipament durant un període mínim de deu anys llevat que es digui el contrari en la fitxa tècnica corresponent.

4.3. FORMACIÓ

El proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial, manteniment i d'Electromedicina del Centre (en torns) mitjançant cursos i documentació tècnica adient.

Les despeses corresponent van a càrrec de l'adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari. L'horari el proposarà el centre.

Cal incloure a l'oferta tècnica un programa de formació indicant la durada i el contingut d'aquest.

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

Amb el subministrament de l'equipament, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació digitalment redactada en català, i/o castellà:

- 2 manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- 1 manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d'avaries més usuals i llur solució, codi dels indicatius d'error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb núm. De referència) i detall del muntatge dels accessoris i recanvis.
- 1 manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació, per als equips que tenen instal·lació, requereixen obra o connexions especials.

6. PREUS DE MANTENIMENT

L'adjudicatari haurà d'indicar el preu de manteniment integral durant el període de garantia ofert així com el preu un cop finalitzat el període de garantia. Els preus unitaris de manteniment dels equips oferts no podran ser superiors als preus de la taula adjunta. Aquests preus s'hauran de mantenir durant la vida útil del producte, un cop finalitzat el període de garantia.

CODI SAP	DESCRIPCIÓ	MODEL	Preu màxim anual de manteniment integral en període de garantia (s/iva)	Preu màxim anual de manteniment integral postgarantia (s/iva)
110000761	Videocolonoscopi electrònic amb magnificació	CF-EZ1500DL	2.450,00 €	3.675,00 €
110002075	Videogastroscoopi diagnòstic ergonòmic	GIF-1100	2.450,00 €	3.675,00 €

7. ALTRES REQUERIMENTS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1. El preu de l'oferta ha d'incloure la instal·lació i posada en marxa.
2. Equipament homologat i amb els requisits exigits per la reglamentació oficial d'Indústria.
3. Marcatge de la CE incorporat als elements subministrats, acreditatiu segons la reglamentació vigent.
4. Tots els articles oferts han de ser nous; no s'acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

8. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L'EMPRESA LICITADORA

1. Certificacions, si s'escau:
 - Certificació que el producte ofertat compleix tots els requeriments legals sobre compatibilitat electromagnètica.
 - Certificació de compliment del producte de la legislació relativa a productes sanitaris (RD. 414/96) en base a la directiva 93/42/CEE.
2. Document de compromís on consti el període de garantia de l'equip ofert per l'empresa licitadora.
3. Dades tècniques del producte
4. Compromís que indiqui que almenys durant els 10 anys següents a la seva adjudicació els equips i components oferts tindran suport tècnic que assegurï la reparació durant aquest període
5. Ha d'incloure una relació de tots els accessoris, recanvis i fungible que requereixi l'equip per al seu funcionament així com la freqüència de reposició (per a recanvis que s'hagin de canviar de forma periòdica) i el número d'usos en el cas dels fungibles (si aquest son reutilitzables). S'haurà d'especificar si es material reutilitzable o d'un sol ús, el preu unitari de cadascun d'ells.

Viladecans,

Albert Bonaventura Sans

Director d'infraestructures i Serveis Generals

Hospital de Viladecans

Annex I - Pla de necessitats

RELACIÓ D'EQUIPAMENTS CORRESPONENT AL SERVEI D'ENDOSCÒPIA DIIGESTIVA DE L'HOSPITAL DE VILADECANS

NÚM. ORDRE	CODI SAP	QUANT.	DESCRIPCIÓ	MODEL	PREU UNITARI SENSE IVA (€)	PREU TOTAL AMB IVA (€)
01	110000761	1	Videocolonoscopi electrònic amb magnificació	CF-EZ1500DL	26.517,35	32.085,99
02	110002075	1	Videogastroscoopi diagnòstic ergonòmic	GIF-1100	19.492,2	23.585,56
TOTAL					46.009,55	55.671,55

Annex II - Fitxa tècnica

110000761 - Videocolonoscopi electrònic de magnificació

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

Capacitat d'obtenir imatges en mode normal i mode proper i poder combinar-les per a obtenir un millor resultat

Diàmetre exterior del tub d'inserció no superior de 13 mm

Distància mínima de visibilitat de 4 mm des de l'extrem distal (en mode normal)

Canal de treball amb diàmetre mínim de 4 mm

Camp de visió no inferior a 160°

Longitud de treball no inferior a 1.650mm.

Compatibles amb videoprocessadors existents al servei (CV-1500)

Tots els accessoris i elements necessaris pel correcte ús i funcionament

110002075. Videogastroscoop diagnòstic ergonòmic

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

Diàmetre exterior del tub d'inserció no superior de 10 mm

Canal de treball amb diàmetre mínim de 2,8 mm

Profunditat de camp de 2 a 100 mm

Distància mínima de visibilitat de 3 mm des de l'extrem distal (en mode normal)

Camp de visió no inferior a 140°

Longitud de treball no inferior a 1.000mm.

Compatibles amb videoprocessadors existents al servei (CV-190 i CV-1500)

Tots els accessoris i elements necessaris pel correcte ús i funcionament
