

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT MÈDIC DIVERS PER A ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT .

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

El plec d'especificacions tècniques de la licitació està format per:

- A. La relació d'equips inclosos a la licitació (Annex A)
- B. La fitxa tècnica individual corresponent als articles objecte de la licitació (Annex B)
- C. Oferta econòmica
- D. Condicions de garantia, reposició i formació
- E. Condicions d'obres i instal·lacions (si s'escau)
- F. Mostres

A. La relació d'equips inclosos a la licitació

El present plec d'especificacions tècniques objecte de la licitació comporta l'adquisició, per part de l'Institut Català de la Salut, d'un conjunt d'equips que venen relacionats en el Annex A, amb el detall dels territoris als que aniran ubicats.

Tots els articles ofertats han de ser nous, no s'acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

B. Oferta tècnica: Fitxa tècnica

Les especificacions tècniques concretes dels articles inclosos a la licitació es troben definides en els documents anomenats "fitxes tècniques" (Annex B)

A la fitxa tècnica del producte es detallen tots els requeriments tècnics que ha de complir l'article ofertat, així com totes aquelles altres dades que els licitadors han d'informar i seran objecte de valoració, si s'escau.

En la columna "índex documental de la descripció", caldrà especificar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc) on es troba la informació de les característiques tècniques del producte ofertat .

En la columna "característiques de l'equip ofertat, descripció curta", caldrà especificar resumidament aquelles dades dels equips que determinin que compleixen les característiques demanades per a cada punt.

La majoria de les característiques que es detallen, són d'obligat compliment. En aquest sentit, en la columna "És causa d'exclusió" (SI/NO) , es concreta la obligatorietat o no d'aquest.

L'incompliment per part del licitador d'una característica d'obligat compliment i així identificada és causa d'exclusió de la licitació per aquell lot.

Aquesta fitxa tècnica caldrà que es presenti degudament signada, en el excel omplert.

Justificació el compliment del requeriment o prestació sol·licitada:

Com ja s'ha indicat, la complementació de la fitxa tècnica és necessària per tal d'indicar el compliment o no d'una característica requerida, i especificar en quin apartat de la resta de documentació es troba la informació necessària. En aquest sentit, és important, remarcar que la mera indicació afirmativa o negativa d'una prestació, sense la corresponent informació i justificació de la mateixa en la documentació que integra la proposta, es considerarà com a incompliment o manca d'informació, amb les conseqüències que això comporti als efectes de l'admissió o in admissió de la proposta, o la no valoració d'aquella prestació.

Documents del sobre 2 pels Lots Tota la documentació que detallarem a continuació ha d'anar al sobre 2 juntament amb les fitxes tècniques s'haurà de presentar la següent documentació:

- El model Excel omplert complert de **Annex B (fitxes tècniques)** preparat amb els criteris amb tot el detall necessari per a la valoració dels criteris objectius i els requeriments que hem detallat pels aspectes obligatoris.
- Memòria tècnica de cadascun dels articles i/o lots oferts, indicant els materials i/o composició, la marca, el model i número de referència, i altres dades exigides a la fitxa tècnica, amb els **corresponents Product Data** i altra **documentació gràfica dels productes oferts**.
- Document descriptiu de les dades del servei tècnic durant el període de garantia, manteniment i reposició dels articles i/o lots oferts.
- Altra documentació requerida en el Plec de prescripcions tècniques (PPT).
- Restant documentació: condicions de muntatge, instal·lació, i altres dels productes.

Documents pel **sobre 2 BIS**. Cal presentar:

- Una petita memòria tècnica. Una descripció de l'aspecte requerit què es valoraran i que es detallen en el document de criteris de valoració.

Cal anar en compte que en aquesta memòria no s'incloguin aspectes què es valoren objectivament, donat què seria causa d'exclusió de la oferta.

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües ensementades, en cas contrari, s'entendran com a no presentats.

Mostres dels equips:

Es requeriran les mostres en els lots que s'ha indicat en el PPT i en la resta, en el cas que les necessiti la Comissió Tècnica es sol·licitaran. El licitador les haurà de portar en un termini màxim de 48 h de rebre la sol·licitud on se li indiqui.

C. OFERTA ECONÒMICA

En el **sobre 3**, cal presentar la oferta econòmica en la què caldrà desglossar:

- El preu individual de cada equip de cada lot, què serà màxim.
- El preu de manteniment anual de l'equip.

D. Condicions de garantia, reposició i formació

SUBMINISTRAMENT

El subministrament es realitzarà directament als Centres d'Atenció Primària destinataris dels equips (s'indicaran a cada adjudicatari) , a excepció que el responsable del territori indiqui altra modalitat de subministrament agregada en un únic centre. El subministrament anirà vinculat a la formació que es detallarà més endavant.

GARANTIA

Durant el període de garantia:

El termini de garantia de l'equip començarà a comptar des de la data de l'acta de recepció i funcionament al Centre d'Atenció Primària, prèvia acceptació per escrit per part del centre. **La garantia tindrà un termini mínim de 2 anys**, i ha d'incloure els accessoris i les diferents parts del producte.

Durant el període de garantia aniran a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (material, mà d'obra i desplaçaments) els següents punts:

1. Substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials o de funcionament).
2. La reparació i substitució de les parts defectuoses.
3. Manteniment preventiu, correctiu, normatiu i predictiu de l'equip: Dins de l'oferta tècnica cal descriure detalladament les actuacions i el nombre en el contracte de manteniment preventiu.

Així mateix, **cal detallar a l'oferta tècnica el servei tècnic ofert:**

- Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables / festius
- Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinats a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
- El temps de resposta, amb presència física, que haurà d'ésser en un màxim de 24 hores.
- El temps de resolució de les avaries o reposició que haurà d'ésser en un màxim de 72 hores.
- Procediment documentat corresponent a la resolució de defectes i avaries

ACTUALITZACIÓ DELS PROGRAMARIS DELS EQUIPS

Serà obligació de l'empresa adjudicatària, en cas que l'equip suporti un programari, mantenir-los actualitzats durant el període de garantia, així com, a posteriori si es contractés el manteniment de l'equip amb aquesta mateixa entitat.

REPOSICIÓ

El proveïdor ha de garantir tant la reposició com el servei de manteniment de les diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys, a comptar de la data de signatura de l'acta de recepció de l'equip.

L'oferta ha d'incloure la relació desglossada i codificada dels principals recanvis, amb el corresponent cost unitari i termini de subministrament.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català i/o castellà, una còpia en paper i en suport digital:

- Manual complet d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions, neteja i mesures en cas d'averies.
- Manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d'avaries més usals i llur solució, codi dels indicatius d'error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb número de referència) detall del muntatge dels accessoris i recanvis.
- Si es tracta d'un equip que té pre instal·lació, requereix obra o connexions especials, cal manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge, d'accessoris i la seva aplicació.

FORMACIÓ

El proveïdor es compromet a formar adequadament a tot el personal assistencial i de manteniment del centre (tots els torns). Els cursets inclouran la documentació tècnica adient i seran sempre presencials, llevat que el centre sol·liciti expressament un altre tipus de formació.

El proveïdor es compromet a formar tècnicament amb personal especialitzat al personal d'Electromedicina en el manteniment de l'equip, mitjançant cursets i la documentació tècnica adient.

L'horari de la formació la proposarà el centre sanitari. Les despeses corresponents van a càrrec de l'adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari.

E. Condicions d'obres i instal·lacions

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa de l'equip. Inclou la connexió i integració de maquinari i programari amb altres equips del centre. Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta d'equipament del Centre Sanitari.

Si és necessària la integració en xarxa del centre, es farà seguint les indicacions de la unitat d'informàtica i haurà d'incloure totes les necessitats d'ampliació de servidors, protecció, connexió a punts de xarxa estructural i les ampliacions en termini dels diferents recanvis/accessoris.

El termini de subministrament dels equips adjudicats serà **inferior a 30 dies** des de la data de signatura del contracte.

L'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost de la retirada i baixa de l'equip anterior, si s'escau.

F. Mostres

Per tal de poder efectuar una correcta valoració de les mostres, caldrà aportar mostra de cada equip ofertat dels lots que es relacionen més endavant.

En el termini màxim de 3 dies de la finalització de la presentació d'ofertes, caldrà haver contactat amb els responsables que s'indica per programar el lliurament de la mateixa i la seva ubicació.

Les empreses que no presentin la mostra en el termini indicat seran excloses.

Adjuntem la taula següent que indica si cal presentació de mostra:

CODI SAP	EQUIPAMENT	Edifici	Descripció CECO	Adreça	Responsables	Correu electrònic i mòbil responsables
110001761	Aparell Tecarterapia Diatèrmia	CAP SANT ANDREU	Unitat de rehabilitació. St. Andreu	Av. Meridiana, 428 08030 Barcelona 93 274 54 94	Acosta Moreno, Luisa	iacosta.bcn.ics@gencat.cat - 692 084 555
110001744	EQUIP D'ONES DE XOC RADIALS					
110000711	EQUIP DE MAGNETOTERÀPIA INDUCTIVA	CAP DRASSANES	Unitat de rehabilitació. Drassanes	Av. Drassanes, 17-21 08001 Barcelona 93 329 40 00	Mario Martín Sánchez	mmartin.bcn.ics@gencat.cat - 677 254 141
110000723	EQUIP DE LASERTERÀPIA					

Barcelona,

Àrea d'Infraestructures i Serveis. Direcció de Gestió - Institut Català de la Salut

ANNEX A

LOTS	CODI SAP	EQUIPAMENT	ST.ANDREU (AP51)	DRASSANES (AP51)	NUMANCIA (AP51)	BARCELONA AP51	METRO SUD AP57	Total general
LOT 01	110000837	APARELL DE TERAPIA COMBINADA	1	1	1	1	1	5
LOT 02	110001761	EQUIP DE DIATÈRMIA	1	1	1	1	1	5
LOT 03	110000665	BANY DE CONTRAST EXTREMITATS SUPERIORS	1	1	1	1		4
	110000664	BANY DE CONTRAST EXTREMITATS INFERIORS	1	1	1	1		4
LOT 04	110000666	BANY DE REMOLÍ	1	1	1	1		4
LOT 05	110000318	CICLÒMETRE	2	4	2	2	2	12
LOT 06	110000723	EQUIP DE LASERTERÀPIA	1	1	1	1	1	5
LOT 07	110001030	EQUIP DE NEUROESTIMULACIÓ TRANSCUTÀNIA (TNS i EMS) PORTÀTIL	5	5	5	5	6	26
	110000707	EQUIP ELECTROESTIMULACIÓ 4 CANALS	1	1	1	1	1	5
LOT 08	110001744	EQUIP D'ONES DE XOC RADIALS	1	1	1	1	1	5
LOT 09	110000743	EQUIP DE PRESOTERÀPIA	1	1	1	1	1	5
LOT 10	110000735	ESCALFADOR DE FOMENTS	1	1	1	1		4
LOT 11	110000711	EQUIP DE MAGNETOTERÀPIA SUPERINDUCTIU	1	1	1	1	2	6
LOT 12	110000736	INFRAROIGS	5	5	5	5	6	26
	110000738	BANY DE PARAFINA	1	1	1	1	1	5
LOT 13	180000061	UNITAT D'ESTIMULACIÓ DEL SÒL PELVIÀ	1	1	1	1	2	6

ANNEX B