

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE

COILS D'EMBOLITZACIÓ D'ALLIBERACIÓ

CONTROLADA: ELECTROLLARGABLE I

TERMOLLARGABLE (COMPLEMENTARI)

CS/CC00/1101367861/24/AM

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

- Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.
- Es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.
- També quedaran desestimats les propostes que no compleixen la obligatorietat de presentar oferta a totalitat dels articles d'un lot, detallats a l'ANNEX A – *Característiques de la licitació* i al punt 3 d'aquest document.

2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

D'acord amb allò establert en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules s'estableix que els criteris d'aquest concurs són els següents:

2.1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent i per tots els lots:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent formula:

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. .- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2.2. Puntuació tècnica

- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.
- Com a característiques addicionals, s'aplicaran criteris subjectes a judici de valor.
- Pel que fa als criteris subjectes a judici de valor:
 - S'aplicaran criteris tècnics que valorin que l'article suposi avantatges en la seva funcionalitat segons el seu comportament en diferents escenaris clínics. Tots ells són

critèris que seran ponderats per un grup d'experts multicèntric compost pels diferents facultatius designats pels hospitals de l'ICS.

- **Hauran de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva.** En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.

LOT 1

En aquest lot, la puntuació econòmica serà de 55 punts i la tècnica de 45 punts.

Concepte	Criteri	Puntuació màxima
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà les marques radioopagues : les pròtesis que tinguin major visibilitat durant la seva implantació. Per determinar quina pròtesis té un control radiològic més clar, es farà una sola radiografia amb totes les mostres presentades per tal de determinar quina o quines es perceben amb major claredat. Amb el resultat d'aquesta avaluació es presentarà un informe. - Les referències que es percebin amb major claredat (nivell molt òptim de claredat) rebran 5 punts. - Les referències que es percebin amb claredat (nivell òptim de claredat) obtindrà 3 punts. - I la resta que no es percebin amb claredat (nivell poc òptim) obtindrà 0 punts. Es podrà puntuar a una o més referències amb la mateixa puntuació.	5
	Es valorarà l' adaptabilitat a la morfologia del aneurisma: - Les referències que tinguin major adaptabilitat a la morfologia dels aneurismes obtindrà 10 punts. - Les referències que tinguin menor adaptabilitat a la morfologia dels aneurismes obtindrà 5 punts. - Les referències que no s'adaptin a la morfologia dels aneurismes obtindrà 0 punts. Es podrà puntuar a una o més referències amb la mateixa puntuació.	10
	Es valorarà la flexibilitat del extrem distal de la guia: - Les referències que tinguin major flexibilitat del extrem distal de la guia obtindrà 10 punts. - Les referències que tinguin menor flexibilitat del extrem distal de la guia obtindrà 5 punts. - Les referències sense flexibilitat del extrem distal de la guia obtindrà 0 punts. Es podrà puntuar a una o més referències amb la mateixa puntuació.	10
	Es valorarà la resistència a l'elongació : - Les referències que tinguin major resistència a l'elongació obtindrà 10 punts - Les referències que tinguin menor resistència a l'elongació obtindrà 5 punts. - Les referències sense resistència a l'elongació obtindrà 0 punts. Es podrà puntuar a una o més referències amb la mateixa puntuació.	10
	Es valorarà la rapidesa i fiabilitat d'alliberació - Les referències amb un nivell molt òptim de rapidesa i fiabilitat d'alliberació de la pròtesis obtindrà 10 punts. - Les referències que tingui un nivell òptim de rapidesa i fiabilitat d'alliberació de la pròtesi obtindrà 5 punts. - Les referències que tinguin un nivell poc òptim de rapidesa i fiabilitat d'alliberació de la pròtesis obtindrà 0 punts. Es podrà puntuar a una o més referències amb la mateixa puntuació.	10