

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DE NEUROCIRURGIA PER A
L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

EXP.: 2023/111

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec és establir les condicions de la contractació per al subministrament de materials de neurocirurgia amb destí a l'Institut Clínic de Neurociències (ICN) de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB), que es detallen a l'**annex 1 (ACO1_PPT_OT) del Plec de prescripcions Tècniques** (en endavant, PPT).

La present contractació s'articula en **29 lots i 46 articles** corresponents als diferents productes a subministrar. **Els licitadors han de presentar oferta per a la totalitat del lot.** Les quantitats establertes a l'**Annex 3 (ACO_3_PCAP_OE) del Plec de Clàusules Administratives Particulars** (en endavant, PCAP) són aproximades, tenint en compte els volums de subministrament requerits en l'exercici anterior per l'HCB.

Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar el nombre de productes que l'HCB necessiti en cada moment, sense que les quantitats expressades a l'**Annex 3 (ACO_3_PCAP_OE)** suposin un compromís de contractació per part de l'HCB, que podrà incrementar o reduir les necessitats de subministrament expressades sense que les empreses adjudicatàries puguin reclamar cap mena d'indemnització o compensació per aquest fet, havent d'observar-se el previst en el PCAP.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS

Els requeriments tècnics dels articles licitats són els descrits a l'**annex 1** del PPT.

En cas que alguna de les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient incloguin referències específiques de productes, marques, o model, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i compleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.

Si alguna de les descripcions tècniques dels productes d'aquest expedient conté la paraula "aproximat/da" respecte d'un valor, s'ha d'interpretar en el sentit que s'admet una tolerància de +/- cinc per cent (+/- 5%) sobre el valor que s'especifica en la pròpia descripció tècnica.

S'admetran diferents solucions tècniques pel que fa al contingut dels elements de cada lot, sempre i quan es garanteixi la finalitat i correcta execució de l'objecte del lot, i la seva equivalència a nivell funcional respecte al previst en la descripció d'elements inicial. Així doncs, no s'exclourà l'oferta que presenti una solució equivalent de tots els elements descrits.

Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofrís evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.

3.- CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

Els productes a subministrar han de complir els requisits tècnics descrits a l'**Annex 1** del PPT.

En cas que durant la vigència del contracte, hi hagués canvis de les característiques tècniques orientades a augmentar la seguretat del pacient, l'empresa adjudicatària s'ha de comprometre a incorporar-les sense cap cost addicional per l'HCB.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per a la utilització dels productes subministrats.

Les caducitats dels productes no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del producte, ni inferiors als 60 dies. En aquells productes on la vida útil dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran productes amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.

L'adjudicatari proporcionarà, sense càrrec, l'instrumental necessari per a la implantació del producte de manera fàcil i precisa.

3.1. Subministrament de pròtesis i implants

En el cas que l'objecte del contracte consisteixi en el subministrament de pròtesis i/o implants, tots els productes objecte de la licitació estaran en règim de dipòsit fins a la seva implantació, exceptuant que els serveis mèdics usuaris indiquin el contrari i es sol·liciti per a intervencions puntuals.

En el cas que els productes estiguin en règim de dipòsit, a l'inici de la vigència del contracte l'adjudicatari aportarà els productes necessaris, de manera que el dimensionament dels dipòsits estarà d'acord amb el volum d'activitat assistencial. L'empresa adjudicatària assegurarà la reposició en un temps inferior a les 24 hores.

És responsabilitat de l'adjudicatari, mantenir les caducitats mínimes dels productes en dipòsit, conforme a allò establert en aquest PPT. Les quantitats dipositades per l'adjudicatari hauran d'estar sempre actualitzades pel mateix, en quant a la seva caducitat.

En finalitzar el contracte és responsabilitat de l'adjudicatari retirar els dipòsits no consumits, així com l'instrumental aportat. En cas de no retirar-los en el termini de 30 dies des de l'acabament del contracte l'HCB queda habilitat per destruir els esmentats productes o tornar-los al proveïdor, sent per compte del proveïdor qualsevol despesa que ocasioni les esmentades gestions.

L'adjudicatari proporcionarà, sense càrrec, l'instrumental necessari per a la implantació del producte de manera fàcil i precisa.

4. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

Els productes hauran de ser lliurats en el lloc que l'HCB indiqui en el moment de fer la comanda. Les comandes ordinàries del material fungible se serviran en un termini màxim de 5 dies laborables i les **comandes urgents en un termini màxim de 24 hores** laborables. En el cas de les pròtesis, les comandes ordinàries se serviran en un termini màxim de 24 hores i les comandes urgents en un termini màxim de 12 hores. El termini compromès per l'adjudicatari podrà ser millorat en la seva oferta

El lliurament de qualsevol tipus de producte, a excepció dels dipòsits autoritzats a l'empresa adjudicatària, haurà de ser cursada per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.

La comanda mínima serà d'una unitat del embalatge mínim adjudicat.

En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible a l'HCB. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme amb el previst en el quadre de característiques del PCAP.

L'empresa adjudicatària retirarà els productes defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.

5. CONDICIONS DE PRESENTACIÓ DEL MATERIAL LLIURAT

a) Condicions generals:

Els implants i pròtesis hauran de ser lliurats en el seu punt de consum, que serà establert per l'HCB.

El lliurament de qualsevol tipus de material, a excepció dels dipòsits autoritzats al proveïdor, haurà de ser cursada per comanda. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.

La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.

El lliurament dels materials es realitzarà en les hores i lloc que es detallen a continuació, excepte indicació contrària i expressa a la comanda:

ÀREA QUIRÚRGICA DE L'HCB.

(especificar adreça interna)

C/ Villarroel 170

BARCELONA – 08036

Horari de recepció de materials: De 8.00 h a 14.00 h. de dilluns a divendres no festius.

Per canvis organitzatius i/o logístics, l'HCB, durant la vigència del contracte, podrà canviar la ubicació dels magatzems i horaris d'entrega del material, sense que aquests canvis puguin suposar en cap cas una modificació del preu del contracte.

Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme a allò previst a la normativa de contractes del sector públic i a l'estipulat en el PCAP.

b) Pròtesis en dipòsit:

Les empreses adjudicatàries de cadascun dels lots hauran d'estar en disposició de poder fer entrega en dipòsit de cada una de les pròtesis adjudicades. L'esmentat dipòsit els serà requerit expressament per part de les àrees de l'HCB promotores del subministrament.

En cas de ser requerida l'entrega en dipòsit de pròtesis, s'hauran de complir les següents condicions:

- El termini de lliurament del primer dipòsit del material objecte del present contracte no serà superior a 5 dies laborables.
- El material dipositat haurà de venir acompanyat del seu corresponent albarà validat en el que figurarà el codi intern de l'HCB, referència, descripció de l'article, quantitat, número de lot de fabricació, sèrie i data de la caducitat.

Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint amb els requeriments que a continuació es descriuen:

5.1 Condicions dels paquets que es lliurin:

L'els albarà/ns haurà/n d'anar a L'EXTERIOR DELS PAQUETS.

Cada comanda haurà d'anar en un paquet.

Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el NÚMERO D'ALBARÀ, NÚMERO DE COMANDA I PROVEÏDOR.

Les etiquetes adhesives, si n'hi hagués, dels operadors logístics no hauran d'anular les identificacions del proveïdor.

Las mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc). **NOMÉS S'ACCEPTARAN PALETS D'ESTÀNDARD EUROPEU.**

La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada anirà **SEMPRE** a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà en el recinte del magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB.

Les empreses indicaran obligatòriament als envasos i embalatges de les unitats oferides el sistema d'identificació per codi de barres basat en la norma GTIN-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1-EAN-128 (antic EAN-128) tant a la unitat mínima de compra/comanda, com a la unitat mínima d'envasat/distribució.

5.2 Condicions de la documentació necessària pel lliurament

El lliurament del material haurà d'anar acompanyat de l'albarà original i la seva copia.

Un albarà quedarà en poder del servei sol·licitant de l'HCB, i l'altre albarà signat se li retornarà al proveïdor segellat amb la "CONFORMITAT LLEVAT EXAMEN".

A l'albarà signat haurà de constar necessàriament les següents dades:

- El codi intern de l'HCB de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient; no acceptant aquells albarans i factures que no s'ajustin a l'especificat.
- Les devolucions es notificaran via Fax i els materials hauran de ser retirats de l'HCB en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo de proveïdor amb l'HCB.

5.3. Condicions d'identificació i embalatge específiques per a implants i pròtesis.

Les empreses indicaran als envasos i embalatges de les unitats ofertades el sistema d'identificació per codi de barres basat en la norma GTIN-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1-EAN-128 (antic EAN-128), a tal efecte hauran de portar 4 etiquetes removibles amb el codi en cada envàs individual.

En cas que per les característiques físiques de la pròtesi o implant no sigui possible incloure l'etiqueta amb el codi de barres en l'embalatge de la unitat subministrada, serà obligatori que l'albarà de la pròtesi o implant inclogui imprès el codi de barres. La forma de presentar-lo serà la següent: sota o al costat de cada línia de material de l'albarà haurà de constar imprès el seu corresponent codi de barres.

L'adjudicatari queda obligat a facilitar, de manera immediata, la informació que li requereixi l'HCB per la gestió de la lectura per codi de barres de la identificació dels seus productes. Aquesta informació haurà de ser enviada o facilitada en els terminis, formats i procediments que li requereixi l'HCB i haurà de mantenir-la actualitzada de manera permanent durant la vigència del contracte per a totes les referències actives que siguin en dipòsit en l'HCB. El no manteniment d'aquesta obligació comporta, sota la responsabilitat del propi proveïdor, la impossibilitat de cursar comanda oficial i, per tant, la consegüent impossibilitat de tramitació de la factura.

5.4. Responsable de recepció de materials Magatzem General HCB

- Responsable de Magatzem: Sr. Carlos Sánchez
- Recepció de materials, poden contactar al tel. 93 227 54 00 extensió 2328.
- Staff magatzem , tel. 93 227 55 37 / fax. 93 227 98 81
- Suport administratiu, tel. 93 227 54 00 extensió 2330
- mail: csanche2@clinic.cat

6. CONDICIONS DE FACTURACIÓ

Les condicions i requisits establerts per l'HCB per a l'abonament de factures es troben previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars, i seran d'obligat compliment.

6.1 Condicions específiques de facturació per al subministrament de pròtesis i implants

La facturació es realitzarà pels components efectivament implantats al preu unitari recollit en el contracte.

En el cas que durant el subministrament no es compleixi el circuit de tramitació de les pròtesis previst, o la implantació del material sigui anterior a la realització de l'aprovació del material de l'adjudicatari per part de l'HCB, o anterior a la recepció dels codis EANs corresponents, o bé manqui la correcta identificació del material (com la falta d'etiquetes), la data efectiva de la factura serà la de comptabilització i no la data del document de la factura ni la de lliurament del material.

Barcelona, 26 d'octubre de 2023

Dra. Josefina Castro
Directora de l'ICN

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.

En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.

Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	MATERIALS DE NEUROCIRURGIA
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2023/111

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:				TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ	TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR	
EMPRESA			DATA		ORDINARI 5 dies laborables	ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*)
MAIL			MAIL comandes			
PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL)	TELÈFON	DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes)	TELÈFON comandes		URGENT 24 hores	
			FAX COMANDES			

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
1	1 al 2	Lot 1: MALLA DE COL·LÀGEN PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA DURAMARE- NO SUTURABLE							

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
1	1	SUBSTITUT DE LA DURAMARE 5X5 CMMalla de col·làgen retallable per a implantació com a substitut dural de mides aproximades 5cmx5cm	UND						
1	2	SUBSTITUT DE LA DURAMARE 7,5X7,5 CMMalla de col·làgen retallable per a implantació com a substitut dural de mides aproximades 7,5cm x 7,5 cm.	UND						
2	3 al 4	Lot 2: MALLA DE COL·LÀGEN PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA DURAMARE-SUTURABLE							
2	3	SUBSTITUT DE LA DURAMARE SUTURABLE 5X5 CMMalla de col·làgen retallable i suturable per a implantació com a substitut dural de mides aproximades 5cmx5cm	UND						
2	4	SUBSTITUT DE LA DURAMARE SUTURABLE 7,5X7,5 CMMalla de col·làgen retallable i suturable per a implantació com a substitut dural de mides aproximades 7,5cm x 7,5 cm.	UND						
3	5 al 5	Lot 3: MALLA DE COL·LÀGEN PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA DURAMARE-SUTURABLE EXTRA GRAN							
3	5	SUBSTITUT DE LA DURAMARE SUTURABLE EXTRAGRANMalla de col·làgen retallable i suturable per a implantació com a substitut dural de mides aproximades 12,5cm x17,5cm	UND						
4	6 al 6	Lot 4: SISTEMA FIXACIÓ PENJOLL PER CRANIOTOMIA							
4	6	SISTEMA DE FIXACIÓ CRANIALDispositiu metàl·lic de titani o altre material bioabsorbible que permet la fixació del penjoll mitjançant dos discs units per un eix que són aproximats exercint pressió mitjançant un dispositiu de tancament. Tamany standard	UND						
5	7 al 7	Lot 5: PLACA CRANIAL PER A HIPOFISIS							
5	7	PLACA CRANIAL PER A HIPOFISISPlaca de polietilè, retallable, d'alta densitat, porosa, que permet el creixement del teixit degut a la seva interconnexió d'estructura de pors oberts, retallable, per a facial, cranial i reconstrucció del pavelló auditiu. 20X20mm aprox	UND						
6	8 al 8	Lot 6: KIT ESTÈRIL PER A FIXACIÓ CRANIAL							

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
6	8	KIT ESTÈRIL PER A FIXACIÓ CRANIALKIT ESTÈRIL PER A FIXACIÓ CRANIAL. Kit estèril per a fixació cranial, compostat per 3 plaques de titani rectes de 2 forats i 6 cargols autoperforants de titani, de 1,5 mm de Ø i 4mm longitud. D'un sol ús	UND						
7	9 al 9	Lot 7: IMPLANT CRANIAL REABSORBIBLE PER A FORAT DE TREPANACIÓ							
7	9	TAP REABSORBIBLE PER A FORAT DE TRÉPANTap reabsorbible de políester biodegradable per a forat de trepanació. Osteoinductor. Encaix a pressió, sense fixació. Diferents mesures (diàmetre)	UND						
8	10 al 11	Lot 8: SUBSTITUT OSSI / CIMENT PER A DEFECTES CRANIALS							
8	10	SUBSTITUT OSSI PER A DEFECTES CRANIALS 5 GRSubstitut oseo-ciment per a restauració de defectes cranials. De fosfat de calci d' hidroxiapatita. 5gr aprox	UND						
8	11	SUBSTITUT OSSI PER A DEFECTES CRANIALS 10 GRSubstitut oseo-ciment per a restauració de defectes cranials. De fosfat de calci d' hidroxiapatita. 10gr aprox	UND						
9	12 al 12								
9	12	PLACA DE POLETILÈ PER A PTERIOImplant Pterional de polietilè d'alta densitat. Orientació esquerra i dreta. Retallable, Esteril	UND						
10	13 al 20	Lot 10: PLAQUES I CARGOLS PER A FIXACIÓ CRANIAL							
10	13	PLACA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. RECTA. DE 2 FORATSPlaca de fixació cranial de titani. Recta, de 2 forats, 11 mm de longitud aprox. Inclou utilatge de tall i doblatge de plaques.	UND						
10	14	PLACA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. RECTA. DE 4 FORATSPlaca de fixació cranial de titani. Recta, de 4/5forats. Inclou utilatge de tall i doblatge de plaques.	UND						

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
10	15	PLACA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. QUADRADA. DE 4 FORATS Placa de fixació cranial de titani. Quadrada de 4 forats i 10 mm de longitud aprox. per costat. Inclou utilatge de tall i doblatge de plaques.	UND						
10	16	PLACA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. RECTA. GRAN Placa de fixació cranial de titani. Recta, de 6 a 10 forats. Inclou utilatge de tall i doblatge de plaques.	UND						
10	17	PLACA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. DOBLE Y Placa de fixació cranial de Titani en forma de doble Y, de 6 forats. Amb instrumental per a la seva manipulació	UND						
10	18	MALLA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA Malla de titani, retallable, de mides aproximades 5X5cm o superior.	UND						
10	19	PLACA DE TRÈPAN Placa de fixació cranial per al recobriment del trèpan. De Titani	UND						
10	20	CARGOL PER A FIXACIÓ DE PLACA DE CRANIOTOMIA De titani, auto-perforant. Inclou les eines d'implantació (tornavís, etc), 3, 4 o 5 mm.	UND						
11	21 al 24	Lot 11: PLAQUES I CARGOLS DE BAIX PERFIL PER A FIXACIÓ CRANIAL							
11	21	PLACA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. RECTA. DE 2 FORATS. PERFIL BAIX Placa de fixació cranial de titani. Recta, de 2 forats, 11 mm de longitud aprox. Perfil igual o inferior a 0,3mm. Inclou utilatge de tall i doblatge de plaques.	UND						
11	22	PLACA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. RECTA. DE 4 FORATS. PERFIL BAIX Placa de fixació cranial de titani. Recta, de 4 forats, 17 mm de longitud aprox. Perfil igual o inferior a 0,3mm. Inclou utilatge de tall i doblatge de plaques.	UND						
11	23	CARGOL PER A FIXACIÓ DE PLACA DE CRANIOTOMIA. PERFIL BAIX De titani, auto-perforant. Inclou les eines d'implantació (tornavís, etc), 3, 4 o 5 mm. Perfil igual o inferior a 0,3mm	UND						
11	24	MALLA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. PERFIL BAIX Malla de titani, retallable, de mides aproximades 5X5cm o superior. Perfil igual o inferior a 0,3mm	UND						

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
12	25 al 25	Lot 12: SISTEMA DE DERIVACIÓ DE VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL NO PROGRAMABLE							
12	25	SISTEMA DE VÀLVULA NO PROGRAMABLEEndopròtesis de silicona per a la derivació valvulada interna de líquid cefaloraquídi. Amb obertura de la vàlvula per a diferents xifres de pressió. (pressió baixa aprox 40mm H2O, mitjana aprox 70-80mm H2O i alta aprox >100mm H2O). Es facilitarà amb material per a implantació. Amb reservori, catèter ventricular de silicona amb fiador i catèter peritoneal de silicona de 110 cm aprox.	UND						
13	26 al 26	Lot 13: SISTEMA DE DERIVACIÓ DE VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL NO PROGRAMABLE AMB VÀLVULA DE DOBLE CÀMERA							
13	26	SISTEMA DE VÀLVULA NO PROGRAMABLE DE DOBLE CÀMERAEndopròtesis per a la derivació valvulada interna de líquid cefaloraquídi. Existeix amb diferents xifres de pressió d'obertura de la vàlvula. (Almenys pressió baixa, mitja i alta). Prevista per a la implantació ventrículo peritoneal. Consta de doble càmera actuant en dues diferents pressions en funció de què el pacient es trobi en decúbit i de peu exercint un efecte antigravitori. Adequades especialment per al tractament de les hidrocefàlies en l'adult. Es facilitarà amb material per a implantació. Amb reservori, catèter ventricular de silicona amb fiador i catèter peritoneal de silicona de 110 cm aprox.	UND						
14	27 al 27	Lot 14: SISTEMA DE DERIVACIÓ DE VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL NO PROGRAMABLE AMB VÀLVULA DE DOBLE CÀMERA AMB ANTISIFÓ							

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
14	27	VÀLVULA NO PROGRAMABLE DE DOBLE CÀMERA AMB ANTISIFÓEndopròtesis de silicona per a la derivació valvulada interna de líquid cefaloraquidi. Existeix amb diferents xifres de pressió d'obertura de la vàlvula. (Almenys pressió baixa, mitja i alta). Prevista per a la implantació ventrículo peritoneal. Consta de doble càmera actuant en dues diferents pressions en funció de què el pacient es trobi en decúbit i de peu. Seguida d'un dispositiu antisifó. Es facilitarà amb material per a implantació. Amb reservori, catèter ventricular de silicona amb fiador i catèter peritoneal de silicona de 110 cm aprox.	UND						
15	28 al 28	Lot 15: SISTEMA DE DERIVACIÓ DE VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL DE PRESSIÓ PROGRAMABLE							
15	28	SISTEMA VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL DE PRESSIÓ PROGRAMABLE MITJANÇANT DISPOSITIU DE PROGRAMACIÓ EXTERNEndopròtesis de silicona baricada per a la derivació valvulada interna de líquid cefaloraquidi. Existeix amb diferents xifres de pressió d'obertura de la vàlvula. Almenys, 5 posicions d'ajust, entre obertura molt baixa (30mm H2O)i alta (° 200 ML H2O) El sistema valvulat és de pressió variable mitjançant un dispositiu extern que permet l'obertura o tancament. Se subministra amb element per a programació. Es facilitarà amb material per a implantació. RM compatible 1,5 T. Amb reservori, catèter ventricular de silicona amb fiador i catèter peritoneal de silicona de 110 cm aprox.	UND						
16	29 al 29	Lot 16: SISTEMA DE DERIVACIÓ DE VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL DE PRESSIÓ PROGRAMABLE AMB ANTISIFÓ							

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
16	29	SISTEMA DE VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL AMB ANTISIFÓ, DE PRESSIÓ PROGRAMABLE MITJANÇANT DISPOSITIU DE PROGRAMACIÓ EXTERNEndopròtesis de silicona baricada per a la derivació valvulada interna de líquid cefaloraquídi. Existeix amb diferents xifres de pressió d'obertura de la vàlvula. Al menys, 5 posicions d'ajust, entre obertura molt baixa (30mm H2O) i alta (³ 200 ML H2O). Seguida d'un dispositiu antisifó . Se subministra amb element per a programació. RM compatible 1,5 T. Es facilitarà amb material per a implantació. Amb reservori, catèter ventricular de silicona amb fiador i catèter peritoneal de silicona de 110 cm aprox.	UND						
17	30 al 30	Lot 17: SISTEMA ANTIGRAVITATORI NO PROGRAMABLE PER A VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL							
17	30	SISTEMA ANTIGRAVITATORI NO PROGRAMABLE PER A VÀLVULASistema de limitació i regulació del drenatge valvular en posició de decúbit i vertical. No programable. Compatible amb sistemes de vàlvules. Al menys, pressió baixa, mitja i alta.	UND						
18	31 al 31	Lot 18: SISTEMA ANTIGRAVITATORI PROGRAMABLE PER A VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL							
18	31	SISTEMA ANTIGRAVITATORI PROGRAMABLE PER A VÀLVULASistema de limitació i regulació del drenatge valvular en posició de decúbit i vertical. Compatible amb sistemes de vàlvules. Programable.	UND						
19	32 al 32	Lot 19: SISTEMA DE DERIVACIÓ LUMBO-PERITONEAL							
19	32	CATÈTER EN FORMA DE T PER A SIRINGOMIELIASistema de derivació lumbo-peritoneal (DLP) per a derivació de LCR cap a peritoneu sense necessitat de realitzar punció ventricular.	UND						
20	33 al 33	Lot 20: DISPOSITIU D'ACCÉS INTRATECAL / RESERVORIS TIPUS OMMAYA®							

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
20	33	RESERVOIRIS TIPUS OMMAYA®Reservori tipus Ommaya®, implantable, per a líquid cefaloraquídi, de silicona, amb connectors integrats. 2 Mides: gran i petit	UND						
21	34 al 35	Lot 21: CATETERS VENTRICULARS (DRENATGES)							
21	34	CATÈTER VENTRICULARCatèter ventricular de silicona amb fiador, que permet l'obtenció de LCR mitjançant punció i el seu bombeig. Amb marques de longitud que cobreixen tota la distància fins a la punta del catèter, que permet col·locar-ho de forma senzilla i precisa. Estèril	UND						
21	35	CATÈTER VENTRICULAR ANTIMICROBIÀCatèter ventricular amb fiador, per a drenatge temporal de LCR amb profilaxis contra les infeccions per microorganismes (antibiòtic o sals de plata). Amb marques de longitud que cobreixen tota la distància fins a la punta del catèter, el que permet col·locar-lo de forma senzilla i precisa. Estèril	UND						
22	36 al 38	Lot 22: CONNECTORS PER A VÀLVULES							
22	36	CONNECTOR RECTECONNECTOR RECTE. Connector de plàstic o metall per a vàlvula. Recte	UND						
22	37	CONNECTOR EN YConnector de plàstic o metall de 3 vies per connectar dos catèters ventriculars a un connector d'entrada de la vàlvula de control del flux de LCR.	UND						
22	38	CONNECTOR ACODATConnector de plàstic o metall per a vàlvula. Angulat a 90°	UND						
23	39 al 40	Lot 23: CATÈTERS PERITONEALS							
23	39	CATÈTER PERITONEALCatèter distal peritoneal de 110 cm aprox, de silicona, radioopac	UND						
23	40	CATÈTER PERITONEAL ANTIMICROBIÀCatèter distal peritoneal de 110 cm aprox. de silicona, radioopac, amb profilaxis contra les infeccions per microorganismes (antibiòtic o sals de plata)	UND						
24	41 al 41	Lot 24: SENSOR DE MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ INTRACRANIAL INTRAPARENQUIMATÓS							

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
24	41	SENSOR PIC INTRAPARENQUIMATÓS Sensor per al mesurament de la PIC en parènquima cerebral. Inclou cargol cranial, broca cranial i agulla atraumàtica per a l'obertura de la duramadre. Compatible amb monitor de PIC avançat que proporciona la tendència de la PIC de fins a 14 dies i la dada de Dosi Pressió-Temps (PTD), amb possibilitat de reproduir forma d'ona de la PIC amb fins a 100 dades de PIC per segon. Estèril.	KIT						
25	42 al 42	Lot 25: SENSOR DE MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ INTRACRANIAL + DRENATGE VENTRICULAR EXTERN							
25	42	SENSOR DE MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ INTRACRANIAL + DRENATGE VENTRICULAR EXTERN Sensor per al mesurament de la PIC en ventricle cerebral. Inclou tunelitzador amb catèter ventricular integrat, i connexió per a sistema de drenatge extern. Compatible amb monitor de PIC avançat que proporciona la tendència de la PIC de fins a 14 dies i la dada de Dosi Pressió-Temps (PTD), amb possibilitat de reproduir forma d'ona de la PIC amb fins a 100 dades de PIC per segon. Estèril.	KIT						
26	43 al 43	Lot 26: SENSOR DE MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ INTRACRANIAL, AMB ACCÉS PER A SENSOR D'O ₂ INTRACRANIAL							
26	43	SENSOR PIC AMB CARGOL DE CONEXIÓ DUAL PTiO ₂ Sensor per al mesurament de la PIC en parènquima cerebral. Inclou cargol cranial de plàstic i tap per a connexió en cargol dual de PtO ₂ . Compatible amb monitor de PIC avançat que proporciona la tendència de la PIC fins a 14 dies i la dada de Dosi Pressió-Temps (PTD), amb possibilitat de reproduir forma d'ona de la PIC amb fins a 100 dades de PIC per segon. Estèril.	KIT						
27	44 al 44	Lot 27: SENSOR DE MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ INTRACRANIAL COMPATIBLE AMB RM							

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
27	44	SENSOR INTRACRANIAL PER A MONITORIZACIÓ DE LA PIC, COMPATIBLE AMB RMKit sensor de monitorització PIC, en l'espai intraparenquimatós. Sense calibració prèvia. Calibre 5Fr, longitud aprox. 55cm. Compatibilitat amb RM en procediments de 1,5T i 3,T. Connexió directa a monitor de pacient. Amb kit de fixació de cargol de PEEK. Inclou accessoris per fixació de cargol. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT						
28	45 al 45	Lot 28: SENSOR DE MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ INTRACRANIAL, PRESSIÓ TISULAR D'OXIGEN (PtiO2) I TEMPERATURA. COMPATIBLE AMB RM							
28	45	SENSOR INTRACRANIAL DE FIBRA ÒPTICA PER A PIC, TEMPERATURA INTRACRANIAL I O2. COMPATIBLE AMB RMCatèter únic per a la monitorització de la PIC, la temperatura intracranial i la pressió tissular d'oxigen (ptiO2) en l'espai intraparenquimatós. Sense calibració prèvia necessària. Compatibilitat amb RM en procediments de 1,5T y 3,0T. Amb kit de fixació de cargol de PEEK. La fibra òptica no consumeix oxigen durant les medicions i no necessita conservació en fred. Inclou accessoris per fixació de cargol. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT						
29	46 al 46	Lot 29: SENSOR DE MONITORITZACIÓ PRESSIÓ INTRACRANIAL, I PtiO2, COMPATIBLE AMB RM. AMB CARGOL PER A MICRODIÀLISIS							

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
29	46	SENSOR INTRACRANIAL DE FIBRA ÒPTICA PER A MONITORIZACIÓ DE LA PIC, AMB KIT DE FIXACIÓ DE CARGOL PER A MICRODIÀLISIS, COMPATIBLE AMB RMCatèter únic per a la monitorització de la PIC, la temperatura intracranial i la pressió tissular d'oxigen (ptiO2) en l'espai intraparenquimatós. Sense calibració prèvia necessària. Compatibilitat amb RM en procediments de 1,5T y 3,0T. Amb kit de fixació de cargol de PEEK per a microdiàlisis. Inclou accessoris per fixació de cargol. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT						

Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP

*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA EAN

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.
Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	MATERIALS DE NEUROCIRURGIA		
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2023/111		

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:			DADES DEL SIGNANT	
EMPRESA:			NOM I COGNOMS	
MAIL		TELÈFON	CÀRREC	
		DATA	SIGNATURA I SEGELL	

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
1	1 al 2	Lot 1: MALLA DE COL·LÀGEN PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA DURAMARE- NO SUTURABLE								
1	1	SUBSTITUT DE LA DURAMARE 5X5 CMMalla de col·làgen retallable per a implantació com a substitut dural de mides aproximades 5cmx5cm	UND							
1	2	SUBSTITUT DE LA DURAMARE 7,5X7,5 CMMalla de col·làgen retallable per a implantació com a substitut dural de mides aproximades 7,5cm x 7,5 cm.	UND							
2	3 al 4	Lot 2: MALLA DE COL·LÀGEN PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA DURAMARE-SUTURABLE								
2	3	SUBSTITUT DE LA DURAMARE SUTURABLE 5X5 CMMalla de col·làgen retallable i sutable per a implantació com a substitut dural de mides aproximades 5cmx5cm	UND							

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (****)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
2	4	SUBSTITUT DE LA DURAMARE SUTURABLE 7,5X7,5 CMMalla de col·làgen retallable i suturable per a implantació com a substitut dural de mides aproximades 7,5cm x 7,5 cm.	UND							
3	5 al 5	Lot 3: MALLA DE COL·LÀGEN PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA DURAMARE-SUTURABLE EXTRA GRAN								
3	5	SUBSTITUT DE LA DURAMARE SUTURABLE EXTRAGRANMalla de col·làgen retallable i suturable per a implantació com a substitut dural de mides aproximades 12,5cm x17,5cm	UND							
4	6 al 6	Lot 4: SISTEMA FIXACIÓ PENJOLL PER CRANIOTOMIA								
4	6	SISTEMA DE FIXACIÓ CRANIALDispositiu metàl·lic de titani o altre material bioabsorbible que permet la fixació del penjoll mitjançant dos discs units per un eix que són aproximats exercint pressió mitjançant un dispositiu de tancament. Tamany standard	UND							
5	7 al 7	Lot 5: PLACA CRANIAL PER A HIPOFISIS								
5	7	PLACA CRANIAL PER A HIPOFISISPlaca de polietilè, retallable, d'alta densitat, porosa, que permet el creixement del teixit degut a la seva interconnexió d'estructura de pors oberts, retallable, per a facial, cranial i reconstrucció del pavelló auditiu. 20X20mm aprox	UND							
6	8 al 8	Lot 6: KIT ESTÈRIL PER A FIXACIÓ CRANIAL								
6	8	KIT ESTÈRIL PER A FIXACIÓ CRANIALKIT ESTÈRIL PER A FIXACIÓ CRANIAL. Kit estèril per a fixació cranial, compostat per 3 plaques de titani rectes de 2 forats i 6 cargols autoperforants de titani, de 1,5 mm de Ø i 4mm longitud. D'un sol ús	UND							
7	9 al 9	Lot 7: IMPLANT CRANIAL REABSORBIBLE PER A FORAT DE TREPANACIÓ								
7	9	TAP REABSORBIBLE PER A FORAT DE TRÉPANTap reabsorbible de políester biodegradable per a forat de trepanació. Osteoinductor. Encaix a pressió, sense fixació. Diferents mesures (diàmetre)	UND							
8	10 al 11	Lot 8: SUBSTITUT OSSI / CIMENT PER A DEFECTES CRANIALS								
8	10	SUBSTITUT OSSI PER A DEFECTES CRANIALS 5 GRSubstitut oseo-ciment per a restauració de defectes cranials. De fosfat de calci d' hidroxiapatita. 5gr aprox	UND							
8	11	SUBSTITUT OSSI PER A DEFECTES CRANIALS 10 GRSubstitut oseo-ciment per a restauració de defectes cranials. De fosfat de calci d' hidroxiapatita. 10gr aprox	UND							
9	12 al 12									

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
9	12	PLACA DE POLETILÈ PER A PTERIOImplant Pterional de polietilè d'alta densitat. Orientació esquerra i dreta. Retallable, Esteril	UND							
10	13 al 20	Lot 10: PLAQUES I CARGOLS PER A FIXACIÓ CRANIAL								
10	13	PLACA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. RECTA. DE 2 FORATSPlaca de fixació cranial de titani. Recta, de 2 forats, 11 mm de longitud aprox. Inclou utillatge de tall i doblatge de plaques.	UND							
10	14	PLACA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. RECTA. DE 4 FORATSPlaca de fixació cranial de titani. Recta, de 4/5forats. Inclou utillatge de tall i doblatge de plaques.	UND							
10	15	PLACA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. QUADRADA. DE 4 FORATSPlaca de fixació cranial de titani. Quadrada de 4 forats i 10 mm de longitud aprox. per costat. Inclou utillatge de tall i doblatge de plaques.	UND							
10	16	PLACA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. RECTA. GRANPlaca de fixació cranial de titani. Recta, de 6 a 10 forats. Inclou utillatge de tall i doblatge de plaques.	UND							
10	17	PLACA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. DOBLE YPlaca de fixació cranial de Titani en forma de doble Y, de 6 forats. Amb instrumental per a la seva manipulació	UND							
10	18	MALLA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIAMalla de titani, retallable, de mides aproximades 5X5cm o superior.	UND							
10	19	PLACA DE TRÉPANPlaca de fixació cranial per al recobriment del trépan. De Titani	UND							
10	20	CARGOL PER A FIXACIÓ DE PLACA DE CRANIOTOMIADe titani, auto-perforant. Inclou les eines d'implantació (tornavis, etc), 3, 4 o 5 mm.	UND							
11	21 al 24	Lot 11: PLAQUES I CARGOLS DE BAIX PERFIL PER A FIXACIÓ CRANIAL								
11	21	PLACA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. RECTA. DE 2 FORATS. PERFIL BAIXPlaca de fixació cranial de titani. Recta, de 2 forats, 11 mm de longitud aprox. Perfil igual o inferior a 0,3mm. Inclou utillatge de tall i doblatge de plaques.	UND							
11	22	PLACA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. RECTA. DE 4 FORATS. PERFIL BAIXPlaca de fixació cranial de titani. Recta, de 4 forats, 17 mm de longitud aprox. Perfil igual o inferior a 0,3mm. Inclou utillatge de tall i doblatge de plaques.	UND							
11	23	CARGOL PER A FIXACIÓ DE PLACA DE CRANIOTOMIA. PERFIL BAIXDe titani, auto-perforant. Inclou les eines d'implantació (tornavis, etc), 3, 4 o 5 mm. Perfil igual o inferior a 0,3mm	UND							

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
11	24	MALLA DE FIXACIÓ PER A CRANIOTOMIA. PERFIL BAIXMalla de titani, retallable, de mides aproximades 5X5cm o superior. Perfil igual o inferior a 0,3mm	UND							
12	25 al 25	Lot 12: SISTEMA DE DERIVACIÓ DE VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL NO PROGRAMABLE								
12	25	SISTEMA DE VÀLVULA NO PROGRAMABLEEndopròtesis de silicona per a la derivació valvulada interna de líquid cefaloraquídi. Amb obertura de la vàlvula per a diferents xifres de pressió. (pressió baixa aprox 40mm H2O, mitjana aprox 70-80mm H2O i alta aprox >100mm H2O). Es facilitarà amb material per a implantació. Amb reservori, catèter ventricular de silicona amb fiador i catèter peritoneal de silicona de 110 cm aprox.	UND							
13	26 al 26	Lot 13: SISTEMA DE DERIVACIÓ DE VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL NO PROGRAMABLE AMB VÀLVULA DE DOBLE CÀMERA								
13	26	SISTEMA DE VÀLVULA NO PROGRAMABLE DE DOBLE CÀMERAEndopròtesis per a la derivació valvulada interna de líquid cefaloraquídi. Existeix amb diferents xifres de pressió d'obertura de la vàlvula. (Almenys pressió baixa, mitja i alta). Prevista per a la implantació ventrículo peritoneal. Consta de doble càmera actuant en dues diferents pressions en funció de què el pacient es trobi en decúbit i de peu exercint un efecte antigravitatori. Adequades especialment per al tractament de les hidrocefàlies en l'adult. Es facilitarà amb material per a implantació. Amb reservori, catèter ventricular de silicona amb fiador i catèter peritoneal de silicona de 110 cm aprox.	UND							
14	27 al 27	Lot 14: SISTEMA DE DERIVACIÓ DE VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL NO PROGRAMABLE AMB VÀLVULA DE DOBLE CÀMERA AMB ANTISIFÓ								
14	27	VÀLVULA NO PROGRAMABLE DE DOBLE CÀMERA AMB ANTISIFÓEndopròtesis de silicona per a la derivació valvulada interna de líquid cefaloraquídi. Existeix amb diferents xifres de pressió d'obertura de la vàlvula. (Almenys pressió baixa, mitja i alta). Prevista per a la implantació ventrículo peritoneal. Consta de doble càmera actuant en dues diferents pressions en funció de què el pacient es trobi en decúbit i de peu. Seguida d'un dispositiu antisifó. Es facilitarà amb material per a implantació. Amb reservori, catèter ventricular de silicona amb fiador i catèter peritoneal de silicona de 110 cm aprox.	UND							
15	28 al 28	Lot 15: SISTEMA DE DERIVACIÓ DE VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL DE PRESSIÓ PROGRAMABLE								

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
15	28	SISTEMA VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL DE PRESSIÓ PROGRAMABLE MITJANÇANT DISPOSITIU DE PROGRAMACIÓ EXTERNEndopròtesis de silicona baricada per a la derivació valvulada interna de líquid cefaloraquidi. Existeix amb diferents xifres de pressió d'obertura de la vàlvula. Almenys, 5 posicions d'ajust, entre obertura molt baixa (30mm H2O) i alta (* 200 ML H2O) El sistema valvulat és de pressió variable mitjançant un dispositiu extern que permet l'obertura o tancament. Se subministra amb element per a programació. Es facilitarà amb material per a implantació. RM compatible 1,5 T. Amb reservori, catèter ventricular de silicona amb fiador i catèter peritoneal de silicona de 110 cm aprox.	UND							
16	29 al 29	Lot 16: SISTEMA DE DERIVACIÓ DE VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL DE PRESSIÓ PROGRAMABLE AMB ANTISIFÓ								
16	29	SISTEMA DE VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL AMB ANTISIFÓ, DE PRESSIÓ PROGRAMABLE MITJANÇANT DISPOSITIU DE PROGRAMACIÓ EXTERNEndopròtesis de silicona baricada per a la derivació valvulada interna de líquid cefaloraquidi. Existeix amb diferents xifres de pressió d'obertura de la vàlvula. Al menys, 5 posicions d'ajust, entre obertura molt baixa (30mm H2O) i alta (* 200 ML H2O). Seguida d'un dispositiu antisifó . Se subministra amb element per a programació. RM compatible 1,5 T. Es facilitarà amb material per a implantació. Amb reservori, catèter ventricular de silicona amb fiador i catèter peritoneal de silicona de 110 cm aprox.	UND							
17	30 al 30	Lot 17: SISTEMA ANTIGRAVITATORI NO PROGRAMABLE PER A VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL								
17	30	SISTEMA ANTIGRAVITATORI NO PROGRAMABLE PER A VÀLVULASistema de limitació i regulació del drenatge valvular en posició de decúbit i vertical. No programable. Compatible amb sistemes de vàlvules. Al menys, pressió baixa, mitja i alta.	UND							
18	31 al 31	Lot 18: SISTEMA ANTIGRAVITATORI PROGRAMABLE PER A VÀLVULA VENTRICULOPERITONEAL								
18	31	SISTEMA ANTIGRAVITATORI PROGRAMABLE PER A VÀLVULASistema de limitació i regulació del drenatge valvular en posició de decúbit i vertical. Compatible amb sistemes de vàlvules. Programable.	UND							
19	32 al 32	Lot 19: SISTEMA DE DERIVACIÓ LUMBO-PERITONEAL								
19	32	CATÈTER EN FORMA DE T PER A SIRINGOMIELIASistema de derivació lumbo-peritoneal (DLP) per a derivació de LCR cap a peritoneu sense necessitat de realitzar punció ventricular.	UND							

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
20	33 al 33	Lot 20: DISPOSITIU D'ACCÉS INTRATECAL / RESERVORIS TIPUS OMMAYA®								
20	33	RESERVORIS TIPUS OMMAYA®Reservori tipus Ommaya®, implantable, per a líquid cefaloraquídi, de silicona, amb connectors integrats. 2 Mides: gran i petit	UND							
21	34 al 35	Lot 21: CATETERS VENTRICULARS (DRENATGES)								
21	34	CATÈTER VENTRICULARCatèter ventricular de silicona amb fiador, que permet l'obtenció de LCR mitjançant punció i el seu bombeig. Amb marques de longitud que cobreixen tota la distància fins a la punta del catèter, que permet col·locar-ho de forma senzilla i precisa. Estèril	UND							
21	35	CATÈTER VENTRICULAR ANTIMICROBIÀCatèter ventricular amb fiador, per a drenatge temporal de LCR amb profilaxis contra les infeccions per microorganismes (antibiòtic o sals de plata). Amb marques de longitud que cobreixen tota la distància fins a la punta del catèter, el que permet col·locar-lo de forma senzilla i precisa. Estèril	UND							
22	36 al 38	Lot 22: CONNECTORS PER A VÀLVULES								
22	36	CONNECTOR RECTECONNECTOR RECTE. Connector de plàstic o metall per a vàlvula. Recte	UND							
22	37	CONNECTOR EN YConnector de plàstic o metall de 3 vies per connectar dos catèters ventriculars a un connector d'entrada de la vàlvula de control del flux de LCR.	UND							
22	38	CONNECTOR ACODATConnector de plàstic o metall per a vàlvula. Angulat a 90°	UND							
23	39 al 40	Lot 23: CATÈTERS PERITONEALS								
23	39	CATÈTER PERITONEALCatèter distal peritoneal de 110 cm aprox, de silicona, radioopac	UND							
23	40	CATÈTER PERITONEAL ANTIMICROBIÀCatèter distal peritoneal de 110 cm aprox. de silicona, radioopac, amb profilaxis contra les infeccions per microorganismes (antibiòtic o sals de plata)	UND							
24	41 al 41	Lot 24: SENSOR DE MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ INTRACRANIAL INTRAPARENQUIMATÓS								
24	41	SENSOR PIC INTRAPARENQUIMATÓSSensor per al mesurament de la PIC en parènquima cerebral. Inclou cargol cranial, broca cranial i agulla atraumàtica per a l'obertura de la duramadre. Compatible amb monitor de PIC avançat que proporciona la tendència de la PIC de fins a 14 dies i la dada de Dosi Pressió-Temps (PTD), amb possibilitat de reproduir forma d'ona de la PIC amb fins a 100 dades de PIC per segon. Estèril.	KIT							

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
25	42 al 42	Lot 25: SENSOR DE MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ INTRACRANIAL + DRENATGE VENTRICULAR EXTERN								
25	42	SENSOR DE MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ INTRACRANIAL + DRENATGE VENTRICULAR EXTERNSensor per al mesurament de la PIC en ventricle cerebral. Inclou tunelitzador amb catèter ventricular integrat, i connexió per a sistema de drenatge extern. Compatible amb monitor de PIC avançat que proporciona la tendència de la PIC de fins a 14 dies i la dada de Dosi Pressió-Temps (PTD), amb possibilitat de reproduir forma d'ona de la PIC amb fins a 100 dades de PIC per segon. Estèril.	KIT							
26	43 al 43	Lot 26: SENSOR DE MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ INTRACRANIAL, AMB ACCÉS PER A SENSOR D'O2 INTRACRANIAL								
26	43	SENSOR PIC AMB CARGOL DE CONEXIÓ DUAL PTiO2Sensor per al mesurament de la PIC en parènquima cerebral. Inclou cargol cranial de plàstic i tap per a connexió en cargol dual de PtiO2. Compatible amb monitor de PIC avançat que proporciona la tendència de la PIC fins a 14 dies i la dada de Dosi Pressió-Temps (PTD), amb possibilitat de reproduir forma d'ona de la PIC amb fins a 100 dades de PIC per segon. Estèril.	KIT							
27	44 al 44	Lot 27: SENSOR DE MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ INTRACRANIAL COMPATIBLE AMB RM								
27	44	SENSOR INTRACRANIAL PER A MONITORIZACIÓ DE LA PIC, COMPATIBLE AMB RMKit sensor de monitorització PIC, en l'espai intraparenquimatos. Sense calibració prèvia. Calibre 5Fr, longitud aprox. 55cm. Compatibilitat amb RM en procediments de 1,5T i 3,T. Connexió directa a monitor de pacient. Amb kit de fixació de cargol de PEEK. Inclou accessoris per fixació de cargol. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT							
28	45 al 45	Lot 28: SENSOR DE MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ INTRACRANIAL, PRESSIÓ TISULAR D'OXIGEN (PtiO2) I TEMPERATURA. COMPATIBLE AMB RM								

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
28	45	SENSOR INTRACRANIAL DE FIBRA ÒPTICA PER A PIC, TEMPERATURA INTRACRANIAL I O2. COMPATIBLE AMB RMCatèter únic per a la monitorització de la PIC, la temperatura intracranial i la pressió tissular d'oxigen (ptiO2) en l'espai intraparenquimatós. Sense calibració prèvia necessària. Compatibilitat amb RM en procediments de 1,5T y 3,0T. Amb kit de fixació de cargol de PEEK. La fibra òptica no consumeix oxigen durant les medicions i no necessita conservació en fred. Inclou accessoris per fixació de cargol. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT							
29	46 al 46	Lot 29: SENSOR DE MONITORITZACIÓ PRESSIÓ INTRACRANIAL, I PtiO2, COMPATIBLE AMB RM. AMB CARGOL PER A MICRODIÀLISIS								
29	46	SENSOR INTRACRANIAL DE FIBRA ÒPTICA PER A MONITORIZACIÓ DE LA PIC, AMB KIT DE FIXACIÓ DE CARGOL PER A MICRODIÀLISIS, COMPATIBLE AMB RMCatèter únic per a la monitorització de la PIC, la temperatura intracranial i la pressió tissular d'oxigen (ptiO2) en l'espai intraparenquimatós. Sense calibració prèvia necessària. Compatibilitat amb RM en procediments de 1,5T y 3,0T. Amb kit de fixació de cargol de PEEK per a microdiàlisis. Inclou accessoris per fixació de cargol. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	KIT							

Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.

Cada codi EAN s'ha de presentar en una fila per cada referència, afegint les files que siguin necessàries. La informació sol·licitada ha d'estar inclosa en l'annex excel i no en annexos o documents adjunts. De no ser així no serà acceptada