

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARROS TRANSFER, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.

Elements tècnics del contracte

1.1. Objecte del contracte:

Subministrament de carros transfer amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, HSP).

Requeriments tècnics específics

Els requeriments tècnics específics dels articles licitats són els descrits a continuació.

- **Nom producte:** Carro de suport fixe i Carro de suport fixe + plataforma.
- **Descripció producte:**

Carro de suport:

- Carro d'alçada fixe.
- Estructura de suport totalment fabricada en acer inoxidable AISI 304, amb travessers de reforç a la base.
- Dispositiu de rodament format per 4 rodes, totes amb sistema de bloqueig centralitzat. Diàmetre de les rodes igual o superior a 20 cm aproximadament.
- Marc superior d'acer inoxidable amb guies longitudinals que permetin el desplaçament de la plataforma mòbil des d'un carro a un altre.
- Sistema de bloqueig de la plataforma sobre el carro.
- Sistema de frenat i mecanisme de bloqueig.
- Capacitat de càrrega de 250 kg aproximadament per carro.

Plataforma:



- Plataforma sobre marc d'acer inoxidable AISI 304 inferior que faciliti el seu desplaçament per les guies del carro de suport amb un moviment suau i continu. Longitud aproximada de 2 m.
- Superfície de descans amb respatller articulat (90° aprox. amb dispositiu manual de fàcil accionament).
- Possibilitat d'acoblament d'accessoris al bastidor.
- Matalàs de material viscoelàstic interior i entapissat de textura llisa, d'aproximadament 12 cm de gruix (9 d'escuma + 3 de visco).
- Elements de protecció elàstics, situats perimetralment, que evitin el deteriorament dels paraments verticals i esmorteixin els impactes.
- Superfícies arrodonides amb absència de cantells.
- Les baranes laterals d'acer inoxidable han de tenir tancament de seguretat en la posició aixecada i la forma i elements necessaris per a garantir la seguretat en ús pediàtric. Mides: 115 x 30 cm aprox.
- Suport extraïble per a ampolles de sèrum amb doble ganxo, alçada regulable manualment. Permet la col·locació de 3 bombes. Tija i ganxos d'acer inoxidable.
- Allotjament de suport per a ampolles de sèrum a 2 cantonades (a cap i peus).
- Joc de 4 manillars abatibles per a la conducció de la llitera.

➤ **Imatge de referència:**



La desviació respecte a les mides que consten en el present plec només poden ser acceptables si són poc significatives i sempre que les proposades, diferents a les del plec, s'adaptin a les necessitats del centre i no interfereixin en el correcte funcionament per al qual es destina, per la qual cosa serà valorada, en cada cas, pels tècnics corresponents.



La instal·lació del mobiliari, quan sigui necessari, es realitzarà a l'àrea on s'ubicarà i anirà a càrrec de l'adjudicatari.

Requeriments tècnics generals

La presentació de la oferta tècnica ha d'incloure els següents documents (format digital):

- Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de HSP (en cas de no constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
 - Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
 - Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
 - Marca comercial de l'article.
 - Descripció de les característiques bàsiques del producte.
 - Descripció de la composició del producte.
 - Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
 - Certificació de lliure de làtex, si s'escau.
 - Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE, si s'escau.
- En el cas de que hi hagi equips associats o altre material fungible associat, no codificat, s'haurà de facilitar la fitxa tècnica.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.



- Per als productes estèrils: en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.
- Tot i que en les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient puguin incloure referències específiques de productes, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i acompleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen.

- Els licitadors han de presentar l'oferta per lots.
- Les quantitats que figuren al present expedient són merament estimatives del consum de l'Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el Departament de Compres.
- L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un



interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.

- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

Termini i lloc de lliurament

- El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s'indiqui a la comanda.
- El termini màxim d'entrega del material serà de 15 dies a partir de la data d'emissió de la comanda.
- En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.
- El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça, és:

Recepció de mercaderies del Nou Hospital: Entrada per C/ Sant Antoni M^a Claret / Independència – Moll de descàrrega.

L'horari de la recepció de mercaderies és de 08:00 a 15:00 hores de dilluns a dijous i de 08:00 a 14:00 hores els divendres. No s'acceptaran lliuraments a la Recepció de Mercaderies fora d'aquest horari.



- El lliurament de qualsevol tipus de material o medicament haurà de ser atenent a una comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
- L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.
- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
- La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.
- El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdors se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN" i data de lliurament.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda.
- Número d'article HS.
- Número d'expedient.
- Número d'albarà.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.



Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

- En cas de ser paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc.) Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.
- Les devolucions es notificaran via fax i els materials hauran de ser retirats al nostre Magatzem General en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor amb HSP.

Mostres

- Els licitadors hauran de lliurar les mostres tal i com es detalla en el següent quadre:

ARTICLE	NÚM. DE MOSTRES
Carro fixe + plataforma	1
Carro fixe	1

El lliurament de les mostres es realitzarà a l'atenció del Sr. Castor Alexis Gil Moreno a l'adreça següent:

Att. Castor Alexis Gil Moreno
Recepció de Magatzem – Moll de descàrrega
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni M. Claret, 167
08025 Barcelona.



Data de lliurament: Es permet lliurar les mostres dintre i com a màxim, en el termini de lliurament de les ofertes.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.

Les mostres s'hauran de presentar en unitats per a cadascun dels productes oferts i expressament sol·licitats.

Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa i codi de producte HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d'un albarà de lliurament.

Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.

Si fos necessari augmentar el nombre de proves a realitzar, per discrepàncies entre els diferents professionals, el promotor podria demanar algunes mostres addicionals i d'alguns materials concrets.



Barcelona, a 17 de novembre de 2023.

Vist-i-plau
Maria Lacueva
Directora Infermeria

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

