

Expedient: SSJRBC 0323_25

Entitat: EDP Salut Sant Joan Reus – Baix Camp

Tipus: Subministrament

Subtipus: Adquisició

Procediment: Obert

Tràmit: Ordinari

Objecte: Subministrament de butaques multifuncionals elèctriques per a tractaments per l'Hospital de dia d'Oncologia

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

El plec d'especificacions tècniques de la licitació està format per:

- El present document de prescripcions tècniques
- Les especificacions tècniques corresponent a l'article objecte de la licitació
- Condicions de lliurament, muntatge i instal·lació
- Condicions de garantia i reposició
- Mostres (si s'escau)
- Penalitats

El present plec d'especificacions tècniques objecte de la licitació comporta l'adquisició, per part de Salut Sant Joan Reus - Baix Camp (d'ara endavant, Salut Sant Joan) del següent article:

- Butaca multifunció elèctrica amb moviments no sincronitzats de reposapeus i respall, amb alçada regulable per a tractaments per l'Hospital de dia d'Oncologia

Descripció	Quantitat	Preu unitari licitació (IVA exclòs)	Import total (IVA exclòs)
Butaca multifuncional elèctrica amb moviments no sincronitzats de respall i reposapeus i alçada regulable	25	3.500,00 €	87.500,00 €
Total sense impostos			87.500,00 €
Tipus d'IVA 21%			18.375,00 €
Total			105.875,00 €

Tots els articles oferts han de ser nous; no s'acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

2. PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS OBLIGATÒRIES:

Els requeriments tècnics indicats més endavant, en els casos en què estigui indicat com "característica bàsica", tindran caràcter obligatori i seran objecte de comprovació prèvia abans de la valoració tècnica de l'oferta.

L'incompliment d'un o varis d'aquests requeriments serà causa d'exclusió de la licitació.

Fitxa tècnica:

Les especificacions tècniques concretes de l'article inclòs en la licitació es troben definides en aquest plec. El licitador interessat a presentar una proposició haurà d'informar la fitxa tècnica de l'article.

També haurà de presentar aquella documentació aportada on es troba la informació de les característiques tècniques del producte ofert així com, si es requereix, el servei tècnic i de les condicions de manteniment.

És importat remarcar que per l'acreditació d'una prestació del producte ofert és necessària la presentació de la corresponent informació i documentació, com a part integral de la proposta, i el seu incompliment o manca d'informació podrà comportar la no valoració del producte als efectes de l'admissió o inadmissió de la proposta.

No serà suficient la mera indicació afirmativa o negativa d'una prestació, sense la corresponent informació i documentació per la seva comprovació i justificació.

De manera addicional, aquesta documentació ha de tenir el contingut mínim següent:

- ✓ Identificació de la marca, model i referència del producte ofert, i el corresponent catàleg
- ✓ Foto del producte ofert o altra documentació gràfica
- ✓ Descripció bàsica de producte, la seva composició, les característiques tècniques i funcionals, i la finalitat d'ús
- ✓ Descripció de l'embalatge i etiquetat, així com les condicions de muntatge, instal·lació i altra informació, si la fitxa ho indiqués

La documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o espanyola. Quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües indicades.

En cas contrari, s'entendran com no presentats.

Característiques bàsiques de l'equipament:

Butaca multifunció elèctrica amb moviments no sincronitzats de reposapeus i respall, amb alçada regulable per a tractaments per l'Hospital de dia d'Oncologia

Característiques bàsiques generals

- Estructura d'alta resistència.
- Estructura de la butaca dividida en tres seccions: respall, seient i reposa peus.
- Moviments del seient, reposapeus, respall i totalment independents.
- Alçada de la butaca regulable.
- La butaca ha de ser regulable en les màximes posicions possibles, quedant en posició de descans horitzontal, sent l'extensió total de ≥ 19000 mm.
- Quan està en posició de butaca el reposapeus ha d'estar en angle de 90° per facilitar l'accés al pacient.
- Motor elèctric per als moviments amb comandament.
- Possibilitat de moviments:
 - Regulació en alçada
 - Possibilitat de posició Trendelemburg
 - Diferents posicions de variació de la inclinació del respall, reposapeus, i seient i alçada.
- Repos braços regulables en altura i que en la seva posició mínima quedi a l'alçada del seient per proporcionar una superfície totalment plana entre el seient i els repos braços per facilitar la transferència del pacient a un altra llitera o l'accés d'una cadira de rodes al sofà.
- La mobilitat dels repos braços ha de ser amb un sistema hidràulic o neumàtic (o mixta) perquè els moviments d'aquests siguin suaus i segurs i el bloqueig dels mateixos sigui multiposicional.
- 4 rodes giratòries amb sistema de fre, si és possible amb fre centralitzat i amb rodes de moviment direccional per un millor trasllat.
- Pes màxim suportable requerit de no menys de 150 kg.
- Entapissat fàcil de netejar, amb revestiment ignífug M1 i amb acabat antiestàtic, resistent a la transpiració i als productes de neteja com líquids biològics (cal aportar la documentació que ho acrediti i identificar la composició del material)

Accessoris bàsics a incloure

- Agafador o nansa a la part posterior de la butaca per facilitar mobilització.
- Tauletes o safates laterals plegables.

- Suport per un pal de sèrum.
- Suports per a bosses de diüresis, drenatges...
- Coixí reposa-caps ergonòmic regulable en alçada.

Pla de formació

- Pla de formació inclòs en l'oferta (aportar documentació)
- Demostració al personal del servei el dia de l'entrega.

Normativa obligatòria

- *Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, (que transposa la Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo).*
- *Real Decreto 1644/2008, de 10 d'octubre, i per això s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (que inclou les bones pràctiques de fabricació i control, més l'adequació en la instal·lació per part del comercial).*
- Normativa de seguretat elèctrica i electromagnètica.
- Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament:
 - Certificació del marcatge CE.
 - Certificat de compliment de les normes UNE vigents.
 - Certificació del compliment de les "Obligacions dels fabricants, importadors i subministradors" i documentació de la informació que se'n deriva.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar els certificats de compliment dels punts anteriorment relacionats, essent suficient una declaració responsable de conformitat per part d'aquesta.

- L'empresa adjudicatària complirà i farà complir al seu personal (tant propi com subcontractat) l'esmentada normativa, tenint en compte les obligacions sobre Coordinació d'Activitats Empresariales previstes en l'Art. 24 de la Llei 31/1995 sobre Prevenció de Riscos Laborals i Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresariales.

3. CONDICIONS DE LLIURAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ

Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar el material en perfecte estat d'ús.

Aquestes intervencions inclouran entre d'altres:

- el muntatge i la instal·lació dels diferents elements de l'equipament, seguint les indicacions de Serveis Generals de Salut Sant Joan i l'IOCS (Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud).
- la reparació dels desperfectes que es puguin produir a conseqüència d'aquestes accions i, si s'escau, l'adaptació dels elements embellidors afectats,
- la retirada d'embalatges i la neteja de les àrees on s'instal·lin els elements.

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària dur a terme la posada en marxa de l'equipament.

L'adjudicatari es compromet a efectuar l'entrega en cas de resultar adjudicatari en un termini no superior als dies de lliurament indicats en la seva oferta adjudicada i, en tot cas, en un termini **no superior a 60 dies naturals** a comptar des de l'endemà a la formalització del contracte o comanda efectuada per Salut Sant Joan.

Un cop efectuat el lliurament tindrà un termini màxim de **7 dies naturals** per finalitzar el muntatge i instal·lació del mobiliari.

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desproveïment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte, sense perjudici d'aplicar la penalització que s'estableixi a la LCSP. En el cas que l'empresa adjudicatària proposi un altre article en substitució de l'adjudicat aquest ha de ser de la mateixa qualitat, composició i prestacions o superior i preu no superior a l'adjudicat. Aquest canvi caldrà sempre que sigui aprovat per part de Salut Sant Joan.

El material haurà de venir amb el seu albarà corresponent valorat, en el que figuraran núm. de comanda, núm. d'article i quantitat, núm. d'expedient i núm. d'albarà.

Els albarans han d'estar disponibles fàcilment, i en tot cas, anar a l'exterior dels paquets.

En cas de ser paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeus i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc.).

El material defectuós haurà de ser substituït per un altre idèntic sense càrrec addicional per Salut Sant Joan en un màxim de 2 dies hàbils a partir de la notificació de la incidència.

La recepció formal del bé es realitzarà en el moment que es consideri que el bé lliurat i instal·lat ho està en bones condicions.

- Manuals i documentació

L'empresa adjudicatària ha de lliurar amb l'equip, al responsable per part de Serveis Generals de Salut Sant Joan i de l'IOCS, tots els manuals íntegrament en català o castellà, corresponents a la descripció i operativitat de l'equipament, i que han de ser com a mínim els següents:

- Manual d'instal·lació, que ha d'incloure la informació i retolat sobre l'equipament que representi un risc especial.
- Manual d'ús que ha d'incloure una explicació detallada dels principis de funcionament, dels controls, operacions de maneig i seguretat dels usuaris, alarmes i operacions rutinàries per verificació del funcionament apropiat de l'equip previst al seu ús diari.
- Manuals de manteniment i tècnics que han d'incloure esquemes elèctrics i mecanismes complets, espediment, recanvis i accessoris, operacions de manteniment preventiu, calibratge i ajuda en la localització d'avaries. Els rètols, indicadors i etiquetes de l'equip també han d'estar en català o castellà, i ser prou explicatius.
- Documentació d'ús tècnic de l'equipament.
- Documentació / certificat de la formació impartida al personal assistencial i no assistencial del centre.

Tota la documentació detallada en el paràgraf anterior s'ha d'entregar en format electrònic.

4. CONDICIONS DE GARANTIA, REPOSICIÓ I FORMACIÓ

El termini de garantia de l'equipament inclosos els seus sistemes addicionals, components, accessoris, programari i integració amb el sistema informàtic existent, **serà de mínim tres 3 anys**, comptats a partir de la signatura de l'acta de recepció dels articles, havent de ser subministrada la formació bàsica als usuaris abans d'aquesta data.

En el cas que hi hagi components de l'equipament que gaudeixin d'una garantia complementaria l'empresa licitadora ho ha d'indicar.

a) DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA

La garantia ha d'incloure:

- La substitució de l'equipament o dels elements de l'equip tals com, components, accessoris i qualsevol altre element que formi part de l'equip i sigui necessari per al seu correcte funcionament, que continguin vicis, defectes o que pateixin un mal funcionament o deteriorament atribuïble a deficiències d'origen (materials i de funcionament).
- Manteniment preventiu programat d'acord amb el fabricant durant el període de garantia: revisió periòdica de seguretat i control de funcionament, ajustos, calibratges i altres operacions necessàries per al correcte funcionament del sistema.
- El manteniment correctiu, tècnic-legal, i totes les operacions correctives necessàries per a la reparació d'avaries, defectes de l'equip, incloses totes les peces de recanvi, durant el període de garantia.
- Així mateix, estan inclosos tots els costos i despeses de desplaçament del personal del servei de manteniment durant el període de garantia. Incloent tots els components de l'equip, elements auxiliars, instal·lacions, i peces de recanvi, mà d'obra, i altres costos que puguin derivar-se del compliment d'aquesta.

El temps màxim en cas d'avaria o incidència per la primera resposta amb presència física de tècnic si la incidència ho requereix serà de 48 hores (laborables).

S'haurà de disposar d'un servei d'Atenció al Client per gestió d'incidències o avaries amb horari d'atenció mínim de 8 a 17h de dilluns a divendres, preferentment amb resposta telefònica directa.

Els elements que s'han de substituir han de ser iguals o equivalents als elements que l'equip incorporava d'origen. En el cas, que no puguin ser iguals Salut Sant Joan ha d'acceptar expressament la instal·lació d'un element **equivalent a l'original**.

L'empresa adjudicatària ha de comunicar a l'Hospital les dates de les operacions de manteniment preventiu i correctiu, durant el període de garantia, amb suficient antelació per poder acordar l'horari en què es faran els treballs.

En l'oferta s'entregarà una proposta de manteniment amb la següent informació:

- Descripció de les actuacions específiques de manteniment preventives a realitzar. Com a mínim, totes les recomanades pel fabricant.
- Periodicitat amb què es realitzarà la mateixa.
- Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius així com temps de resposta en presència física mínim garantit.
- Relació de la ubicació dels serveis tècnics destinats a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.

Amb la condició de garantir el compliment de la garantia, a la signatura del contracte es formalitzarà un contracte de manteniment amb durada de tres (3) anys. Aquest contracte s'efectuarà d'acord amb la proposta de manteniment lliurada en l'oferta per l'adjudicatari, i haurà de complir les condicions de garantia exigides en aquest apartat.

b) REPOSICIÓ

El proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts del producte, si s'escau, durant un període mínim de **deu (10) anys** a comptar des de la data de recepció de l'equipament i instal·lació.

L'empresa adjudicatària ha de garantir un servei de postvenda durant un mínim de 10 anys a partir de la posada en marxa de l'equipament.

6. MOSTRES

Vegeu l'establert al punt J.2 del quadre de característiques.

7. PENALITATS

Es considera essencial per l'interès públic de la prestació sanitària oncològica el lliurament en el termini compromès de l'equipament i la seva correcta instal·lació a efectes d'atenció al pacient oncològic.

Motiu pel qual, s'estableix la següent penalitat en cas que no s'efectuï el lliurament en el termini mínim o ofert:


1. Per demora en l'execució: Quan el contractista, per causa no imputable a Salut Sant Joan, hagués incorregut en demora respecte del termini de lliurament ofert (o el termini màxim previst en aquest plec, si no s'hagués millorat) a comptar des de l'endemà a la formalització del contracte o comanda efectuada per Salut Sant Joan; Salut Sant Joan podrà optar entre la resolució del contracte o la imposició d'una penalitat diària consistent en 10,00 € per cada 1.000 euros de preu del contracte (IVA exclòs).


S'aplicaran les mateixes penalitats en cas de demora respecte al dia concretat per realitzar la instal·lació de les butaques.

Els sota signants declaren que, l'elaboració i la informació continguda en el present document, ha sigut duta a terme d'acord amb el seu criteri tècnic i tot garantint la lliure concurrència, segons el disposat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

El que signo als efectes oportuns,

A Reus, en data 20 de novembre de 2023


Anna Maria Rofes Navarro
Gestora Clínica Hospital de dia Oncologia
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp


Josep Gumà Padró
Direcció Servei Oncologia
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp