

Sant Antoni Maria Claret, 167  
08025 Barcelona  
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

EXP. NSP 24/004

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIU AL CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE EL  
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE L'EQUIPAMENT D'ENDOSCOPIA  
DIGESTIVA, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA  
CREU I SANT PAU**

**EXP. NSP 24/004**



SANT PAU

Sant Antoni Maria Claret, 167  
08025 Barcelona  
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

EXP. NSP 24/004

## Índex

1. Antecedents
2. Abast del contracte
3. Prescripcions generals
4. Condicions de subministrament
5. Obligacions del contractista



SANT PAU

## 1. Antecedents

La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant FGS) es veu en la necessitat d'incorporar **un (1) Vídeocogastroscopi, un (1) Vídeogastroscopi Pediàtric, i un (1) Processador d'Ultrassò de la casa comercial Fujifilm Healthcare S.L.** L'equipament a incorporar només pot ser de la marca Fujifilm Healthcare S.L. Aquest fet i d'altres que justifiquen l'exclusivitat de l'equipament es descriuen en la Memòria Justificativa de la licitació.

Aquest document pretén definir les prescripcions tècniques particulars de l'equipament i els seus accessoris, això com les de la seva instal·lació i posada en marxa.

## 2. Abast del contracte

L'abast del present expedient de contractació consisteix en el **subministrament, instal·lació, i posada en funcionament d' un (1) Vídeocogastroscopi, un (1) Vídeogastroscopi Pediàtric, i un (1) Processador d'Ultrassò** per la FGS tal i com es descriu en l'apartat de prescripcions generals. L'equip i les seves característiques es defineixen en el següent punt de prescripcions generals.

## 3. Prescripcions generals

El contracte consisteix en el subministrament, instal·lació, muntatge i posada en funcionament de :

- Vídeocogastroscopi EG-580UT amb les característiques següents:
  - Camp de visió 140°
  - Gamma d'observació 3–100mm
  - Capacitat de flexió a dalt 150°/a baix 150°  
dreta 120°/esquerra 120°
  - Longitud de treball de 125cm
  - Longitud total de 155cm
  - Diàmetre distal de 13,9mm
  - Canal de treball de 3,8 mm



- Vídeogastroscoپیدیاتری EG-740N amb les següents característiques:
  - Camp de visió 140°
  - Gamma d'observació 3–100mm
  - Capacitat de flexió adalt 210°/abaix 90°  
dreta 100°/esquerra 100°
  - Longitud de treball de 110cm
  - Longitud total de 140cm
  - Diàmetre distal de 5,8mm
  - Canal de treball de 2,4 mm
- Processador d'ultrasò SU-1H amb les següents característiques:
  - Modes d'exploració: B, M, CD, PD, PW, THI, CH
  - Imatge endoscòpica/ecogràfica
  - Freqüència: 5, 7.5, 10, 12 MHz

#### **4. Condicions de subministrament**

El subministrament dels articles objecte de la present licitació es farà a la FGS. Per tant, l'adjudicatari haurà d'efectuar els treballs de transport i muntatge a partir de la data que determini la FGS en el termini no superior a 1 mes des de la formalització del contracte.

L'equipament es subministrarà amb tots els accessoris necessaris per a un correcte funcionament, instal·lant-se en les dependències definitives i encarregant-se l'adjudicatari de la retirada dels embalatges.

#### **5. Obligacions del contractista**

El contractista està obligat a complir el termini d'execució del contracte en els terminis previstos en aquest document i en la seva oferta així com lliurar els béns objecte del contracte en temps i llocs fixats en el contracte.

##### **▪ Condicions d'instal·lació del sistema:**

La instal·lació del sistema ha d'incloure:

- Instal·lació i posta a punt de tots els sistemes oferts.
- Interconnexió de tots els elements que formen l'equip.
- Totes aquelles operacions no detallades anteriorment que calgui realitzar per a la correcta instal·lació i posada en funcionament de l'equip.
- El licitador pot efectuar qualsevol consulta o comprovació *in situ* per a adequar millor la seva oferta.
- Les interconnexions de tipus elèctric i de control entre el quadre elèctric de l'equip i el propi equip anirà a càrrec del proveïdor.



- **L'oferta ha de preveure la instal·lació completa de l'equip d'acord amb les directrius de la direcció de manteniment i obres del centre.**

El subministrament, instal·lació i posada en funcionament de l'equipament objecte d'aquest expedient, van a càrrec de l'adjudicatari i estaran incloses en el preu de licitació. L'empresa adjudicatària, una vegada instal·lat l'equip, haurà de realitzar les proves d'acceptació corresponents. Les proves es realitzaran en presència del personal, tècnicament qualificat, autoritzat pel centre.

- **Pla de Formació:**

L'objectiu del Pla de Formació és el d'oferir accions formatives inicials pel personal al respecte del funcionament i ús del mòdul de manera que s'optimitzi el seu rendiment i s'aconsegueixi una eficiència òptima que millori la qualitat assistencial.

- **Normativa obligatòria:**

Tots els components del sistema hauran de complir amb el que estableix la legislació espanyola i comunitària vigent que sigui d'aplicació, així com altres normes aplicables obligatòriament:

- *Reial Decret 414/1996, d'1 de març, relatiu a la regulació de productes sanitaris (Directiva 93/42/CEE relativa a productes sanitaris).*
- *CEI 601.1 (UNE 606061.1), sobre els nivells de Seguretat Elèctrica*
- *Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, per el que s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió*
- *Marca CE*

**Documentació tècnica complementària:** Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català i/o en castellà:

- 2 manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi la preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- 2 manuals d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloent-hi les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació.
- 2 manuals d'instruccions de manteniment que ha de contenir les instruccions següents: Instruccions de manteniment preventiu, Plànols i esquemes, amb dimensions, Relació de components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència, Esquema tècnic sobre el muntatge dels accessoris i recanvis, Instruccions de manteniment correctiu, incloent-hi la relació d'avaries més usals i la seva solució.



Sant Antoni Maria Claret, 167  
08025 Barcelona  
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

EXP. NSP 24/004

## Garantia

El termini de garantia de l'equip ofert serà mínim d'un (1) any.

Barcelona, a 12 de desembre de 2023.

Rubèn Moragues Pastor  
Director de Serveis Generals

**NOTA 1:** El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

**NOTA 2:** A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.



SANT PAU