



CONT-23-375

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Objecte: manteniment del Sistema de purificació d'aigua del laboratori.

Elix 35 230V 50Hz- ZLXS50035 F4CN79572A

Elix70 230V 50Hz-ZLXS50070 F3JA33556B

Milli-Q ADVANTAGE A10 – Z00Q0V0T0 F4MA86948F

Milli-Q ADVANTAGE A10 – Z00Q0V0T0 F2MA54886E

Milli-Q GRADIENT A10 230V/50HZ –ZMQS5V0T1-F4DN43876A (subministrament del fungible)

Realització del servei:

Aquest contracte de manteniment és modalitat TOTAL, inclou una visita de manteniment preventiu anual, en tots els equips, i totes les reparacions i substitució de peces en tots els equips excepte en el ELIX 35, modalitat ADVANCED, que s'inclou manteniment preventiu i material reposició però la cobertura no assegura poder fer les reparacions imprevistes ja que s'han deixat de fabricar els recanvis.

En el cas del Milli-Q GRADIENT A10 no hi ha cobertura de manteniment al tractar-se d'un equip obsolet, però en aquest contracte s'inclou tot el material fungible necessari pel seu correcte funcionament.

Tot el material necessari per el funcionament del sistema, i formació als usuaris en l'ús dels equips.

Barcelona, a data de la signatura

Glòria Muñoz

Cap del Servei d'Administració i Logística



Signatura 1 de 1	12/09/2023	Cap del Servei d'Administració i Logística
Glòria Muñoz Guzman		
Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	c8311cfd09e34bf197c2c5ea53525928001	
Url de validació	https://vds.aspb.cat/absis/tdl/arx/tdl/arxabsawe/bspb/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	