

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**SERVEI D'ESTERILITZACIÓ A BAIXA TEMPERATURA DE MATERIAL QUIRÚRGIC AMB MÀQUINA
D'ÒXID D'ETILÈ PER A L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.**

EXP 2023-206

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT.

L'objecte d'aquest plec és la licitació d'un servei d'esterilització a baixa temperatura (mitjançant òxid d'etilè) pel material quirúrgic de l'Hospital Clínic de Barcelona que no suporta l'esterilització convencional a altes temperatures.

El servei consistirà en: la recollida dels contenidors amb el material a esterilitzar, el procés d'esterilització a baixa temperatura amb el corresponent temps d'airejat, així com el servei de transport i entrega a la central d'Esterilització de l'Hospital Clínic de Barcelona (en endavant HCB).

2. ABAST DEL CONTRACTE.

En virtut del present procediment de licitació, l'HCB pretén contractar servei integral d'esterilització a baixa temperatura (mitjançant òxid d'etilè) pel material quirúrgic de l'Hospital Clínic de Barcelona que no suporta l'esterilització convencional a altes temperatures durant tota la durada del contracte.

Tal i com s'estableix en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, la durada màxima del contracte serà de 12 mesos amb possibilitat de ser prorrogat durant quatre anualitats més. Durant la vigència del contracte, els adjudicataris estaran obligats a prestar el servei d'una manera continua i actualitzada a les noves innovacions tecnològiques i de mercat.

3. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI INTEGRAL D'ESTERILITZACIÓ EN ÒXID D'ETILÈ

El servei integral objecte de contractació haurà de complir els següents requisits:

- L'adjudicatari serà el responsable de dur a terme:

- Recollida i l'entrega de l'instrumental un cop per setmana.
- Esterilització i airejat corresponent en les seves instal·lacions.
- Transport tant en la recollida com en l'entrega.

- El material a esterilitzar que enviarà l'HCB seran:

- Contenidors petits: amb un màxim de 30 peces.
- Contenidors mitjans: amb un màxim de 50 peces.
- Contenidors grans: amb un màxim de 150 peces
- Contenidors extra-grans: amb un màxim de 300 peces

-L'empresa adjudicatària s'adaptarà als requeriments del personal de l'HCB en el que fa referència a la forma d'entrega i la presentació dels paquets.

-Cal que l'adjudicatari tingui ISO 9001, 14001 i llicència d'esterilització a tercers emesa per l'AEMPS. Serà d'obligat compliment la presentació d'aquests certificats com a documentació annexada a l'expedient.

-La central d'esterilització ha de ser una sala d'ambient controlat (Clase D).

-La recollida i entrega dels contenidors es realitzarà sota la supervisió del personal d'esterilització de l'HCB.

-Pel que fa l'embalatge: les bosses, contenidors o equips d'instrumental seran enviades per l'HCB ja etiquetades i amb els controls fets i caldrà que siguin retornades de la mateixa manera un cop esterilitzades.

-El mitjà de transport dels paquets estèrils serà una caixa hermètica o s'inclourà un albarà indicant els articles que es retornen

-L'adjudicatari haurà de revisar tot l'instrumental abans de lliurar-lo.

-L'instrumental que per causa de la empresa adjudicatària s'hagi deteriorat i no sigui apte per al seu ús es lliurarà separat a la persona responsable d'Esterilització. Serà obligació de l'adjudicatari fer-se càrrec de la reposició (mitjançant abonament del valor de mercat de la peça deteriorada o extraviada) de les peces que estant en la seva possessió siguin extraviades o deteriorades durant el procés d'esterilització o transport.

-Durant el transport no entraran en contacte l'instrumental pendent d'esterilitzar i l'instrumental esterilitzat, utilitzant diferents recipients. Serà a càrrec de l'adjudicatari l'ús de recipients necessaris per al transport.

-No es transportarà instrumental esterilitzat en un compartiment que hagi transportat instrumental pendent d'esterilitzar sense una desinfecció prèvia.

-El transport es realitzarà de manera directa, sense pernoctar en cap plataforma logística.

4. ACTUACIONS FORA DE CONTRACTE.

Qualsevol facturació i / o despeses addicionals a l'establert en aquest contracte haurà d'estar prèviament acaptada per l'HCB. El proveïdor no ha de portar a terme "serveis facturables" sense un pressupost previ acceptat per l'HCB.

L'HCB no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en el present Plec de Condicions Tècniques o de les normes complementàries que s'estableixin, o que no compti amb la seva prèvia conformitat, encara que hagi estat demanada per qualsevol persona relacionada amb ell, a qualsevol nivell de responsabilitat.

Nogensmenys, l'HCB no es farà càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d'una intervenció no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar –si s'escaigués– compensació pels danys o perjudicis que poguessin derivar-se'n.

5. CONDICIONS DE RECEPCIÓ I LLIURAMENT DE L'INSTRUMENTAL

Per dur a terme la recepció física, el material haurà d'anar acompanyat de la documentació necessària i suficient.

L'albarà haurà d'anar a l'exterior del paquet. Ara bé, si estigués a l'interior, serà el transportista qui haurà d'obrir-lo per presentar-lo a la recepció de proveïdors del magatzem.

En qualsevol cas, l'albarà haurà de ser llegible i presentar-se en suport paper i en correctes condicions per al seu processament. Es probable que durant la vigència del contracte s'implementi obligatòriament l'albarà electrònic, què es notificaria prèviament amb antelació.

Cada albarà correspondrà a un únic número de comanda i cada paquet contindrà el material corresponent a un únic albarà.

Els paquets hauran d'estar correctament identificats amb el número d'albarà i de comanda, a més del nom del proveïdor.

6. OFERTA TÈCNICA

L'empresa adjudicatària haurà d'especificar en la seva oferta tècnica, les característiques de les seves instal·lacions, processos, i l'ús dels productes emprats.

L'oferta haurà de presentar-se en format pdf original (no documents escanejats) que permeti la cerca. Caldrà indicar les mesures adoptades per a minimitzar les incidències

El desgloss de la oferta tècnica haurà d'incloure:

1. Recollida i lliurament de l'instrumental
2. Esterilització i airejat corresponent en les seves instal·lacions.
4. Servei de transport

La no presentació de la documentació sol·licitada, serà motiu d'exclusió de l'empresa licitadora.

7. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE FACTURACIÓ:

Les condicions i requisits establerts per l'HCB per a l'abonament de factures es troben previstos a la clàusula trenta-vuitena del Plec de Clàusules Administratives Particulars, i seran d'obligat compliment sempre que l'HCB no indiqui el contrari. Addicionalment, es detallan les especificitats que l'adjudicatari haurà de complir per a l'expedient de contractació que ens ocupa:

La facturació es realitzarà en funció de la càrrega (es a dir, del número de peces enviades a cada contenidor) per cada enviament setmanal que faci l'HCB.

Barcelona, 30 de desembre de 2023

Dra. Isabel Vilaseca Gonzalez
Directora de l' Àrea Quirúrgica de l'HCB

Manel Sanz
Cap d'Enginyeria Biomèdica