

ANNEX - 9

Condicions específiques (cessions, accessoris, complements, etc).

9.1 Cessió d'equips

Condicions de la cessió

Actualment els adjudicataris del fungible dels Lots 1, 2 i 3:

Cedeixen sense cap cost per als Centres de l'ICS, l'equipament necessari per facilitar l'ús i la correcta utilització d'aquest material.

El nombre estimat d'equips s'especifiquen en aquest mateix annex a l'apartat "Inventari d'equips". En cas que hi hagi Centres Adherits amb consums d'aquests codis serà obligatori la cessió de l'equipament necessari per facilitar l'ús i la correcta utilització d'aquest material.

Cas que en el procés d'adjudicació aquest material fos adjudicat a un proveïdor diferent de l'actual, el nou adjudicatari haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats existents als Centres per altres amb les mateixes característiques i funcionalitats bàsiques que garanteixin la continuïtat i funcionament de l'actual sistema instal·lat.

Les empreses adjudicatàries d'aquests articles també seran les responsables del manteniment dels equips instal·lats en els centres, així com la seva actualització i substitució en cas d'avaría, sense cap cost per als Centres de l'ICS.

Les empreses adjudicatàries hauran d'entregar més equips segons les noves necessitats dels centres. Si es retira un equip per reparació haurà d'entregar-ne un altre de substitució en un temps de resposta de 24 hores, de dilluns a divendres. Les incidències derivades del no compliment d'aquest requisit en el temps indicat serà responsabilitat de l'empresa. La formació per part de l'empresa haurà de ser a disposició de les necessitats i horaris dels centres.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació. L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Inventari d'equips

L'inventari estimat que l'empresa adjudicatària ha de cedir als nostres centres és el següent:

Lot 1	Equip d'infusió-escalfador o/i termoregulació de fluids compatible amb bomba-escalfador CoolGard3000 o equivalent.
Lot 2	Equip d'infusió-escalfador o/i termoregulació de fluids compatible amb bomba-escalfador FLOWTHERM o equivalent.

		Inventari bombes d'escalfament de fluids							
		<i>Hospital de la Vall d'Hebró</i>	<i>Hospital de Bellvitge</i>	<i>Hospital Germans Trias i Pujol</i>	<i>Hospital Josep Trueta</i>	<i>Hospital Joan XXIII</i>	<i>Hospital Arnau de Vilanova</i>	<i>Hospital Verge de la Cinta</i>	
Nom del model tipus*	LOT	Total bombes	Total bombes	Total bombes	Total bombes	Total bombes	Total bombes	Total bombes	Total bombes
CoolGard 3000 o equiv	1	1	1	-	1	1	-	-	4
FLOWTHERM o equiv	2	1	1	1	-	1	-	-	4
									8

* Les unitats són estimades i per tant poden variar

Característiques bàsiques dels equips d'escalfament/bombes a tenir amb compte:

Bomba-escalfador CoolGard3000 o equivalent

- Indicadors d'energia
- Llum indicadora d'alarma. Alarma audible (bip).
- Configuració de temperatura entre 31º C i 38º C
- Graus de velocitat/hora
- Taxa fred/escalfament (expressada en graus per hora)
- Connector per a interfície, descarrega de dades
- Controlador de temperatura (rang entre 0º i 42º C)

Bomba-escalfador Flowtherm o equivalent

- Acceleració progressiva
- Pantalla de visualització).
- Flux de 0 a 600mL/min
- Instruccions de temperatura fixa: 40°C
- Precisió: + / - 5 % fins a 600 ml/min
- Alarma de sobrepressió
- Alarma visuals i sonores en parada automàtica
- Detector ultrasònic d'aire
- Detector de sobrepressions: parada a 0,6 bar
- Detector de rotació per excés de velocitat
- Detector de bossa

L'inventari estimat que l'empresa adjudicatària ha de cedir als nostres centres pel lot 3, és el següent:

Lot 3	Manta tèrmica compatible amb escalfador/refredador d'aigua normo/hipotèrmia 3T o equivalent.
--------------	---

		<i>Inventari bombes d'escalfament de fluids</i>							
		<i>Hospital de la Vall d'Hebron</i>	<i>Hospital de Bellvitge</i>	<i>Hospital Germans Trias i Pujol</i>	<i>Hospital Josep Trueta</i>	<i>Hospital Joan XXIII</i>	<i>Hospital Arnau de Vilanova</i>	<i>Hospital Verge de la Cinta</i>	
<i>Nom del model tipus*</i>	<i>LOT</i>	Total Mòdul	Total Mòdul	Total Mòdul	Total Mòdul	Total Mòdul	Total Mòdul	Total Mòdul	Total
Mòdul normo/hipotèrmia 3T	3	1	1	-	1	-	-	-	3
* Les unitats són estimades i per tant poden variar									3

Característiques bàsiques de la unitat d'escalfament/refredament d'aigua a tenir amb compte:

Mòdul de normo/hipotèrmia 3T o equivalent

- Pantalla tàctil LCD (5,6 polzades o superior)
- Avís per senyal acústica i lluminosa d'excés de temperatura
- Sonoritat màxima de 65 db
- Sistema independent d'intercanvi de calor per controlar la temperatura
- Tancs separats i independents per canviar entre la cardioplegia freda i calenta.
- Control remot amb cable aproximadament de 6 m
- Rodes giratòries amb sistema de bloqueig
- Sistema lliure de CFC