

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

CS/CC00/1101379927/24/PNSP

**Subministament agregat d'Electrocirurgia bàsica
general i material per a cirurgia per ultrasò_Desert**

AVALUACIÓ DE LES OFERTES

Les ofertes que no s'ajustin als requisits tècnics mínims indicats en el plec quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

La Direcció General de Contractació Pública ha establert, mitjançant la Directriu 1/2020, un model de càlcul de puntuació d'ofertes, que com a regla general, es farà servir a totes les licitacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Per a l'adjudicació d'aquest contracte s'utilitzen una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu, d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.

Al tractar-se d'una licitació d'aprovisionament de materials, composta per una pluralitat de béns els quals es subministraran de manera successiva i per preu unitari, s'ha decidit de manera excepcional no aplicar la fórmula prevista a l'esmentada Directriu, considerant que els criteris d'adjudicació estan formulats de tal manera que permeten conèixer la proposició amb una millor relació qualitat preu.

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris objectius de valoració són els que s'indiquen a continuació:

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

Els preus son de referència, no limiten el preu de les ofertes.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent fórmula:

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la fórmula de l'invers proporcional.
P. max. assig. .- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

- Els criteris de valoració de les ofertes són els que s'indiquen a continuació.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ OBJECTIUS

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris objectius de valoració són els que s'indiquen a continuació:

LOT 1 -COAGULACIÓ BIPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA: ELECTROBISTURÍS AMB BATERIA (Lot No Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		80 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>Carbur tunsté.</u> Per aquells materials que tinguin en la seva composició carbur de tunsté es valorarà, que aquest material sigui igual o superior a 99 %, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Ergonomia i facilitat d'ús.</u> Es valorarà que el mànec de l'electrobisturí sigui texturitzat per evitar que rellisqui amb els guants, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts

**LOT 2 -COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA: ELECTROBISTURÍS
CONVENCIONALS AMB EVACUACIÓ DE FUMS (Lot Obligatori)**

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		65 punts
Puntuació tècnica objetiva (presentació sobre 2)	<u>Bona/Òptima connexió de l'elèctrode al mànec.</u> Connexió universal a mànec de 2,38-2,4mm-3/32", ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =15 punts No compleix = 0 punts
	<u>Ergonomia i facilitat d'ús.</u> Es valorarà que el mànec de l'electrobisturí sigui texturitzat per evitar que rellisqui amb els guants, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Avisos acústics i visuals.</u> Es valorarà que el generador doni avisos acústics i visuals si els dispositius no estan correctament connectats, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts

LOT 3 - COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA: ELÈCTRODES PUNTA AGULLA
(Lot No Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		60 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Bona/Òptima connexió de l'elèctrode al mànec. Connexió universal a mànec de 2,38-2,4mm-3/32", ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =15 punts No compleix = 0 punts
	Carbur tunsté. Per aquells materials que tinguin en la seva composició carbur de tunsté es valorarà, que aquest material sigui igual o superior a 99 %, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	Punta antiadherent i protegida. Es valorarà que la part activa de l'elèctrode sigui antiadherent, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =15 punts No compleix = 0 punts

LOT 4 - COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA TANCADA: ELÈCTRODES PUNTA EN L O GANXO (Lot No Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		85 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Punta antiadherent i protegida. Es valorarà que la part activa de l'elèctrode sigui antiadherent, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =15 punts No compleix = 0 punts

LOT 5 - COAGULACIÓ MONOPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA/TANCADA: NANSES CONITZACIÓ
(Lot Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		70 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>Carbur tunsté.</u> Per aquells materials que tinguin en la seva composició carbur de tunsté es valorarà, que aquest material sigui igual o superior a 99 %, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Punta antiadherent i protegida.</u> Es valorarà que la part activa de l'elèctrode sigui antiadherent, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Codificació de color segons mida.</u> Es valorarà que les diferents mides de les nanses siguin codificades amb colors, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts

LOT 6 - COAGULACIÓ MONOPOLAR: PLAQUES DE RETORN PACIENT (Lot No Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		60 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>Amb cable incorporat/longitud de cable.</u> Es valorarà que els dispositius portin incorporat el cable amb longitud igual o superior a 3 metres, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4. <i>(només per codi sap 30010688)</i>	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Avisos acústics i visuals.</u> Es valorarà que el generador doni avisos acústics i visuals si els dispositius no estan correctament connectats, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Anell seguretat.</u> Es valorarà que la placa tingui anells de seguretat, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1. <i>(excepte codis saps 30004172)</i>	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>UNE-EN 60601-2-2: 2009</u> Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts

LOT 7 - COAGULACIÓ BIPOLAR PER A CIRURGIA OBERTA: PINCES CONVENCIONALS (Lot No Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		80 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>Ergonomia i facilitat d'ús.</u> Es valorarà que el mànec de l'electrobisturí sigui texturitzat per evitar que rellisqui amb els guants, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Amb cable incorporat/longitud de cable.</u> Es valorarà que els dispositius portin incorporat el cable amb longitud igual o superior a 3 metres, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts

LOT 8 - COAGULACIÓ BIPOLAR PER A CIRURGIA TANCADA: PINCES CONVENCIONALS (Lot No Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		70 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>Puntes antiadherents i protegides.</u> Es valorarà que la part activa de les puntes siguin antiadherents, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =15 punts No compleix = 0 punts
	<u>Amb cable incorporat/longitud de cable.</u> Es valorarà que els dispositius portin incorporat el cable amb longitud igual o superior a 3 metres, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =15 punts No compleix = 0 punts

**LOT 9 - ASPIRACIÓ/DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA:
TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLES AMB SISTEMA
SONASTAR/MISONIX O EQUIVALENT (Lot Obligatori)**

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		50 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>Punta antiadherent i protegida.</u> Es valorarà que la part activa de l'elèctrode sigui antiadherent, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1. <i>(Excepte codi 30037989+80011033)</i>	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Avisos acústics i visuals.</u> Es valorarà que el generador doni avisos acústics i visuals si els dispositius no estan correctament connectats, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Longitud dels equips d'irrigació/aspiració.</u> Es valorarà que els equips tinguin longitud igual o superior a 3 metres, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1. <i>(Només per el codi sap 30037989)</i>	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Número màxim usos de la peça de mà.</u> Es valorarà que el proveïdor indiqui el número màxim d'usos de la peça de mà. <i>(Només per el codi sap 80011033)</i>	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Temps de montatge.</u> Es valorarà que el temps de montatge del sistema per la seva utilització sigui inferior a 3minuts <i>(Només per el codi sap 80011033)</i>	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts

LOT 10 - TERMINALS/SONDA PER ULTRASONS PER A EXTRACCIÓ DE CIMENT COMPATIBLE AMB SISTEMA OSCAR PRO O EQUIVALENT (Lot Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		80 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>Punta antiadherent i protegida.</u> Es valorarà que la part activa de l'elèctrode sigui antiadherent, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Avisos acústics i visuals.</u> Es valorarà que el generador doni avisos acústics i visuals si els dispositius no estan correctament connectats, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts

LOT 11 - DISSECCIÓ PER ULTRASONS PER A CIRURGIA OBERTA I TANCADA: TERMINALS PUNTES D'ASPIRACIÓ I ACCESSORIS COMPATIBLE AMB SISTEMA SONOPET O EQUIVALENT (Lot Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		70 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>Punta antiadherent i protegida.</u> Es valorarà que la part activa de l'elèctrode sigui antiadherent, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4. <i>(Excepte codis saps 30025016+30060566)</i>	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Avisos acústics i visuals.</u> Es valorarà que el generador doni avisos acústics i visuals si els dispositius no estan correctament connectats, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts
	<u>Longitud dels equips d'irrigació/aspiració.</u> Es valorarà que els equips tinguin longitud igual o superior a 3 metres, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4. <i>(Només per els codis saps 30025016+30060566)</i>	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts

LOT 12 - COAGULACIÓ PER GAS ARGÓ PER A CIRURGIA TANCADA, COMPATIBLE AMB SISTEMA BEAMER O EQUIVALENT (Lot No Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		90 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Terminal punta de ceràmica. Es valorarà que el terminal punta sigui de ceràmica, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts

LOT 13 - SISTEMA QUIRÚRGIC PER ULTRASONS I ACCESSORIS COMPATIBLE AMB SISTEMA PIEZOELECTRIC O EQUIVALENT (Lot Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		90 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	UNE-EN ISO 14001:2015. Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts

LOT 14 - COAGULACIÓ BIPOLAR AVANÇADA, SEGELLADORA PER A CIRURGIA OBERTA/TANCADA: PINCES COMPATIBLES AMB SISTEMA COOLSEAL O EQUIVALENT (Lot Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		70 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	Dispersió tèrmica. Es valorarà que la dispersió tèrmica sigui de menys de 1 mm, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =15 punts No compleix = 0 punts
	Temps de segellat. Es valorarà que el temps de segellat sigui inferior a 1.4 seg, ha d'estar especificat a la Product Data o Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1 i omplir el Annex D4.	Si compleix =15 punts No compleix = 0 punts

LOT 15 - ACCESORIS I VARIS (Lot No Obligatori)

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		90 punts
Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2)	<u>UNE-EN ISO 14001:2015</u> . Es pot presentar el certificat que acrediti el seu compliment, vigent o pot estar especificada a la Product Data o pot estar especificada a l'Annex D1 - Fitxa tècnica de l'ICS i omplir el Annex D4.	Si compleix =10 punts No compleix = 0 punts

APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ AMB OBLIGATORIETAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTA A LA TOTALITAT D'ARTICLES

D'acord amb el que s'indica en el punt 3 del Plec de prescripcions tècniques, **és obligatori** presentar oferta a la totalitat dels articles dels lots:

2,5,9,10,11,13,14.

Per tant, en aquest cas, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques són individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum(N_i * P_i)}$$

C_i: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);
N_i: és la quantitat licitada per material;
P_i: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.