

**JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DEL SOBRE B DE L'EXPEDIENT DE
SUBMINISTRAMENT DELS EQUIPS I MATERIAL NECESSARI I D'ALTRES ELEMENTS
ACCESSORIS PER A REALITZAR ELS PROCEDIMENTS D'AFÈRESI TERAPÈUTICA,
FOTOAFÈRESI I PLAQUETOAFÈRESI PER PART DEL BANC DE SANG I TEIXITS.
EXPEDIENT CS/2000/1100004823/24/PO**

ANTECEDENTS DE LA LICITACIÓ

- Publicació de la licitació al DOUE: 28 de novembre de 2023
- Publicació de la licitació al perfil del contractant del BST: 28 de novembre de 2023
- Finalització del període de presentació d'ofertes: 27 de desembre de 2023
- Obertura sobre A: 11 de gener de 2024
- Obertura sobre B: 16 de gener de 2024

EMPRESSES PRESENTADES A LA LICITACIÓ

- TERUMO BCT ESPAÑA, S.L.U. B87771499
- THERAKOS EMEA LIMITED N0251389C
- FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. A08130502
- MACO SPANIA S.L. B82183849

INFORME DE VALORACIÓ

La valoració tècnica d'aquest expedient s'ha realitzat basat en els criteris d'adjudicació establerts.

A continuació, es detalla la justificació de la puntuació de cada criteri per cada lot que compona l'expedient:

- **LOT 1:**
 - **SEGURETAT I FACILITAT D'ÚS**

En aquest criteri s'ha valorat positivament que:

 - La instal·lació/extracció de l'equip és fàcil i guiada, ja que el kit s'instal·la i desinstal·la mitjançant un casset, i el sistema guia els passos a seguir per posar a punt l'equip pel procediment.
 - Que permet la adaptabilitat d'un sistema d'adsorció LDL a l'equip d'afèresi, mitjançant un software per la connexió i maneig de filtres i columnes compatibles amb l'equip.
 - Que disposa de diferents eines que faciliten l'ús del producte i que proporcionen seguretat en el maneig, com per exemple:
 - Línies d'anticoagulant i SF identificades pel color
 - Segellador de línies integrat
 - Guia de resolució d'alarmes
 - Alarmes visuals i acústiques
 - **MATERIAL FUNGIBLE**

En aquest criteri s'ha valorat positivament que el licitador està treballant per acompliment de la normativa UE2021/2045.
 - **INTRODUCCIÓ DE MILLORES**

Aquest criteri s'ha valorat amb 0 punts, ja que tot i presentar elements que faciliten l'activitat i el procediment i garanteixen confortabilitat, no es

consideren elements nous ja que constaven en els requisits del plec tècnic i per tant no son millores.

- **CONNEXIONS EN LÍNEA**

En aquest criteri s'ha reduït la puntuació, ja que tot i que es mostra la intenció a realitzar la connexió del sistema d'afèresis i el sistema informàtic del BST, no s'especifica ni el procediment ni les dades exportables.

- **FORMACIÓ**

En aquest criteri s'ha valorat positivament les aportacions a la formació/capacitació envers els professionals que s'ha ofert en aquest expedient. Tant de forma presencial com mitjançant plataformes es presenten ofertes formatives atractives i completes que s'adapten a diferents perfils d'aprenentatge.

- **CONDICIONS GENERALS DE SUBMINISTRAMENT**

En aquest criteri s'ha valorat positivament que el pla de contingència presentat assegura l'activitat del BST, mitjançant un sistema logístic, de fabricació i emmagatzematge que s'adequa a les necessitats del BST.

- **TIPUS D'EMBALATGE I FORMA DE PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE**

En aquest criteri s'ha reduït la puntuació, ja que tot i presentar totes les dades del producte de forma clara i que els productes son de fàcil obertura, la informació en codis de barres / QR no s'acaba d'ajustar a les necessitats del BST. Falta la informació de la referència en aquest format i presenta un únic codi per tota la informació. Degut a les necessitats del BST encaixaria millor un codi de barres per a cada item (referència, lot i data de caducitat).

-

- **Lot 2:**

- **SEGURETAT I FACILITAT D'ÚS**

En aquest criteri s'ha valorat positivament que la instal·lació/extracció de l'equip és fàcil i guiat, ja que el kit és molt senzill al tractar-se d'una bossa amb tubuladura, i el sistema guia els passos a seguir per tal de portar a terme el procés de fotoil·luminació i minimitzar possibles errors.

- **MATERIAL FUNGIBLE**

En aquest criteri s'ha valorat positivament que el licitador esta treballant per acompliment de la normativa UE2021/2045.

- **INTRODUCCIÓ DE MILLORES**

Aquest criteri s'ha valorat positivament, ja que junt amb el fotoil·luminador el proveïdor inclou diferents equips que faciliten la feina del usuari i proporcionen seguretat. Com per exemple:

- SAI extern
- Lector de codi de barres
- Impresora d'etiquetes
- Impresora d'informes
- Teclado

- **CONNEXIONS EN LÍNEA**

En aquest criteri s'ha reduït la puntuació, ja que tot i que disposa d'eines (com el lector automàtic) que minimitzen les errades a l'hora d'introduir dades per realitzar el procés de fotoil·luminació, no es presenta cap sistema per la transferència automàtica de dades al sistema informàtic del BST.

- **FORMACIÓ**

En aquest criteri s'ha valorat positivament les aportacions a la formació/capacitació envers els professionals que s'ha ofert en aquest expedient. Tant de forma presencial com mitjançant plataformes es presenten ofertes formatives atractives i completes que s'adapten a diferents perfils d'aprenentatge.

- **CONDICIONS GENERALS DE SUBMINISTRAMENT**

En aquest criteri s'ha valorat positivament que el pla de contingència presentat assegura l'activitat del BST, mitjançant un sistema logístic, de fabricació i emmagatzematge que s'adequa a les necessitats del BST.

- **TIPUS D'EMBALATGE I FORMA DE PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE**

En aquest criteri s'ha reduït la puntuació, ja que tot i presentar totes les dades del producte de forma clara i que els productes son de fàcil obertura, la informació en codis de barres no s'acaba d'ajustar a les necessitats del BST. Falta la informació de la data de caducitat en aquest format.

- **Lot 3:**

- **COMPOSICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL**

- **Therakos:** Aquest criteri s'ha valorat positivament, ja que es presenta un sistema integrat (que permet la selecció, extracció, fotoil·luminació i reinfusió de cèl·lules de manera estèril, continua i ininterrompudament) en un sol equip, homologat per la CE, que és apte per malalts pediàtrics i disposa d'una làmpada de llarga duració.
- **Fresenius:** En aquest criteri s'ha reduït la puntuació, ja que tot i presentar homologació per la CE, compatibilitat amb malalts pediàtrics i disposar d'una làmpada de llarga duració, No està integrat en un únic equip, el sistema necessita d'un aparell complementari, el qual s'inclou, per tal de ser integrat (que permet la selecció, extracció, fotoil·luminació i reinfusió de cèl·lules de manera estèril, continua i ininterrompudament.). Si per alguna raó manqués aquest segon equip no és podria portar a terme la fotoil·luminació de les cèl·lules.

- **MATERIAL FUNGIBLE**

- **Therakos:** En aquest criteri s'ha valorat positivament que el licitador esta treballant per compliment de la normativa UE2021/2045.
- **Fresenius:** En aquest criteri s'ha valorat positivament que el licitador esta treballant per compliment de la normativa UE2021/2045.

- **INTRODUCCIÓ DE MILLORES**
 - **Therakos:** Aquest criteri s'ha valorat amb 0 punts, ja que tot i presentar elements que faciliten l'activitat i el procediment, i garanteixen confortabilitat, no es consideren elements nous ja que constaven en els requisits del plec tècnic i per tant no son millores.
 - **Fresenius:** Aquest criteri s'ha valorat positivament, ja que es disposa d'una bateria auxiliar que es connecta automàticament si es produeix un tall elèctric.
- **CONNEXIONS EN LÍNEA**
 - **Therakos:** Aquest criteri s'ha valorat positivament, ja que es presenta un sistema de connexió en línia molt complet. Es descriu l'aplicació, l'objectiu, el seu funcionament, les dades exportables i les eines que disposa
 - **Fresenius:** En aquest criteri s'ha reduït la puntuació, ja que tot i disposar d'un software que permet la connexió en línia amb el sistema informàtic del BST, manca informació al respecte ja que no s'informa de les dades que exporta, com ho realitza o de quines eines disposa.
- **FORMACIÓ**
 - **Therakos:** En aquest criteri s'ha valorat positivament les aportacions a la formació/capacitació envers els professionals que s'ha ofert en aquest expedient. Tant de forma presencial com mitjançant plataformes es presenten ofertes formatives atractives i completes que s'adapten a diferents perfils d'aprenentatge.
 - **Fresenius:** En aquest criteri s'ha reduït la puntuació, ja que tot i presentar una formació presencial molt completa, no es fa referència en cap moment a cap plataforma d'aprenentatge, webinars, reunió d'experts, etc
- **CONDICIONS GENERALS DE SUBMINISTRAMENT**
 - **Therakos:** En aquest criteri s'ha valorat positivament que el pla de contingència presentat assegura l'activitat del BST, mitjançant un sistema logístic, de fabricació i emmagatzematge que s'adequa a les necessitats del BST.
 - **Fresenius:** En aquest criteri s'ha reduït la puntuació, ja que tot i assegurar que es disposa de diferents plans de contingència, no es detalla cap.
- **Lot 4:**
 - **SEGURETAT I FACILITAT D'ÚS**

En aquest criteri s'ha valorat positivament que:

 - La instal·lació/extracció de l'equip és fàcil i guiada, ja que el kit s'instal·la i desinstal·la mitjançant un casset, i el sistema guia els passos a seguir per posar a punt l'equip pel procediment.
 - Que disposa de diferents eines que faciliten l'ús del producte i que proporcionen seguretat en el maneig, com per exemple:

- Guia de resolució d'alarmes
- Alarmes visuals i acústiques
- Configuració de valors mínims post donació
- Sensors d'aire i de pressió
- Modificació de fluxos
- Control de l'anticoagulant

○ **MATERIAL FUNGIBLE**

En aquest criteri s'ha valorat positivament que el licitador esta treballant per acompliment de la normativa UE2021/2045.

○ **INTRODUCCIÓ DE MILLORES**

Aquest criteri s'ha valorat positivament, ja que es disposa maneguet que facilitarà el procés d'extracció de sang total el donant

○ **CONNEXIONS EN LÍNEA**

Aquest criteri s'ha valorat positivament, ja que es presenta un sistema de connexió en línia molt complet. Es descriu l'aplicació, l'objectiu, el seu funcionament, les dades exportables i les eines que disposa

○ **FORMACIÓ**

En aquest criteri s'ha reduït la puntuació, ja que tot i presentar una formació presencial molt completa, no es fa referència en cap moment a cap plataforma d'aprenentatge, webinars, reunió d'experts, etc

○ **CONDICIONS GENERALS DE SUBMINISTRAMENT**

En aquest criteri s'ha valorat positivament que el pla de contingència presentat assegura l'activitat del BST, mitjançant un sistema logístic, de fabricació i emmagatzematge que s'adequa a les necessitats del BST.

Fase 01			Tipus Oferta:		B/V		CS/2000/1100004823/24/PO										MAX:		5		5		5		5		8		5		2		5		5		10		5			
	Lot	Pos	Partida	Desc. Partida	Material	Desc. Material	Referencia	Licitor	Nom	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta	EFICIENCIA	ACCESSIBILITAT / TRA	PORTES AUTOMATIQUES	SISTEMA D'IL·LUMINAC	SEGURETAT I FACILITA	MATERIAL FUNGIBLE	MILLORES	CONNEXIONS EN LÍNIA	FORMACIÓ	PLA DE CONTINGÈNCIA	EMBALATGE	Passa/No pas	Motiu de Rebuig																	
	2	50	0		40005150	Bossa per al tractament UV de cèl·lules sanguínies. Bossa amb una capacitat de 3L. Disposa de una tubuladura amb punxó perforador a l'extrem, un port per injeccions i un port per a punxons.	XUV8501Q		1413 MACO SPANIA, S.L.	350	220,000000	0,000000					8	5	2	3	5	10	4	SI	Connexions en línia / Embalatge: No es presenta cap sistema per la transferència automàtica de dades al sistema informàtic del BST / Falta la informació de la data de caducitat en format codi de barres.																	

Fase 01			Tipus Oferta:		B/V		CS/2000/1100004823/24/PO										MAX:										5		5		5		5		8		5		2		10		10		5	
Lot	Pos .	Partida	Desc. Partida	Material .	Desc. Material .	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta	EFICIENCIA	MOBILITAT	TEMPS	REQUERIMENTS	COMPOSICIÓ	MATERIAL FUNGIBLE	MILLORES	CONNEXIONS EN LÍNIA	FORMACIÓ	PLA DE CONTINGÈNCIA	Passa/No pas	Motiu de Rebuig																							
3	20	0		40001903	Equip de fotofèresis extracorpòria.Permet la recol·lecció,fotoactivació i reinfusió de cèl·lules mononuclears. Estèril i d'un sol ús.	X7R2346C	374	FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	350	760,000000	0,000000					4	5	2	4	3	2	Si	Composició / connexions línia / formació / pla de contingència: Compost de 2 equips per integrar tot el procés de fotoafèresi /Manca informació del software, ja que no s'informa de les dades que exporta, com ho realitza o de quines eines disposa / No disposa de cap plataforma virtual, ni especifica formacions més enlla de la presencial./ No es detalla cap pla de contingència																							
3	20	0		40001903	Equip de fotofèresis extracorpòria.Permet la recol·lecció,fotoactivació i reinfusió de cèl·lules mononuclears. Estèril i d'un sol ús.	CLXECP	4000353	THERAKOS EMEA LIMITED	350	760,000000	0,000000					8	5	0	10	10	5	Si	Millores: No presenta millores.																							

Fase 01		Tipus Oferta:		B/V	CS/2000/1100004823/24/PO										MAX:		5	10	5	8	5	2	10	10	5		
Lot	Pos.	Partida	Desc. Partida	Material	Desc. Material	Referencia	Licitor	Nom	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta	SEGURETAT I FACILITA	MOBILITAT	REQUERIMENTS T	SEGURETAT I FACILITA	MATERIAL FUNGIBLE	MILLORES	CONNEXIONS EN LÍNIA	FORMACIÓ	PLA DE CONTINGÈNCIA	Passa/No pas	Motiu de Rebuig					
	4	10	0	40001306	Equip de plaquetaferesis.Fabricat amb plàstic biocompatible.Amb connexó de seguretat de anticoagulant. Estèril i d'un sol ús.	82420,000000	2964	TERUMO BCT ESPAÑA S.L UNIP	300	133,880000	0,000000				8	5	2	10	5	5	Si	Formació: No disposa de cap plataforma virtual, ni especifica formacions més enlla de la presencial.					

Informes Resumits

Concurs: CS/2000/1100004823/24/PO SUBMINISTRAMENT DELS EQUIPS PER A REALITZAR ELS PROCEDIMENTS D'AFÈRESI TERAPÈUTICA
Lot: 001 Procediments d'afèresi
Partida: 000000

Article: 40002488 Equip recanvi plasmàtic.SO **Preu Sortida:** 186,450000 **Quantitat:** 1.000,000

Empresa	Ref.	Preu amb iva Pr.sense iva	Variant	Criterios	PE	Imp a.iva Imp s.iva	Ofert	Id.iva
TERUMO BCT ESPAÑA S.L	12220,000000	0,000000	B	SEGURETAT I FACILITA: 8,00		0,00	38,00	21
UNIP		0,000000		MATERIAL FUNGIBLE: 5,00	0,00	0,00		
				MILLORES: 0,00				
				CONNEXIONS EN LÍNIA: 5,00				
				FORMACIÓ: 5,00				
				CONDICIONS: 10,00				
				EMBALATGE: 5,00				
				TOTALPT: 38,				

Article: 40003837 Equip recol afèr cèl monon.SO **Preu Sortida:** 186,450000 **Quantitat:** 1.000,000

Empresa	Ref.	Preu amb iva Pr.sense iva	Variant	Criterios	PE	Imp a.iva Imp s.iva	Ofert	Id.iva
TERUMO BCT ESPAÑA S.L	12320,000000	0,000000	B	SEGURETAT I FACILITA: 8,00		0,00	38,00	21
UNIP		0,000000		MATERIAL FUNGIBLE: 5,00	0,00	0,00		
				MILLORES: 0,00				
				CONNEXIONS EN LÍNIA: 5,00				
				FORMACIÓ: 5,00				
				CONDICIONS: 10,00				
				EMBALATGE: 5,00				
				TOTALPT: 38,				

Article: 40005497 Bossa ACD-A 750 ml connexió segura **Preu Sortida:** 3,750000 **Quantitat:** 2.500,000

Informes Resumits

Empresa	Ref.	Preu amb iva Pr.sense iva	Variant	Criterios	PE	Imp a.iva Imp s.iva	Ofert	Id.iva
TERUMO BCT ESPAÑA S.L	40818,000000	0,000000	B	SEGURETAT I FACILITA: 8,00		0,00	38,00	21
UNIP		0,000000		MATERIAL FUNGIBLE: 5,00	0,00	0,00		
				MILLORES: 0,00				
				CONNEXIONS EN LÍNIA: 5,00				
				FORMACIÓ: 5,00				
				CONDICIONS: 10,00				
				EMBALATGE: 5,00				
				TOTALPT: 38,				

Informes Resumits

Concurs: CS/2000/1100004823/24/PO SUBMINISTRAMENT DELS EQUIPS PER A REALITZAR ELS PROCEDIMENTS D'AFÈRESI TERAPÈUTICA
Lot: 002 Procediments de fotoil·luminació
Partida: 000000

Article: 40005150 Bossa Eva per fotoaf. Extracorp **Preu Sortida:** 220,000000 **Quantitat:** 350,000

Empresa	Ref.	Preu amb iva Pr.sense iva	Variant	Criterios	PE	Imp a.iva Imp s.iva	Ofert	Id.iva
MACO SPANIA, S.L.	XUV8501Q	0,000000	B	SEGURETAT I FACILITA:	8,00	0,00	40,00	21
		0,000000		MATERIAL FUNGIBLE:	5,00	0,00		
				MILLORES:	2,00			
				CONNEXIONS EN LÍNIA:	5,00			
				FORMACIÓ:	5,00			
				PLA DE CONTINGÈNCIA:	10,00			
				EMBALATGE:	5,00			
				TOTALPT:	40,			

Informes Resumits

Concurs: CS/2000/1100004823/24/PO SUBMINISTRAMENT DELS EQUIPS PER A REALITZAR ELS PROCEDIMENTS D'AFÈRESI TERAPÈUTICA
Lot: 003 Procediments de fotoafèresi online
Partida: 000000

Article: 40001903 Kit fotoféresis extracorpòria.T. **Preu Sortida:** 760,000000 **Quantitat:** 350,000

Empresa	Ref.	Preu amb iva Pr.sense iva	Variant	Criterios	PE	Imp a.iva Imp s.iva	Ofert	Id.iva
THERAKOS EMEA LIMITED	CLXECP	0,000000	B	COMPOSICIÓ:	8,00	0,00	38,00	21
		0,000000		MATERIAL FUNGIBLE:	5,00	0,00		
				MILLORES:	0,00			
				CONNEXIONS EN LÍNIA:	10,00			
				FORMACIÓ:	10,00			
				PLA DE CONTINGÈNCIA:	5,00			
				TOTALPT:	38,00			
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	X7R2346C	0,000000	B	COMPOSICIÓ:	4,00	0,00	20,00	21
		0,000000		MATERIAL FUNGIBLE:	5,00	0,00		
				MILLORES:	2,00			
				CONNEXIONS EN LÍNIA:	4,00			
				FORMACIÓ:	3,00			
				PLA DE CONTINGÈNCIA:	2,00			
				TOTALPT:	20,00			

Informes Resumits

Concurs: CS/2000/1100004823/24/PO SUBMINISTRAMENT DELS EQUIPS PER A REALITZAR ELS PROCEDIMENTS D'AFÈRESI TERAPÈUTICA
Lot: 004 Procediments de plaquetoafèresi
Partida: 000000

Article: 40001306 Equip afèresi plaquetes PAS.TA **Preu Sortida:** 133,880000 **Quantitat:** 300,000

Empresa	Ref.	Preu amb iva Pr.sense iva	Variant	Criterios	PE	Imp a.iva Imp s.iva	Ofert	Id.iva
TERUMO BCT ESPAÑA S.L	82420,000000	0,000000	B	SEGURETAT I FACILITA: 8,00		0,00	40,00	21
UNIP		0,000000		MATERIAL FUNGIBLE: 5,00	0,00	0,00		
				MILLORES: 2,00				
				CONNEXIONS EN LÍNIA: 10,00				
				FORMACIÓ: 10,00				
				PLA DE CONTINGÈNCIA: 5,00				
				TOTALPT: 40,00				