



Plec de prescripcions tècniques que regirà la licitació del Subministrament del material fungible de l'equip de manometria gastrointestinal Laborie Solar GI HRM i de l'equip de phmetries ambulatòries Diversatek ComforTEC ZepHrZ per a l'Hospital General D'Hospitalet del Consorci Sanitari Integral.

EXPEDIENT CSI2023107

(IMP-SC-006)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TEQUQUES QUE REGIRA LA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE DE L'EQUIP DE MANOMETRIA GASTROINTESTINAL LABORIE Solar GI HRM I DE L'EQUIP DE PHMETRIES AMBULATÒRIES DIVERSATEK COMFORTEC ZEPHRZ PER A L'HOSPITAL GENERAL D'HOSPITALET DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

ÍNDIX

Objecte de la licitació	3
Condicions específiques del subministrament del fungible	4
Garantia de subministrament.....	7
Mostres	8
Compliment de la normativa vigent.....	9

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES QUE REGIRA LA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE DE L'EQUIP DE MANOMETRIA GASTROINTESTINAL LABORIE Solar GI HRM I DE L'EQUIP DE PHMETRIES AMBULATORIES DIVERSATEK COMFORTEC ZEPHRZ PER A L'HOSPITAL GENERAL D'HOSPITALET DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

Objecte de la licitació

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques que regirà aquest procediment obert és la descripció de les característiques tècniques i funcionals del material fungible de l'equip de manometria gastrointestinal LABORIE Solar GI HRM i de l'equip de phmetries ambulatories Diversatek ComforTEC ZepHrZ per al seu ús i les condicions del seu subministrament a l'Hospital General de l'Hospitalet del Consorci Sanitari Integral, compost per els següents lots:

LOT 1 FUNGIBLE EQUIP MANOMETRIA GASTROINTESTINAL

Lot	Descripció material	Quantitat anual
1	CATETER REUTILITZABLE MANOMETRIA ESOFAGICA AMB IMPEDÀNCIA	2
	CATETER REUTILITZABLE MANOMETRIA ANORECTAL	1
	BALO RECANVI SONDA ANORECTAL	110

LOT 2 CATETER PHMETRIA PER A EQUIP PHMETRIES AMBULATORIES

Lot	Descripció material	Quantitat anual
2	CATETER PHMETRIA ESOFÀGICA	250

LOT 3 CATETER PHMETRIA I IMPEDÀNCIA PER A EQUIP PHMETRIES AMBULATORIES

Lot	Descripció material	Quantitat anual
3	CATETER PHMETRIA ESOFÀGICA I IMPEDÀNCIA	55

Les empreses no podran excedir el preu màxim del lot únic, ni el preu unitari del producte.

Qualsevol de les referències adjudicades es podran sol·licitar per qualsevol dels centres del CSI i es mantindran les mateixes condicions de la seva oferta tècnica i econòmica per a tots ells.

Aspectes tècnics

Les característiques tècniques del material objecte de la licitació són les exposades a l'Annex tècnic i són d'obligat compliment.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRA LA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE DE L'EQUIP DE MANOMETRIA GASTROINTESTINAL LABORIE Solar GI HRM I DE L'EQUIP DE PHMETRIES AMBULATÒRIES DIVERSATEK COMFORTEC ZEPHRZ PER A L'HOSPITAL GENERAL D'HOSPITALET DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

A tal efecte els licitadors hauran **d'especificar obligatòriament les dades tècniques sol·licitades a l'Annex Tècnic 1** i l'adjuntaran dins del sobre de l'oferta tècnica, en format PDF i EXCEL, a més d'acreditar-les documentalment.

L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar únicament en català o castellà en format digital i ha de constar com a mínim:

- ✓ Fitxa descriptiva de les característiques tècniques en català i/o castellà i referència.
- ✓ Fitxa dades de seguretat, si s'escau.
- ✓ Foto/Dibuix del producte.
- ✓ Descripció de l'embalatge: unitat de consum i quantitat d'unitats per embalatge.
- ✓ Certificat que acreditin el marcat CE.

En el cas que hi hagi incongruències entre la fitxa tècnica i la descripció de les característiques tècniques a l'annex tècnic, tindrà prioritat la fitxa tècnica.

La no explicitació dels valors d'aquests paràmetres ni l'aportació d'acreditació documental i en la forma especificada comportarà l'exclusió automàtica dels mateixos.

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades, es podran incorporar en el mateix procés de contractació al mateix preu adjudicat, sempre que comportin un interès d'ús o servei, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.

Es mantindran les mateixes condicions de la seva oferta tècnica i econòmica per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral.

Condicions específiques del subministrament del fungible

- 1- No s'acceptaran comandes mínimes superiors a 60,00.- Euros.
- 2- Les comandes es realitzaran mitjançant comandes successives segons necessitats que s'enviaran a l'adjudicatari via email.

Les dades corresponents al departament de logística, el qual s'encarregarà de l'enviament de les comandes són:

Hospital General de L'Hospitalet
C/ Josep Molins 29-41
08906.- L'Hospitalet de Llobregat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TEHNQUES QUE REGIRA LA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE DE L'EQUIP DE MANOMETRIA GASTROINTESTINAL LABORIE Solar GI HRM I DE L'EQUIP DE PHMETRIES AMBULATÒRIES DIVERSATEK COMFORTEC ZEPHRZ PER A L'HOSPITAL GENERAL D'HOSPITALET DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

Planta 4– Departament logística – contractació administrativa
Tel. 34 93 553 12 08
Fax. 34 93 553 12 24

- 3- Els béns objecte d'aquest contracte s'hauran de lliurar en els magatzems que s'indiquin a les comandes. No s'acceptaran els lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptaran lliuraments de més unitats que les sol·licitades a la comanda. En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al departament de logística.
Els centres logístics de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altre adreça, seran:

Hospital General de l'Hospitalet
Magatzem general
Av. Ramon Solanich, s/n
08906 L'Hospitalet de Llobregat

Els horaris de recepció de material són de 7:30 hores a 14:00 hores, de dilluns a divendres. No s'acceptaran lliuraments fora d'aquest horari ni d'aquests centres logístics.

- 4- El lliurament de cada entrega de material, parcial o total, s'haurà de lliurar amb el corresponent albarà valorat, original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari. I la còpia pel proveïdor amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN".

A l'albarà hauran de constar les següents dades:

Número de comanda
Número d'expedient
Codi d'article
Referència del producte segons proveïdor
Numero d'unitats

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

- 5- El cost del transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora al igual que els embalatges, i es consideren inclosos en el preu ofert. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRA LA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE DE L'EQUIP DE MANOMETRIA GASTROINTESTINAL LABORIE Solar GI HRM I DE L'EQUIP DE PHMETRIES AMBULATÒRIES DIVERSATEK COMFORTEC ZEPHRZ PER A L'HOSPITAL GENERAL D'HOSPITALET DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

- 6- No s'acceptaran els lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptaran lliuraments de més unitats que les sol·licitades a la comanda si excedeixen del preu adjudicat.
- 7- La forma de pagament es realitzarà per lliurament efectuat.
- 8- Dins el procés de millora continua en el que es trobà immers el Consorci Sanitari Integral, es preveu la posada en marxa d'indicadors d'avaluació de la gestió dels proveïdors. Es consensuaran objectius i es revisarà la consecució dels mateixos. Els proveïdors que no arribin als objectius, hauran de presentar les accions correctores per redreçar la situació.
- 9- Garantia d'actualització tecnològica: en cas de produir-se un canvi en la tecnologia del material adquirit per aquest expedient, amb renovació de la gama, els models adjudicats s'actualitzaran als de la nova gama que correspongui, mantenint com a mínim el nivell tecnològic de l'adjudicat i mantenint preu. S'incorporaran en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei els quals seran valorats pel comitè tècnic designat.
- 10- L'empresa licitadora es compromet a canviar el material defectuós per un altre en perfecte estat sense cap cost addicional.
- 11- L'adjudicatari està obligat a prestar l'assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels productes adjudicats.
- 12- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei per al pacient i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.
- 13- Per als productes estèrils, en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.
- 14- L'adjudicatari està obligat a comunicar al Servei corresponent i al departament de compres qualsevol modificació de referència o característiques del producte per causes tècniques o de millora, indicant l'antiga i la nova denominació, assumint tot cost addicional per efectuar el canvi i sense que suposi cap increment del preu. Si les noves característiques no s'adeqüessin a les necessitats originals del contracte no haurà compromís del seu consum.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TEHNQUES QUE REGIRA LA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE DE L'EQUIP DE MANOMETRIA GASTROINTESTINAL LABORIE Solar GI HRM I DE L'EQUIP DE PHMETRIES AMBULATÒRIES DIVERSATEK COMFORTEC ZEPHRZ PER A L'HOSPITAL GENERAL D'HOSPITALET DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

15- En tot cas, l'òrgan de contractació , per pròpia iniciativa i de conformitat amb l'adjudicatari o a instància d'aquest, pot incloure nous bens dels tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de novetat tecnològica o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat amb posterioritat a la data límit de la presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius especificats a la contractació.

Termini de lliurament

El termini de lliurament serà inferior a les 72 a partir de la comanda emesa per el departament de logística. En el cas específic dels codis 52231 i 52232 del lot 1, el termini de lliurament no podrà excedir als 56 dies a partir de la comanda.

Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat del subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum dels centres.

Així mateix, es compromet a assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen el present plec.

En el cas d'impossibilitat de subministrament, o trencament d'estocs:

- a) L'empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho per correu electronic immediatament al departament de Logística a l'adreça logisticacsi@csi.cat.
- b) Facilitarà una alternativa pròpia amb l'antelació suficient per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part dels centres destinataris.
- c) En el supòsit de que no hi hagués alternativa al mercat espanyol, l'empresa adjudicatària es compromet a fer les gestions necessàries a altres mercats per garantir el subministrament pactat.
- d) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, o que no s'hagi presentat cap alternativa el departament de Compres prendrà les mesures oportunes per tal de garantir el proveïment als centres destinataris.
- e) L'empresa adjudicatària haurà de compensar econòmicament la despesa ocasionada per la compra del material alternatiu a altres empreses.

Es valorarà si el licitador proporciona un producte alternatiu de qualitat superior i al mateix preu per el cas de trencament d'estoc o incidència en el subministrament.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TEHNQUES QUE REGIRA LA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE DE L'EQUIP DE MANOMETRIA GASTROINTESTINAL LABORIE Solar GI HRM I DE L'EQUIP DE PHMETRIES AMBULATÒRIES DIVERSATEK COMFORTEC ZEPHRZ PER A L'HOSPITAL GENERAL D'HOSPITALET DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

Mostres

NO és necessari aportar mostres del material ofert **en el moment de la presentació de l'oferta.**

L'òrgan de contractació es reserva el dret a sol·licitar-les, si ho considera oportú i amb la finalitat d'assegurar la compatibilitat del material ofert amb els equips propietats del CSI.

Aquesta sol·licitud es farà des de el departament de Logística mitjançant un correu electrònic en el qual es demanarà la quantitat a lliurar i el lloc de lliurament.

El termini de lliurament màxim a partir de la data de sol·licitud del departament de compres serà de 10 dies.

Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa i codi del producte i **acompanyades d'un albarà de lliurament.**

Les mostres s'hauran de presentar per a cadascun dels productes ofertats i expressament sol·licitats i hauran d'estar identificats individualment amb una etiqueta on es facilitin les següents dades:

Proveïdor: Expedient: Num LOT: Codi SAP CSI: Referència proveïdor: Descripció producte:
--

Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats.

Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.

La qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la vigència del contracte. En conseqüència, serà causa de resolució la disminució de la qualitat o alteració de les seves característiques respecte a la mostra presentada.

Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TEQUQUES QUE REGIRA LA LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE DE L'EQUIP DE MANOMETRIA GASTROINTESTINAL LABORIE Solar GI HRM I DE L'EQUIP DE PHMETRIES AMBULATÒRIES DIVERSATEK COMFORTEC ZEPHRZ PER A L'HOSPITAL GENERAL D'HOSPITALET DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

El no lliurament de les mostres sol·licitades, tant en quantitat, forma o en termini, serà causa d'exclusió, sense cap més requeriment.

Compliment de la normativa vigent

El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material i ho haurà de justificar mitjançant els certificats oportuns expedits per organismes oficials.

En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.