

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101377444/24/AMUP

Subministrament agregat de d'Agulles i catèters per a
anestèsia i biopsia Complementari

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	8
4.4.1. Condicions de subministrament.....	8
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	10
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges.....	13
4.5.2. L'albarà.....	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	15

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació d'Agulles i catèters per a anestèsia i biopsia_Complementari per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

No hi ha requisits obligatoris addicionals, a aquesta licitació.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'**ANNEX 9** del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual**, pàgina 1 i 2.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3

No hi ha

- Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4

No hi ha Excel per omplir, hi ha que presentar documentació que acrediti el que es demana al Annex D4 = Criteris puntuables.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges


Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades

- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat

- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament es dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	

4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	

10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor (NO HI HA)

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment (NO HI HA)

ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals (NO HI HA)

ANNEX E – Presentació de mostres (NO HI HA)

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101377444/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
1	Agulles punció lumbar/epidural punta tipus Tuohy	30018369	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, amb aletes desconnectables, amb marques de profunditat cada cm, capçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
2	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000078	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 20G x 40mm+/-5mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
2	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000085	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G x 180mm+/-10mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
2	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000086	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 25G x 25mm+/-5mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, per a ús pediàtric, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
2	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30000101	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 18G x 150mm+/-10mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
2	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30003784	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 18G x 75mm+/-5mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
2	Agulles punció lumbar/espinal punta tipus Quincke	30004700	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 20G x 150mm+/-10mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
3	Equips per anestèsia simple i combinada espinal/epidural	30003789	Equip anestèsia combinada espinal/epidural compost: agulla espinal punta llapis 27Gx130-140mm, agu/epidural Tuohy 18Gx80-90mm, catè/epidural transp de 90-100cm llarg, conn/cat, xeringa baixa resistèn 10ml, filtre pla 0,2µ, disp/fixació, s/làtex, est, 1ús	Lot No Obligatori
3	Equips per anestèsia simple i combinada espinal/epidural	30035277	Equip anestèsia combinada espinal/epidural compost: agulla espinal punta llapis 25-26Gx130-140mm, agu/epidural Tuohy 18Gx80-90mm, catè/epidural transp de 90-100cm llarg, conn/cat, xeringa baixa resistèn 10ml, filtre pla 0,2µ, disp/fixació, s/làtex, est, 1ús	Lot No Obligatori
3	Equips per anestèsia simple i combinada espinal/epidural	30063680	Equip per a anestèsia espinal intradural continua, compost: agulla punta tipus Sprotte 21Gx90-100mm llarg, catèter espinal 25G x 90-100cm, extrdist/tancat 3forats laterals amb estilet de metall, xeringa L-L 1ml, adaptador i filtre, estèril, indiv, 1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101377444/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
4	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30001757	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 21G (0,80mm) x 100mm+/-5mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, amb tub d'injecció i cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	Lot No Obligatori
4	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30002060	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 24G (0,55mm) x 25mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, amb tub d'injecció i cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	Lot No Obligatori
4	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30003785	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 20G (0,90mm) x 120mm+/-5mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, amb tub d'injecció i cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	Lot No Obligatori
4	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30004560	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 22G (0,70mm) x 50mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, amb tub d'injecció i cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	Lot No Obligatori
4	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30004561	Agulla per a anestèsia de plexes de 20G(0,9mm)x50mm+/-2mm, amb punta bisellada 17° d'acer inoxidable, tub d'injecció amovible de llargària 50-60cm amb connector luer-lock, i connexió a neuroestimulador, estèril, individual, 1 ús	Lot No Obligatori
4	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30009675	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 22G (0,70mm) x 80mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, amb tub d'injecció i cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	Lot No Obligatori
4	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30011568	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 20G (0,90mm) x 150mm+/-5mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, amb tub d'injecció i cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	Lot No Obligatori
4	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30031127	Agulla per a anestèsia de plexes, ecogènica, de 20Gx120mm+/-5mm, amb punta bisellada 20° d'acer inox, capa (poliamida+microesferes), tub injecció amovible de llargària 50-60cm, connexió a neuroestimulador de 50-60cm, estèril, individual, 1 ús	Lot No Obligatori
4	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30031129	Agulla per a anestèsia de plexes, ecogènica, de 22Gx50mm+/-2mm, a punta bisellada 20° acer inox, capa (poliamida+microesferes), tub injecció amovible de llargària 50-60cm, connexió a neuroestimulador de 50-60cm, estèril, individual, 1 ús	Lot No Obligatori
4	Agulles per a anestèsia /bloqueig de plexes	30032534	Agulla híbrida per anestèsia de plexes/bloqueig nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica ecografia p/ultrasó punta bisellada 20°, 22G (0,70mm) x 55mm+/-2mm, marques profunditat, acer inox, connexió neuroestimulador, no làtex, estèril, 1 ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101377444/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
5	Agulles biòpsia i localització mamària	30047430	Marcador de lesions mamàries per a localització magnètica, anti-migració, mida 1mm x 5+/-1mm, amb agulla introductora 18Gx 7cm +/- 0,3cm. Estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
5	Agulles biòpsia i localització mamària	30047431	Marcador de lesions mamàries per a localització magnètica, anti-migració, mida 1mm x 5+/-1mm, amb agulla introductora 18Gx12cm+/-0,5cm. Estèril, un sol ús.	Lot Obligatori
6	Sistema reflector amb lliurament	30053782	Sistema reflector amb lliurament d'agulla de 10cm per a localització i extirpació de teixit mamari. Compatible amb sistema guia Scout o equivalent.	Lot Obligatori
6	Sistema reflector amb lliurament	30053783	Sistema reflector amb lliurament d'agulla de 7,5cm per a localització i extirpació de teixit mamari. Compatible amb sistema guia Scout o equivalent.	Lot Obligatori
7	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic	30002061	Agulla per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic de 16G x 16cm+/-1cm, long de mostra de 19-20mm, d'acer inoxidable, punta ecogènica, marques radiopaques, estèril, d'un sol ús, envàs individual. Compatible amb dispositiu Pro-Mag i RBG blue de Moller o eq	Lot No Obligatori
7	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic	30007440	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 9cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 11mm, identificació calibre per color, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
8	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic i semi-automàtic	30047413	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 12G (2,8mm) x 10cm+/- 0,5cm, d'acer inoxidable, punta ecogènica, marques radiopàques, profunditat de penetració de 18mm o 25mm, per a teixits tous, sense làtex, estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic i semi-automàtic	30047414	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 14G (2,1mm) x 10cm+/- 0,5cm, d'acer inoxidable, punta ecogènica, marques radiopàques, profunditat de penetració de 18mm o 25mm, per a teixits tous, sense làtex, estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic i semi-automàtic	30051296	Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, 18G(1,25mm)x25cm+/-1cm, teix/tous(pròstata), profund/penetra/variable 18-25mm(seleccionar), marq/radiopaq/càn/exter, pu/a gul/ecogènica, acer inox i plàstic, sist/segur, est, 1ús	Lot No Obligatori
8	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic i semi-automàtic	30062768	Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, 18G(1,25mm)x25cm+/-1cm, teix/tous(pròstata), profund/penetra/variable 18-25mm(seleccionar), marq/radiopaq/càn/exter, pu/a gul/ecogènica, acer inox i plàstic, sist/segur, a/agulla coaxial, est, 1ús	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101377444/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
8	Agulles per a biòpsia amb mecanisme automàtic i semi-automàtic	30062769	Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,18G(1,25mm)x20cm+/-1cm,teix/tous(pròstata),profund/penetra/variable 18-25mm(seleccionar),marq/radiopaq/càn/exter,pu/agul/ecogènica,acer inox i plàstic,sist/segur,a/agulla coaxial,est,1ús	Lot No Obligatori
9	Agulles per a biòpsia amb mecanisme semi-automàtic	30017424	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 15cm+/-1cm,punta bisell, profunditat doble de penetració a 15mm i a 22mm,per a teixits tous, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
9	Agulles per a biòpsia amb mecanisme semi-automàtic	30030260	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 18G (1,27mm) x 15cm+/-1cm,punta bisell, profunditat doble de penetració a 15mm i a 22mm,per a teixits tous, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	Lot No Obligatori
9	Agulles per a biòpsia amb mecanisme semi-automàtic	30042345	Pistola/agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm,amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 12cm+/-1cm,longitud de recorregut de l'estilet de 20mm(mostra de la biòpsia),estèril,d'un sol ús	Lot No Obligatori
9	Agulles per a biòpsia amb mecanisme semi-automàtic	30051044	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G (1,60mm)x10cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 15G (1,8mm)x 7,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	Lot No Obligatori
9	Agulles per a biòpsia amb mecanisme semi-automàtic	30051917	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G(1,60mm)x16cm+/-1cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,amb agulla coaxial 15G (1,8mm)x13,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	Lot No Obligatori
10	Agulles per a biòpsia compatible amb instrument Magnum o equivalent	30000123	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm) x 16cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,llicenciació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
10	Agulles per a biòpsia compatible amb instrument Magnum o equivalent	30001581	Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,llicenciació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101377444/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
10	Agulles per a biòpsia compatible amb instrument Magnum o equivalent	30003794	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
10	Agulles per a biòpsia compatible amb instrument Magnum o equivalent	30003800	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x20cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
10	Agulles per a biòpsia compatible amb instrument Magnum o equivalent	30004711	Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x13cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
10	Agulles per a biòpsia compatible amb instrument Magnum o equivalent	30012012	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x16cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
10	Agulles per a biòpsia compatible amb instrument Magnum o equivalent	30012152	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
10	Agulles per a biòpsia compatible amb instrument Magnum o equivalent	30015641	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x25cm+/-1,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
10	Agulles per a biòpsia compatible amb instrument Magnum o equivalent	30018172	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x20cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	Lot Obligatori
10	Agulles per a biòpsia compatible amb instrument Magnum o equivalent	30042939	Agulla/guia coaxial per a biòpsia de 13G (2,4mm)x 7cm+/-0,5cm, consta: cànula acer inox a/marques radiopaques cada cm,estilet a/con L-L mascle,selector profunditat de penetració,codi color,est,1ús,indiv. Comp/instrument/pist automà biòp Magnum/Biopty o eq	Lot Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101377444/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
11	Agulles per a biòpsia mecanisme manual	30000105	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme manual, de 14G (2,1mm) x 11cm +/- 1cm, per a teixits tous abdominals, d'acer inoxidable, marques de profunditat i punta ecogènica, mostra de 20-22mm, estèril, envàs individual, d'un sol ús	Lot No Obligatori
12	Agulles per a biòpsia òssia	30051559	Agulla per a biòpsia/aspiració medul·la òssia tipus Jamshidi, punta piramidal de 8G (2,8mm) x 15,2cm +/- 1cm, tròcar amb punta de boca de peix, d'acer inoxidable, captador segur mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic, estèril, d'un sol ús	Lot No Obligatori
13	Agulles per a biòpsia òssia motoritzada	30031095	Equip d'agulles per a biòpsia òssia, consta: agulla 11G (3mm) x 10cm +/- 0,3cm amb guia de profunditat d'acer inoxidable, guia alineació, estilet d'extracció i connector amb funda d'agulla a motor i talla, estèril, un sol ús. Compatible a/motor OnControl o eq	Lot No Obligatori
14	Equips punció biòpsia per aspiració	30008032	Equip per a biòpsia consta de: agulla de 16G (1,65mm) x 15cm +/- 1cm, amb punta tipus tròcar, cànula amb bisell especial per a tall i xeringa amb bloqueig, d'acer i plàstic, estèril, sense làtex, d'un sol ús	Lot No Obligatori
15	Altres agulles de biòpsia	30011154	Agulla per a biòpsia cerebral de 15G x 6" (1,8mm) x 15cm +/- 1cm, d'acer inoxidable, precalibrada esterotàctica sense marc, tall de finestra 10 mm, per a neurocirurgia en neuronavegació amb marcadors guiats per navegació, estèril, envàs individual, 1 ús	Lot No Obligatori
15	Altres agulles de biòpsia	30029275	Agulla de punció renal per a nefostomia percutània, de 17,5G (1,3mm) x 20cm +/- 1cm, d'acer inoxidable, amb tancament luer femella, 3 parts (cànula externa roma, estilet buit amb tall MS, obturador), estèril, 1 ús	Lot No Obligatori
16	Agulles coaxial per a biòpsia	30017413	Agulla coaxial introductora per a biòpsia de tall, de 13G (2,3mm) x 10cm +/- 0,5cm, marques i adaptador de profunditat, estèril, d'un sol ús, individual. Compatible per a pistola automàtica i semi-automàtica de 14G	Lot Obligatori
16	Agulles coaxial per a biòpsia	30017866	Agulla coaxial introductora per a biòpsia de tall, de 14G (2,1mm) x 10cm +/- 0,5cm, marques i adaptador de profunditat, estèril, d'un sol ús, individual. Compatible per a pistola automàtica i semi-automàtica de 16G	Lot Obligatori
17	Agulles coaxial per a biòpsia comp sist Biopince	30042015	Agulla coaxial introductora de biòpsia, de 17G (1,4mm) x 6,8cm +/- 0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola de biòpsia Biopince o equivalent	Lot Obligatori
17	Agulles coaxial per a biòpsia comp sist Biopince	30042016	Agulla/guia co-axial per a biòpsia, de 17G (1,4mm) x 11,8cm +/- 0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola de biòpsia Biopince o equivalent	Lot Obligatori
17	Agulles coaxial per a biòpsia comp sist Biopince	30059942	Agulla/guia co-axial per a biòpsia, de 15G (1,8mm) x 6,8cm +/- 0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola de biòpsia Biopince o equivalent	Lot Obligatori
18	Guies i accessoris per a biòpsies	30026463	Guia d'agulla per a biòpsia per a transductors convexes, d'acer, reutilitzable. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8802, 8820e, 8830 i 9040 o equivalent	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101377444/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
18	Guies i accessoris per a biòpsies	30028144	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia de 2cm x 20cm+/-1cm, amb funda de làtex de 3,5cm x 20cm+/-1cm, accepta accessoris de 16G i 18G, guia de polímer, estèril, 1ús. Compatible amb ecògrafs: Siemens EC-9-4 i EV9-4 o equivalent	Lot No Obligatori
18	Guies i accessoris per a biòpsies	30034961	Guia d'agulla per a biòpsia de pròstata, de punció biplana simultània, mides de 14cm+/-0,5cm x 6cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,2cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8808e, 8818 i 9018 o equivalent	Lot No Obligatori
18	Guies i accessoris per a biòpsies	30042794	Guia d'agulla per a biòpsia per a sondes endocavitàries, Ø 2mm x 16cm+/-1cm longitud, p/ utilitzar a/agulles de 16G a 19G, estèril, 1 ús. Compatible amb sondes endocavitàries de Hitachi (models: EUP-V53W, EUP-CC531, EUP-CC531S, C41V1 i CC41R) o equ	Lot No Obligatori
18	Guies i accessoris per a biòpsies	30053469	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor, diàmetre 120x11mm, longitud 55mm, de plàstic, per agulles 10-20G. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor Burr Hole 8863/9063 o equivalent	Lot No Obligatori
18	Guies i accessoris per a biòpsies	30053618	Guia d'agulla per a biòpsia endocavitària amb funda de làtex de 3,5cm(1,4")x20cm(7,9") +/-1cm, cànula guia d'agulla 19cm +/-1cm, accepta accessoris de 16 i 18G, estèril, un ús. Comp/a/transductor GE RIC5-9-D, RIC6-12-D, RIC5-9W-RS i Samsung Medison V5-9 o equ	Lot No Obligatori
18	Guies i accessoris per a biòpsies	30053798	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia de 13cm+/-0,5cm, amb cobertor de sonda, estèril, 1ús. Compatible amb ecògrafs: SonoSite ICT-ICTe-ICTx-ICTxp o equivalent	Lot No Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 09.01.2024
HORA: 09:50:28
PÀGINA: 1 / 9

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000078

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 20G x 40mm+/-5mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb co di de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000085

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G x 180mm+/-10mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb c odi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000086

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 25G x 25mm+/-5mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb co di de color normalitzat, per a ús pediàtric, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000101

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 18G x 150mm+/-10mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000105

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme manual,de 14G(2 ,1mm)x 11cm+/-1cm,per a teixits tous abdominals,d'acer inox idable,marques de profunditat i punta ecogènica,mostra de 20-22mm, estèril, envàs individual, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30000123

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm) x 16cm+/-1cm,d'acer inox ,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profund itat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex ,estèril,lús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30001581

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox ,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profund itat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex ,estèril,lús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30001757

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 21G (0,80mm) x 100mm+/-5mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial,amb tu b d'injecció i cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 09.01.2024
HORA: 09:50:28
PÀGINA: 2 / 9

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30002060

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 24G (0,55mm) x 25mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, amb tub d'injecció i cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30002061

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània amb mecanisme automàtic de 16G x 16cm+/-1cm, long de mostra de 19-20mm, d'acer inoxidable, punta ecogènica, marques radiopaques, estèril, d'un sol ús, envàs individual. Compatible amb dispositiu Pro-Mag i RBG blue de Moller o eq

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30003784

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 18G x 75mm+/-5mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb cod i de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30003785

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 20G (0,90mm) x 120mm+/-5mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, amb tub d'injecció i cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30003789

Descripció llarga:

Equip anestèsia combinada espinal/epidural compost: agulla espinal punta llapis 27Gx130-140mm, agu/epidural Tuohy 18Gx80-90mm, catè/epi dural transp de 90-100cm llarg, conn/cat, xeringa baixa resistència 10ml, filtre pla 0,2µ, disp/fixació, s/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30003794

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x10cm+/-0,5cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, lús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30003800

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x20cm+/-1cm, d'acer inox, punta ecogènica, marques radiopaques a cànula externa, profunditat penetració a 15 i 22mm, lliberació mecanisme amb una mà, no làtex, estèril, lús, indiv. Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30004560

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 22G (0,70mm) x 50mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, amb tub d'injecció i cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 09.01.2024
HORA: 09:50:28
PÀGINA: 3 / 9

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30004561

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes de 20G(0,9mm)x50mm+/-2mm,amb punta bisellada 17° d'acer inoxidable,tub d'injecció# amovible de llar gària 50-60cm amb connector luer-lock, i connexió a neuroestimulador,estèril ,individual,lús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30004700

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 20G x 150mm+/-10mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb c odi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30004711

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x13cm+/-0,5cm,d'acer inox ,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profund itat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex ,estèril,lús,indivi.Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30007440

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 9cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 11mm ,identificació calibre per color, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30008032

Descripció llarga:

Equip per a biòpsia consta de: agulla de 16G (1,65mm) x 15cm+/-1cm, amb punta tipus trôcar, cànula amb bisell especial per a tall i xeringa amb bloqueig, d'acer i plàstic,estèril,sense làtex,d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30009675

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 22G (0,70mm) x 80mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial,amb tu b d'injecció i cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30010893

Descripció llarga:

Catèter anestèsia i analgèsia epidural de poliamida (PA) transparent, Ø20G (0,90mm)x 90cm+/-4cm,radiopac amb marques de profunditat ,extrem distal tancat amb orificis laterals, guia introductora,connector luer-lock ,etiqueta identificativa,estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30011154

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia cerebral de 15G x 6" (1,8mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, precalibrada esterotàctica sense marc, tall de fi nostra 10 mm, per a neurocirurgia en neuronavegació amb marcadors guiats per navegació, estèril, envàs individual, 1 ús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 09.01.2024
HORA: 09:50:28
PÀGINA: 4 / 9

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30011568

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 20G (0,90mm) x 150mm+/-5mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, amb tu b d'injecció i cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30012012

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x16cm+/-1cm,d'acer inox ,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profundi tat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex ,estèril,lús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30012152

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox ,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex ,estèril,lús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30015641

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x25cm+/-1,5cm,d'acer inox ,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex ,estèril,lús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30017413

Descripció llarga:

Agulla coaxial introductora per a biòpsia de tall, de 13G (2,3mm) x 10cm+/-0,5cm,marques i adaptador de profunditat, estèril, d'un sol ús, individual. Compatible per a pistola automàtica i semi-automàtica de 14G

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30017424

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 15cm+/-1cm,punta bisell, profunditat doble de penetració a 15mm i a 22mm,per a teixits tous, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30017866

Descripció llarga:

Agulla coaxial introductora per a biòpsia de tall, de 14G (2,1mm) x 10cm+/-0,5cm,marques i adaptador de profunditat, estèril, d'un sol ús, individual. Compatible per a pistola automàtica i semi-automàtica de 16G

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30018172

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x20cm+/-1cm,d'acer inox ,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profundi tat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex ,estèril,lús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 09.01.2024
HORA: 09:50:28
PÀGINA: 5 / 9

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30018369

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, amb aletes desconnectables, amb marques de profunditat cada cm, capçal connexió luer-lock transparent, mandri amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30026463

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia per a transductors convexes, d'acer, reutilitzable. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8802, 8820e, 8830 i 9040 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30028144

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia de 2cm x 20cm+/-1cm, amb funda de làtex de 3,5cm x 20cm+/-1cm, accepta accessoris de 16G i 18G, guia de polímer, estèril, ús. Compatible amb ecògrafs: Siemens EC-9-4 i EV9-4 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30029275

Descripció llarga:

Agulla de punció renal per a nefostomia percutània, de 17,5G (1,3mm) x 20cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb tancament luer femella, 3 parts (cànula externa, rom, estilet buit amb tall MS, obturador), estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30030260

Descripció llarga:

Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 18G (1,27mm) x 15cm+/-1cm, punta bisell, profunditat doble de penetració a 15mm i a 22mm, per a teixits tous, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30031095

Descripció llarga:

Equip d'agulles per a biòpsia òssia, consta: agulla 11G (3mm) x 10cm+/-0,3cm amb guia de profunditat d'acer inoxidable, guia alineació, estilet d'extracció i connector amb funda d'agulla a motor i talla, estèril, un sol ús. Compatible amb motor OnControl o eq

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30031127

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes, ecogènica, de 20G x 120mm+/-5mm, amb punta bisellada 20° d'acer inox, cap (poliamida+microesferes), tub injecció amovible de llargària 50-60cm, connexió a neuroestimulador de 50-60cm, estèril, individual, ús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30031129

Descripció llarga:

Agulla per a anestèsia de plexes, ecogènica, de 22G x 50mm+/-2mm, amb punta bisellada 20° d'acer inox, cap (poliamida+microesferes), tub injecció amovible de llargària 50-60cm, connexió a neuroestimulador de 50-60cm, estèril, individual, ús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 09.01.2024
HORA: 09:50:28
PÀGINA: 6 / 9

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30032534

Descripció llarga:

Agulla híbrida per anestèsia de plexes/bloqueig nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica ecografia p/ultrasó punt a bisellada 20°, 22G (0,70mm) x 55mm+/-2mm, marques profunditat, acer inox, connexió neuroestimulador,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30034961

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia de pròstata,de punció biplana simultània, mides de 14cm+/-0,5cm x 6cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,2cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8808e, 8818 i 9018 o quivalent

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30035277

Descripció llarga:

Equip anestèsia combinada espinal/epidural compost:agulla espinal punta llapis 25-26Gx130-140mm,agu/epidural Tuohy 18Gx80-90mm,catè/ epidural transp de 90-100cm llarg,conn/cat,xeringa baixa resistèn 10ml,filtre pla 0,2µ,disp/fixació,s/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30042015

Descripció llarga:

Agulla coaxial introductora de biòpsia, de 17G (1,4mm) x 6,8cm+/-0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola de biòpsia Biop ince o equivalent

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30042016

Descripció llarga:

Agulla/guia co-axial per a biòpsia, de 17G (1,4mm) x 11,8cm+/-0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola de biòpsia Biopinc e o equivalent

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30042345

Descripció llarga:

Pistola/agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm,amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 12cm+/-1cm,longitud de recorregut de l'estilet de 20mm(mostra de la biòpsia),estèril,d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30042794

Descripció llarga:

Guia d'agulla per a biòpsia per a sondes endocavitàries, Ø 2mm x 16cm+/-1cm longitud,p/utilitzar a/agulles de 16G a 19G,estèril,1 ús . Compatible amb sondes endocavitàries de Hitachi (models: EUP-V53W, EUP-CC531, EUP-CC531S, C41V1 i CC41R) o equ

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30042939

Descripció llarga:

Agulla/guia coaxial per a biòpsia de 13G (2,4mm)x 7cm+/-0,5cm, consta: cànula acer inox a/marques radiopaques cada cm,estilet a/con L -L mascle ,selector profunditat de penetració,codi color,est,lús,indiv. Comp/instrument/pist automà biòp Magnum/Biopty o eq

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 09.01.2024
HORA: 09:50:28
PÀGINA: 7 / 9

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30047413

Descripció llarga:

Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 12G (2,8mm) x 10cm+/- 0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogèn ica,marques radiopàques,profunditat de penetració de 18mm o 25mm,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30047414

Descripció llarga:

Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 14G (2,1mm) x 10cm+/- 0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogèn ica,marques radiopàques,profunditat de penetració de 18mm o 25mm,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30047430

Descripció llarga:

Marcador de lesions mamàries per a localització magnètica, anti-migració, mida 1mm x 5+/-1mm, amb agulla introductora 18Gx 7cm +/- 0 ,3cm. Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30047431

Descripció llarga:

Marcador de lesions mamàries per a localització magnètica, anti-migració, mida 1mm x 5+/-1mm, amb agulla introductora 18Gx12cm+/-0,5 cm. Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30051044

Descripció llarga:

Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G (1,60mm)x10cm+/-0,5cm,profund/doble pen etr 10mm-20mm ,agulla coaxial 15G (1,8mm)x 7,8cm,tròcar int ,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,lús,ind

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30051296

Descripció llarga:

Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,18G(1 ,25mm)x25cm+/-1cm,teix/tous(pròstata),profund/penetra/variab le 18-25mm(seleccionar),marq/radiopaq/càn/exter,pu/agul/ecogènica,acer inox i plàstic,sist/segur,est,lús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30051559

Descripció llarga:

Agulla per a biòpsia/aspiració medul·la òssia tipus Jamshidi,punta piramidal de 8G (2,8mm) x 15,2cm+/-1cm,tròcar amb punta de boca de peix, d'acer inoxidable, capturador segur mostra, amb mandri metàl·lic i empunyadura de plàstic, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30051917

Descripció llarga:

Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G(1,60mm)x16cm+/-1cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,amb agulla coaxial 15G (1,8mm)x13,8cm,tròcar int ,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,lús,ind

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 09.01.2024
HORA: 09:50:28
PÀGINA: 8 / 9

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30053469

Descripció llarga:
Guia d'agulla per a biòpsia de transductor, diàmetre 120x11mm, longitud 55mm, de plàstic, per agulles 10-20G. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor Burr Hole 8863/9063 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30053618

Descripció llarga:
Guia d'agulla per a biòpsia endocavitària amb funda de làtex de 3,5cm(1,4")x20cm(7,9") +/-1cm, cànula guia d'agulla 19cm +/-1cm, accepta accessoris de 16 i 18G, estèril, un ús. Compatible amb transductor GE RIC5-9-D, RIC6-12-D, RIC5-9W-RS i Samsung Medison V5-9 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30053782

Descripció llarga:
Sistema reflector amb lliurament d'agulla de 10cm per a localització i extirpació de teixit mamari. Compatible amb sistema guia Scout o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30053783

Descripció llarga:
Sistema reflector amb lliurament d'agulla de 7,5cm per a localització i extirpació de teixit mamari. Compatible amb sistema guia Scout o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30053798

Descripció llarga:
Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia de 13cm +/-0,5cm, amb cobertor de sonda, estèril, ús. Compatible amb ecògrafs: SonoSite ICT-ICTe-ICTx-ICTxp o equivalent

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30059942

Descripció llarga:
Agulla/guia co-axial per a biòpsia, de 15G (1,8mm) x 6,8cm +/-0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola de biòpsia Biopinc o equivalent

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30062768

Descripció llarga:
Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, 18G(1,25mm)x25cm +/-1cm, teix/tous (pròstata), profund/penetra/variable 18-25mm (seleccionar), marq/radiopaq/càn/exter, pu/agul/ecogènica, acer inox i plàstic, sist/segur, a/agulla coaxial, est, lús

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30062769

Descripció llarga:
Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, 18G(1,25mm)x20cm +/-1cm, teix/tous (pròstata), profund/penetra/variable 18-25mm (seleccionar), marq/radiopaq/càn/exter, pu/agul/ecogènica, acer inox i plàstic, sist/segur, a/agulla coaxial, est, lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 09.01.2024
HORA: 09:50:28
PÀGINA: 9 / 9

SOL.COMANDA: 1101377444 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30063680

Descripció llarga:

Equip per a anestèsia espinal intradural continua,compost:agulla punta tipus Sprotte 21Gx90-100mm llarg,catèter espinal 25G x 90-100 cm ,extrdist/tancat 3forats laterals amb estilet de metall,xeringa L-L 1ml,adaptador i filtre,estèril,indiv,lús

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
CS/CC00/1101377444/24/AMUP	Subministrament agregat d'Agulles i catèters per a anestèsia i biopsia_Complementari	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF Nom Fabricant ☐ (SI / NO) Distribuidor ☐ (SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat * Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Marcat CE/Tipus de classe

(SINO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Altres acreditacions i/o auto certificació

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació		Codi SAP
Núm. expedient	Descripció expedient	
CS/CC00/1101377444/24/AMUP	Subministrament agregat d'Agulles i catèters per a anestèsia i biopsia_Complementari	Codi Agrupador
Descripció codi SAP o codi Agrupador		
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador	
Identificació de l'empresa	
NIF	Nom
	Fabricant
	Fabricant
	(SI / NO)
	Distribuidor
	(SI / NO)

Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *
Referència fabricant	Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

[illegible]

Descripció expedient	
----------------------	--

Identificació de l'empresa

Nom	
-----	--

[illegible]

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

(No hi ha)

ANNEX – D4 - Fitxa Criteris Addicionals

*(No hi ha Excel per omplir, hi ha que presentar documentació que acrediti el que es demana al Annex D4 =
Criteris puntuables)*