

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE DUES CABINES DE FORMOL I TAULA DE TALLAT, PER A LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT D'ANATOMIA PATOLÒGICA ALS LABORATORIS DE VILAFRANCA DEL Penedès I DE MARTORELL DEL CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L'ALT Penedès, L'ANOIA I EL GARRAF

EXPEDIENT CLILAB 2024/02

(IMP-SC-006)

1. DESCRIPCIÓ DELS CENTRES OBJECTE DE CONTRACTE

El Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (en endavant, CLILAB Diagnòstics) realitza l'activitat d'anàlisis clíniques i d'anatomia patològica pels seus socis i per altres clients.

Aquesta contractació afecta als següents centres:

- Laboratori Central, a les dependències de l'Hospital Comarcal de Vilafranca (Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf), situat al Carrer Espirall, s/n, 08720 Vilafranca del Penedès.
- Laboratori bàsic, a les dependències de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, situat a l'Av. Mancomunitats Comarcals, 1-3, 08760 Martorell.

2. OBJECTE I ABAST DEL SUBMINISTRAMENT

L'objecte del present contracte consisteix en l'adquisició de dues cabines de formol i taula de tallat, per a la realització de l'activitat a l'Anatomia Patològica dels Laboratoris d'Anatomia Patològica, situats a Vilafranca del Penedès i a Martorell.

Les empreses que estiguin interessades a participar hauran de presentar les seves respectives propostes tenint en compte totes les possibles despeses que es generin per a la correcta execució del contracte.

Les despeses generades pels lliuraments seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària serà responsable del correcte transport i lliurament en el magatzem en les degudes garanties de seguretat.

En l'import adjudicat queden incloses les despeses corresponents al desmuntatge i muntatge de les anteriors campanes o equips i de les noves campanes adquirides per CLILAB Diagnòstics, corrent a càrrec de l'empresa adjudicatària els costos corresponents per a la correcta desinstal·lació i instal·lació de les campanes.

3. REQUERIMENTS GENERALS

Les empreses licitadores disposaran dels suficients mitjans tècnics, materials, qualitatius, etc., per a dur a terme l'objecte d'aquest procediment i que aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Els licitadors hauran de presentar a la seva proposta una **memòria tècnica** indicant la seva oferta i especificant les seves característiques més destacables. En aquesta memòria tècnica s'ha de

demostrar el compliment dels requeriments que es descriuen en el present plec i s'ha de justificar les característiques que són objecte de valor.

A més a més, en la memòria tècnica ha de quedar ben explicat el servei tècnic segons el temps de resposta i proximitat, i també s'ha d'aportar un informe certificant la velocitat d'aspiració.

3.1. CONDICIONS DE LLIURAMENT

Les comandes que rebi l'empresa adjudicatària hauran de ser lliurades d'acord amb les següents especificacions, les quals formen part de les obligacions contractuals assumides:

- Termini de lliurament: 1 mes a partir de la signatura del contracte.
- Lloc de lliurament:
 - a) CLILAB VILAFRANCA DEL PENEDES, Servei d'Anatomia Patològica a les dependències del Hospital de Vilafranca del Penedès (Consorti Sanitari del Alt Penedès) al C/ Espirall S/N , 08720 de Vilafranca del Penedès.
 - Horari: 07.30h a 15.00h
 - b) CLILAB MARTORELL, Servei d'Anatomia Patològica a les dependències del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Martorell, Avinguda Mancomunitat Comarcal 1-3, 08760 Martorell.
 - Horari: 07.30h a 15.00h

El lliurament del material al magatzem haurà d'ajustar-se a les següents condicions:

- L'els albarà/ns haurà/n d'anar a L'EXTERIOR DELS PAQUETS.
- El lliurament del material haurà d'anar acompanyat de l'albarà original i còpia.

3.2. GARANTIA

Tots els objectes adquirits han de tenir el mínim de dos anys de garantia.

Durant la garantia dels equipaments, tots els enviaments derivats de la gestió de la garantia aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

4. REQUERIMENTS TÈCNICS

Els licitadors s'han de comprometre a complir amb els següents requisits tècnics:

- Certificació CE.
- Instruccions de funcionament amb Català i/o Castellà.

- Material de construcció no absorbent. El fabricant cal que especifiqui quins detergents i desinfectants (concentracions d'ús) permeten que no hi hagi deteriorament del material durant la seva neteja i desinfecció.
- Disseny ergonòmic i de dimensions suficients, amb espai per col·locar les cames si es treballa assegut (mínim 70 cm), amb reposa peus en els llocs de treball. Amb dues cadires d'altura regulable i amb reposa peus. Així, la taula de formol haurà de tenir dues zones de treball que permetin treballar simultàniament a dues persones i la mesura total de la taula haurà de ser de 2400x950x2000mm.
- Extracció obligatòria per la part inferior, frontal i posterior de la taula i es valoraran altres zones addicionals d'extracció. La taula de tall ha d'estar preparada perquè l'aire es pugui canalitzar a l'exterior (fora de l'edifici) prèviament filtrat mitjançant filtres específics per formaldehid. La taula ha de disposar d'un sistema d'avís/alarma per a la substitució dels filtres de formol en funció de les hores d'ús recomanades pel fabricant.
- Velocitat de captura mínima de 0,7-1 m/s en tots els punts d'operació (zona de tall, zona de rentat, zona de dispensació de formol i de recollida de residus (líquids/sòlids). Un cop instal·lat l'equip, el fabricant aportarà un informe certificant la velocitat d'aspiració.
- Nivell sonor màxim de 55-65 dBA en compliment del flux mínim de 0'7-1 m/s.
- Il·luminació ambiental amb un mínim de 1000 lux. A més un punt de llum individual sobre cada zona de treball (2 llocs).
- Zona de tall perforada sobre una cubeta de recollida.
- Zona de rentat de peces (pica) integrada a la taula i per tant connectada al sistema d'extracció amb aixeta extensible, amb aigua freda i calenta.
- Sistema tancat i automàtic de dispensació de formaldehid incorporat, integrat a la taula i per tant connectat al sistema d'extracció.
- Sistema tancat de recollida dels residus líquids de formaldehid incorporat, integrat a la taula i per tant connectat al sistema d'extracció amb control electrònic i alarma de nivell d'ompliment.
- Contenedor per residus sòlids impregnats de formaldehid, integrat a la taula i per tant connectat al sistema d'extracció.
- Sistema de desinfecció integrat a les entrades d'aigua per mòdul d'ozó.
- La taula disposarà de triturador de residus.
- Utilització de sensors de densitat de superfície per el control dels contenidors de formol, tan net com brut, per evitar el vessament de formol en el canvi dels contenidors.
- Compromís d'assistència tècnica post venda ràpida (màxim 24/48 hores per resoldre el problema).

Es consideraran excloses les ofertes que no recullin explícitament aquests compromisos.

5. INTERLOCUTORS I COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES

L'empresa adjudicatària ha d'assignar un responsable que serà l'encarregat de la gestió directiva del contracte i responsable de garantir la qualitat de la prestació. També serà qui tractarà directament amb l'interlocutor assignat pel CLILAB Diagnòstics, els afers relacionats amb el desenvolupament normal de les tasques.

L'empresa adjudicatària haurà de comunicar amb antelació suficient l'existència de problemes que li impedeixin complir amb el subministrament de les referències sol·licitades. La comunicació s'haurà de realitzar directament al Departament de Logística de CLILAB Diagnòstics, situat al Laboratori Central. En cas de desproveïment, l'adjudicatari haurà de proposar una alternativa que haurà de ser validada pel responsable del laboratori afectat per la incidència.

En cas que l'alternativa proposada no permeti assegurar la realització de l'activitat assistencial, el proveïdor es farà càrrec de totes les despeses que es derivin d'aquest incompliment de subministrament.

L'empresa adjudicatària haurà d'oferir el servei tècnic i el material necessari per a que l'activitat no quedi aturada en cas de possibles incidències, és a dir, per a que es puguin seguir realitzant els diferents assajos dins les 24 hores, a comptar des del registre de la incidència.

En cas que la incidència generada obligui a CLILAB Diagnòstics a derivar urgentment les mostres a algun dels centres sanitaris externs de CLILAB Diagnòstics o a qualsevol centre sanitari extern que decideixi CLILAB Diagnòstics, serà l'adjudicatari qui es farà càrrec d'assumir totes les despeses, directes i indirectes, que s'hagin generat (això inclou el transport) i actuarà sota les directrius de CLILAB Diagnòstics.

6. CONDICIONS ECONÒMIQUES I DE FACTURACIÓ

La proposta econòmica que ha de presentar l'empresa licitadora és la relacionada al document Annex Econòmic. La proposta econòmica, i, concretament, l'oferta que es presenti per a la valoració econòmica s'haurà de completar amb el preu unitari ofertat i el preu total de la licitació amb un màxim de dos decimals.

L'import que figura al present expedient és el límit màxim de despesa que pot comprometre aquest òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d'aquest contracte. Aquest preu reflecteix el valor actual a preu de mercat.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànon de qualsevol tipus que siguin d'aplicació, així com totes les despeses que s'originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec i que s'han de complir durant l'execució del contracte.

L'empresa adjudicatària facturarà el subministrament de les dues cabines de formol i taula de tallat als laboratoris d'Anatomia Patològica de Vilafranca del Penedès i de Martorell presentant la factura un cop realitzat el lliurament i confirmada la correcta instal·lació i funcionament per part del responsable designat per CLILAB Diagnòstics, en cap cas abans.

Es facturarà l'objecte d'aquest contracte en una única factura[JEC1]. En la factura s'haurà de fer constar el número d'expedient del contracte. De la mateixa manera, en la factura es detallarà el cost que li correspongui imputable a cadascun dels centres, és a dir, s'haurà de determinar el cost atribuïble al centre de Vilafranca per una banda i el cost atribuïble al centre de Martorell per l'altra, de forma diferenciada, més el percentatge d'IVA que correspongui segons la normativa vigent.

L'empresa adjudicatària no podrà, sense el consentiment del CLILAB Diagnòstics, canviar de forma unilateral els formats, continguts, i el format de la informació amb el que es lliura la factura. Qualsevol canvi serà informat amb antelació al CLILAB Diagnòstics.

El pagament del subministrament de les dues cabines de formol i taula de tallat objecte del present contracte es farà efectiu a través de pagament únic i mitjançant transferència bancària.

Obligació de la presentació de la factura electrònica al CLILAB Diagnòstics en aplicació de la Llei Estatal 25/2013, de 27 de desembre, que regula l'obligació de presentació de factura electrònica a les Administracions Públiques a partir del 15 de gener de 2015. Veure clàusula cinquantesena del PCAP, referent al Règim de Pagaments i Facturació Electrònica, on s'indiquen els codis DIR del CLILAB Diagnòstics, així com els requisits legalment establerts per a la correcta tramitació de la factura.

L'empresa adjudicatària haurà de demanar i obtenir una autorització del CLILAB Diagnòstics per modificar qualsevol aspecte lligat al funcionament o característiques que conformen l'objecte d'aquest contracte.

7. NORMATIVA VIGENT D'OBLIGAT COMPLIMENT

L'empresa adjudicatària haurà de complir, respecte del seu personal les obligacions vigents en matèria laboral i seguretat social així com de prevenció de riscos laborals i de seguretat i higiene en el treball. L'adjudicatari posarà a disposició del seu personal les instal·lacions adients i material per l'adequat desenvolupament de la seva tasca.

L'empresa adjudicatària es compromet a utilitzar la informació a la qual pugui tenir accés com a conseqüència de l'execució del contracte que pretén adjudicar-se, amb les finalitats exclusives de gestió per als quals ha estat autoritzada així com a conservar la confidencialitat sobre tota aquella informació afectada per les disposicions i principis de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i disposicions de desenvolupament i

concordants, adaptant per a això les mesures de seguretat d'aquesta informació que resultin necessàries.

D'acord amb la Directiva Comunitària 93/42 CEE del Consell, de 14 de juny de 1993, relativa als productes sanitaris i al disposat al Reial Decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel que es regulen els productes sanitaris, així com, concretament, l'establert en l'apartat 13 de l'Annex I, tots els productes sanitaris han de portar la marca CE que garanteix que ha superat controls d'homologació i qualitat.

A més, l'adjudicatària ha de ser capaç de separar en origen els residus complint amb la normativa sobre Medi ambient.

Amb caràcter general, si s'inicien els processos d'Acreditació, Certificació (ISO, EN, UNE) i autorització se sol·licitarà la informació i col·laboració de l'adjudicatari en els aspectes que li pugués correspondre.

8. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa adjudicatària haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

En relació a l'adequació de l'equipament als espais del laboratori afectats per aquest concurs, l'adjudicatari haurà de tenir en compte que en tot moment s'ha de complir amb els requisits de seguretat establerts i garantir l'ambient de treball en compliment de la normativa vigent de Salut Laboral, tenint especial cura amb la temperatura, risc ambiental, així com la bioseguretat.

Les despeses generades per les correccions de possibles impactes negatius en aquests aspectes, relacionats amb l'adequació dels equips a l'espai disponible, correran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

9. ALTRES CONDICIONS GENERALS

L'empresa adjudicatària serà responsable davant dels Tribunals de Justícia dels accidents que puguin ocasionar-se al personal en el compliment de les seves responsabilitats assumides en virtut d'aquest procediment.

10. OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

A més de les establertes al quadre de característiques, es consideraran obligacions contractuals essencials, llur incompliment podria suposar la resolució del contracte, les indicades a continuació:

- El compliment de les prescripcions tècniques i dels requisits obligatoris.
- Disposar de la capacitat tècnica i els mitjans personals i materials per executar el contracte, de forma òptima i diligent per tal de realitzar l'objecte del contracte.
- La prestació contínua del servei sense el seu abandonament o interrupcions injustificades. S'entendrà per abandonament o interrupció sense causa justificada quan els treballs hagin deixat de desenvolupar-se, no es desenvolupin amb la regularitat adequada o amb els mitjans humans o materials necessaris per a la normal execució del contracte en termini. No obstant, el CLILAB Diagnòstics, abans de declarar la resolució, requerirà al contractista que regularitzi la situació en el termini de cinc dies a comptar des del requeriment.
- El compliment de la normativa de seguretat i salut en el treball.
- El compliment de la obligació de confidencialitat o d'informació a tercers sense prèvia autorització del CLILAB Diagnòstics.

11. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PELS LICITADORS

La documentació tècnica que han d'aportar els licitadors recau en el Sobre B. La documentació tècnica esdevé la documentació acreditativa de les referències tècniques exigides per CLILAB Diagnòstics en aquest mateix Plec. De totes maneres, els licitadors poden optar a completar la proposta afegint els elements complementaris que considerin convenients i d'utilitat per al CLILAB Diagnòstics, indicant-ne les característiques de forma detallada.

Igualment, convé ressaltar que part de la documentació d'aquest Sobre B serà susceptible de valoració en relació als criteris susceptibles de judici de valor que s'hagin establert específicament i que conformen la licitació, pel que tota documentació que estigui estrictament vinculada amb un criteri de valoració subjectiva també haurà de ser aportada en el Sobre B **sempre i quan no avanci informació del Sobre C (en cas de dubte que determinada informació pugui ser susceptible de considerar que és avançada, s'ha d'afegir al Sobre C).**

Serà obligatori per a tots els licitadors omplir degudament el document adjunt a l'anunci de licitació anomenat *Quadre resum dels criteris d'adjudicació*.

En la línia del paràgraf anterior, tota empresa licitadora haurà d'aportar, com a mínim, al Sobre B:

A) Descripció, explicació i detall del compliment de l'objecte i abast del subministrament + Memòria tècnica	<i>Punt 2, 3 i subpunts</i>
B) Descripció, explicació i detall del compliment dels interlocutors i comunicació d'incidències	<i>Punt 5</i>