

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE D'ARTROSCOPIA DE L'AECT- HOSPITAL DE CERDANYA

EXPEDIENT 0006-0016/2024



Objecte de la licitació - Annex tècnic

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és la descripció de les característiques tècniques i funcionals dels materials objecte de la licitació així com les condicions d'execució.

Qualsevol de les referències adjudicades es podran sol·licitar per qualsevol dels centres de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de Cerdanya (endavant, AECT-HC).

Les característiques tècniques de cada material objecte de la licitació són les exposades a l'**Annex II- Fitxes tècniques** i són d'obligat compliment. A tal efecte els licitadors signaran la validació d'aquests **Annex** i l'adjuntaran dins de la oferta tècnica a més d'acreditar-les documentalment. En cas de discrepància es donarà prioritat a la informació aportada a la fitxa tècnica. L'incompliment o acreditació insuficient comportarà l'exclusió.

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades, es podran incorporar en el mateix procés de contractació al mateix preu adjudicat, sempre que comportin un interès d'ús o servei, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.

L'adjudicació es realitzarà per lots sencers tal com surt reflectit a l'**Annex tècnic**.

Condicions específiques

- 1- Les comandes es realitzaran mitjançant comandes successives segons necessitats que s'enviaran a l'adjudicatari via correu electrònic.

Les dades corresponents al departament de logística, que s'encarregarà de l'enviament de les comandes són:

Compres
AECT-Hospital de Cerdanya
Camí d'Ur 31 – 17520 Puigcerdà (Girona)
Tel: 34 972.65.77.77 (ext. 1091)

- 2- Els béns objecte d'aquest contracte s'hauran de lliurar en els magatzems que s'indiquin a les comandes. No s'acceptaran els lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptaran lliuraments de més unitats que les sol·licitades a la comanda. En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al departament de logística.

El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça, serà:

Compres
AECT-Hospital de Cerdanya
Camí d'Ur 31 – 17520 Puigcerdà (Girona)

Els horaris de recepció de material són de 8:30 hores a 14:00 hores, de dilluns a divendres. No s'acceptaran lliuraments fora d'aquest horari ni d'aquest centre logístic.



- 3- L'AECT-HC preveu un termini de lliurament ordinari per a cada article de 24 hores (en el dia laborable) després d'haver passat la comanda a l'adjudicatari.
- 4- El cost del transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora al igual que els embalatges, i es consideren inclosos en el preu ofert. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- 5- Cada lliurament del material anirà acompanyat del corresponent albarà original i còpia. Encara que siguin lliuraments parcials d'una comanda. L'original serà pel centre logístic destinatari. Al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN".

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

- Número d'albarà.
- Data.
- Número i nom d'article.
- Número d'expedient.
- Número de comanda de l'AECT-HC.
- Quantitat servida.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

- 6- Dins el procés de millora continua en el que es trobà immersa l'AECT-HC, es preveu la posada en marxa d'indicadors d'avaluació de la gestió dels proveïdors. Es consensuaran objectius i es revisarà la consecució dels mateixos. Els proveïdors que no arribin als objectius, hauran de presentar les accions correctores per redreçar la situació.
- 7- Garantia d'actualització tecnològica: en cas de produir-se un canvi en la tecnologia del material adquirit per aquest expedient, amb renovació de la gama, els models adjudicats s'actualitzaran als de la nova gama que correspongui, mantenint com a mínim el nivell tecnològic de l'adjudicat i mantenint preu. S'incorporaran en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei els quals seran valorats pel comitè tècnic designat.
- 8- L'adjudicatari està obligat a prestar l'assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels productes subministrats.
- 9- Per als productes estèrils, en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.

Consums- Annex econòmic

D'acord amb la naturalesa d'aquesta contractació, les necessitats que s'especifiquen per a cadascun dels articles i productes a l'**Annex econòmic** i han estat calculades sobre un únic exercici natural. Les quantitats indicades estaran subjectes a variacions segons les necessitats de l'AECT-HC, en funció de la contractació anual de serveis assistencials del centre. Per tant, les quantitats indicades podran variar en funció d'aquesta contractació de serveis, sense que afecti a les condicions econòmiques del contracte ni es puguin reclamar indemnitzacions per part de l'adjudicatari.



Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el centre sanitari.

Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat de subministrament:

- a) Hauran de comunicar-ho al departament de Compres.
- b) Facilitaran una alternativa pròpia amb l'antelació suficient per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part dels centres destinataris.

Les empreses adjudicatàries es comprometen a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum dels centres.

Així mateix, les empreses adjudicatàries es comprometen a assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen el present plec.

Gestió transport

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions.

Qualsevol desperfecte dels productes ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

Els béns objecte d'aquest contracte s'haurà de lliurar en el lloc que s'indiqui a les comandes.

Gestió revisió caducitats

És responsabilitat de l'adjudicatari mantenir les caducitats mínimes dels materials en dipòsit. Si el producte caduca en seu del CSI per haver-se lliurat amb una caducitat inferior a 1 any, l'adjudicatari l'haurà de substituir i fer-sen càrrec de les despeses ocasionades.

Serà obligatori fer almenys 2 revisions anuals d'aquest dipòsits per part de l'adjudicatari.

El lliurament de cadascun del béns en dipòsit s'haurà de realitzar per unitats individuals (d'un en un). No s'acceptaran lliuraments de quantitats diferents a les indicades a les comandes de reposició del dipòsit.

Retirada dels dipòsits a la finalització del contracte

L'empresa adjudicatària es compromet a retirar els dipòsits cedits a la data de finalització del contracte. Les despeses originades aniran a càrrec de l'adjudicatari, propietari del material no implantat.





Mostres i demostracions

És necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta i en la quantitat sol·licitada a la memòria justificativa.

A la fase de les demostracions o proves del material i equips en cessió sol·licitats s'especificarà la necessitat de més mostres sota petició del departament de logística.

El no lliurament de les mostres sol·licitades, tant en quantitat com en termini, serà causa d'exclusió, sense cap més requeriment.

Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa, la seva referència i codi del producte, així com el número de lot al que correspon.

Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament aniran a càrrec del licitador.

Compliment de la normativa vigent

El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material.

En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.

Normativa relativa als equips

- Marcatge CE.
- L'equip ha de complir les normes UNE vigents. Cal aportar la documentació acreditativa.
- L'equip ha de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Cal aportar la documentació acreditativa.
- Compliment la normativa vigent relativa a l'alimentació elèctrica i proteccions.
- Compliment amb les normes vigents sobre protecció del medi ambient
- Compliment de la normativa vigent (també pel fungible)

Embalatge, transport i muntatge dels equips

- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.
- Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions.
- Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport, viatgin desmuntats, va a càrrec dels proveïdors, així com la seva instal·lació i posada en marxa.
- L'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de la gestió de la retirada dels embalatges.





Manteniment de l'equipament durant la vigència del contracte

Durant la vigència del contracte, el cost del manteniment integral dels equips (revisions i reparacions) aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, propietària dels equips.

Les ofertes tècniques ha de detallar explícitament:

- Estructura del servei tècnic a Catalunya, qualificació i acreditació dels recursos humans del mateix. Localització del Servei Tècnic més proper (si no existeix a Catalunya) i descripció del mateix.
- Presentació de calendari de manteniments preventius.
- Compromís de formació al personal de EMD en el funcionament de la torre, si escau.
- Certificat anual d'acompliment de la norma CEI 601 de protecció elèctrica.
- Temps de resposta amb presència d'un tècnic davant qualsevol avís d'avaría, inclòs festius.
- Substitució immediata de qualsevol component de les torres i els generadors en cas d'avaría no reparada satisfactòriament superior a 24 hores.
- Informació de la necessitat d'interrupció del funcionament normal per a realitzar intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada de les mateixes.

Servei tècnic

L'adjudicatari es farà càrrec del servei tècnic preventiu i correctiu dels equips subministrat durant tota la vigència del contracte. Aquest servei inclourà totes les peces de recanvi, ma d'obra, desplaçaments, etc, que siguin necessaris per al correcte funcionament dels equips així con l'assistència tècnica immediata davant de les incidències que es produeixin.

Es comprometrà a la reparació o substitució, en un termini màxim de 24 hores dels fungibles que s'hagin lliurat en mal estat i que siguin declarats com a avariats o irreparables. Totes les despeses derivades de l'esmentada reparació o substitució aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Actualització tecnològica del fungible

Quan l'empresa adjudicatària disposi de nous fungibles tecnològicament més avançats o d'actualitzacions, haurà d'oferir a l'AECT-HC la possibilitat de renovació dels equips cedits o el canvi per les noves versions existents sense necessitat de sol·licitud prèvia per part del centre i sense modificar en cap cas les condicions econòmiques de compra del material fungible.

En cap cas es facilitarà material obsolet o descatalogat.

Exclusivitat del proveïdor

El proveïdor CONMED IBERIA és l'únic que pot subministrar els fungibles adquirits per l'AECT-HT mitjançant expedient AECT-HC IN 2022/038, donat que aquest equipament funciona exclusivament amb accessoris i fungibles fabricats per aquesta empresa.

Aquests fungibles són exclusius per a aquests equipaments, donat que disposen d'un sistema d'ancatge específic.





Sol·licitant:

Salvador Sarra Signat digitalment per
Moreto / Salvador Sarra Moreto /
num:4302944 num:4302944
Data: 2024.02.13
08:04:48 +01'00'

Dr. Salvador Sarrà
Director Mèdic
AECT-Hospital de Cerdanya



ANNEX I

CONSUMS – ANEX ECONÒMIC

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ / OBJECTE

El pressupost base de licitació és de 165.600 euros, IVA exclòs.

El pressupost base de licitació s'ha determinat a preus unitaris i és l'import màxim pel que s'exhaurirà o no en funció dels encàrrecs que finalment es realitzin.

Aquest pressupost s'ha calculat sobre la base de les previsions ordinàries de consum durant una anualitat. En resum, la previsió de consums de caràcter ordinari durant una anualitat són les següents:

Ref.	Descripció	Unitats/Any
10K100	TUBE SET 10K ARTHRO INFLOW	140
24K100	ARTHROSCOPY OUTFLOW/SUCTION TUBE SET	140
9263A	4.2 MM STRL GATOR MENISCUS CUTTER 6 EA	102
9299A	4.2 MM STERLING GREAT WHITE	42
9599A	BLADE GRT WHITE 5.5 MM LG HUB STERL 6 EA	30
H9101	STERLING OVAL BURR 4.0MM HIGH SPEED 6/BX	18
H9110	3.5 MM STERLING SPHERICAL BUR QTY 6	18
AES-90SN	ARTHROSCOPIC ENERGY 90 DEGREE PROBE WITH SUCTION 13 CM	70

Atès que es tracta d'una previsió, d'una banda, és possible que alguns d'aquests consums no s'arribin a exhaurir o que se'n puguin arribar a sol·licitar d'altres que no figuren dins de la previsió anteriorment establerta. Aquests altres consums d'altres referències pel mateix concepte es contractarien en licitació diferent.

Val a dir que els preus unitaris s'han determinat de manera estimada sobre la base dels preus de mercat que s'han obtingut sobre tarifes obtingudes de consulta prèvia i de l'històric de facturació del centre per aquest mateix objecte.

TOTAL ANUAL (IVA exclòs)

Ref.	Descripció	Unitats/Any	Eur/unitat	Eur/Any
10K100	TUBE SET 10K ARTHRO INFLOW	140	55 €	7.700 €
24K100	ARTHROSCOPY OUTFLOW/SUCTION TUBE SET	140	50 €	7.000 €
9263A	4.2 MM STRL GATOR MENISCUS CUTTER 6 EA	102	115 €	11.730 €
9299A	4.2 MM STERLING GREAT WHITE	42	115 €	4.830 €
9599A	BLADE GRT WHITE 5.5 MM LG HUB STERL 6 EA	30	115 €	3.450 €
H9101	STERLING OVAL BURR 4.0MM HIGH SPEED 6/BX	18	115 €	2.070 €
H9110	3.5 MM STERLING SPHERICAL BUR QTY 6	18	115 €	2.070 €
AES-90SN	ARTHROSCOPIC ENERGY 90 DEGREE PROBE WITH SUCTION 13 CM	70	250 €	17.500 €
		TOTAL ANY		56.350 €

Pressupost del contracte

Valor estimat del contracte: 289.262 € IVA exclòs

Import de licitació: 150.266 €, IVA exclòs.

Import possibles pròrrogues: 112.700 €, IVA exclòs (fins a 2 anys, 1+1).

Import possibles modificacions: 26.296 €, IVA exclòs.

IVA: El que correspongui segons la legislació vigent.

Anualitat: 01.05.2024-31.12.2026.

Preu inicial del contracte: 37.566 (sense IVA) per a 8 mesos 2024 i 56.350 euros (sense IVA) per a 2025 i per a 2026, respectivament. Es preveu una modificació d'un màxim d'un 10% anual i una pròrroga per dos anys més.





Pressupost de licitació:

150.266 euros (IVA exclòs) per tres anys de contracte:

ANUAL	Import net (€)	Import IVA (€)	Import total (€)
2024 *	37.566 €	7.888,86 €	45.454,86 €
2025	56.350 €	11.833,50 €	68.183,50 €
2026	56.350 €	11.833,50 €	68.183,50 €
Total	150.266 €	31.555,86 €	181.821,86 €

*8 mesos des de l'entrada en vigor del contracte, 01.05.2024.

S'entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, sense l'impost de valor afegit.

Import possibles modificacions:

56.350 € (IVA exclòs) segons el següent detall:

ANUAL	VE prestació contracte (€)
2024	37.566 €
2025	56.350 €
2026	56.350 €
2027	56.350 €
2028	56.350 €
TOTAL	150.266 €

Valor estimat de contracte:

El VEC seria de: 150.266 € + 15.026 € (10% modificació)= 165.292 € + 123.970 € x (2 anys més de pròrroga, considerant que la modificació es manté en el contracte prorrogat) = **289.262 euros.**

Imports anuals calculats en base a la facturació històrica per aquest mateix objecte, així com a les consultes prèvies de mercat portades a terme.

COSTOS INCLOSOS

Estan inclosos en els preus unitaris els costos dels conceptes que es detallen a continuació, que en cap cas es facturaran en addició als serveis prestats, sinó que es consideraran inclosos en els mateixos:

1. Qualsevol despesa en concepte de lliurament (ports pagats a càrrec de l'adjudicatari en tots els casos).
2. Tots els costos de substitució de material retornat per l'AECT-HC, de manera que les s'asseguri en tots els casos la continuïtat de la prestació del servei assistencial.

En virtut de tot l'anterior, s'entén que l'adjudicatari no podrà facturar aquests conceptes anteriorment exposats com a complement o factura separada del servei objecte del





contracte.

No s'acceptaran ofertes que no presentin preus unitaris de la totalitat dels conceptes anteriorment especificats, ni altres ofertes que impliquin un alça de qualsevol dels preus màxims establerts per cadascun dels conceptes.

Sol·licitant:

Salvador Sarra
Moreto /
num:4302944

Signat digitalment per
Salvador Sarra Moreto /
num:4302944
Data: 2024.02.06
12:05:44 +01'00'

Dr. Salvador Sarrà
Director Mèdic
AECT-Hospital de Cerdanya





ANNEX II

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DELS PRODUCTES

1-. TUBE SET 10K ARTHRO INFLOW

Tubo para bomba IOK

ConMed

IOK100

Tubo simple que permite el paso de líquido desde la bolsa hasta la articulación pasando por la bomba

Para irrigación en la articulación controlando presión y flujo a través de la bomba IOK

Material/Composición:

- PVC
- Silicona
- Libre de latex

Información Técnica:

- Caset con asa flexible de fácil colocación.
- 2 partes diferenciadas por colores:
- Blanco: Contacto con la bolsa
- Azul: Contacto con el paciente (Se mantiene esteril)
- Longitud:
- Zona bolsa: 1.5m
- Zona paciente: 3.4m
- Pinza manual para interrumpir el flujo en cada extrema.
- Conexión de Luer para la vaina.

Envasado:

Blister unitario esteril en cajas de 10 unidades, un solo uso. Con etiquetado en el que figura:

- Denominación del artículo
- Fecha de caducidad
- Número de lote
- Referencia comercial

Conservación/ Almacenamiento:

Temperatura ambiente, evitar temperaturas extremas y humedades

Certificado

CE: CE587783

Garantía de Calidad:

ISO 13485:2016



2-. TUBO DE ASPIRACIÓN:

Marca Comercial: ConMed

Referenda: 24K100

Descripción: Conjunto de tubos artroscópicos de salida y succión para la bomba 24K

Indicaciones: Para la salida y/o succión de fluido en la articulación durante procedimientos artroscópicos a través de la bomba 24K

Material/Composición:

- PVC
- Silicona
- Libre de latex

Información Técnica:

- 3.5m de largo
- Doble tubo de aspiración (instrumentista): con conector luer a vaina y de goma azul a motor artroscopia
- Tubo rojo de salida de suero (circulante)
- Cassete para facil conexión a bomba 24K

Envasado: Bolsa esteril en caja de 10 unidades, con etiquetado en el que figura:

- Denominación del artículo
- Fecha de caducidad
- Numero de lote
- Referenda comercial

Conservación/ Almacenamiento:

Temperatura ambiente, evitar temperaturas extremas y humedades

Certificado CE/ CE 587783

Garantía de Calidad: ISO 13485: 2016



3-. TERMINAL GATOR STERLING:

Marca Comercial: ConMed

Referenda: 9263A

Descripción: Terminal de corte para resección de menisco

Indicaciones: Indicado para procedimientos artroscópicos en el que se requiera desbridación, resección de menisco o eliminación de tejido blando

Imagen del Producto:

- Plástico
- Acero inoxidable
- Libre de latex

• Longitud de trabajo: 130mm
 • Diámetro terminal: 4.2mm
 • Perfil tubo interno: dentado
 • Perfil tubo externo: hoja lisa
 • Rango de trabajo: de 300 a 6.000rpm oscilante. 1.500cpm

Material/Composición: Conector para grandes articulaciones

- Código de color: Naranja
- Tecnología de reconocimiento del terminal que permite la rápida identificación de fresas y sinoviotomos y configura automáticamente la velocidad y modo de funcionamiento óptimo para un procedimiento ágil

Información Técnica: • Concentricidad de los tubos interno y externo que reduce la posibilidad de generación de virutas metálicas

- Tecnología XtraSharp® en la que se obtienen unos ejes de corte precisos para un rendimiento óptimo
- Compatible con Ergo™ (D4240, D4200), Advantage® Turbo (D9924, D9920), Advantage (D9824, D9820) y Apex® (C9820, C9824, C9828)

Cajas de 6 unidades en blíster individual estéril, un solo uso. Con etiquetado en el que figura:

- Denominación del artículo
- Fecha de caducidad
- Número de lote
- Referenda Comercial

Envasado:

Conservación/ Almacenamiento:

Temperatura ambiente, evitar temperaturas extremas y humedades

Garantía de Calidad: CE 587783



4-. TERMINAL GREAT WHITE – 4.2mm:

Marca

Comercial:

Referenda: ConMed

Descripció: 9299A
Terminal para resección agresiva

Indicaciones: Indicado para procedimientos artroscópicos en el que se requiera desbridación o resección de tejido blando, incluyendo la resección de ligamentos

Material/Composición

- Plástico
- Acero inoxidable
- Libre de latex

Información Técnica:

- Longitud de trabajo: 130mm
- Diámetro terminal: 4.2mm
- Perfil tubo interno: dentado
- Perfil tubo externo: dentado
- Rango de trabajo: de 300 a 6.000rpm oscilante. I.S00cpm
- Conector para grandes articulaciones
- Código de color: Blanco
- Tecnología de reconocimiento del terminal que permite la rápida identificación de fresas y sinoviotomos y configura automáticamente la velocidad y modo de funcionamiento óptimo para un procedimiento ágil
- Concentricidad de los tubos interno y externo que reduce la posibilidad de generación de virutas metálicas
- Tecnología XtraSharp® en la que se obtienen unos ejes de corte precisos para un rendimiento óptimo
- Compatible con Ergo™ (D4240, D4200), Advantage® Turbo (D9924, D9920), Advantage (D9824, D9820) y Apex® (C9820, C9824, C9828)

Envasado: Cajas de 6 unidades en blíster individual estéril, un solo uso. Con etiquetado en el que figura:

- Denominación del artículo
- Fecha de caducidad
- Número de lote
- Referenda Comercial

Conservación/ Almacenamiento:

Temperatura ambiente, evitar temperaturas extremas y humedades

Garantía de Calidad: CE 587783



5-. TERMINAL GREAT WHITE – 5.5mm:

Marca Comercial:	ConMed
Referenda:	9599A
Descripció:	Terminal para resección agresiva
Indicaciones:	Indicado para procedimientos artroscópicos en el que se requiera desbridación o resección de tejido blando, incluyendo la resección de ligamentos

Material/Composición:

- Plástico
- Acero inoxidable
- Libre de latex

Información Técnica:

- Longitud de trabajo: 130mm
- Diámetro terminal: 5.5mm
- Perfil tubo interno: dentado
- Perfil tubo externo: dentado
- Rango de trabajo: de 300 a 6.000rpm oscilante. I.S00cpm
- Conector para grandes articulaciones
- Código de color: Blanco
- Tecnología de reconocimiento del terminal resector que permite la rápida identificación de fresas y sinoviotomos y configura automáticamente la velocidad y modo de funcionamiento óptimo para un procedimiento ágil
- Concentricidad de los tubos interno y externo que reduce la posibilidad de generación de virutas metálicas
- Tecnología XtraSharp® en la que se obtienen unos ejes de corte precisos para un rendimiento óptimo
- Compatible con Ergo™ (D4240, D4200), Advantage® Turbo (D9924, D9920), Advantage (D9824, D9820) y Apex® (C9820, C9824, C9828)

Envasado: Cajas de 6 unidades en blíster individual esteril, un solo uso. Con etiquetado en el que figura:

- Denominación del artículo
- Fecha de caducidad
- Número de lote
- Referenda Comercial

Conservación/ Almacenamiento:

Temperatura ambiente, evitar temperaturas extremas y humedades

Garantía de Calidad: CE 587783





6-. TERMINAL FRESA OVAL STERLING – 4.0mm:

Marca ConMed H9101

Comercial: Terminal de artroscopia con fresa de terminación oval y tubo externo biselado.

Referencia: Indicado para procedimientos donde se requiera una resección de hueso y cartilago en acromioplastia, desbridamiento osteocondral y ampliación del espacio intercondfleo.

Descripción:

Material/Composición:

- Plastico
- Acero inoxidable
- Libre de latex

Información

Técnica:

- Longitud de trabajo: 130mm
- Diametro externo de la fresa: 4.0mm
- Cabezal ovalado
- Perfil tubo externo: biselado, alineado con el final del tubo interno
- Velocidad maxima: 12.000rpm
- Conector para grandes articulaciones
- Código de color: Violeta
- Tecnologia de reconocimiento del terminal que permite la rapida identificación de fresas y sinoviotomos y configura automaticamente la velocidad y modo de funcionamiento óptimo para un procedimiento agil
- Concentricidad de los tubos interno y externo que reduce la posibilidad de generación de virutas metalicas
- Tecnologia XtraSharp® en la que se obtienen ejes de corte precisos para un rendimiento óptimo
- Compatible con los motores de artroscopia Ergo™ (D4240, D4200), Advantage® Turbo (D9924, D9920), Advantage (D9824, D9820) y Apex®(C9820, C9824, C9828)

Caja de 6 unidades esteriles, un solo uso. Con etiquetado en el que figura:

Envasado:

- Denominación del articulo
- Fecha de caducidad
- Numero de lote
- Referenda Comercial

Conservación/ Almacenamiento:

Temperatura ambiente, evitar temperaturas extremas y humedades

Garantia de Calidad: CE 587783



7-. TERMINAL FRESA ESFÉRICA STERLING – 3.5mm :

Marca ConMed H9110

Comercial: Terminal de artroscopia con fresa de terminación esférica y tubo externo biselado.

Referencia: Indicado para procedimientos donde se requiera una resección de hueso y cartilago en acromioplastia, desbridamiento osteocondral y ampliación del espacio intercondileo.

Descripción:

Indicaciones:

Material/Composición:

- Plástico
- Acero inoxidable
- Libre de latex

Información

Técnica:

- Longitud de trabajo: 130mm
- Diámetro externo de la fresa: 3.5mm
- Cabezal esférico
- Perfil tubo externo: biselado, alineado con el final del tubo interno
- Velocidad máxima: 12.000rpm
- Conector para grandes articulaciones
- Código de color: Azul
- Tecnología de reconocimiento del terminal que permite la rápida identificación de fresas y sinoviotomos y configura automáticamente la velocidad y modo de funcionamiento óptimo para un procedimiento ágil
- Concentricidad de los tubos interno y externo que reduce la posibilidad de generación de virutas metálicas
- Compatible con los motores de artroscopia Ergo™ (D4240, D4200), Advantage® Turbo (D9924, D9920), Advantage (D9824, D9820) y Apex® (C9820, C9824, C9828)

Cajas de 6 unidades en blister individual estéril, un solo uso. Con etiquetado en el que figura:

Envasado:

- Denominación del artículo
- Fecha de caducidad
- Número de lote
- Referenda Comercial

Conservación/ Almacenamiento:

Temperatura ambiente, evitar temperaturas extremas y humedades

Garantía de Calidad: CE 587783





8-. TERMINAL EDGE AES-90° BIPOLAR CON ASPIRACIÓN :

Marca	ConMed
Comercial:	AES-90SN
Referencia:	Terminal de vaporizador bipolar de 90° para procedimientos artroscópicos
Descripción:	Indicada para la resección, ablación y coagulación de tejidos blandos y la hemostasia de vasos sanguíneos en procedimientos artroscópicos Ideal para la descompresión
Indicaciones:	6n de tejidos blandos en general

Material/Composición:

- Nitrilo de Silicona

Información Técnica:

- Angulación: 90°
- Longitud de trabajo de 13cm con eje rígido
- Diámetro del vástago 3.35mm
- Diámetro del electrodo 3.35mm
- Electrodo de tungsteno de una pieza (mayor seguridad)
- 3 botones para activar el corte, la coagulación y regular el nivel de corte
- Terminal con aspiración
- Terminal con sensor de temperatura intra articular
- 5 niveles de corte y 2 niveles de coagulación
- Conexión a la consola tipo plug&play (reconocimiento directo)
- Sistema de detección de ópticas
- Compatible con la consola EDGE®AES-1
- Terminal de un solo uso
- Terminal libre de latex

Envasado: Individual esteril, con etiquetado en el que figura:

- Denominación del artículo
- Fecha de caducidad
- Número de lote
- Referenda Comercial

Conservación/ Almacenamiento:

Temperatura ambiente, evitar temperaturas extremas y humedades

CE 587783

ISO 13485:20



Sol·licitant:

Dr. Manel Mas Morillas
Cirurgia Traumatòleg
Servei de COT
AECT-Hospital de Cerdanya

29 de gener de 2024

