

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE DOS SISTEMES DE
MONITORITZACIÓ DE PACIENT PER A LA UNITAT D'EPILÈPSIA DE L'HOSPITAL DEL MAR,
CENTRE DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT**Índex**

1. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT:	3
1.1. PROPOSTA TÈCNICA:	3
1.2. CONDICIONS D'INSTAL·LACIÓ:	3
2. SUBMINISTRAMENT: DESCRIPCIÓ TÈCNICA:	3
2.1. SISTEMA DE MONITORITZACIÓ:	4
2.2. ESTACIÓ DE REVISIÓ DEL VÍDEO:	4
2.3. ESTIMULADOR NICOLET CORTICAL	4
3. ALTRES REQUERIMENTS	4

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

1. Descripció del subministrament:

El subministrament consisteix en dos sistemes de monitorització de pacient, incloent un conjunt d'equipament i instal·lacions, necessaris per dur a terme la monitorització de pacients d'Epilèpsia de l'Hospital del Mar, centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPSB).

L'equipament és necessari per ampliar la unitat d'epilèpsia, poder reduir les llistes d'espera i poder donar un millor servei.

1.1. Proposta tècnica:

L'oferent haurà de detallar amb claredat tots els aspectes tècnics requerits al Plec de prescripcions tècniques així com tots els aspectes addicionals que considerin rellevants de cara a les prestacions de l'equipament.

També han d'exposar amb claredat tots els aspectes referents a les condicions d'instal·lació, la formació, el suport a la integració en els sistemes hospitalaris (HIS; RIS, ...) i el termini de lliurament.

Cal exposar les característiques del servei tècnic ofert, del servei post venda, les condicions de la garantia de l'oferta, les condicions dels materials de recanvis, etc.

1.2. Condicions d'instal·lació:

L'equipament s'instal·larà a l'habitació 35-36 de la cinquena planta d'Hospitalització de l'Hospital del Mar i haurà de ser subministrat i instal·lat sota les indicacions dels responsables del CMPSB i sense cap càrrec addicional i amb tot el material necessari per poder ésser utilitzat immediatament.

Es realitzaran les formacions necessàries del personal dels serveis i dins de la seva jornada laboral. Es coordinaran amb els responsables del CMPSB i no tindran cap càrrec addicional.

2. SUBMINISTRAMENT: Descripció tècnica:

El subministrament consisteix en dos sistemes de monitorització i vigilància necessaris per ampliar els llits monitoritzats de la unitat d'epilèpsia on es realitzen els diferents tractaments als pacients d'aquesta unitat de l'Hospital del Mar, centre del CMPSB, i haurà de complir els requeriments descrits a continuació:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

2.1. Sistema de monitorització:

- Amplificador Quantum2 de 128 canals
- Pulsioxímetre
- Llicència NeuroWorks d'adquisició, revisió i monitorització EEG.
- Llicència SleepWorks d'adquisició, revisió i monitorització PSG.
- Base de dades de gestió de pacients i generació d'informes.
- Nou sistema de Videotelemetria HD High Definition, amb gravació Dual Stream. Inclou: dues càmeres HD motoritzades PTZ dia i nit amb focus d'infrarojos i micròfon ambient.
- Pc amb pantalla de 25".
- Pantalla duplicada a l'habitació amb teclat i ratolí.
- Kit d'accessoris d'inici.

2.2. Estació de revisió del vídeo:

- PC amb pantalla de 27".
- Llicència NeuroWorks de revisió i monitorització EEG.
- Llicència SleepWorks de revisió i monitorització PSG.
- Base de dades de gestió de pacients i generació d'informes.

2.3. Estimulador Nicolet Cortical

3. ALTRES REQUERIMENTS

- Ha de presentar-se l'estructura del servei tècnic, incloent ubicació, temps de resposta màxim, temps de resolució màxima d'avaria i formació específica dels tècnics de manteniment i suport.
- Es realitzaran les formacions necessàries del personal dins de la jornada laboral, torns de matí i tarda, quan correspongui. Es coordinaran amb els responsables del CMPSB i no tindran cap càrrec addicional.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

- L'equipament inclourà el manual de l'operador en català o castellà.
- Cal indicar el període mínim durant el qual es garantiran els recanvis de l'equipament.
- S'adjuntaran catàlegs i fitxes tècniques amb la descripció exacta dels accessoris oferts.
- Queda inclosa la garantia pel període de 2 anys. Aquesta garantia inclourà com a mínim:
 - o Suport telefònic en dies laborables, com a mínim de 8 a 17h
 - o Manteniment preventiu (com a mínim una visita anual)
 - o Manteniment correctiu per a la resolució d'avaries.

Barcelona, a data de la signatura electrònica.

Alicia Molina Serrano
Responsable Servei d'Electromedicina
Serveis Generals i Infraestructures CMPSB