



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE GRUES PEL
CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès**

EXPEDIENT CSSV 3-24

ÍNDIX

1.	OBJECTE DEL PLEC	3
2.	CARACTERÍSTIQUES GENERALS.....	3
2.1.	CARACTERÍSTIQUES DE LES GRUES A SUBMINISTRAR	3
2.2.	SUBMINISTRAMENT	5
3.	RESPONSABLE DEL CONTRACTE	5

1. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte de la present licitació és la regulació de les condicions específiques que regiran la contractació pel subministrament de grues pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (en endavant, CSSV).

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

En el Centre Ricard Fortuny del CSSV, el personal ja utilitza grues i arnesos per poder mobilitzar els usuaris que ho necessitin. Durant el pas del temps i amb l'evolució dels usuaris, s'ha detectat que cada vegada hi ha més usuaris dependents i que el personal necessita fer ús d'aquestes grues per poder-se mobilitzar.

El Centre Ricard Fortuny està dividit en quatre plantes amb dues unitats per planta. Actualment, hi ha una grua per planta però, per tot l'exposat anteriorment, es necessita una grua per a cada unitat. Per a cada grua es necessita un arnés, per aquest motiu, estarà inclòs dins l'objecte del contracte, el subministrament de cinc arnesos talla M, tres arnesos talla L i dos arnesos talla XL.

2.1. CARACTERÍSTIQUES DE LES GRUES A SUBMINISTRAR

És objecte del contracte el subministrament i instal·lació de cinc grues i deu arnesos.

Les característiques específiques que han de tenir les grues han de ser les següents:

- Carga màxima de seguretat: 200 kg, definida segons la normativa europea En ISO 10535.
- Pes: 52 kg
- Llarg total: 996 mm
- Màxima altura d'aixecament: 1518 mm
- Mínima altura d'aixecament: 991 mm
- Altura total de la grua: 1162 mm
- Altura total del xassís: 100,5 mm
- Ajustable en amplada per accés a cames i cadira de rodes, dimensions:
 - o Amb potes tancades: 660 mm
 - o Amb potes obertes: 1029 mm
- Bateria autònoma de 4 Ah
- Voltatge: 24 V DC
- Classe d'aïllament/tipus segons el nivell de protecció: classe I, tipus B
- Índex de protecció a la penetració de l'aigua: IPX4
- Comandament de control protecció a la penetració de l'aigua: IPX7
- Rodes orientables de baixa fricció; les dos posteriors amb frens.
- Indicador de descarrega de bateria (IDB): mostra la bateria restant i indica quan es necessari recarregar-la.
- Mesurador de servei: mostra el total de temps que s'ha utilitzat el motor.
- Parada d'emergència i neutralització de baixada per error del sistema.
- Certificacions:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE GRUES PEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

- Normativa de seguretat per aplicacions elèctriques: EN 60601-1, UL 2601-1 y CAN/ CSA C22.2 No. 601.1-M90
- Normativa Europea de separació de components elèctrics i electrònics: 2002/96/EG(WEEE)
- Normativa Europea EN ISO 10535
- Normativa espanyola ISO 10535:2006 Grua pel trasllat de persones amb discapacitat
- Certificat ISO 9001:2000 de BSI Product Services
- Certificat ISO 14001:2004 de Medioambiente
- Certificat ISO 13485:2003 de BSI Product Services
- Certificat ISO 10535: Grues pel trasllat de persones amb discapacitat
- Certificat de Compliment de la Normativa CE
- Suport tibial únic amb ampla zona de recolzament tipus silicona o material de similars característiques per afavorir la confortabilitat i el patró natural de moviment a l'hora de posar de peu l'usuari/ària.
- Agafador ergonòmic pel cuidador. Agafador flexible amb una eficiència ergonòmica intuïtiva.
- Mànec de subjecció de mans que sigui ergonòmic i intuïtiu per l'usuari/ària. Mànec en angle i fàcil d'agafar que fomenta una posició còmode de les mans, els canells i els colzes mentre es realitza el moviment d'estar assegut a posar-se de peu.
- Moviment ergonòmic cap a davant. El moviment cap a davant, en combinació amb el suport flexible per les cames, permet un moviment còmode i ergonòmic al passar de la posició asseguda a dreta.
- Petita i lleugera. Mida òptima, no invasiva i adequada a les necessitats dels pacients que podrien sentir-se intimidats per equips de mobilització rígids i voluminosos.
- Comandament de control amb pantalla fàcil d'utilitzar. Garanteix que la tasca de passar de la posició asseguda a dreta sigui ràpida, sense molèsties i amb el mínim esforç. Els cuidadors poden treballar estretament amb el pacient, llegir el pes o utilitzar la grua de forma intuïtiva.
- Recolzapeus baix amb posició horitzontal. Això facilita un moviment ergonòmic al passar de la posició asseguda a dreta, permetent una fàcil col·locació dels peus i també servei com a suport al moviment al passar de la posició asseguda a dreta.
- Suport de silicona flexible per les cames:
 - No requereix ajustos, i gran superfície que s'adapti a les necessitats d'un rang més ampli de pacients a la vegada que té una comoditat optimitzada.
 - Disseny corbat amb una superfície suau, flexible i gran que serveix de suport per les cames i genolls mentre es realitza el moviment d'estar assegut a posar-se de peu.
- Corretja de subjecció de silicona flexible per les cames:
 - Col·locació baixa i múltiples opcions d'ajust.
 - Adaptació millorada per tot tipus de cossos i mides.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE GRUES PEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

- Comoditat dels pacients al passar de la posició asseguda a dreta.
- S'inclouran com a accessoris dues bateries autònomes, un carregador de recanvi independent perquè la grua sempre estigui operativa i sling de 2 clips d'alta seguretat (disponible talles S-M-L-XL).
- Estaran inclosos dins l'objecte del contracte, el subministrament de cinc arnesos talla M, tres arnesos talla L i dos arnesos talla XL.
- Possibilitat de disposar d'arnesos de diferents talles (disponible talles S-M-L-XL).
- Possibilitat de disposar d'arnesos d'un sol ús per a usuaris/àries si s'escau.

S'exclouran els licitadors que no presentin la grua que tingui, com a mínim, les característiques específiques descrites en aquest apartat.

Estarà inclòs en l'objecte del contracte tot el material i ma d'obra pel muntatge de les grues.

2.2. SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària subministrarà les cinc grues i deu arnesos en el termini màxim de dos mesos des de la formalització del contracte. Tot i que no es valori, els licitadors indicaran el termini d'entrega en l'Annex OE.

Prèviament a l'entrega, es coordinarà amb el CSSV el dia i hora d'entrega. El transport de les grues i arnesos fins al seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Les grues s'han d'entregar i deixar muntades en ple funcionament. L'entrada serà pel carrer de Bühl del Centre Ricard Fortuny.

3. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

L'empresa adjudicatària designarà un responsable que serà la persona de contacte amb el CSSV a qui haurà de facilitar les seves dades. El responsable del contracte per part del CSSV serà la Direcció Assistencial del CSSV.