

**EXPEDIENT PEL SERVEI DE CALIBRATGE DELS EQUIPS IMPLICATS
EN L'ACREDITACIÓ UNE-EN ISO 15189:2023 DELS LABORATORIS
CLÍNICS VALL D'HEBRON DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL
D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CSE/AH01/1101385471/24/PS

**EXPEDIENT PEL SERVEI DE CALIBRATGE DELS EQUIPS IMPLICATS EN
L'ACREDITACIÓ UNE-EN ISO 15189:2023 DELS LABORATORIS CLÍNICS VALL
D'HEBRON DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

ÍNDEX

1. Condicions generals
 - 1.1 Objecte de la contractació
 - 1.2 Òrgan de contractació
 - 1.3 Tècnics
2. Requeriments obligatoris
 - 2.1 Normativa aplicable
 - 2.2 Requeriments tècnics específics d'obligat compliment
 - 2.2.1 Formació
 - 2.2.2 Presentació documentació i/o certificats
 - 2.2.3 Subcontractació
3. Durada i import de la contractació
 - 3.1. Durada del contracte
 - 3.2. Import de la contractació
4. Realització del servei
5. Facturació electrònica

El present Plec de Prescripcions Tècniques conté la definició dels requeriments tècnics pel servei de calibratge dels equips implicats en l'acreditació UNE-EN ISO 15189:2023 dels Laboratoris Clínics Vall d'Hebron de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Aquests requeriments, en l'àmbit i l'abast que s'indiquen, pretenen garantir l'adequació del subministrament a les necessitats de l'Hospital.

1. Condicions generals

1.1 Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del servei de calibratge dels equips implicats en l'acreditació UNE-EN ISO 15189:2023 dels Serveis d'Anatomia Patològica, Bioquímica, Genètica, Hematologia, Immunologia i Microbiologia dels Laboratoris Clínics Vall d'Hebron.

L'expedient està configurat per un sol lot i els licitadors hauran de presentar oferta que inclogui tots els articles que el conformen. El preu que s'indica al punt 3.2 del present plec és el preu màxim, i queda exclòs aquell licitador que presenti un preu per sobre del preu de licitació.

El procediment de contractació es realitzarà mitjançant un procediment obert simplificat.

1.2 Òrgan de contractació

L'òrgan de contractació és el Director de Centre de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron d'acord amb la Resolució SLT/866/2010, de 18 de març, dictada pel Gerent de l'ICS, de delegació de competències en matèria de contractació del sector públic i execució pressupostària (DOGC núm. 5598 de 30 de març de 2010).

1.3 Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1 Normativa aplicable

Els articles objecte d'aquesta licitació hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

2.2 Requisits tècnics específics d'obligat compliment

Els licitadors hauran d'aportar informació detallada sobre el compliment dels següents requisits tècnics:

- Estar acreditats per ENAC en volum, pes i temperatura.
- Un cop realitzat el calibratge, els certificats s'enviaran en format digital o llaips de memòria, i es valorarà que estiguin disponibles en línia. Les etiquetes emeses per identificar cada equip, han d'indicar la data del calibratge, no del proper calibratge.
- El període de realització del calibratge ha de ser de deu dies posteriors a la formalització del contracte.

2.2.1 Formació

No requereix formació.

2.2.2 Presentació documentació i/o certificats

El licitador haurà de lliurar els procediments i els certificats dels patrons utilitzats, en català o castellà.

2.2.3 Subcontractació

El contractista no podrà cedir o subcontractar les prestacions de servei.

3. Durada i import de la contractació

3.1. Durada del contracte

Termini de lliurament de deu dies des de la formalització del contracte, sense pròrroga.

3.2. Import de la contractació

L'import del preu del contracte serà de 64.821,86 € sense IVA. Per a la valoració de la contractació s'ha realitzat un estudi de mercat consultant amb diferents empreses que tenen aquests articles dins del seu catàleg de productes.

	Equips	Preu total
Preu dels equips a calibrar sense IVA	719	64.821,86

4. Realització del servei

L'empresa acreditada per ENAC calibrarà el màxim d'equips i instruments auxiliars in situ, segons els criteris d'acreditació ENAC. Els calibratges no acreditats per ENAC, no estaran acreditats però si que tindran traçabilitat ENAC, és a dir amb patrons acreditats per ENAC.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

5. Facturació electrònica

La facturació serà un únic pagament, un cop fets els calibratges a realitzar.

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents formats electrònics:

Format **facturae**

Format **EDIFACT**

En cas de voler utilitzar aquest últim, abans de començar a enviar les factures el seu proveïdor EDI haurà d'haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de l'Institut Català de la Salut. El intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb d'altres administracions, tal com es descriu al Servei eFact del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya ([Consorci AOC](#))

Per obtenir més informació referent a les particularitats de l'ICS referents a aquest intercanvi electrònic i contingut dels missatges, les empreses poden accedir a:

<http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm>

o sol·licitar informació complementària

a: conformitat.factures@vhebron.net



Vall d'Hebron
Hospital
Dr. Tomás Pumarola Suñé
Director
Laboratori Clínic VH
Hospital Universitari Vall d'Hebron

Dr. Tomás Pumarola Suñé
Director dels Laboratori Clínic Vall d'Hebron
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Barcelona, 30 de gener de 2024