

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT

CS/CC00/1101383371/24/AMUP

IMPLANTS TRAQUEO-BRONQUIALS

INDEX

1.	Condicions generals	4
1.1.	Objecte de la contractació	4
1.2.	Característiques de la contractació.....	4
1.3.	Tècnics	4
2.	Requeriments obligatoris.....	4
2.1.	Normativa aplicable	5
2.2.	Especificacions tècniques generals	5
2.3.	Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4.	Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit.....	5
3.	Com presentar la oferta	5
3.1.	Oferta tècnica	5
3.2.	Model d'oferta tècnica	6
3.3.	Presentació de mostres.....	7
3.4.	Documentació confidencial.....	8
4.	Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1.	Prevenició de riscos laborals	8
4.2.	Formació	9
4.3.	Manual d'usuari.....	9
4.4.	Atributs logístics	9
4.5.	Condicions logístiques i de subministrament	10
4.5.1.	Condicions de subministrament.....	10
4.5.2.	Garantia de subministrament	10
4.5.2.1.	El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.5.2.2.	Garanties durant l'execució del contracte	12
4.5.2.3.	Termini de lliurament	12
4.5.2.4.	Unitats mínimes de comanda	12
4.5.2.5.	Lloc de lliurament de les comandes	12
4.6.	Condicions de l'operador logístic.....	15
4.6.1.	Embalatges	15
4.6.2.	L'albarà.....	16

4.6.3.	Sistema EDI	13
4.6.4.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	16
4.6.5.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	17
4.6.6.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE.....	17

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del **subministrament agregat d'implants traqueo-bronquials per als Centres de l'Institut Català de la Salut**.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Aquest expedient es per codi agrupador i per Codi SAP

Codi agrupador:

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida, etc.

Codi individual (Codi SAP):

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

No s'admeten ofertes variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran tenir contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

Les ofertes presentades contra el codi agrupador 999201888 (Lot 9), obligatòriament han de licitar també al codi SAP 30029518 del mateix lot (Lot obligatori).

En el cas que els licitadors no compleixin aquest requisit i/o no presentin la documentació que els acredita, el material quedarà desestimat tècnicament.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- ANNEX C - Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor

S'ha d'omplir l'Excel: **Licitació 1101381633_2bis**

- ANNEX D3 - Fitxa Criteris Addicionals Judici de Valor

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- ANNEX D1 - Fitxa tècnica electrònica individual del producte, Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el blocatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **ANNEX D4 - Fitxa Criteris Addicionals Objectius**, s'haurà d'omplir aquesta fitxa amb les dades que s'indiquen dels articles ofertats.

El fitxer amb les dades requerides s'ha d'anomenar Criteris addicionals lot XX.xls o .xlsx. S'ha de fer un fitxer per cada grup de lots definits a cada pestanya de l'Excel.

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Els marcats CE es podran presentar en català, castellà o anglès.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma:
PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar altres mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin mostres, la sol·licitud d'aquestes es realitzarà per correu electrònic a l'adreça assignada pel licitador en el DEUC. El licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud/correu

electrònic i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'èina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

Les empreses adjudicatàries hauran de posar en pràctica un programa inicial de formació al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si al centre destinatari li és necessari, prèviament acordat amb la direcció de cada centre i/o servei.

Aquesta formació s'haurà de dur a terme durant el primer mes després de l'adjudicació del contracte.

El contingut de les sessions formatives serà prèviament definit conjuntament pel Servei de Prevenció de l'ICS i els responsables de les unitats on seran implantats els dispositius.

A més, es realitzarà formació periòdica segons les necessitats dels centres i d'acord a una planificació consensuada amb les direccions.

Aquesta formació contemplarà les característiques individuals dels professionals, establint una formació específica (professionals esquerrans o amb alguna discapacitat)

El no compliment dels plans de formació previstos constarà com a causa de penalització del contracte, en termes greus.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'**ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics**.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes

- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats

- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc
- L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

Logaritme: <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Centres ICS: <http://www.ediversa.com/comedinet/ICS>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda

- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic


4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència

- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de

GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.6.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent

NORMES DE SEURETAT TRANSPORTISTES


Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	



4.7. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia (No hi ha)
ANNEX D3 - Fitxa Criteris judici de valor
ANNEX D4 - Fitxa Criteris Addicionals Objectius
ANNEX E - Presentació de mostres (No hi ha)

Relació d'annexes específics plec de clàusules administratives

ANNEX 1 - Centres destinataris i centres adherits, si escau
ANNEX 2 - Pressupost per lots centres ICS i centres adherits, si escau.
ANNEX 3 - Criteris que s'aplicaran en cas de limitació de lots a adjudicar.
ANNEX 4 - Desglossament dels criteris d'adjudicació
ANNEX 5 - Document europeu únic de contractació (DEUC)
ANNEX 6 - Model d'oferta tècnica i detall de mostres, si escau
ANNEX 7 - Model d'oferta econòmica
ANNEX 8 - Condicions essencials d'execució
ANNEX 9 - Condicions específiques (cessions, accessoris, complements, etc).
ANNEX 10 - Règim d'incompliments i penalitats.
ANNEX 11 - Condicions específiques operador logístic.
ANNEX 12 - Compromís garanties en el tractament de dades.
ANNEX 13 - Identificació de l'òrgan administratiu amb competència amb matèria de comptabilitat pública que ha de constar en la factura corresponent.
ANNEX 14 – Prohibicions de contractar.

ANNEXOS

AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101383371/24/AMUP

IMPLANTS TRAQUEO-BRONQUIALS

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101383371/24/AMUP

Lot	Descripció Lot	Codi agrupador	Descripció Codi agrupador	Nombre d'adjudicataris	Lot obligatori S/N
1	Pròtesi endotraqueo-bronquial, metàl·lica, recoberta	999201270	A - Pròtesi (stent) endotraqueo-bronquial, tub recte, malla cilíndrica metàl·lica nitinol, monofilament, totalment recoberta silicona, autoexpandible. Compatible amb guia, radioopagues, estèril, varies mides.	1	NO
2	Pròtesi endotraqueo-bronquial, metàl·lica, no recoberta	999201271	A - Pròtesi (stent) endotraqueo-bronquial, tub recte, malla cilíndrica metàl·lica nitinol, no recoberta, autoexpandible. Compatible amb guia, radioopagues, estèril, varies mides.	1	NO
3	Pròtesi endotraqueal i/o endobronquial, no adherent de silicona 1mm gruix	999201272	A - Pròtesi endotraqueal i/o endobronquial, tub recte, gruix 1mm, silicona transparent no adherent amb extrems bisellats i sistema antimigració, radioopagues, estèril, lliure làtex, varies mides.	1	NO
4	Pròtesi endotraqueal i/o endobronquial no adherent de silicona 1,5mm gruix	999201696	A - Pròtesi endotraqueal i/o endobronquial, tub recte, gruix 1,5mm, silicona transparent no adherent amb extrems bisellats i sistema antimigració, radioopagues, estèril, lliure làtex, varies mides.	1	NO
5	Pròtesi endotraqueal-bibronquial no adherent de silicona	999201698	A - Pròtesi endotraqueo-bi-bronquial, silicona transparent superfície no adherent amb extrems bisellats i sistema antimigració, estèril, lliure làtex, varies mides.	1	NO
6	A - Pròtesi / Tub traqueal en T de Montgomery	999201874	A - Pròtesi / Tub traqueal en T de Montgomery, per a estenosis traqueal, de silicona, amb relleu a la rama extraluminal. Fet en un sol motlle. varies mides.	1	NO
7	A - Pròtesi / Tub traqueal en T de Montgomery amb sistema HMS	999201649	A - Equip Pròtesi / Tub traqueal en T de Montgomery per a estenosis traqueal, amb de silicona, amb Sistema HMS, amb diferents components, varies mides.	1	NO
8	Pròtesi endotraqueo-bi-bronquial totalment recoberta poliuretà amb fil adaptador del calibre proximal	999201886	A - Pròtesi endotraqueo-bi-bronquial, malla cilíndrica metàl·lica nitinol, totalment recoberta poliuretà, excepte bronqui dret, autoexpandible, fil adaptador del calibre proximal. Compatible a/guia, sistema antimigració, radioopagues. Estèril, varies mides.	1	NO
9	Vàlvula endobronquial amb carregador i catèter aplicador + equip calibrat	999201888	A - Vàlvula intra-bronquial, amb carregador i catèter aplicador, per al tractament de l'enfisema i fuites d'aire, de nitinol i PE, amb braços d'ancoratge, varies mides.	1	SI
		30029518	Equip de calibrat per a endopròtesi bronquial, amb: 1xeringa vidre-acer 500µl, 1 calibrador de plàstic, estèril, un ús. Compatible amb endopròtesi bronquial vàlvules tipus IBV o equivalent,		
10	Altres material traqueo-bronquial	30061780	Stent de silicona, no implantable, per al tractament de l'estenosis de glotis anterior. Colocació endoscòpica, retallable. Compost de: stent 50x40mm x 0.4mm de gruix, 1 boto de sutura. i 1 sutura monofilament de nyló no absorbible nº 0. Estèril.	1	NO

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101383371 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30029518

Descripció llarga:

Equip de calibrat per a endopròtesi bronquial, amb: 1xeringa vidre-acer 500µl, 1 calibrador de plàstic, estèril, un ús. Compatible amb endopròtesi bronquial vàlvules tipus IBV o equivalent,

Descripció tècnica:

Equip de calibrat per a endopròtesi bronquial, amb: 1xeringa vidre-acer 500µl, 1 calibrador de plàstic, estèril, un ús. Compatible amb endopròtesi bronquial vàlvules IBV, codis SAP 20063903, 20063904 i 20063905 i amb c atèter baló Olympus B5-2C SAP 30029517

SOL.COMANDA: 1101383371 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30061780

Descripció llarga:

Stent de silicona, no implantable, per al tractament de l'estenosis de glotis anterior. Colocació endoscòpica, retallable. Compost d e: stent 50x40mm x 0.4mm de gruix, 1 boto de sutura. i 1 sutura monofilament de nylo no absorbible nº 0. Estèril.

Descripció tècnica:

Stent de silicona, no implantable, per al tractament de l'estenosis de glotis anterior. Colocació endoscòpica, retallable. Compost de: stent 50x40mm x 0.4mm de gruix, 1 boto de sutura. i 1 sutura monofilament de nylo no absorbible nº 0. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101383371 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 999201270

Descripció llarga:

A - Pròtesi (stent) endotraqueo-bronquial, tub recte, malla cilíndrica metàl·lica nitinol, monofilament, totalment recoberta silicona, autoexpandible. Compatible amb guia, radioopagues, estèril, varies mides.

Descripció tècnica:

A - Pròtesi (stent) endotraqueo-bronquial, tub recte, malla cilíndrica metàl·lica nitinol, monofilament, totalment recoberta silicona, autoexpandible. Compatible amb guia, radioopagues, estèril, varies mides.

SOL.COMANDA: 1101383371 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 999201271

Descripció llarga:

A - Pròtesi (stent) endotraqueo-bronquial, tub recte, malla cilíndrica metàl·lica nitinol, no recoberta, autoexpandible. Compatible amb guia, radioopagues, estèril, varies mides.

Descripció tècnica:

A - Pròtesi (stent) endotraqueo-bronquial, tub recte, malla cilíndrica metàl·lica nitinol, no recoberta, autoexpandible. Compatible amb guia, radioopagues, estèril, varies mides.

SOL.COMANDA: 1101383371 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 999201272

Descripció llarga:

A - Pròtesi endotraqueal i/o endobronquial, tub recte, gruix 1mm, silicona transparent no adherent amb extrems bisellats i sistema antimigració, radioopagues, estèril, lliure làtex, varies mides.

Descripció tècnica:

A - Pròtesi endotraqueal i/o endobronquial, tub recte, gruix 1mm, silico na transparent no adherent amb extrems bisellats i sistema antimigració , radioopagues, estèril, lliure làtex, varies mides.

SOL.COMANDA: 1101383371 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 999201649

Descripció llarga:

A - Equip Pròtesi / Tub traqueal en T de Montgomery per a estenosis traqueal, amb de silicona, amb Sistema HMS, amb diferents compon ents, varies mides.

Descripció tècnica:

A - Equip Pròtesi / Tub traqueal en T de Montgomery per a estenosis traqueal, amb de silicona, amb Sistema HMS, amb diferents components, varies mides.

SOL.COMANDA: 1101383371 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 999201696

Descripció llarga:

A - Pròtesi endotraqueal i/o endobronquial, tub recte, gruix 1,5mm, silicona transparent no adherent amb extrems bisellats i sistem a antimigració, radioopagues, estèril, lliure làtex, varies mides.

Descripció tècnica:

A - Pròtesi endotraqueal i/o endobronquial, tub recte, gruix 1,5mm, sili cona transparent no adherent amb extrems bisellats i sistema antimigrac ió, radioopagues, estèril, lliure làtex, varies mides.

SOL.COMANDA: 1101383371 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 999201698

Descripció llarga:

A - Pròtesi endotraqueo-bi-bronquial, silicona transparent superfície no adherent amb extrems bisellats i sistema antimigració, estè ril, lliure làtex, varies mides.

Descripció tècnica:

A - Pròtesi endotraqueo-bi-bronquial, silicona transparent superfície no adherent amb extrems bisellats i sistema antimigració, estèril, lliure làtex, varies mides.

SOL.COMANDA: 1101383371 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 999201874

Descripció llarga:

A - Pròtesi / Tub traqueal en T de Montgomery, per a estenosis traqueal, de silicona, amb relleu a la rama extraluminal. Fet en un s ol motlle. varies mides.

Descripció tècnica:

A - Pròtesi / Tub traqueal en T de Montgomery, per a estenosis traqueal, de silicona, amb relleu a la rama extraluminal. Fet en un sol motlle. varies mides.

SOL.COMANDA: 1101383371 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 999201886

Descripció llarga:

A - Pròtesi endotraqueo-bi-bronquial, malla cilíndrica metàl·lica nitinol, totalment recoberta poliuretà, excepte bronqui dret, auto expandible, fil adaptador del calibre proximal.Compatible a/guia, sistema antimigració ,radioopaques.Estèril,vàries mides.

Descripció tècnica:

A - Pròtesi endotraqueo-bi-bronquial, malla cilíndrica metàl·lica nitinol, totalment recoberta poliuretà, excepte bronqui dret, autoexpandible, fil adaptador del calibre proximal. Compatible a/guia, sistema antimigració, radioopaques. Estèril, vàries mides.

SOL.COMANDA: 1101383371 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 999201888

Descripció llarga:

A - Vàlvula intra-bronquial, amb carregador i catèter aplicador, per al tractament de l'enfisema i fuites d'aire, de nitinol i PE, amb braços d'ancoratge, vàries mides.

Descripció tècnica:

A - Vàlvula intra-bronquial, amb carregador i catèter aplicador, per al tractament de l'enfisema i fuites d'aire, de nitinol i PE, amb braços d'ancoratge, vàries mides.

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(Omplir Excel de Licitació 1101383371_2Bis)

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir l'Excel: Licitació 1101383371_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimnt polimer hidrofilic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conifcada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimnt polimer hidrofilic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conifcada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobrimnt hidrofilic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

Oferta

Hoja4

Hoja1

Hoja2

Hoja3

+

◀

▶

◀

▶

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya **Oferta**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya **Oferta**

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar <u>OBLIGATORIAMENT</u> els camps <u>Referència, marca i model</u> si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1101383371** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1101383371 MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Dades de la licitació		
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

CS/CC00/1101383371/24/AMUP

SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'IMPLANTS TRAQUEO-BRONQUIALS

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Marcat CE/Tipus de classe

(SI/NO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Altres acreditacions i/o auto certificació

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient
CS/CC00/1101383371/24/AMUP	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'IMPLANTS TRAQUEO-BRONQUIALS

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT	Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	--	-----	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--------------	--	-----------

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

CS/CC00/1101383371/24/AMUP

SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'IMPLANTS TRAQUEO-BRONQUIALS

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

ANNEX D3

Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació (JUDICI DE VALOR)

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 001, 002 i 008**Lot 001 - Pròtesi endotraqueo-bronquial, metàl·lica, recobert**

Codi agrupador 999201270 - A - Pròtesi (stent) endotraqueo-bronquial, tub recte, malla cilíndrica metàl·lica nitinol, monofilament, totalment recoberta silicona, autoexpandible.

Compatible amb guia, radioopagues, estèril, vàries mides.

Lot 002 - Pròtesi endotraqueo-bronquial, metàl·lica, no recobert

Codi agrupador 999201271 - A - Pròtesi (stent) endotraqueo-bronquial, tub recte, malla cilíndrica metàl·lica nitinol, no recoberta, autoexpandible.

Compatible amb guia, radioopagues, estèril, vàries mides.

Lot 008 - Pròtesi endotraqueo-bi-bronquial totalment recoberta poliuretà amb fil adaptador del calibre proximal

Codi agrupador 999201886 - A - Pròtesi endotraqueo-bi-bronquial, malla cilíndrica metàl·lica nitinol, totalment recoberta poliuretà, excepte bronqui dret, autoexpandible, fil adaptador del calibre proximal. Compatible a/guia, sistema antimigració, radioopagues. Estèril, vàries mides.

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Força radial: es valorarà l'expansió òptima sense pèrdua de la integritat estructural de l'implant, és a dir, que no es deformi a l'aplicar una força constant.

Rigidesa de l'aplicador: es valorarà la rigidesa de l'aplicador durant la inserció de la pròtesi, valorant com a òptima una rigidesa intermèdia.

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

ANNEX D4

Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació

ANNEX D4 - Fitxa Criteris addicionals d'adjudicació

Identificació de l'empresa

--

[illegible]

Annex E -Presentació de mostres. (No hi ha)