



CONT-23-656

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Objecte: manteniment dels equips instrumentals de la marca Metrohm.

Manteniment preventiu estàndard de l'equip Milestone:

Ultrawave nº de serie 19021119

GBM mòdul nº de serie 1905409

H150-1000 WATER CHILLER nº de serie 19052732122

Terminal 660 nº de serie 19044545

Manteniment estàndard digestor per microones model Ethos plus nº de serie 134382.

Manteniment Total del Cromatògraf iònic:

- Professional UV/VIS detector nº de sèrie 05163
- Amperometric detector nº de sèrie 03228
- Professional IC nº de sèrie 16126
- Conductivity detector block nº de sèrie 32364
- Conductivity detector block nº de sèrie 38345
- Dosí nº de sèrie 97574
- Detector vario nº de serie 06120

Manteniment Total del Valorador:

- 800 Dosí nº de sèrie 13405
- 800 Dosí nº de sèrie 13571
- 814 USB SAMPLE PROC. nº de sèrie 4171
- 814 USB SAMPLE PROC. nº de sèrie 1814002015514
- 800 Dosí nº de sèrie 1800001011654
- 800 Dosí nº de sèrie 1800001011686
- 800 Dosí nº de sèrie 1800001011681
- 905 Tritant nº de sèrie 1905001039462
- 907 Tritant nº de sèrie 1907001013112

Manteniment Total del valorador:

- 1010 OMNIS Titrator nº de sèrie 001000386446
- 856 Conductrímetre nº de sèrie 1856001033031
- 1010 OMNIS sample Robot nº de sèrie 001000184074
- Pick and place modul nº de sèrie 0010000179491
- Pump Modul peristaltic pump nº de sèrie 00100001566750

Calibració i Revisió de l'equip de medició de l'aigua LABMASTER nº de sèrie 1506010.

Calibració i Revisió de l'equip de medició de l'aigua LABMASTER nº de sèrie 2003022.

Realització del servei:

Aquest contracte, excepte la modalitat preventiu estàndard, ha d'incloure visita preventiva reparacions, recanvis i assistència telefònica en menys de 4 hores i en cas d'avaría compromís de visita en menys de 48 hores.

La modalitat estàndard ofereix totes les cobertures excepte les peces de recanvis en avaries.

Barcelona, a data de la signatura

Josep Calderón
Tècnic del Servei de Química