
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Servei de reposició, reparació i manteniment de sondes de manometria, electrobisturís i petit material, accessoris i recanvis distribuïts exclusivament per la firma Medtronic ubicats a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

1	Objecte	3
2	Abast	3
3	Normativa i legislació	3
4	Característiques de les sondes	3
5	Condicions del servei	4
5.1	Serveis inclosos	4
5.2	Freqüència i punts de lliurament del servei	4
5.3	Prevenió de riscos	4
6	Formació	5
7	Penalitzacions	5

Objecte

L'objecte del present plec de prescripcions és la contractació del servei de sondes de manometria, electrobisturís i petit material, accessoris i recanvis distribuïts exclusivament per la firma Medtronic destinat a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTiP), segons es detalla als annexos 1 i 2.

No s'admetran equips de segona mà o amb peces reutilitzades.

Abast

S'adjunta, en **annex 1**, la relació dels elements més comuns que son objecte de reposició, amb els preus unitaris màxims de referència.

Les empreses licitadores hauran de presentar oferta de tot el material relacionat a l'annex 1.

Aquest expedient s'articula en un únic lot i l'adjudicació es contempla per la totalitat del lot.

L'abast del servei objecte de licitació és:

- Reposició de sondes de manometria i electrobisturís.
- Reparació i reposició de recanvis, accessoris i petit material. A l'**annex 2** es relacionen alguns dels elements que poden ser objecte de reposició i/o reparació. Aquesta llista no és limitativa ni exclouent sinó un relació mínima. La reposició de qualsevol accessori, recanvi i/o petit material requerirà la prèvia aprovació d'un pressupost específic.

Normativa i legislació

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

L'empresa licitadora haurà de presentar la documentació acreditativa de compliment de la legislació vigent i de que els productes disposen del marcat de conformitat CE.

L'empresa licitadora ha d'aportar documentació sobre instruccions de neteja del material a reparar, si n'és el cas, especialment de les sondes.

Característiques de les sondes

Les sondes proposades ha de complir amb el RD 1591/2009 pel qual es regulen els productes sanitaris.

Les sondes han de disposar:

- Resistència a la corrosió
- Llistat de detergents, desinfectants o sistemes d'esterilització compatibles per a la seva neteja
- Resistència a la tensió.
- Flexibilitat

L'acabat en tota la superfície ha de ser uniforme, evitant l'entrada de líquid d'ultrasons durant les exploracions que pugui fer malbé l'electrònica interior.

Les sondes han de ser de pes reduït facilitant l'ús d'aquestes per tots els professionals de manera ergonòmica. I de tall ha de presentar a la zona de tall un acabat suau amb marques de polit en una sola direcció, perpendicular al fil de tall.

Els licitadors hauran de certificar que el material ofert compleix amb les normatives d'inspecció de qualitat, fabricació i resistència a la corrosió.

En general, les sondes han de ser lliure de porus, fissures, residus i altres irregularitats.

Condicions del servei

Serveis inclosos

El servei reposició del material relacionat a l'**annex 1** que sol·liciti l'HUGTIP, facturant mensualment l'equipament reposat, en base als preus oferts. Les quantitats indicades són orientatives i podran variar en funció de les necessitats.

El servei de reparació i/o reposició de recanvis i petit material que sol·liciti l'HUGTIP, prèvia aprovació del pressupost específic per a cada cas.

Termini i punts de lliurament del material

El termini de reposició del material serà com a màxim 21 dies naturals des de la notificació de l'ordre de lliurament per part de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

En el cas que alguna sonda s'hagi demanat per error o no sigui satisfactòria, l'adjudicatari es compromet a fer el canvi d'aquesta.

Tot el material s'haurà de lliurar al servei d'Electromedicina de l'hospital amb un albarà valorat. Aquest albarà l'haurà de signar i segellar la persona responsable del Servei quan rebi el material. L'albarà (o albarans signats) s'haurà/n d'adjuntar a la factura.

Prevenió de riscos

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (F.D.S) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

El subministrador respondrà, en tot cas i directament, d'aquells danys que puguin realitzar-se a tercers, com a conseqüència del mal estat, defecte o qualsevol altre vici del material lliurat.

Formació

L'adjudicatari realitzarà la formació necessària al personal usuari per optimitzar al màxim el funcionament del servei i l'aprofitament de les seves opcions. Qualsevol modificació o actualització dels equips tindrà associat un període de formació del personal tècnic de l'HUGTIP.

Penalitzacions

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències d'estoc mínim que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment durant la vigència del contracte i definides per cada sonda a l'inici del contracte. Així mateix, l'empresa adjudicatària es compromet a assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen en el present plec.

L'incompliment del termini del lliurament pactat es penalitzarà en funció dels dies de retard segons la següent escala:

- Quan la mitjana truncada dels temps d'entrega sigui superior a l'establida, es penalitzarà amb un 5% (IVA inclòs) del cost de l'element a facturar.

Unitat de Gestió Econòmica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Annex 1: Llistat de sondes i electrobisturi

MATERIAL A REPOSAR									
Item	Referència actual (MEDTRONIC)	Descripció referència actual	Model	Unitats estimades anuals	Preu màxim unitari	Import total	Descripció referència licitador	Import unitari licitador	Import total anual licitador
1	2195	Sonda Manoscan	AR CATH SML X1	3	12.190,00 €	36.570,00 €			
2	3890	Sonda Manoscan	ESO ZCATH X1	3	14.400,00 €	43.200,00 €			
3	VLFT10GEN	Electrobisturí Valleylab +accessoris	FT10	3	7.490,00 €	22.470,00 €			

102.240,00 €

Annex 2: Llistat accesoris

ACCESORIS				
Item	Referència actual (MEDTRONIC)	Descripció referència actual	Model	Unitats estimades anuals
1	10760	Adaptador Valleylab	E2520H	1
2	AD03	Adaptador Perforador	Legend 1000RMP	1
3	10762	Cable ESU Valleylab 450mm		1
4	EF200	Pedal consola IPC	REX Legend	1
5	FLEXMAX	SENSOR PULSIOXIMETRÍA (+40Kgrs)	NELLCOR	1
6	R005	Conector Spirobac (caixa 10 unit)		1
7	S202400954	Cable Assy	ESU X1	1
8	E4058-CT	Pinça Bipolar Bayoneta Cushing		1
9	M000003A845	Marcapassos bicameral+cables	5492VL/AL	1