Parc Taulí
Consorci Corporació Sanitària

Parc del Taulí, 1
08208 Sabadell, Barcelona
93 723 10 10
www.tauli.cat

Expedient: 24SM0284

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN ECÒGRAF PORTÀTIL PER AL SERVEI DE DIÀGNOSTIC PER LA IMATGE I UN ECÒGRAF PER AL SERVEI DE GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA, PER AL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

Número d'expedient: 24SM0284

Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el subministrament de dos ecògrafs, per al Consorci Corporació Sanitaria Parc Taulí. El present plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la prestació i definir les qualitats tècniques mínimes generals dels equips a adquirir.

Els productes presentats en aquest procediment seran totalment nous i no podran tenir cap component usat o reutilitzat. En tots els casos s'inclouran tots aquells elements i accessoris que puguin ser necessaris per un correcte funcionament dels equips.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

2.1 LOT IN0183 – Ecògraf Portàtil:

2.1.1. Ecògraf Portàtil - 1 unitat – 30.000,00 € IVA Exclòs

Característiques mínimes:

L'ecògraf portàtil ha de complir com a mínim les següents característiques i configuració:

- Plataforma totalment digital de 12 bits amb arquitectura d´última generació que incorpori tot el software i hardware necessari per a estudis de Radiologia.
- La unitat bàsica ha de venir instal·lada en un suport amb rodes que allotgi les sondes i tots els accessoris, facilitant el seu transport (no s'admetran laptops ni tablets).
- Monitor color LCD d´alta resolució de 21,5" com a mínim.
- Pantalla tàctil interactiva mínim de 10´´.
- Focalització automàtica amb formador totalment digital de feix d'ultrasons i focalització manual amb fins 8 focus en transmissió.

- Optimitzador totalment digital d'imatge.
- Ha d'incorporar tecnologia multifreqüència amb possibilitat de selecció de la freqüència d'emissió que l´usuari determini convenient en cada moment.
- Ha d'incorporar com a mínim 39 freqüències (generals) per sonda, seleccionables per l´usuari segons estimi oportú en cada moment. El valor de la freqüència en ús deu aparèixer en tot moment en el monitor o pantalla tàctil.
- Ample de banda de treball de 1 a 18MHz.
- Ha d'incorporar harmònic de teixit per sostracció de pols, filtratge dinàmic i harmònic diferencial o tecnologies similars.
- Rang dinàmic superior a 318 Db.
- High PRF incorporada amb rangs superiors a 52Khz en Doppler Polsat.
- Profunditat de treball superior a 35 cms.
- Connexió simultània de tres sondes electròniques.
- Pes de l'ecògraf inferior a 60 Kg.
- Imatge trapezoïdal, tant per a sondes lineals com per a sondes convexes.
- Bateria interna mínim de 20 minuts.
- Escalfador de gel.
- Modes de presentació:
  - Mode B.
  - Doppler Color.
  - Color Angio i Color Angio Bidireccional.
  - Doppler de banda ample Bidireccional.
  - Doppler PW amb HPRF incorporat superior a 52Khz.
  - Imatge composta espacialment i en freqüència, podent treballar amb el color activat.
  - Doble imatge en pantalla amb selecció d´imatges Dreta/Esq o Amunt/Abaix a fí de mostrar en doble imatge tot el camp de visió de la sonda per estructures superficials
  - Triple mode sense deteriorament de la qualitat d´imatge en mode B i elevat nº de imatges per segon.
  - Ha d'incorporar tecnologia de processament de la senyal amb màxima resolució que analitzi les imatges d'ultrasons en viu, proporcionant una major definició tant de les estructures en grans àrees com en petits detalls de parets i vores.
- Software clínic:
  - Software complet per estudis de Radiologia.
  - Software de millora en la visualització de la agulla en estudis de intervencionisme.
  - Auto-traçat automàtic de mesures Doppler tant en temps real como en imatge congelada.
  - Possibilitat d´incorporar quantificació del percentatge de greix hepàtic (Esteatosis) mitjançant el càlcul d´atenuació tisular sobre Raw Data.(demostrable al product Data)
- Emmagatzematge i Registre:

- Disc dur intern de com a mínim 500 Gb per a emmagatzematge de dades de pacients, imatges etc. No s'admetran discs durs externs .
- Mòdul Dicom3.0 complet amb tots els seu protocols.
- Mínim sis ports USB per a connexió de memòries externes d´alta capacitat.
- Software de connexió mòdul Wifi, tarja Wifi inclosa.

- Transductors:
  - Un transductor multifreqüència amb ample de banda de 1 i 6MHz. Per a exploracions d'Abdomen, Intestinal, Urologia, Digestiu, etc.
  - Un transductor lineal multifreqüència amb ample de banda de 5 a 14 MHz amb possibilitat de seleccionar la freqüència que l´usuari determini convenient per a cada tipus d´estudi i/o pacient, dissenyada per a estudis de Tiroides, msk, parts toves, etc.

Característiques valorables:

- Teclat virtual en la pantalla tàctil i teclat físic retràctil sota la consola principal.
- Taxa de reciclatge de peces en el moment de la seva eliminació superior al 65%. Adjuntar documentació.
- Disc dur intern de com a mínim 1 Tb per a emmagatzematge de dades de pacients, imatges etc. No s´admetran discs durs externs.
- Presentació simultània i en temps real en pantalla d´imatge mode B i imatge mode B + Color amb selecció d´imatges Dreta/Esq o Amunt/Abaix.
- Pes de l´ecògraf inferior a 51 Kg.
- Ganàncies parcials físiques en el panell principal de control i en la pantalla tàctil.
- Zoom de magnificació en lectura y escriptura de com a mínim x20 Memòria digital d´imatge tant per a imatge bidimensional i color com per a espectre Doppler amb capacitat de al menys 950Mb.
- Profunditat de treball superior a 39 cm.

2.2 LOT IN0847 – Ecògraf Ginecologia:

2.2.1 Ecògraf Ginecologia - 1 unitat – 37.900,00 € - IVA exclòs

Ecògraf per ginecologia que haurà de tenir, com a mínim, les següents característiques i configuració:

Característiques mínimes:

- Adjuntar CE amb la certificació corresponent.
- Plataforma ecogràfica digital
- Modus de treball:
  - Modus B
  - Modus M
  - Modus doppler polsat

- Doppler color i angio
- Doppler angio direccional
- Dúplex 2D i doppler

- Sistema de generació d'imatge d'alta definició
- Monitor LFT-LCD d'alta resolució i de 22" com a mínim
- Pantalla tàctil integrada en consola principal de com a mínim 10" (superfície tàctil útil i efectiva)
- Optimització automàtica de la imatge en modo B, doppler PW
- Triple modus sense deterior d'imatge en modo B i elevat nombre d'imatges
- Presentació simultània en pantalla d'imatge en modo B i imatge en modus Doppler color en temps real
- 256 nivells de grisos com a mínim
- Imatge trapezoïdal
- Auto traçat automàtic de mesures
- Imatge de segon harmònic de teixit
- Profunditat d'imatge de fins 40 cm reals amb sonda convexa
- Ajustament de freqüència per part del usuari en funció profunditat d'estudi
- Zoom de magnificació d'escriptura i lectura
- Focalització automàtica i focalització manual
- Focalització automàtica amb formació digital del feix d'ultrasons
- Connexió simultània de tres sondes com a mínim, podent escollir des de teclat/panell
- Realització de mesures sobre imatges desades
- Rang dinàmic a 260 dB
- Processador digital capaç de processar més de 1000 imatges acústiques per segon.
- Incloure el catàleg complet de programari compatible amb l'equip, indicant el preu s/IVA del programari no inclòs en l'oferta
- Software de connectivitat DICOM 3 avançat, amb capacitat per impressió, emmagatzemar imatges i vídeo a PACS, realitzar búsquedes, llistes de treball, garantint connexió amb Hospital
- Programes de càlculs i mesures automàtiques i post procés de senyal doppler
- Programes de mesures complertes , anotacions, comentaris i marques personals
- Possibilitat d'anomització dels estudis
- Possibilitat de disposar de configuracions prèvies per a cada transductor i òrgan
- Emmagatzemament d'imatges, dades en cru (RAW data) i vídeo en disc dur
- Disc dur intern únic com a mínim 500GB
- Protecció dades de pacient segons Standard HIPAA
- Protocols Dicom complets i integrables al Pacs Corporatiu
- Software de connexió Dicom Wifi, tarja Wifi inclosa.
- Possibilitat de diagnosticar problemes /errors de forma remota
- Control de perifèric des de teclat de l'equip
- 3 port USB com a mínim

- Zoom d´alta resolució en temps real
- Software de detecció de fluxos doppler color velocitat inferior a 0,8 cm/s
- Harmònic diferencial, fonamental i sostracció de polsos per a una millor visualització de les estructures.
- Mode B amb angulació de la imatge
- Possibilitat de registre de vídeo
- Transductors inclosos:
    - Transductor convex de 2 a 6 MHz amb tecnologia multifreqüència
    - Transductor transvaginal multifreqüència de 3 a 11 MHz per estudis ginecològics i obstètrics

Característiques valorables:

- Rang dinàmic superior a 300 db
- Rang de freqüències de l´equip: 1 a 18 MHz
- Imatge 2D dual dreta/esquerra i dalt/baix en la pantalla de diagnòstic per transductors lineals molt superficials sense pèrdua de vorals d´imatge.
- Monitor LFT-LCD d'alta resolució i superior a 22"
- Doppler color per visualització de fluxos de molt baixa velocitat (micro vascularització) per velocitats de fins 0,2 cm/s amb "frame rate" major de 50 imatges per segon en pacients poc col·laboradors.
- Pantalla tàctil integrada a la consola principal superior a 10" (superfície útil i efectiva)
- Potenciòmetres de ganància per zones (STC), físics en la consola principal i electrònics en la pantalla tàctil
- Teclat alfanumèric físic i electrònic que pugui amagar-se sota la consola principal, i disponible també en la pantalla tàctil.
- Ampliació de camp de visió amb sonda convex fins a 115º
- Disc dur intern únic major de 5 TB.
- Compatibilitat de sondes amb els ecògrafs existents al Servei.
- Profunditat de treball major de 49 cm amb sonda convex.

NOTA IMPORTANT, per a tots els lots: S'haurà de marcar/indicar a quina pàgina del document es troba la informació tècnica sol·licitada al plec. La manca de informació sobre les característiques tècniques de l'equip que impedeixi contrastar la seva adequació als requeriments tècnics descrits en el present plec serà objecte d'exclusió.

2.2 GARANTIA

El període de garantia de l'equip serà de com a mínim 36 mesos.

2.3 INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT I MANTENIMENT

L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips, així com de la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d'aquestes accions.

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa dels equips, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament muntats els accessoris corresponents.

L'empresa adjudicatària serà l'encarregada del manteniment preventiu i correctiu de tots els equips subjectes al contracte, durant el període de garantia.

La tipologia del contracte de manteniment serà a TOT RISC, durant el període de garantia. S'haurà de detallar tot el que inclou la garantia d'aquest tipus de contracte.

INTERVENCIONS PREVENTIVES:

El manteniment preventiu dels equips serà d'un mínim de 2 visites anuals. Les visites es faran en dies laborables, *amb acord del servei implicat i del servei de manteniment, previ avís amb un mínim de 7 dies d'antelació. Cada 6 mesos es presentarà un certificat de qualitat de les revisions realitzades, que inclourà el detall de les accions realitzades.

S'hauran de realitzar les revisions anuals que incloguin:

- Comprovació completa de l'aspecte general i neteja.
- Mesures de prevenció (revisions de calibració i ajustaments).
- Canvi de parts de desgast
- Prova de seguretat elèctrica (fuites de corrent).
- Funcions de control
- Proves funcionals
- Medició de flux si s'escau
- Control de tensió d'alimentació
- Control de funcions neumàtiques
- Dades i valors obtinguts en cada prova
- Proves de qualitat
- Informe dels resultats obtinguts
- Altres proves necessàries pel correcte funcionament.

Aquestes proves s'hauran de fer seguint les recomanacions de seguretat i del fabricant amb l'objecte de comprovar el correcte funcionament de l'equip.

El PROGRAMA-CALENDARI de revisions es determinarà de mutu acord amb els serveis tècnics del Servei de Manteniment del CCSPT, sempre a intervals raonablement espaiats dins de cada període anual contractat.

Després de cada manteniment preventiu, l'adjudicatari es compromet a lliurar un informe d'estat general de la màquina especificant les accions realitzades i les peces substituïdes així com les hores invertides en el manteniment.

Després de cada intervenció preventiva el tècnic de l'empresa adjudicatària lliurarà una còpia del full de treball a la persona responsable del Servei de Manteniment que hi hagi a la Corporació en aquell moment per a la seva signatura. Si la intervenció és preventiva també es lliuraran els informes i/o protocols acordats.

Si bé en el Manteniment Preventiu el licitador proposarà, segons el seu criteri professional, els serveis concrets de manteniment per a cada element i/o sistema, en el cas del Manteniment Normatiu s'aplicarà de forma rigorosa el que prescriu la normativa vigent.

INTERVENCIONS CORRECTIVES:

S'hauran de realitzar les necessàries, sense cap límit, per tal de corregir les avaries i els desajustos i/o defectes que es puguin produir.

Caldrà canviar les peces, mecanismes o sistemes defectuosos per a que l'aparell quedi en perfectes condicions d'ús. Tant l'import de la mà d'obra com el dels materials estarà inclòs en aquest contracte.

En cada revisió l'adjudicatari realitzarà els ajustaments, reparacions i substitucions necessàries per a un correcte funcionament de l'equip.

Després de cada intervenció el tècnic de l'empresa adjudicatària lliurarà una còpia del full de treball a la persona responsable del Servei de Manteniment que hi hagi a la Corporació en aquell moment per a la seva signatura. Si la intervenció és preventiva també es lliuraran els informes i/o protocols acordats.

Les intervencions correctives tindran una garantia d'un any, com a mínim, per peces i mà d'obra, que serà vàlida també en el cas que hagi finalitzat la vigència d'aquest contracte.

El responsable del Servei de Manteniment del CCSPT establirà si existeix la necessitat de lliurar, periòdicament, el resum d'actuacions realitzades a compte del contracte especificat tals com:

- Número de comunicats d'avaries enviat pel CCSPT.

- Número d'hores utilitzades en cada reparació.
- Recanvis utilitzats en cada reparació.
- Data d'inici i final de la reparació.

SUBSTITUCIÓ DE COMPONENTS:

L'adjudicatari ha de garantir el subministrament de peces de recanvi originals que pertanyen als equips en "Contracte".

La substitució de components es pot detectar en un Manteniment Preventiu o pot ésser objecte d'una intervenció correctiva. En ambdós casos queden incloses la mà d'obra i els materials necessaris per a substituir-los.

COBERTURA DE MATERIALS I MÀ D'OBRA:

El contracte inclou el cost de la mà d'obra, dels desplaçaments, i dels material de totes les reparacions correctives i/o de les intervencions derivades de les inspeccions preventives.

INSPECCIONS DE SEGURETAT:

Les necessàries per a mantenir els estàndards de seguretat necessaris.

CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ DELS MANTENIMENTS

L'adjudicatari designarà a una persona responsable pels contactes necessaris amb els gestors d'Electromedicina del Servei de Manteniment del CCSPT.

L'adjudicatari ha de garantir el subministrament de peces de recanvi originals que pertanyen als equips en Contracte. S'inclouen totes les despeses d'enviament de recanvis o equips de préstec.

Cas que el Servei de Manteniment del CCSPT ho requereixi l'adjudicatari haurà de disposar de Centre d'Atenció al Client per a comunicar peticions d'avaries i altres tals com reclamacions. El Centre d'Atenció al Client proporcionarà la informació del Pla d'Intervenció en el temps establert, així com el temps estimat per a que l'equip quedi preparat pel seu funcionament correcte.

L'empresa adjudicatària disposarà dels dispositius necessaris per a que els professionals del CCSPT puguin fer peticions de suport tècnic, ja sigui per via telefònica, mitjançant plataforma web, o amb accés remot des del mateix equip. En aquest últim cas el CCSPT proporcionarà l'accés telemàtic.

Les avaries que puguin produir-se durant el període de validesa del present contracte seran ateses segons la seqüència que es detalla:

- Horari per a comunicar avisos d'incidències: atenció telefònica personalitzada de dilluns a divendres entre les 8 h i les 20 h. Fora d'aquest horari es disposarà d'una bústia a on es puguin registrar els avisos.

- Horari laboral: De les 8 AM de Dilluns a les 8 PM de Divendres. S'exclouen festius. L'horari laboral és el que s'emprà per a mesurar el temps de resposta.

- Temps de resposta: és el temps transcorregut des de que el client comunica la incidència fins que el Centre d'Atenció al Client de l'empresa adjudicatària confirma la visita d'un tècnic o soluciona la incidència en remot. El temps de resposta serà inferior a 2 hores d'horari laboral.

- Temps d'atenció presencial: temps que transcorre des de que es comunica un incident fins que es confirma la presència d'un tècnic a la Corporació Parc Taulí. El temps d'atenció presencial serà inferior a 8 hores d'horari laboral.

- Temps màxim de reparació: és el temps transcorregut des de que el client comunica la incidència fins que queda totalment solucionada. El temps màxim de reparació serà de 24 hores d'horari laboral. En aquells casos en els quals aquest temps hagi d'ésser superior, l'empresa adjudicatària enviarà un informe al gestor del Servei de Manteniment explicant les actuacions realitzades, informant de la causa de la demora, i quantificant el termini de compromís per a solucionar l'avaria. Si el temps de reparació és supera els tres dies laborables l'adjudicatari proporcionarà un equip de préstec equivalent. L'informe serà avaluat pel Cap del Servei de Manteniment i, en cas necessari, s'aplicaran les condicions de "lucre cessant" corresponents.

Amb la finalitat de minimitzar el temps de reparació, l'adjudicatari haurà de mantenir un estoc de peces a les nostres instal·lacions i instrumental que facilitin i agilitzin la feina dels tècnics en totes les seves intervencions.

Els tècnics de l'empresa adjudicatària acompliran les normes assenyalades pels responsables del Servei de Manteniment del CCSPT en tot moment, i assumiran les necessàries segons les condicions del centre i/o dels pacients i usuaris.

En el cas que hi hagués algun equip que es doni de baixa durant l'execució del contracte, només es rescindirà el contracte d'aquest equip, sense que hi hagi cap altra contraprestació econòmica. Els equips que entrin en estat d'obsolescència o presentin discontinuïtat en la substitució d'alguna de les seves peces rebran el mateix tractament.

MITJANS PERSONALS I TÈCNICS

MITJANS PERSONALS

L'empresa adjudicatària haurà de certificar que el seu personal ha estat format pel fabricant dels equips objecte d'aquest contracte. Així mateix ha de justificar documentalment que disposa del personal suficient per a garantir el servei objecte de la contractació.

Aquest personal ha d'anar degudament identificat i es requereix l'autorització dels tècnics del Servei de Manteniment per a substituir-lo en cas de necessitat.

Els operaris han d'anar degudament uniformats amb identificatiu de l'empresa adjudicatària i s'hauran d'acreditar a les oficines dels Serveis Generals del CCSPT sempre que hagin d'accedir a qualsevol recinte del CCSPT.

El personal que desenvolupi qualsevol tipus de feina a les instal·lacions del CCSPT hauran de tenir obligatòriament la documentació de prevenció de riscos laborals introduïda i actualitzada a la plataforma del CCSPT.

MITJANS TÈCNICS

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar la maquinària, les eines i els estris necessaris per a dur a terme les tasques objecte d'aquesta contractació.

L'empresa adjudicatària haurà de certificar que disposa dels recanvis originals del fabricant de la marca.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Les empreses licitadores hauran d'aportar la documentació següent:

- Documentació acreditativa dels recursos tècnics i humans de que disposa l'empresa.
- Relació del personal de l'equip proposat per a aquest servei degudament documentada.
- Relació de mitjans tècnics que aportarà per a aquest servei: maquinària, eines, etc.
- Relació dels Protocols de Manteniment Preventiu a aplicar a les revisions de cadascun dels equips.
- Calendari "proposta" per a les revisions de cadascun dels equips.
- Manual d'usuari i Manual Tècnic.

Es valorarà la presentació del llistat de preus dels recanvis no inclosos en el contracte i del preu unitari de la mà d'obra.

2.4 FORMACIÓ

L'adjudicatari de la licitació es compromet a realitzar abans de la posada en marxa formació per a l'ús dels equipaments al personal assistencial, en tots els torns de treball de la CCSPT i formació tècnica a l'equip de manteniment per la resolució de possibles incidències i primeres actuacions davant d'avaries. La formació s'ha de fer en el propi centre sanitari. L'horari de formació el proposarà el Centre.

També farà un acompanyament durant la primera setmana de posada en marxa del nou equipament.

3. TERMINI DE LLIURAMENT

L'entrega de l'equipament s'haurà de realitzar, a partir de la formalització del contracte, prèvia comanda del CCSPT, dintre dels 45 dies naturals posteriors a la data de formalització pdel contracte, prèvia comanda.

4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

L'adjudicatari serà responsable de complir els requisits legals vigents en matèria de Prevenció de Riscos Laborals respecte l'activitat dels seus treballadors i de complir de les normes internes de la CCSPT.

L'adjudicatari haurà de justificar la gestió en riscos laborals en la seva empresa i la modalitat d'organització preventiva així com el nom i càrrec de la persona designada en matèria preventiva de l'empresa, junt amb els telèfons o mitjans de contacte.

L'adjudicatari serà responsable de comunicar els accidents dels seus treballadors que tinguin lloc a les instal·lacions del CCSPT.

Abans de l'inici de l'activitat, l'adjudicatari complirà amb la legislació relacionada amb la Coordinació d'Activitats Empresarials i intercanviarà la documentació i la informació actualitzada que se li demanarà. Entre la documentació que haurà de lliurar al CCSPT es troba:

1. Relació de treballadors que desenvoluparan les seves tasques en el centre de treball del CCSPT i la corresponent aptitud actualitzada en la vigilància mèdica.
2. Avaluació de riscos de l'activitat que realitzen els treballadors de l'adjudicatari a les instal·lacions del CCSPT i que poden afectar als treballadors o instal·lacions del CCSPT,

o bé a terceres empreses coincidents en l'espai de treball.

3. Mesures de protecció i prevenció sobre els riscos anteriors que adopten els treballadors de l'adjudicatari quan són al CCSPT (p.ex. equips de protecció individual que l'adjudicatari dona als seus treballadors i que utilitzen per la seva activitat al CCSPT).
4. Relació actualitzada de maquinària/aparells i de productes químics utilitzats i amb les corresponents fitxes de seguretat (p.ex. en aquest cas, són especialment importants les fitxes de seguretat dels productes fitosanitaris i plaguicides).
5. Formació/Informació que els treballadors han rebut sobre riscos i mesures preventives. El CCSPT podrà demanar a l'adjudicatari documentació addicional un cop revisada aquesta documentació.

Abans de l'inici de l'activitat, el CCSPT lliurarà a l'adjudicatari:

1. La descripció dels riscos generals als centre/s de treball del CCSPT i les mesures preventives a adoptar.
2. Actuació en cas d'emergències als centres del CCSPT.
3. Carta de certificació de rebut de la informació lliurada a l'adjudicatari que ell retornarà signada al Servei de Manteniment del CCSPT.

L'adjudicatari es compromet a lliurar aquesta informació a la totalitat dels treballadors propis (i subcontractats, si s'escau) que s'incorporin a treballar a les instal·lacions del CCSPT. Alhora, es compromet al compliment de les normes i a la col·laboració amb els professionals del CCSPT en matèria preventiva.