

SOBRE B: Informe de valoració dels criteris susceptibles de judici de valor establerts en el Quadre de característiques específiques**LOT 1. REACTIUS PER IMMUNOANÀLISI****Licitadors que han presentat oferta:**

- DIASORIN IBERIA, S.A

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR: FINS A 23 PUNTS**a) Necessitats tècniques:**

- Es valorarà la consolidació de diferents tècniques en la mateixa plataforma (que es faci en un mateix equip, de forma simultània, compatibilitat de fer les tècniques alhora, etc.): **fins a 16 punts**

L'equip Liaison XL permet realitzar totes les tècniques del Lot en la mateixa plataforma. Capacitat de fins a 25 reactius refrigerats simultàniament i es mantenen estables durant un temps després de ser oberts.

Puntuació obtinguda: 16 punts

- Es valorarà positivament la possibilitat que l'equip disposi d'un panel més ampli (incorporar tècniques de gran volum, de cost elevat en la seva derivació, permetre internalització per interès de servei clínic): **fins a 5 punts**

Presenta un menú amb més de 110 paràmetres, incloent tècniques d'immunoquímica, serologia infecciosa i antígens en femta.

Puntuació obtinguda: 5 punts

b) Responsable directe del procediment: titulació, experiència, capacitació i funcions

- Es valorarà la trajectòria, el grau d'especialització, competència i experiència de l'interlocutor assignat a CLILAB Diagnòstics: **fins a 2 punts**

Aporten un equip amb detallada experiència, complet i competent amb una llarga trajectòria en el sector. Aquests responsables directes del procediment estan formats per comercials, especialistes i enginyers de servei tècnic.

Puntuació obtinguda: 2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

DIASORIN IBERIA, S.A.	23
------------------------------	-----------

LOT 2. REACTIUS PER A LA DETERMINACIÓ DELS NIVELLS DE CALPROTECTINA EN FEMTA**Licitadors que han presentat oferta:**

- WERFEN ESPAÑA, S.A.U.

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR: FINS A 13 PUNTS**a) Necessitats tècniques:**

- Es valorarà l'estabilitat de la calibració (caducitat del reactiu una vegada introduït en l'analitzador) [s'obtindrà més puntuació com major estabilitat en el temps es presenti]: **fins a 3 punts**

Corba de treball específica per l'instrument que és estable fins a canvi de lot de reactiu fins a un màxim de 365 dies.

L'estabilitat del reactiu de calprotectina un cop introduït en l'instrument és de 90 dies.

Puntuació obtinguda: 3 punts

- Es valorarà la possibilitat de gestionar els controls de qualitat interns a través de l'equip i del *middleware* propi de la casa comercial (visualització de les gràfiques de *Levy-jennings*, càlcul del coeficient de variació, i gestió dels diferents lots de control, etc.): **fins a 5 punts**

Sí que permet gestionar el control de qualitat intern a través de l'equip i del *Middleware*, així com permet veure la gràfica de *Levi-jennings*, aplicar el càlcul de coeficient de variació i gestió dels diferents lots de control.

Puntuació obtinguda: 5 punts

- Es valorarà la possibilitat d'accés remot per part del servei tècnic de *helpline* de l'empresa amb l'objectiu d'augmentar la rapidesa en la solució d'incidències: **fins a 5 punts**

Werfen disposa d'un servei d'atenció telefònica immediata, *helpline*. Es tracta d'un equip d'especialistes que ajuda, atén i resol incidències que pugui tenir l'usuari. A més, l'equip de *helpline* disposa d'un servei de suport remot pel qual els instruments compten amb la possibilitat de tenir connexió remota per optimitzar la rapidesa i eficàcia de dit suport.

Mitjançant tecnologies de xarxa com VPNs, LAN2LAN, i *software* d'escriptori remot, poden donar solucions preventives i predictives, interactuar amb el client i amb els equips instal·lats als laboratoris, tot mantenint la màxima seguretat mitjançant connexions xifrades. Durant les sessions no es mostren dades sensibles ni s'emmagatzema informació en els servidors de comunicació. Aquestes sessions estan totalment controlades per l'usuari que sol·licita el suport, d'aquesta manera s'impossibilita l'accés desatès als analitzadors sense consentiment.

Puntuació obtinguda: 5 punts

PUNTUACIÓ TOTAL**WERFEN ESPAÑA, S.A.U.****13**

LOT 3. REACTIUS PER A TÈCNiques D'IMMUNOBLOT**Licitadors que han presentat oferta:**

- EUROIMMUN DIAGNOSTICS ESPAÑA, S.L.U.

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR: FINS A 11 PUNTS**a) Necessitats tècniques:**

- Es valorarà la composició antigènica de les tires (quantitat d'anticossos detectats i origen dels antigens): *fins a 6 punts*
 - anticossos onconeuronals : 12 antigens
 - IgM anti-borreliia: 7 antigens
 - ENAs : 16 antigens i inclou DSF70

Tots els reactius presentats compleixen els requisits mínims especificats en el PPT.

Puntuació obtinguda: 6 punts

b) Formació

- Es valorarà la formació impartida pel licitador en format de jornades, *workshops*, etc. Per tal de poder-ho valorar, cal que s'aporti un llistat de les accions formatives realitzades els últims 5 anys relacionades amb les tècniques que surten a concurs: *fins a 5 punts*

Aporten un llistat de *webinars* i formacions dels equips, que avalen la seva experiència en la formació relaciona en l'activitat subjecte de la licitació.

Puntuació obtinguda: 5 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

EUROIMMUN DIAGNOSTICS ESPAÑA, S.L.U.	11
---	----

LOT 4. REACTIUS PER A TÈCNiques ELISA**Licitadors que han presentat oferta:**

- PALEX MEDICAL, S.A.

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR: FINS A 15 PUNTS**a) Necessitats tècniques:**

- Es valorarà les dimensions i l'ergonomia de l'equip i del PC de suport en cas que sigui necessari (màxima puntuació per la menor necessitat d'espai) [s'obté més puntuació com menor necessitat d'espai es presenti]: *fins a 5 punts*

L'equip és de sobretaula i fins i tot es considera "portàtil". Mides: 64 cm amplada x 57 cm profunditat x 45 cm alçada (91,5 cm quan està obert).

Puntuació obtinguda: 5 punts

- Es valorarà positivament la possibilitat que l'equip disposi d'un panel més ampli que pugui incorporar determinacions que actualment el laboratori està externalitzant o que es vulguin internalitzar: **fins a 5 punts**

L'equip és obert i amb possibilitat d'incorporar més tècniques per les quals el laboratori pugui tenir interès a internalitzar.

Puntuació obtinguda: 5 punts

b) Formació

- Es valorarà la formació impartida pel licitador en format de jornades, *workshops*, etc. Per tal de poder-ho valorar, cal que s'aporti un llistat de les accions formatives realitzades els últims 5 anys relacionades amb les tècniques que surten a concurs: **fins a 5 punts**

No aporten llistat d'accions impartides. Només fan referència a la formació realitzada al nostre centre el 21.10.2021 sobre l'equip Thunderbolt (provablement no s'ha interpretat correctament el punt).

Puntuació obtinguda: 2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

PALEX MEDICAL, S.A.	12
---------------------	----

LOT 6. REACTIUS PER A TÈCNICA D'IMMUNOFLUORESCÈNCIA INDIRECTA

Licitadors que han presentat oferta:

- EUROIMMUN DIAGNOSTICS ESPAÑA S.L.U.

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR: FINS A 10 PUNTS

a) Necessitats tècniques:

- Es valorarà positivament la possibilitat que l'equip disposi d'un panel més ampli (que es faci en un mateix equip, de forma simultània, compatibilitat de fer les tècniques alhora, etc.): **fins a 5 punts**

No s'ha pogut valorar, donat que en el seu Excel Quadre criteris adjudicació_QCE (SOBRE B) estableix: "Toda la información sobre el equipamiento ofertado para el lote 6 se encuentra en el documento "Equipamiento en cesión y reactivos lote 6" incluida dentro del SOBRE C (pág. 2-3)".

Puntuació obtinguda: 0 punts

b) Formació

- Es valorarà la formació impartida pel licitador en format de jornades, *workshops*, etc. Per tal de poder-ho valorar, cal que s'aporti un llistat de les accions formatives realitzades els últims 5 anys relacionades amb les tècniques que surten a concurs: **fins a 5 punts**

Aporten un llistat de *webinars* i formacions dels equips, que avalen la seva experiència en la formació relaciona en l'activitat subjecte de la licitació.

Puntuació obtinguda: 5 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

EUROIMMUN DIAGNOSTICS ESPAÑA, S.L.U.	5
---	----------

LOT 7. BIOMARCADORS MONOTEST**Licitadors que han presentat oferta:**

- FUJIREBIO IBERIA, S.L.U.

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR: FINS A 22 PUNTS**a) Responsable directe del procediment: titulació, experiència, capacitat i funcions**

- Es valorarà la trajectòria, el grau d'especialització, competència i experiència de l'interlocutor assignat a CLILAB Diagnòstics: **fins a 2 punts**

L'interlocutor adjudicat presenta formació acadèmica sanitària i grau d'especialització, doctorat. És Responsable de la línia de neurodegeneració (avalen la seva experiència en la formació relacionada en l'activitat subjecte de la licitació).

Puntuació obtinguda: 2 punts

b) Formació

- Es valorarà la formació impartida pel licitador en format de jornades, *workshops*, etc. Per tal de poder-ho valorar, cal que s'aporti un llistat de les accions formatives realitzades els últims 5 anys relacionades amb les tècniques que surten a concurs: **fins a 10 punts**

Aporten un llistat de *webinars*, cursos, jornades i sessions intra-hospitalàries, que avalen la seva experiència en la formació relacionada en l'activitat subjecte de la licitació.

Puntuació obtinguda: 10 punts

b) Publicació

- Es valorarà l'impacte de les publicacions indexades en els darrers 5 anys donat que aporten solidesa científica a les determinacions objecte de licitació; el nombre, la rellevància, les citacions d'aquella publicació, etc. relacionades amb les tècniques que surten a concurs: **fins a 10 punts**

Aporten un llistat de 27 publicacions relacionals amb biomarcadors d'Alzheimer i 12 publicacions relacionals KL6 i malaltia autoimmune, i 2 publicacions de la AMH.

Puntuació obtinguda: 10 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

FUJIREBIO IBERIA, S.L.U.	22
--------------------------	----

LOT 8. ANÀLISI DE PROTEÏNES

Licitadors que han presentat oferta:

- THE BINDING SITE SPAIN (SPECIALIST PROTEIN COMPANY), S.L

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR: FINS A 22 PUNTS

a) Necessitats tècniques

- Es valorarà positivament la possibilitat d'incorporar a l'equip altres determinacions no incloses en el present contracte i que actualment el laboratori estigui externalitzant o vulgui incloure en el catàleg de proves del laboratori (d'especial interès les cadenes pesades): **fins a 5 punts**

Presenta un menú d'assajos amb una àmplia oferta de test que es podrien implementar al catàleg del laboratori.

Puntuació obtinguda: 5 punts

b) Responsable directe del procediment: titulació, experiència, capacitat i funcions

- Es valorarà la trajectòria, el grau d'especialització, competència i experiència de l'interlocutor assignat a CLILAB Diagnòstics: **fins a 2 punts**

L'interlocutor adjudicat presenta formació acadèmica sanitària i doctorat, tot acumulant 8 anys d'experiència en el departament tècnic com a Especialista en Aplicacions.

Puntuació obtinguda: 2 punts

c) Formació

- Es valorarà la formació impartida pel licitador en format de jornades, *workshops*, etc. Per tal de poder-ho valorar, cal que s'aporti un llistat de les accions formatives realitzades els últims 5 anys relacionades amb les tècniques que surten a concurs: **fins a 10 punts**

Llisten diverses formacions impartides en el territori català i espanyol de cursos, *webinars* i sessions clíniques.

Puntuació obtinguda: 10 punts

d) Publicacions

- Es valorarà l'impacte de les publicacions indexades en els darrers 5 anys; el nombre, la rellevància, les citacions d'aquella publicació, etc. Relacionades amb les tècniques que surten a concurs: **fins a 5 punts**

Aporten que s'ha fet la recerca del terme "Freelite" a Pubmed obtenint 126 cites, havent-se publicat 52 d'elles en els últims 5 anys.

Puntuació obtinguda: 5 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

THE BINDING SITE SPAIN (SPECIALIST PROTEIN COMPANY), S.L	22
--	----

LOT 9. REACTIUS PER A L'ESTUDI DELS ANTICOSSOS RELACIONATS AMB L'ANÈMIA PERNICIOSA**Licitadors que han presentat oferta:**

- WERFEN ESPAÑA, S.A.U.

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR: FINS A 13 PUNTS**a) Necessitats tècniques**

- Es valorarà positivament que el licitador pugui adaptar les tècniques a algun dels analitzadors ja disponibles a l'àrea d'autoimmunitat del laboratori central de CLILAB Diagnòstics a Vilafranca del Penedès: **fins a 8 punts**

S'ofereix l'estudi quantitatiu dels anticossos anti-factor intrínsec en la plataforma BIO-FLASH i ofereix els reactius NOVA Lite Rat LKS, que permeten l'estudi dels anticossos anti-mucosa gàstrica i l'instrument QUANTA Lyser 160, els dos equips ja presents al laboratori.

Puntuació obtinguda: 8 punts

b) Formació

- Es valorarà la formació impartida pel licitador en format de jornades, *workshops*, etc. Per tal de poder-ho valorar, cal que s'aporti un llistat de les accions formatives realitzades els últims 5 anys relacionades amb les tècniques que surten a concurs: **fins a 5 punts**

Llisten un extensa activitat de sessions clíniques, cursos d'especialització, actualitzacions i jornades.

Puntuació obtinguda: 5 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

LOT 10. REACTIUS PER A TÈCNiques DE SEROLOGIA MONOTEST**Licitadors que han presentat oferta:**

- VIRCELL SPAIN, S.L.U.

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR: FINS A 18 PUNTS**a) Necessitats tècniques**

- Es valorarà positivament que l'equip disposi d'un panel més ampli que pugui incorporar determinacions que actualment el laboratori està externalitzant o que es vulguin internalitzar: **fins a 2 punts**

Presenta un menú d'assajos amb més de 85 proves disponibles en VirClia.

Puntuació obtinguda: 2 punts

- Es valorarà amb 3 punts les característiques de la base de dades, del programa informàtic i els informes generats en el sentit que els informes que generin siguin en format *pdf*. Afegint que, s'obtidran 2 punts més si aquests contenen dades útils per a la correcta interpretació dels resultats – que vindrà a ser la lectura de les RLU o DO de la mostra, del calibrador i del control – (cal aportar un exemple de l'informe): **fins a 5 punts**

Es generen sempre els resultats en un informe PDF que inclouen la validació, calibratge, interpretació, lectura en brut RLU de mostra, calibrador i control.

Puntuació obtinguda: 5 punts

- Es valorarà que permeti la màxim traçabilitat de tots els processos (pipeteig, transport, incubació i rentat) i reactius: **fins a 5 punts**

El sistema inclou un LOG complet de tot el procés de treball des de l'inici de l'encès de la màquina, escanejat de mostres, pipeteig, incubació, temps, lectura, rentat, etc.

Puntuació obtinguda: 5 punts

- Es valorarà la proposta de suport remot davant les incidències de l'equip, per tant, s'haurà de presentar un informe motivador d'aquest suport: **fins a 2 punts**

Tots els instruments instal·lats inclouen suport remot per millorar l'assistència

Puntuació obtinguda: 2 punts

b) Necessitats dels reactius:

- Es valorarà que l'informe del resultat de la mostra inclogui la informació dels resultats del control i del calibrador (cal aportar un exemple d'informe): **fins a 4 punts**

Es generen sempre els resultats en un informe PDF que inclou la informació de resultats del control i del calibrador.

Puntuació obtinguda: 4 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

VIRCELL SPAIN, S.L.U.	18
------------------------------	-----------

LOT 11. REACTIUS CONFIRMATORIS VHC I VIH

Licitadors que han presentat oferta:

- BIO-RAD LABORATORIES, S.A.

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR: FINS A 40 PUNTS

a) Necessitats tècniques

- Es valorarà la mínima complexitat de la tècnica (procés tècnic i quantitat de reactius necessaris per la seva realització): *fins a 10 punts*

Tècnica de mínima complexitat i manipulació per part del tècnic, ja que només es necessita dipositar la mostra en un casset, esperar 5 minuts i incorporar el buffer; en qüestió de 20-30 minuts es pot realitzar la lectura en el lector que interpreta automàticament les bandes detectades, donant-ne un resultat.

Puntuació obtinguda: 10 punts

- Es valorarà la traçabilitat dels resultats (que es pugui veure el lot del reactiu, l'hora en que s'ha processat, el tècnic que ho ha processat, el resultat del control, etc.): *fins a 10 punts*

L'equip lector permet la completa traçabilitat de reactius i processament. Els resultats es transmeten al SIL i es pot generar un informe PDF dels resultats.

Puntuació obtinguda: 10 punts

- Es valorarà la necessitat, complexitat i freqüència necessària de manteniments de l'equip: *fins a 8 punts*

L'equip lector no requereix manteniments per part de l'usuari, es tracta d'un instrument de baix manteniment (manteniment obligatori triennal).

Puntuació obtinguda: 8 punts

b) Formació:

- Es valorarà la formació impartida pel licitador en format de jornades, *workshops*, etc. Per tal de poder-ho valorar, cal que s'aporti un llistat de les accions formatives realitzades els últims 5 anys relacionades amb les tècniques que surten a concurs: *fins a 2 punts*

Bio-Rad ofereix 3 sessions mensuals de formació a través de IDAcademy: webinars, distance and on-site trainings.

Puntuació obtinguda: 2 punts

d) Publicacions

- Es valorarà l'impacte de les publicacions indexades en els darrers 5 anys; el nombre, la rellevància, les citacions d'aquella publicació, etc. així com la recomanació del test per les organitzacions OMS i CDC relacionades amb les tècniques que surten a concurs: *fins a 10 punts*

Llista una relació de publicacions d'impacte que avalen el seu ús en els algoritmes diagnòstics del VIH. No aporten cap referència del VHC.

Puntuació obtinguda: 9 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

BIO-RAD LABORATORIES, S.A.	39
-----------------------------------	-----------

Aquest Informe de valoració ha estat elaborat per la Mesa de Contractació,

La Presidenta de la Mesa de Contractació,



Vilafranca del Penedès, 29 de febrer 2024