

Expedient: CLILAB Diagnòstics 2023/09**Acta de la sessió d'obertura de proposicions.****ACTA C****(proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica)**

Donant compliment a l'establert en el calendari i a la plataforma de contractació pública previst per a la licitació del **Consorti del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)**, essent les 11:30 hores del dia 06 de març de 2024 es dona inici a l'obertura del sobre C del procediment per a la **Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer l'activitat analítica de determinacions per immunoassaig del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)**, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari.

De conformitat amb l'ordre VEH/172/2017, de 25 de juliol, d'aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital, les ofertes presentades per les diferents empreses licitadores s'obriran mitjançant l'eina del sobre digital, en el que tenen accés de manera telemàtica tots els membres de la Mesa de contractació.

Tal i com s'indica en els plecs que regeixen la present licitació i, en concret, en el quadre de característiques específiques, la Mesa de contractació es constitueix pels membres següents:

President: Dra. Alba Cebollero Agustí, responsable de l'àrea de Vilafranca/Garraf, Cap de Servei de Proves especials del CLILAB Diagnòstics.

Secretària: Sra. Mireia Taboada Villagrasa, administrativa del departament de contractació del CLILAB Diagnòstics.

Vocal: Sra. Jana Poch López, responsable del departament de contractació del CLILAB Diagnòstics

Vocal: Dra. Clara Esteve Cols, facultativa especialista en immunologia del CLILAB Diagnòstics

Vocal: Dra. Marina Carbonell Prat, facultatiu especialista en anàlisis clínics del CLILAB

Vocal: Sra. Judith Esplugas Conesa, òrgan control intern econòmic i pressupostari del CLILAB Diagnòstics

Vocal: Sra. Andrea Arbós Haro, assessora jurídica del Servei Agregat de Contractacions Administratives del CSC

S'han presentat les següents empreses:

- EUROIMMUN DIAGNOSTICS ESPAÑA S.L.U. B82621020 LOTS 3, 6
- THE BINDING SITE SPAIN(SPECIALIST PROTEIN COMPANY),S.L. B67306142 LOT 8
- VIRCELL SPAIN SLU B19537844 LOT 10
- MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A. A08534638 LOT 12
- FUJIREBIO IBERIA SLU B63929368 LOT 7
- DIASORIN IBERIA, S.A. A81625345 LOT 1
- WERFEN ESPAÑA, S.A.U. A28114742 LOTS 2, 9
- PALEX MEDICAL A58710740 LOTS 4, 12
- MACROARRAY DIAGNOSTICS GBMH N0024533B LOT 5
- BIO-RADLABORATORIES S.A.A79389920 LOT 11

Tot seguit s'ha procedit a l'obertura dels Sobres C, essent les propostes, les següents:

LOT 1. REACTIUS PER IMMUNOANÀLISI

		Empresa licitadora	
		DiaSorin Iberia, S.A.	
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 77 punts		PUNTS	
VALORACIÓ ECONÒMICA	<p><u>És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE)</u></p> <p>Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent:</p> $P_e = \left[1 - \left(\frac{O_n - O_v}{O_n} \right) \times \left(\frac{O_v}{O_v} \right) \right] \times P$ <p> P_e = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic O_n = Oferta Millor O_v = Oferta a Valorar R_L = Import de Licitació VP = Valor de ponderació, essent 1 </p>	50	50 punts (1.238.497,08 €)
	<p>Punta de mostra d'un sol ús (fins a 8 punts)</p> <p>Sí 8 punts No 0 punts</p>	8	8 punts (Presenta punta de mostra d'un sol ús)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	<p>Equip que permet connexió al LAS (fins a 8 punts)</p> <p>Sí 8 punts No 0 punts</p>	8	8 punts (Permet connexió al LAS)
	<p>Calibradors inclosos en el propi reactiu de les tècniques serològiques (fins a 5 punts)</p> <p>Sí 5 punts No 0 punts</p>	5	5 punts (Calibradors inclosos en el propi reactiu de les tècniques serològiques)
	<p>Reactiu de la IGF-1 traçable per estàndard WHO NIBSC:02/254 (fins a 2 punts)</p> <p>Sí 2 punts No 0 punts</p>	2	2 punts (Reactiu de la IGF-1 traçable per l'estàndard valorable)
	<p>Reactiu de la 25-OH Vitamina D total: (fins a 2 punts)</p> <p>- Detecció tant del colecalciferol com del ergocalciferol</p> <p>Sí 1 punt No 0 punts</p> <p>- % reactivitat creuada amb 3-epi-25 OH vitamina D3 <1%</p> <p>Sí 1 punt No 0 punts</p>	2	2 punts (Permet tant la detecció de colecalciferol i ergocalciferol i presenta el % de reactivitat creuada valorable)
	<p>Reactiu Borrelia IgG i IgM vàlid per mostres LCR (fins a 2 punts)</p> <p>Sí 2 punts No 0 punts</p>	2	2 punts (Reactiu Borrelia IgG i IgM vàlid per mostres LCR)
		77	77

LOT 2. REACTIUS PER A LA DETERMINACIÓ DELS NIVELLS DE CALPROTECTINA EN FEMTA

		Empresa licitadora	
		WERFEN ESPAÑA, S.A.U	
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 87 punts		PUNTS	
VALORACIÓ ECONÒMICA	<p>És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE)</p> <p>Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent:</p> $P_e = \left[1 - \left(\frac{O_m - O_p}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>P_e = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic O_m = Oferta Millor O_p = Oferta a Valorar IL = Import de Licitació VP = Valor de ponderació, essent 1</p> </div>	60	60 punts (149.160,00 €)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	Es valorarà la tecnologia de quimioluminiscència (fins a 5 punts)	5	5 punts (Presenta tecnologia de quimioluminiscència)
	Es valorarà que el dispositiu d'extracció compleixi les següents condicions (fins a 15 punts)	15	15 punts (El dispositiu d'extracció compleix amb les condicions valorables)
	- Estabilitat de l'extracte a 2-8°C de fins a 14 dies (7,5 punts) Sí 7,5 punts No 0 punts		
	- El procediment d'obtenció de l'extracte no suposi més de 30 minuts (7,5 punts) Sí 7,5 punts No 0 punts		
Es valorarà el fabricant que pugui quantificar el rang de mesura més ampli sense aplicar la dilució de la mostra (fins a 2 punts)	2	2 punts	
Es valorarà que en la tècnica de quimioluminiscència es pugui adaptar un dels analitzadors disponibles al laboratori central de CLILAB Diagnòstics a Vilafranca del Penedès, i que a més, també es disposi del mateix equip de back-up (fins a 5 punts)	5	5 punts	
		87	87

LOT 3. REACTIUS PER A TÈCNiques D'IMMUNOBLOT

		Empresa licitadora	
		EUROIMMUN DIAGNOSTICS ESPAÑA S.L.U.	
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 89 punts		PUNTS	
VALORACIÓ ECONÒMICA	<p>Es obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE)</p> <p>Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent:</p> $P_e = \left[1 - \left(\frac{Q_n - O_n}{O_n} \right) + \left(\frac{VP}{VP} \right) \right] \times P$ <p> <i>P_e</i> = Puntuació de l'oferta a Valorar <i>P</i> = Punts criteri econòmic <i>Q_n</i> = Oferta Millor <i>O_n</i> = Oferta a Valorar <i>VP</i> = Import de Licitació <i>VP</i> = Valor de ponderació, essent 1 </p>	60	60 punts (361.716,50 €)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	<p>Es valorarà el màxim nivell d'automatització de l'equip, de la manera següent (fins a 19 punts)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màxima capacitat de mostres (obtéindrà 8 punts l'empresa que tingui la màxima capacitat de mostres, la resta d'empreses 0 punts) <ul style="list-style-type: none"> Sí 8 punts No 0 punts - Màxima traçabilitat de processos i lots de reactiu (obtéindrà 6 punts l'empresa que tingui la màxima traçabilitat de processos i lots de reactiu, la resta d'empreses 0 punts) <ul style="list-style-type: none"> Sí 6 punts No 0 punts - Màxima capacitat de processar el major nombre de tècniques simultàniament (obtéindrà 5 punts l'empresa que tingui la màxima capacitat de processar el major nombre de tècniques simultàniament, la resta d'empreses 0 punts) <ul style="list-style-type: none"> Sí 5 punts No 0 punts <p>Es valorarà la composició del reactiu Borrelia IgM (fins a 5 punts)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proteïnes OspC d'origen recombinat altament purificades (3 punts) <ul style="list-style-type: none"> Sí 3 punts No 0 punts - 4 proteïnes OspC per les espècies Borrelia afzelii (Ba), Borrelia burgdorferi (Bb), Borrelia garinii (Bg) i Borrelia spielmanii (Bsp) (2 punts) <ul style="list-style-type: none"> Sí 2 punts No 0 punts <p>Es valorarà la disponibilitat de controls externs propis de la casa comercial (fins a 5 punts)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sí 5 punts No 0 punts 	19	19 punts
		5	5 punts (Presenta la composició sencera valorable)
		5	5 punts (Disposa de controls externs propis)
		89	89

LOT 4. REACTIUS PER A TÈCNiques ELISA

		Empresa licitadora	
		PALEX MEDICAL, S.A	
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 85 punts		PUNTS	
VALORACIÓ ECONÒMICA	<p>És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE)</p> <p>Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent:</p> $P_e = \left[1 - \left(\frac{O_e - O_v}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ <p> <i>P_e</i> = Puntuació de l'oferta a Valorar <i>P</i> = Punts criteri econòmic <i>O_e</i> = Oferta Millor <i>O_v</i> = Oferta a Valorar <i>IL</i> = Import de Licitació <i>VP</i> = Valor de ponderació, essent 1 </p>	65	65 punts (35.493,94 €)
	<p>Es valorarà que l'equip pugui realitzar tan tècniques d'ELISA com tècniques de quimioluminiscència (fins a 6,5 punts)</p> <p>Sí 6,5 punts No 0 punts</p>	6,5	6,5 punts (Presenta tant tècniques d'ELISA com de quimioluminiscència)
	<p>Es valorarà que l'equip pugui realitzar tant la lectura de l'absorbància de la placa com l'agitació d'aquesta en cas que la tècnica ho requereixi (fins a 5 punts)</p> <p>Sí 5 punts No 0 punts</p>	5	5 punts (Pot realitzar tant la lectura de l'absorbància de la placa com l'agitació d'aquesta)
	<p>Es valorarà que l'equip tingui una capacitat mínima de 192 mostres (fins a 6 punts)</p> <p>Sí 6 punts No 0 punts</p>	6	6 punts (Te una capacitat mínima de 192 mostres)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	<p>Es valorarà el licitador amb el màxim nombre de participants al control extern UK-NEQAS (fins a 2'5 punts). (Obtindrà 2,5 punts l'empresa que tingui el màxim nombre de participants al control extern UK-NEQAS, la resta d'empreses 0 punts)</p> <p>Sí 2,5 punts No 0 punts</p>	2,5	2,5 punts
		85	85

LOT 5. REACTIUS PER A TÈCNICA DE MICROARRAYS PEL DIAGNÒSTIC MOLECULAR DE LES PATOLOGIES AL·LÈRGIQUES

		Empresa licitadora	
		MACROARRAY DIAGNOSTICS GBMH	
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts		PUNTS	
VALORACIÓ ECONÒMICA	<p>És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE)</p> <p>Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent:</p> $P_e = \left[1 - \left(\frac{O_e - O_v}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ <p> <i>P_e</i> = Puntuació de l'oferta a Valorar <i>P</i> = Punts criteri econòmic <i>O_e</i> = Oferta Millor <i>O_v</i> = Oferta a Valorar <i>IL</i> = Import de Licitació <i>VP</i> = Valor de ponderació, essent 1 </p>	65	65 punts (68.550,00 €)
	<p>Es valorarà el licitador amb el màxim nombre de components inclosos al microarray (fins a 15 punts) (Obtindrà 15 punts l'empresa que tingui el màxim nombre de components inclosos al microarray, la resta d'empreses obtindran 0 punts)</p> <p>Sí 15 punts No 0 punts</p>	15	15 punts
	<p>Es valorarà la tècnica que permeti inhibir la interferència de la sensibilització a residus de carbohidrats (CCD) en els resultats del perfil de sensibilització (fins a 15 punts)</p> <p>Sí 15 punts No 0 punts</p>	15	15 punts (Presenta tècnica que permet inhibir la interferència de la sensibilització a residus de CCD)
	<p>Es valorarà positivament el participant que requereixi menor volum de mostra per la realització de la tècnica (fins a 5 punts)</p> <p>Sí 5 punts No 0 punts</p>	5	5 punts
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS		100	100

LOT 6. REACTIUS PER A TÈCNICA D'IMMUNOFLUORESCÈNCIA INDIRECTA

		Empresa licitadora	
		EUROIMMUN DIAGNOSTICS ESPAÑA S.L.U.	
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 90 punts		PUNTS	
VALORACIÓ ECONÒMICA	<p>És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE)</p> <p>Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent:</p> $P_e = \left[1 - \left(\frac{O_m - O_p}{O_m} \right) \times \left(\frac{IL}{VP} \right) \right] \times P$ <p> <i>P_e</i> = Puntuació de l'oferta a Valorar <i>P</i> = Punts criteri econòmic <i>O_m</i> = Oferta Millor <i>O_p</i> = Oferta a Valorar <i>IL</i> = Import de Licitació <i>VP</i> = Valor de ponderació, essent 1 </p>	65	65 punts (115.453,20 €)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	<p>Es valorarà el licitador que ofereixi la realització de totes les determinacions incloses al Lot mitjançant tècniques automatitzades (fins a 5 punts)</p> <p>Sí 5 punts No 0 punts</p>	5	5 punts (Totes les determinacions es realitzen mitjançant tècniques automatitzades)
	<p>Es valorarà el licitador amb els portaobjectes formats per mosaics que incloguin el màxim nombre d'antigens (sent els mínims els especificats en el Plec Tècnic) (fins a 10 punts)</p> <p>Sí 10 punts No 0 punts</p>	10	10 punts
	<p>Es valorarà el licitador que requereixi de menys equips per a realitzar totes les determinacions incloses al Lot (si s'aporta 1 equip es donarà tots els punts, si són necessaris 2 equips o més 0 punts) (fins a 5 punts)</p> <p>Sí 5 punts No 0 punts</p>	5	5 punts (aporta 1 equip)
	<p>Es valorarà el licitador que disposi de controls de qualitat externs propis (fins a 5 punts)</p> <p>Sí 5 punts No 0 punts</p>	5	5 punts (Disposa de controls de qualitat externs propis)
90		90	

LOT 7. BIOMARCADORS MONOTEST

		Empresa licitadora	
		FUJIREBIO IBERIA SLU	
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 78 punts		PUNTS	
VALORACIÓ ECONÒMICA	<p>És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE)</p> <p>Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent:</p> $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{O_v} \right) \right] \times P$ <p> P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic O_m = Oferta Millor O_v = Oferta a Valorar R_L = Import de Licitació VP = Valor de ponderació, essent 1 </p>	33	33 punts (70.064,80 €)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	<p>Valoració preanalítica: (fins a 15 punts)</p> <ul style="list-style-type: none"> Es valorarà la validació de l'estabilitat de les magnituds en LCR de mínim 4 hores, abans de centrifugar i aliquotar (fins a 5 punts) <ul style="list-style-type: none"> Sí 5 punts No 0 punts Es valorarà la validació de l'estabilitat de les magnituds en LCR en les aliquotes de mínim 48 hores, abans de congelar (fins a 5 punts) <ul style="list-style-type: none"> Sí 5 punts No 0 punts Es valorarà la validació dels contenidors de la mostra per evitar l'absorció de la substància amiloide (fins a 5 punts) <ul style="list-style-type: none"> Sí 5 punts No 0 punts <p>Valoració equip i metodologia: (fins a 20 punts)</p> <ul style="list-style-type: none"> Es valorarà la mesura per quimioluminiscència automatitzada en format monotest (fins a 10 punts) <ul style="list-style-type: none"> Sí 10 punts No 0 punts Es valorarà que l'equip permet mesurar en la mateixa mostra la concentració de substància β amiloide 1-42, 1-40, tau i pTau-181 (fins a 10 punts) <ul style="list-style-type: none"> Sí 10 punts No 0 punts <p>Valoració del catàleg: (fins a 10 punts)</p> <ul style="list-style-type: none"> Es valorarà que dins el catàleg (vàlid en format RUO), inclogui biomarcadors en plasma de la família de la proteïna amiloide i de la família de la proteïna Tau (fins a 5 punts) <ul style="list-style-type: none"> Sí 5 punts No 0 punts Es valorarà que dins el catàleg (vàlid en format RUO), inclogui altres biomarcadors de malalties neurodegeneratives (fins a 5 punts) <ul style="list-style-type: none"> Sí 5 punts No 0 punts 	15	20 punts (Presenta la mesura per quimioluminiscència automatitzada en format monotest i permet mesurar en la mateixa mostra la concentració de la substància valorable)
		20	10 punts (Dins del catàleg en format RUO s'inclouen els biomarcadors valorables)
		78	78

LOT 8. ANÀLISI DE PROTEÏNES

		Empresa licitadora	
		THE BINDING SITE SPAIN	
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 78 punts		PUNTS	
VALORACIÓ ECONÒMICA	Es obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex E. Les ofertes econòmiques presentades sempre que no anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula	$A_i = \left[1 - \left(\frac{P_i - O_m}{P - O_m} \right) \right] \cdot P$ <p> <i>P_i</i> = Puntuació de l'oferta a Valorar <i>P</i> = Punt criteri econòmic <i>O_m</i> = Oferta Millor <i>O_v</i> = Oferta a Valorar <i>E_i</i> = Import de Licitació <i>WP</i> = Valor de ponderació, essent 1 </p>	30 30 punts (102.517,52 i)
	CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	Es valorarà el principi de mesura per immunoturbidimetria potenciada amb làtex (fins a 10 punts) Sí 10 punts No 0 punts	10
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	Es valorarà la detecció automàtica de l'excés d'antigen mitjançant més d'un mètode diferent (fins a 10 punts) Sí 10 punts	10	10 punts (Utilitza més d'un mètode diferent)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	Es valorarà que s'aporti una safata de reactius refrigerada (fins a 2 punts) Sí 2 punts No 0 punts	2	2 punts (Aporta una safata de reactius refrigerada)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	Es valorarà la càrrega contínua de reactius, mostres i fungibles (fins a 2 punts) Sí 2 punts No 0 punts	2	2 punts (Permet la càrrega contínua de reactius, mostres i fungibles)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	Es valorarà que els reactius siguin llestos per al seu ús (fins a 2 punts) Sí 2 punts No 0 punts	2	2 punts (Presenta reactius llestos per al seu ús)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	Es valorarà la detecció de coàgul i el volum de la mostra (fins a 2 punts) Sí 2 punts No 0 punts	2	2 punts (Presenta la detecció de coàgul i el volum de la mostra)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	Es valorarà la màxima estabilitat dels reactius una vegada oberts (fins a 10 punts) Sí 10 punts No 0 punts	10	10 punts
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	Es valorarà el licitador amb major número de participants en programes de control externs de qualitat (fins a 10 punts) Sí 10 punts	10	10 punts
		78	78

LOT 9. REACTIUS PER A L'ESTUDI DELS ANTICOSSOS RELACIONATS AMB L'ANÈMIA PERNICIOSA

		Empresa licitadora	
		WERFEN ESPAÑA, S.A.U.	
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 87 punts		PUNTS	
VALORACIÓ ECONÒMICA	<p>Es obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE)</p> <p>Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent:</p> $P_e = \left[1 - \left(\frac{O_m - O_v}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ <p style="font-size: small;"> P_e = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic O_m = Oferta Millor O_v = Oferta a Valorar IL = Import de Licitació VP = Valor de ponderació, essent 1 </p>	62	62 punts (45.753,60 €)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	<p>Es valorarà l'estudi quantitatiu per als anticossos anti-factor intrinsec, concretament mitjançant la tècnica de quimioluminiscència (fins a 15 punts)</p> <p style="text-align: center;"> Sí 15 punts No 0 punts </p>	15	15 punts (Te la tècnica de quimioluminiscència)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	<p>Es valorarà que l'estudi dels anticossos anti-mucosa gàstrica es realitzi mitjançant Immunofluorescència Indirecta (fins a 10 punts)</p> <p style="text-align: center;"> Sí 10 punts No 0 punts </p>	10	10 punts (Te immunofluorescència indirecta)
		87	87

LOT 10. REACTIUS PER A TÈCNiques DE SEROLOGIA MONOTEST

		Empresa licitadora	
		VIRCELL SPAIN SLU	
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 82 punts		PUNTS	
VALORACIÓ ECONÒMICA	<p>Es obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE)</p> <p>Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent:</p> $P_e = \left[1 - \left(\frac{O_m - O_v}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ <p style="font-size: small;"> P_e = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic O_m = Oferta Millor O_v = Oferta a Valorar IL = Import de Licitació VP = Valor de ponderació, essent 1 </p>	52	52 punts (100.104,02 €)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	<p>Es valorarà que l'equip permeti una màxima capacitat de càrrega de mostres (fins a 10 punts)</p> <p style="text-align: center;"> Sí 10 punts No 0 punts </p>	10	10 punts
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	<p>Possibilitat d'introduir mostres urgents quan l'equip està treballant (fins a 9 punts)</p> <p style="text-align: center;"> Sí 9 punts No 0 punts </p>	9	9 punts (Permet introduir mostres urgents quan l'equip està treballant)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	<p>Possibilitat de realitzar diferents test en una mateixa mostra (fins a 4 punts)</p> <p style="text-align: center;"> Sí 4 punts No 0 punts </p>	4	4 punts (Permet realitzar diferents test en una mateixa mostra)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	<p>Es valorarà que l'equip disposi de pipeteig amb doble detecció (fins a 7 punts)</p> <p style="text-align: center;"> Sí 7 punts No 0 punts </p>	7	7 punts (Disposa de pipeteig amb doble detecció)
		82	82

LOT 11. REACTIUS CONFIRMATORIS VHC I VIH

		Empresa licitadora	
		BIO-RAD LABORATORIES S.A.	
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 60 punts		PUNTS	
VALORACIÓ ECONÒMICA	<p>Es obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE)</p> <p>Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent:</p>	$P_e = \left[1 - \left(\frac{Q_m - Q_p}{Q_m} \right) \times \left(\frac{I_L}{VP} \right) \right] \times P$ <p> <i>P_e</i> = Puntuació de l'oferta a Valorar <i>P</i> = Punts criteri econòmic <i>Q_m</i> = Oferta Millor <i>Q_p</i> = Oferta a Valorar <i>I_L</i> = Import de Licitació <i>VP</i> = Valor de ponderació, essent 1 </p>	18 18 punts (31,411.58 €)
	CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	<p>Es valorarà que es pugui utilitzar en mostres obtingudes per punció digital, sèrum i plasma (fins a 2 punts)</p> <p>Sí 2 punts No 0 punts</p>	2
	<p>Es valorarà que disposi dels antigens VIH-1 (p31, gp160, p24, gp41) i VIH-2 (gp36, gp140) (fins a 5 punts)</p> <p>Sí 5 punts No 0 punts</p>	5	5 punts (Disposa dels antigens VIH-1 i VIH-2)
	<p>Es valorarà poder obtenir els resultats amb el menor temps possible (fins a 10 punts)</p> <p>Sí 10 punts No 0 punts</p>	10	10 punts (Pot obtenir els resultats amb el menor temps possible)
	<p>Es valorarà la necessitat de refrigeració dels reactius (fins a 5 punts)</p> <p>Sí 0 punts No 5 punts</p>	5	5 punts (No necessiten refrigeració)
	<p>Es valorarà l'espai que necessita l'equip i PC/escàner (en cas que sigui necessari) (el que necessiti menys espai 10 punts) (fins a 10 punts)</p> <p>Sí 10 punts No 0 punts</p>	10	10 punts
	<p>Es valorarà la major implantació en laboratoris nacionals (fins a 10 punts)</p> <p>Sí 10 punts No 0 punts</p>	10	10 punts
		60	60

LOT 12. REACTIUS PER A LA QUANTIFICACIÓ DELS NIVELLS DE FÀRMAC I ANTICOSSOS

		Empresa licitadora		
		MENARINI DIAGNÒSTICOS, S.A.	PALEX MEDICAL, S.A	
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts		PUNTS		
VALORACIÓ ECONÒMICA	<p>Es obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE)</p> <p>Les ofertes econòmiques presentades sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent:</p> $P_e = \left[1 - \left(\frac{Q_m - Q_p}{Q_m - Q_p} \right) \times \left(\frac{R}{R} \right) \right] \times P$ <p> P_e = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic Q_m = Oferta Millor Q_p = Oferta a Valorar R = Import de Licitació WP = Valor de ponderació, essent 1 </p>	81	81 punts (57.088,00 €)	70,070 punts (66.008,00 €)
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS	Es valorarà el fabricant amb un major nombre de fàrmacs i anticossos disponibles al seu catàleg o en desenvolupament per al llarg del 2023 (fins a 2 punts)	2	0 punts (6 fàrmacs diferents disponibles i 7 anticossos diferents disponibles al seu catàleg, i 4 en desenvolupament)	2 punts (5 fàrmacs diferents disponibles i 6 anticossos diferents disponibles al seu catàleg, i 8 en desenvolupament)
	Es valorarà el format monotest dels reactius (fins a 4 punts)	4	4 punts (Els reactius oferts presenten format monotest)	4 punts (Els reactius oferts presenten format monotest)
	Possible transició a un equip de càrrega contínua de mostres mitjançant la tecnologia Quimioluminiscència (CLIA) en cas que l'activitat del laboratori ho requereixi (fins a 5,5 punts)	5,5	0 punts (No presenta tecnologia CLIA)	5,5 punts (Presenta tecnologia CLIA)
	Es valorarà l'equip amb les mínimes dimensions (fins a 7,5 punts)	7,5	7,5 punts [320,6 mm (Largo); 180,6 mm (Ancho); 206,4 mm (Alto)]	7,5 punts [Alçada: 20cm; Amplada: 18cm; Profunditat: 32cm]
		100	92,5	89,07

S'ha indicat que la Mesa avaluarà les ofertes i elevarà l'acta amb la seva proposta d'adjudicació i les observacions que estimi pertinents a l'Òrgan de Contractació, el qual decidirà l'adjudicació del contracte.

I, sense cap altre qüestió de què tractar, sent les 13:30 hores, la Presidenta aixeca la sessió, de la qual, s'estén aquesta acta.




La Presidenta
 Sra. Alba Cebollero Agustí




La Secretària
 Sra. Mireia Taboada Villagrasa