

Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen l'Acord Marc amb una única proveïdora per a la contractació en procediment obert per al "Subministrament de material fungible per la humidificació en ventilació invasiva i no invasiva d'ús hospitalari" amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona

Expedient 2024-12

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT

L'objecte d'aquest plec és establir les condicions de la contractació per al subministrament de material fungible per la humidificació durant la ventilació invasiva i no invasiva de les vies aèries en pacients adults i nounats, d'ús hospitalari amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona" (en endavant l'HCB).

Amb l'execució del present contracte es pretén dotar als professionals sanitaris del material més adient per tal d'atendre les necessitats i garantir amb seguretat el tractament més adequat a les necessitats de cada pacient.

Les quantitats d'unitats que figuren a l'annex ACO3 del Plec de Clàusules administratives Particulars (en endavant PCAP), s'han calculat d'acord amb un càlcul estimatiu dels consums de l'HCB durant el període que es contracta. És per això que aquestes quantitats podran ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats. L'HCB no quedarà obligat a garantir les unitats estimades.

El contracte consta de 3 lots, 6 articles corresponents als diferents productes a subministrar, segons consta l'annex ACO1 del present PPT. Les licitadores hauran de presentar oferta per a la totalitat de cada lot.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS

Els requeriments tècnics mínims dels articles licitats són els descrits a l'annex ACO1 del Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT).

Durant el transcurs del contracte, està previst que l'HCB adopti la implementació de la plataforma EDI (intercanvi electrònic de dades). Arribat el moment de la referida implementació, l'adjudicatària s'haurà d'adaptar-se a aquest canvi, i per tant, de disposar de les eines necessàries per tal de fer efectiu la correcta execució de la plataforma EDI entre l'adjudicatària i l'HCB.

Els requeriments tècnics dels articles licitats són els descrits a l'annex ACO1 del Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT).

Juntament amb els requeriments tècnics descrits a l'annex ACO1 del PPT, les licitadores hauran de complir amb les següents obligacions:

2.1 Certificats i normatives

Els productes sanitaris objectes del contracte hauran de complir amb la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat. Per aquest motiu, les licitadores hauran de presentar en el **sobre de l'oferta que correspongui**, una declaració conforme tots els productes estan etiquetats d'acord amb el contingut previst en el RD 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris.

D'altra banda, els productes sanitaris objecte del contracte han de complir amb la normativa de la marca CE, "*Conformi té Européenne*" que es recolza en la Directiva europea 93/68/CEE. Això implica que els licitadors han d'aportar en el **sobre de l'oferta que correspongui** el marcatge CE i el certificat de l'organisme notificador. No obstant això, en el cas dels productes sanitaris Classe I no estèrils, serà suficient presentar la declaració de conformitat (DC) en el **sobre de l'oferta que correspongui**. Així mateix, els licitadors han de complir tota aquella normativa nacional, comunitària o internacional vigent que se'ls pugui aplicar.

Així mateix, és necessari aportar en el **sobre de l'oferta que correspongui**, la certificació del producte lliure de làtex i/o DEHP en aquells productes que així es requereixi a l'annex ACO1 del PPT.

Quedaran excloses les propostes que no aportin els certificats i normatives reglamentaris que s'esmenten en aquest apartat, d'acord amb l'apartat 2.B del quadre de característiques del PCAP.

Totes les normatives i certificats hauran de presentar-se en castellà i/o català.

2.2 Formació

Les empreses adjudicatàries hauran de formar a tot personal de l'HCB per a l'ús correcte dels productes subministrats, tant a l'inici del contracte com de forma contínua durant la vigència del contracte, així mateix les adjudicatàries hauran de lliurar un manual d'usuari amb instruccions d'utilització, preferiblement en català o bé en castellà.

Pla de formació

El pla de formació constarà de:

- ✓ Formació de tot el personal de l'HCB durant tots els torns (Matí, Tarda ,Nit i caps de setmana).
- ✓ El pla formatiu es durà a terme a l'inici del contracte i haurà de ser impartit pel personal suficient per tal que en una setmana estigui correctament format tot el personal de l'hospital relacionat amb el material objecte del concurs
- ✓ Formació continuada, basada amb les necessitats i disponibilitat del personal que ho requereixi.
- ✓ Aportació de material, manual d'instruccions i guies ràpides de maneig o protocol d'utilització del material, preferiblement en català, i si no es possible en castellà.

3. FITXA TÈCNICA

A la fitxa tècnica hauran de reflectir-se tots els extrems/requeriments tècnics que es detallen a l'Annex ACO1 del PPT per cadascun dels productes/lots als quals es licita.

Per a més aclariment al respecte, haurà de constar, com a mínim i amb caràcter essencial la següent informació:

- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
- Marca comercial de l'article.
- Descripció de les característiques bàsiques del producte.
- Descripció de la composició del producte.
- Mides: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
- Certificació de lliure de làtex, DEHP si escau i es requereix segons annex ACO1 del PPT.
- Fotografia, que identifiqui amb claredat el producte, és a dir, que la imatge sigui nítida. No es valoraran si porten dibuix
- Mesures de l'emalatge del producte, com la llargada i amplada.
- Mètode d'esterilització, si aplica
- Codi EAN i nacional, si aplica

En cas que la fitxa tècnica no compleixi els extrems descrits en el present apartat del PPT i, per tant, no es pugui verificar el compliment de la descripció tècnica del producte en qüestió, l'empresa quedarà exclosa del procediment de licitació respecte al lot o producte presentat.

4. CADUCITAT DELS MATERIALS

Les caducitats dels materials no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del material, ni inferiors als 60 dies. En aquells materials on la vida útil dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran materials amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.

Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat patís evolució tecnològica, o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.

Tots els productes oferts hauran d'acomplir amb els requeriments tècnics i de qualitat expressament exigits per la normativa Nacional i Internacional.

En les ofertes tècniques hauran de constar totes les referències i mides de cada un dels articles que componen el lot al qual es licita.

5. IDENTIFICACIÓ DELS MATERIALS

Tots els productes es presentaran envasats individualment i estèrils, si es requereix. L'incompliment d'aquest apartat podria ser motiu d'exclusió. En l'envàs ha de constar dades essencials en català o castellà en una part visible, de forma que permeti una fàcil i ràpida visualització de les mateixes:

- Identificació de l'empresa
- Referència comercial
- Dades necessàries per identificar el producte i contingut
- Marca CE i numero del organisme notificat, si aplica
- N° de lot
- Data de caducitat
- Identificació de material d'un sol ús, si aplica
- Condicions específiques de emmagatzemen i conservació
- Mètode d'esterilització, si aplica
- Lliure de làtex, DEHP si aplica

6. CONDICIONS LOGÍSTIQUES DELS LLIURAMENTS DE MATERIALS AL MAGATZEM GENERAL DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.

6.1 Lloc i horari de lliurament

El Magatzem General de l'Hospital Clínic de Barcelona està ubicat al carrer Ignasi Iglesias, nº. 13, Nau nº 9 de Cornellà de Llobregat, 08940 - Barcelona.

En cas d'un canvi d'ubicació del magatzem, es comunicaria prèviament amb la deguda antelació i es mantindrien totes les condicions que és relacionen en aquest document.

La recepció de materials al magatzem es realitza de dilluns a divendres no festius, en horari de 7h a 14h, a excepció del material refrigerat que és de 7h a 10h.

Cada proveïdora tindrà un dia setmanal assignat per realitzar els seus lliuraments, que haurà de respectar, doncs no es permetrà cap entrega fora d'aquest dia sense previ avís, amb una antelació mínima de 72 hores, als departaments d'Aprovisionament, Compres i Logística.

La proveïdora que no respecti el seu dia de lliurament, sense previ avís per causes justificades, se li aplicarà una penalització del 5% de l' import total de l'albarà si existeix un incompliment successiu de tres entregues en un període de 6 mesos.

En cas d'incidència, s'haurà de comunicar al responsable del magatzem, amb qui s'haurà de pactar un dia alternatiu per realitzar el lliurament d'acord amb les necessitats del servei de Logística.

Cap d'Equip de Magatzem: Carlos Sánchez, telèfon 648 21 98 84, c: csanche2@clinic.cat

6.2 Recepció i lliurament físic dels materials

Per dur a terme la recepció física, el material haurà d'anar acompanyat de la documentació necessària i suficient.

No s'acceptarà cap lliurament si no té assignat un número de comanda oficial de l' HCB. Tampoc s'acceptarà cap lliurament de materials en dipòsit, com pròtesi i implants, així com de materials radioactius, doncs el lliurament s'ha de fer directament al servei sol·licitant.

L'albarà haurà d'anar a l'exterior del paquet. Ara bé, si estigués a l'interior, serà el transportista qui haurà d'obrir-lo per presentar-lo a la recepció de proveïdors del magatzem.

En qualsevol cas, l'albarà haurà de ser llegible i presentar-se en suport paper i en correctes condicions per al seu processament. És probable que durant la vigència del contracte s'implementi obligatòriament l'albarà electrònic, què es notificaria prèviament amb antelació.

Cada albarà correspondrà a un únic número de comanda i cada paquet contindrà el material corresponent a un únic albarà.

A l'albarà valorat haurà de constar necessàriament les següents dades de l'HCB : El número de codi intern de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient.

L'albarà original es quedarà en poder del magatzem. Si el proveïdor subministra una còpia, se li retornarà segellada amb un "Conforme llevat examen".

Els paquets hauran d'estar correctament identificats amb el número d'albarà i de comanda, a més del nom de la proveïdora.

Els envasos i embalatges aniran amb el sistema d'identificació per codi de barres basat en la Norma GS1-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1 -128 (antic EAN-128), com a mínim constarà el material, la quantitat inclosa, lot i data de caducitat. A més, l'HCB podrà sol·licitar que aquesta identificació estigui implementada en etiquetes RFID passives a nivell de palet, caixa i unitat. En qualsevol cas, hauran de poder-se llegir pels dispositius lectors de l'HCB.

Les etiquetes adhesives dels operadors logístics en cap cas anul·laran les identificacions del fabricant i/o proveïdor.

Els materials es lliuraran, en cas d'anar paletitzats, en palets normalitzats segons l'estàndard europeu (80 cm x 120 cm) i precintats de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-los (precinte transparent). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu i presentats en les degudes condicions de seguretat i higiene. L'alçada màxima de cada palet serà de 160 cm, incloent mercaderia i palet.

El material, quan la seva quantitat equivalgui a un palet sencer i sempre que sigui del mateix lot, s'haurà de presentar en un únic palet estàndard europeu, sense cap fraccionament.

La descàrrega de qualsevol tipus de material estigui o no paletitzada, anirà sempre a càrrec de la proveïdora o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà dintre del magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB.

Els vehicles utilitzats en el lliurament de mercaderies a l'HCB hauran de mantenir l'adequada neteja interior.

6.3 Condicions de les devolucions

Les devolucions de material es notificaran al proveïdor per correu electrònic i hauran de ser retirats del Magatzem General en un termini màxim de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor.

Ara bé, passat el termini de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor, i per recuperar el material, s'haurà de fer càrrec de les despeses d'emmagatzematge.

Per cada metre cúbic de mercaderia, la despesa d'emmagatzematge serà d'1€ al dia, IVA inclòs, i en cas de que fos material refrigerat o be de congelador, tindrien una despesa diària de 3€, IVA inclòs.

L'Hospital Clínic emetrà al proveïdor pertinent, una factura per les despeses ocasionades de l'emmagatzematge de les devolucions a les instal·lacions del magatzem general, passat el termini esmentat de notificació i acceptació.

A partir del tres mesos sense retirar-lo l'HCB podrà disposar del material com consideri més convenient, inclosa la seva destrucció.

L'embalatge de qualsevol material subjecte a devolució es farà segons el criteri dels tècnics logístics de l'HCB. El procediment administratiu de la devolució es regirà sempre i únicament segons els protocols de l'HCB.

6.4 Control de qualitat

Dins el procés de millora continua en el que es trobà immers l'àrea de Logística de l'HCB, es preveu la posada en marxa d'uns indicadors per tal d'avaluar logísticament els proveïdors:

- ✓ Compliment del dia de lliurament assignat a la comanda.
- ✓ Condicions de presentació dels embalums.
- ✓ Condicions de presentació dels palets d'estàndard europeu.
- ✓ Compliment de la senyalització dels pictogrames en els embalums.
- ✓ Compliment de les condicions de temperatura dels materials.
- ✓ Estadística de les no conformitats.
- ✓ Estadística dels materials en trencament d'estoc.

Aquets indicadors podran ser utilitzats per l'avaluació del correcte compliment de la prestació objecte del contracte. En cas que l'hospital observi un incompliment successiu dels compromisos assumits per l'empresa amb ajuda d'aquets indicadors, la proveïdora podrà ser penalitzada d'acord amb el règim de penalitats establert a l'apartat 3.1 del quadre de característiques del PCAP.

6.5 Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment durant la vigència del contracte. Així mateix, les empreses adjudicatàries es comprometen a assegurar els terminis de lliurament.

El temps d'entrega després de fer la comanda serà entre 7-15 dies.

Els responsables logístics de l'HCB podran visitar les instal·lacions prèvia acceptació del proveïdor per comprovar in situ la disponibilitat dels estocs dels articles adjudicats.

L'incompliment del termini del lliurament del material fungible pactat es penalitzarà en funció dels dies de retard segons la següent escala:

- Fins a 5 dies amb el 5-15% del valor de la comanda (IVA inclòs).
- De 6 a 10 dies amb el 10-30% del valor de la comanda (IVA inclòs).
- A partir del dia 11 amb el 15-50% del valor de la comanda, a més d'un 2% addicional per cada 5 dies addicionals de retard (IVA inclòs).

L'incompliment del termini d'integració amb el HIS de l'Hospital dels equips en cessió, per motius aliens al Hospital, es penalitzarà amb un 50% de la comanda de material fungible de un any.

Barcelona, 22 de febrer de 2024



Rosa Oliveras

Directora de Serveis Generals
de l'Hospital Clínic de Barcelona

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.
Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	Subministrament de material fungible per la humidificació en ventilació invasiva i no invasiva
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2024/12

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:						TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ	TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR	
EMPRESA				DATA		ORDINARI 5 dies laborables	ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*)	URGENT OFERTAT (Hores) (*)
MAIL				MAIL comandes				
PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL)	TELÈFON	DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes)	TELÈFON comandes			URGENT 24 hores		
			FAX COMANDES					

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
1	1 al 2															
1	1	181103	Connector d'interfaz de traqueotomia cònic, diàmetre 15mm. Compatible amb humidificador Fisher & Paykel i Airvo. Un sol ús. Sense làtex. Lliure de DEHP.	UND												
1	2	206854	Kit per a circuit respiratori d'aire calent, resistència en espiral a lo llarg del tub, cambra auto-ompliment, adaptador p/nebulització i sensors de Tª integrats, llargària 1,7-1,9m. Compatible amb generador flux Airvo/Airvo2. Un sol ús. Sense làtex.0	KIT												
2	3 al 4															

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
2	3	211878	Kit per a circuit respiratori doble escalfat, per a ventilació invasiva, cambra auto-ompliment, línia seca, línia de pressió, port mdi, filtre i adaptadors, llargària entre 1,6-1,7m. Compatible amb humidificador FP950. Un sol ús. Sense làtex.0	KIT												
2	4	214994	Kit per a circuit respiratori amb ramal escalfat, per a ventilació no invasiva, cambra auto-ompliment, línia seca, línia de pressió, port mdi, filtre i adaptadors, llarg entre 1,6-1,7m. Compatible amb humidificador FP950. Un sol ús. Sense làtex.0	KIT												
3	5 al 6															
3	5	213400	Kit circuit respiratori neonatal doble escalfat ventilació invasiva: cambra autoemplenable doble flotador, línia seca, línia pressió i adaptadors, ramal inspir.aprox.1,75m, ramal expir.aprox 1,6m. Compatible amb humidificador FP950. Un sol ús. Durada d'ús entre 13-15 dies. Connexió 15mm. Tolerància de l'aprox. +/- 5%	KIT												
3	6	213399	Kit circuit respiratori neonatal de ventilació no invasiva compost per: cambra autoemplenable amb doble flotador, línia seca, línia de pressió i adaptadors, ramal inspir. llargària aprox. 1,75m. Compatible amb humidificador FP950. Un sol ús. Tolerància de l'aprox. +/- 5%	KIT												

Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposta a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP

*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)

Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE.
En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE.
Presentación obligatoria de este anexo en formato EXCEL no protegido.

TITULO EXPEDIENTE:	Suministro de material fungible para la humidificación en ventilación invasiva y no invasiva
NUMERO EXPEDIENTE:	2024/12

LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:					PLAZOS DE ENTREGA MAXIMOS LICITACIÓN	PLAZOS ENTREGA OFERTADOS LICITADOR		
EMPRESA				FECHA		ORDINARIO 5 días laborables	ORDINARIO OFERTADO (días laborables) (*)	URGENTE OFERTADO (Horas) (*)
MAIL				MAIL PEDIDOS				
PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL)	TELÉFONO	DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos)	TELÉFONO PEDIDOS					
			FAX PEDIDOS		URGENTE 24 horas			

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR													
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN	UNIDAD MÍNIMA DE	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE	
1	1 al 2																	
1	1	181103	Conector de interfaz de traqueotomía cónico, diámetro 15mm. Compatible con humidificador Fisher&Paykel y Airvo. Un solo uso. sin látex. Libre de DEHP.	UND														
1	2	206854	Kit para circuito respiratorio de aire caliente, resistencia en espiral a lo largo del tubo, cámara autorrellenable, adaptador p/nebulizar y sensores de Tª integrados, long 1,7-1,9m. Compatible con generador flujo Airvo/Airvo2. Un solo uso.Sin látex.0	KIT														
2	3 al 4																	

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
2	3	211878	Kit para circuito respiratorio doble calentado, para ventilación invasiva, cámara autorrellenable, línea seca, línea presión, puerto mdi, filtro y adaptadores, longitud entre 1,6-1,7m. Compatible con humidificador FP950. Un solo uso. Sin látex.0	KIT												
2	4	214994	Kit para circuito respiratorio con ramal calentado, para ventilación no invasiva, cámara autorrellenable, línea seca, línea de presión, puerto mdi, filtro y adaptadores, long entre 1,6-1,7m. Compatible con humidificador FP950. Un solo uso. Sin látex.0	KIT												
3	5 al 6															
3	5	213400	Kit circuito respiratorio neonatal doble calentado ventilación invasiva: cámara autorrellenable doble flotador, línea seca, línea presión y adaptadores, ramal inspir.aprox 1,75m, ramal expir.aprox 1,6m. Compatible con humidificador FP950.Un solo uso. Duración de uso entre 13-15 días. Conexión 15mm. Tolerancia del aprox. +/- 5%	KIT												
3	6	213399	Kit circuito respiratorio neonatal de ventilación no invasiva compuesto por: cámara autorrellenable con doble flotador, línea seca, línea de presión y adaptadores, ramal inspir. longitud aprox. 1,75m. Compatible con humidificador FP950. Un solo uso. Tolerancia del aprox. +/-5%	KIT												

Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP

* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 2 PPT ALBARÀ DE MOSTRES

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.
 En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.
Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	Subministrament de material fungible per la humidificació en ventilació invasiva i no invasiva
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2024/12

IDENTIFICACIÓ DEL LICITADOR I DE L'OFERTA:		REGISTRE DE MOSTRES	
EMPRESA:		DATA I HORA RECEPCIÓ	
MAIL		SEGELL I SIGNATURA	
		NOM I DNI/MATRICULA DEL RECEPTOR	

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE DEL LICITADOR			
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE	QUANTITAT DE MOSTRES REQUERIDES	QUANTITAT DE MOSTRES PRESENTADES
1	1 al 2						
1	1	181103	Connector d'interfaz de traqueotomia cònic, diàmetre 15mm. Compatible amb humidificador Fisher & Paykel i Airvo. Un sol ús. Sense làtex. Lliure de DEHP.			5	
1	2	206854	Kit per a circuit respiratori d'aire calent, resistència en espiral a lo llarg del tub, cambra auto-ompliment, adaptador p/nebulització i sensors de Tª integrats, llargària 1,7-1,9m. Compatible amb generador flux Airvo/Airvo2. Un sol ús. Sense làtex.0			6	
2	3 al 4						
2	3	211878	Kit per a circuit respiratori doble escalfat, per a ventilació invasiva, cambra auto-ompliment, línia seca, línia de pressió, port mdi, filtre i adaptadors, llargària entre 1,6-1,7m. Compatible amb humidificador FP950. Un sol ús. Sense làtex.0			5	

2	4	214994	Kit per a circuit respiratori amb ramal escalfat, per a ventilació no invasiva, cambra auto-ompliment, línia seca, línia de pressió, port mdi, filtre i adaptadors, llarg entre 1,6-1,7m. Compatible amb humidificador FP950. Un sol ús. Sense làtex.0			5	
3	5 al 6						
3	5	213400	Kit circuit respiratori neonatal doble escalfat ventilació invasiva: cambra autoemplenable doble flotador, línia seca, línia pressió i adaptadors, ramal inspir.aprox.1,75m, ramal expir.aprox 1,6m. Compatible amb humidificador FP950. Un sol ús. Durada d'ús entre 13-15 dies. Connexió 15mm. Tolerància de l'aprox. +/- 5%			2	
3	6	213399	Kit circuit respiratori neonatal de ventilació no invasiva compost per: cambra autoemplenable amb doble flotador, línia seca, línia de pressió i adaptadors, ramal inspir. llargària aprox. 1,75m. Compatible amb humidificador FP950. Un sol ús. Tolerància de l'aprox. +/- 5%			2	

Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.

ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 2 PPT ALBARÁN DE MUESTRAS

Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE.
En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE.
Presentación obligatoria de este anexo en formato EXCEL no protegido.

TÍTULO EXPEDIENTE:	Subministrament de material fungible per la humidificació en ventilació invasiva i no invasiva
NÚMERO EXPEDIENTE:	2024/12

IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR Y DE LA OFERTA:		REGISTRO DE MUESTRAS	
EMPRESA:		FECHA Y HORA RECEPCIÓN	
MAIL		SELLO Y FIRMA	
		NOMBRE Y DNI/MATRICULA DEL RECEPTOR	

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO				IDENTIFICACIÓN ARTICULO DEL LICITADOR			
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA ARTÍCULO	CANTIDAD DE MUESTRAS REQUERIDAS	CANTIDAD DE MUESTRAS PRESENTADAS
1	1 al 2						
1	1	181103	Conector de interfaz de traqueotomía cónico, diámetro 15mm. Compatible con humidificador Fisher&Paykel y Airvo. Un solo uso. sin látex. Libre de DEHP.			5	
1	2	206854	Kit para circuito respiratorio de aire caliente, resistencia en espiral a lo largo del tubo, cámara autorrellenable, adaptador p/nebulizar y sensores de Tª integrados, long 1,7-1,9m. Compatible con generador flujo Airvo/Airvo2. Un solo uso. Sin látex.0			6	
2	3 al 4						

2	3	211878	Kit para circuito respiratorio doble calentado, para ventilación invasiva, cámara autorrellenable, línea seca, línea presión, puerto mdi, filtro y adaptadores, longitud entre 1,6-1,7m. Compatible con humidificador FP950. Un solo uso. Sin látex.0			5	
2	4	214994	Kit para circuito respiratorio con ramal calentado, para ventilación no invasiva, cámara autorrellenable, línea seca, línea de presión, puerto mdi, filtro y adaptadores, long entre 1,6-1,7m. Compatible con humidificador FP950. Un solo uso. Sin látex.0			5	
3	5 al 6						
3	5	213400	Kit circuito respiratorio neonatal doble calentado ventilación invasiva: cámara autorrellenable doble flotador, línea seca, línea presión y adaptadores, ramal inspir.aprox 1,75m, ramal expir.aprox 1,6m. Compatible con humidificador FP950.Un solo uso. Duración de uso entre 13-15 días. Conexión 15mm. Tolerancia del aprox. +/- 5%			2	
3	6	213399	Kit circuito respiratorio neonatal de ventilación no invasiva compuesto por: cámara autorrellenable con doble flotador, línea seca, línea de presión y adaptadores, ramal inspir. longitud aprox. 1,75m. Compatible con humidificador FP950. Un solo uso. Tolerancia del aprox. +/-5%			2	

Si tiene problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta contacte con el email csecreta@clinic.cat o con el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones.