

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ
DELSUBMINISTRAMENT DE 3 ELECTROBISTURIS PER AL CONSORCI SANITARI
INTEGRAL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SUBMINISTRAMENT DE 3 ELECTROBISTURIS PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

Expedient CSI2024001

(IMP-SC-006)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ
DELSUBMINISTRAMENT DE 3 ELECTROBISTURIS PER AL CONSORCI SANITARI
INTEGRAL

OBJECTE DEL CONTRACTE	3
REQUERIMENTS TÈCNICS EQUIPAMENT.....	3
DEMOSTRACIONS.....	3
GARANTIA	4
NORMATIVA.....	4
TERMINI DE LLIURAMENT	4
REQUISITS AL LLIURAMENT DE L'EQUIP	5
FORMACIÓ	5
EMBALATGE, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ	5
CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE SUBMINISTRAMENT	6

OBJECTE DEL CONTRACTE

Subministrament d'electrobisturís per al Consorci Sanitari Integral

Lot	Descripció material	Quantitat
UNIC	ELECTROBISTURIS	3

REQUERIMENTS TÈCNICS EQUIPAMENT

Les característiques tècniques de l'equipament objecte de la licitació són les exposades a l'**Annex tècnic** i són d'obligat compliment. A tal efecte els licitadors ompliran l'Annex tècnic i l'adjuntaran dins del sobre de l'oferta tècnica en format pdf i excel, a més d'acreditar-les documentalment en una **memòria tècnica**.

L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar únicament en català o castellà, en format digital i ha de constar com a mínim:

- Memòria tècnica amb fitxa descriptiva de les característiques tècniques

La no explicitació dels requeriments sol·licitats ni l'aportació d'acreditació documental i en la forma especificada comportarà la no valoració dels mateixos, i conseqüentment l'exclusió automàtica del licitador.

La valoració dels criteris avaluable objectivament es farà amb base a la FITXA TÈCNICA aportada al sobre de la documentació tècnica. Si no es presenta la fitxa tècnica, el licitador estarà exclòs. Si la fitxa tècnica, la memòria tècnica i la resta de la documentació tècnica presentada no acredita el compliment dels requisits tècnics d'obligat compliment de l'annex 2, el licitador quedarà exclòs. Si algun o alguns dels criteris objectius a valorar no queden acreditats en la fitxa tècnica, la memòria tècnica i/o la resta de la documentació tècnica presentada pel licitador seran puntuats amb zero punts.

En cas de discrepància entre la documentació tècnica aportada i el contingut de l'Annex tècnic es donarà prioritat a la informació aportada a la memòria tècnica.

De la mateixa manera s'hauran d'acreditar documentalment a la **memòria tècnica** els aspectes tècnics específics a valorar de l'**Annex de criteris objectius**

DEMOSTRACIONS

El departament de logística es reserva el dret opcional de sol·licitar les demostracions que consideri oportunes amb la finalitat de comprovar in situ el compliment dels requeriments tècnics exigits al plec així com altres criteris de valoració qualitatiu/tècnics avaluable.

En aquest cas, el departament de logística prepararà el calendari de demostracions amb les empreses que hagin estat admeses i compleixin amb els requeriments tècnics exigits.

Els equips hauran d'anar identificats exteriorment com a EQUIPS EN DEMOSTRACIÓ + número d'expedient Així mateix els equips hauran d'anar acompanyats de dos albarans de lliurament.

A tals efectes les empreses que hagin presentat proposta en aquesta licitació hauran de tenir preparat l'equipament ofert amb la configuració ofertada per a realitzar les demostracions al centre (Hospital) en el **termini màxim de 3 dies naturals** des que el departament de logística ho sol·liciti. El no compliment d'aquest requisit el qual determinaria la impossibilitat l'avaluació degudament comportarà l'exclusió de l'empresa de la licitació.

Lloc de presentació: El departament de logística especificarà el lloc, data i persona de contacte en el moment de fer la sol·licitud.

La empresa licitadora es responsabilitzarà de retirar els embalatges de les nostres instal·lacions

GARANTIA

El període de garantia obligatori serà de 2 anys.

NORMATIVA

Els licitadors hauran d'estar al corrent de l'acompliment de la normativa vigent a la que estigui subjecte l'equipament ofert.

TERMINI DE LLIURAMENT

El termini de lliurament de l'equip adjudicat no serà superior als **30 dies** a partir de la data de formalització del contracte.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ
DELSUBMINISTRAMENT DE 3 ELECTROBISTURIS PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

L'equip ha d'estar entregat i en funcionament amb anterioritat al 30/06/2024, L'incompliment del termini indicat, consistent en un endarreriment en la instal·lació i posada en marxa de l'equipament contractat, que impliqui no disposar de l'equip a ple rendiment abans del dia 30/06/2024 suposarà una deducció d'un import equivalent a l'import de la subvenció atorgada (5.626,50 €).

REQUISITS AL LLIURAMENT DE L'EQUIP

- 2 Manuals d'usuari en català i/o castellà.
- 1 Manual tècnic en català i/o castellà amb protocols detallats de manteniment preventiu.
- Fotocòpia del Certificat del marcatge CE dels equips.
- Lliurament de les llicències dels softwares instal·lats als equips.
- Revisió de fuites i aïllament elèctrics segons CEI 601.

FORMACIÓ

El proveïdor adjudicatari haurà de proporcionar la següent formació

- **Formació del personal assistencial** designat pel centre en l'ús de l'equip
- **Formació del personal d'electromedicina.** L'adjudicatari autoritzarà al personal de electromedicina que el CSI determini i els formarà per tal que puguin efectuar la primera intervenció per determinar si una possible avaria és realment de l'equip o de la instal·lació de subministraments elèctric o de xarxa informàtica. El CSI es compromet a efectuar-la amb els seus propis medis materials.
Al final de la formació l'adjudicatari proporcionarà al CSI els corresponents certificats de la formació rebuda a cada persona amb l'autorització explícita del fabricant per poder realitzar les diferents tasques en els equips.

EMBALATGE, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ

- El transport dels productes fins al seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.
- Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ
DELSUBMINISTRAMENT DE 3 ELECTROBISTURIS PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

- L'adjudicatari es responsabilitzarà de retirar els embalatges de les nostres instal·lacions
- Qualsevol defecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport, viatgin desmuntats, va a càrrec dels proveïdors, així com la seva instal·lació i posada en marxa.
- La posada en funcionament de l'equip es realitzarà en l'emplaçament habitual de treball.
- Quan l'equip ho requereixi, els treballs d'adequació al local, així com les connexions a les diferents xarxes que siguin necessàries (electricitat, aigua, desguassos, gasos, etc.), aniran a càrrec dels subministradors. Els proveïdors han de comprovar el funcionament de l'aparell i deixar les instal·lacions en condicions de ple funcionament. L'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de la gestió de la retirada dels embalatges.

CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE SUBMINISTRAMENT

Un cop efectuada l'adjudicació, el proveïdor adjudicatari haurà de complir amb els següents requeriments:

Els proveïdor adjudicatari garantirà l'equipament ofert contra qualsevol defecte en els materials i en el funcionament del conjunt (materials i mà d'obra a càrrec del proveïdor) durant un període de garantia de **2 anys**.

Així mateix garantirà la disponibilitat de recanvis durant un període mínim de 5 anys a partir de la finalització del període de garantia. (Segons recomanacions de criteris de contractació pública ecològica de la UE per a aparells elèctrics i electrònics utilitzats en el sector de l'assistència sanitària)

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm#office

Durant el període de garantia, qualsevol millora o actualització del software serà sense càrrec.

Respecte al període de garantia les ofertes tècniques han de detallar específicament a l'annex de manteniment:

- Localització i estructura del Servei Tècnic més proper (si no existeix a Catalunya) i descripció del mateix.
- Temps de resposta servei tècnic amb presència física d'un tècnic igual o inferior a 8 hores
- Informació de la necessitat d'interrupció del funcionament normal per a realitzar intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada de les mateixes.
- Préstec d'un altre equip en cas d'avaría no reparada satisfactòriament superior a 72 hores
- Especificar recanvis bàsics i fungibles amb preus del més habituals
- Ubicació més propera de l'estoc de recanvis complert i de material fungible
- Termini de lliurament de qualsevol possible material o component a substituir