

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL DE NORMOTÈRMIA PER L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.**

EXP. CONTR/2024/0000000006

PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT

ÍNDEX

1 ANTECEDENTS	3
2 OBJECTE	3
2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)	4
2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)	4
2.3 DURADA DEL CONCURS:	4
3 REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE	5
3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS	5
3.1.1 NORMATIVA OBLIGATÒRIA	8
3.1.2 MOSTRES	9
3.1.3 DEMOSTRACIÓ	10
3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	10
4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	12
4.1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA	12
4.2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (NO VALORABLE)	12
4.3 OFERTA ECONÒMICA (VALORABLE)	13
5 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	13
5.1 CRITERIS DE JUDICI DE VALOR: MÀXIM 50 PUNTS	13
5.2 CRITERIS AUTOMÀTICS. MÀXIM 50 PUNTS	15
6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT	16
7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ	17
8 DADES DE CONTACTE	18
9 ANNEXES	19
9.1 ANNEX 1. FITXES REQUISITS TÈCNICS	19
9.2 ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA I RÀPEL	29

1 ANTECEDENTS

L' Institut d'Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2 OBJECTE

L'OBJECTE del present expedient és la contractació del subministrament de material de normotèrmia per l'Institut d'Assistència Sanitària, amb la cessió sense cap cost econòmic de 8 equips d'escalfament per les mantes tèrmiques. En el cas que s'obrin més quiròfans i hi hagi la necessitat, es podran demanar més equips d'escalfament.

En finalitzar el contracte i/o les pròrrogues, l'empresa adjudicatària podrà emportar-se els equips cedits. Tanmateix, la instal·lació, la formació, el manteniment integral preventiu i correctiu, l'assistència tècnica, la reparació i/o el canvi dels equips en cas d'averia o defecte, anirà a càrrec de l'adjudicatari. L'equipament en sessió ha d'incloure el fungible necessari si s'escau així com el servei de canvi del fungible, sense cost econòmic durant tot el període de cessió dels equips.

La contractació és per procediment obert i la licitació es farà per lots. Les licitadores podran concórrer a qualsevol lot, tanmateix haurà de ser per lot sencer. No s'admeten ofertes variants.

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL	PREU UNITARI SENSE IVA	IMPORT SENSE IVA
LOT 1 - LLENÇOL COBERTOR TERMOAÏLLANT TAULA QUIRÚRGICA					
1	53511	LLENÇOL COBERTOR TERMOAÏLLANT SOTA PACIENT 230CM	8.500	3,25 €	27.625,00 €
	53606	LLENÇOL COBERTOR TERMOAÏLLANT SOTA PACIENT 155CM	300	2,95 €	885,00 €
TOTAL LOT 1					28.510,00 €
LOT 2 - LLENÇOL COBERTOR SOTA/SOBRE PACIENT					
2	53510	LLENÇOL COBERTOR SOTA/SOBRE PACIENT	29.000	1,00 €	29.000,00 €
TOTAL LOT 2					29.000,00 €
LOT 3 - MANTA AIRE CALENT SOBRE/SOTA PACIENT					
3	51625	MANTA AIRE SOBRE PACIENT MEMBRES SUPERIORS ADULT	2.000	5,30 €	10.600,00 €
	53673	MANTA AIRE SOBRE PACIENT COS SENCER ADULT	400	5,30 €	2.120,00 €
	54633	MANTA AIRE SOTA PACIENT COS SENCER ADULT	150	15,50 €	2.325,00 €
	54634	MANTA AIRE SOTA PACIENT COS SENCER PEDIÀTRICA	300	14,00 €	4.200,00 €
	54635	MANTA AIRE SOTA PACIENT POSICIÓ LITOTOMIA	150	15,00 €	2.250,00 €
		UNITATS ESCALFAMENT	8	CESSIÓ	
TOTAL LOT 3					21.495,00 €

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT	IMPORT TOTAL 3 ANUALITATS	% IVA
79.005,00 €	237.015,00 €	21%

2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

El pressupost base de licitació (P.B.L.) **pels TRES anys** d'aquest expedient és de:

P.B.L. total sense IVA:	237.015,00 €
Import total amb IVA:	286.788,15 €

2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: 237.015,00 € (SENSE IVA) (21% IVA)

Pròrrogues: SI. 79.005,00 € + 79.005,00 € = 158.010,00 €.

Possibles opcions eventuais: SI. Modificació 20% = 47.403,00 €.

Import total VEC = 442.428,00 € (IVA EXCLÒS)

2.3 DURADA DEL CONCURS:

La durada del concurs **serà de TRES anys prorrogable per DUES anualitats més** en cas d'acord entre les dues parts.

3 REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a continuació les característiques tècniques mínimes que conformen l'objecte contractual. L'incompliment d'un requeriment tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.

Les característiques i mides dels articles relacionats a continuació podran ser aproximades amb un mínim de variació, essent la Unitat Tècnica la que avaluarà si el material presentat per cada licitadora, s'ajusta a les necessitats del centre, de la part assistencial i del pacient. En el cas de no ajustar-se, l'oferta podrà quedar exclosa.

LOT 1 - LLENÇOL COBERTOR TERMOAÏLLANT TAULA QUIRÚRGICA

53511 – LLENÇOL COBERTOR TERMOAÏLLANT SOTA PACIENT 230CM

- Llençol sota pacient per cobrir la taula quirúrgica.
- Impermeable, absorbent i amb aïllant tèrmic.
- Amb 3 capes: 1 superior en contacte amb el pacient de teixit no teixit. Capa intermèdia absorbent de densitat 85 g/m2 ($\pm 5\%$). Capa inferior impermeable de plata no conductiva d'electricitat que proporciona aïllament tèrmic.
- Capacitat absorció: ≥ 4000 ml/m2.
- Mida total: 230x140 cm ± 5 cm amb banda central absorbent de 50x230 cm ± 5 cm.
- Lliure de fibres de cotó.
- Un sol ús.
- Sense làtex.
- No estèril.

53606 – LLENÇOL COBERTOR TERMOAÏLLANT SOTA PACIENT 155CM

- Llençol sota pacient per cobrir la taula quirúrgica.
- Impermeable, absorbent i amb aïllant tèrmic.
- Amb 3 capes: 1 superior en contacte amb el pacient de teixit no teixit. Capa intermèdia absorbent de densitat 85 g/m2 ($\pm 5\%$). Capa inferior impermeable de plata no conductiva d'electricitat que proporciona aïllament tèrmic.
- Capacitat absorció: ≥ 4000 ml/m2.
- Mida total: 155x140 cm ± 5 cm amb banda central absorbent de 50x155 cm ± 5 cm.
- Lliure de fibres de cotó.
- Un sol ús.
- Sense làtex.
- No estèril.

LOT 2 - LLENÇOL COBERTOR SOTA/SOBRE PACIENT

53510 - LLENÇOL COBERTOR SOTA/SOBRE PACIENT

- Llençol cobertor per cobrir el pacient.
- Fabricat amb teixit no teixit.
- Gramatge: mínim 60g/m2.
- Color blanc.
- Mida total: 105x200 cm $\pm$ 5cm.
- Un sol ús.
- Sense làtex.
- No estèril.

LOT 3 – MANTA AIRE CALENT SOBRE/SOTA PACIENT

51625 – MANTA AIRE SOBRE PACIENT MEMBRES SUPERIORS ADULT

- Manta normotèrmia inflable per aire sobre pacient.
- Teixit flexible, radiotransparent, amb patró simètric de perforacions per la distribució uniforme de l'escalfor.
- Resistent a les punxades i als fluids.
- Per la meitat superior del cos adult.
- Llargària: 195 cm $\pm$ 5 cm.
- Amplada: 60 cm $\pm$ 5 cm.
- Sense làtex.
- Un sol ús.
- Per unitat d'escalfament amb cessió.
- No estèril.

53673 – MANTA AIRE SOBRE PACIENT COS SENCER ADULT

- Manta normotèrmia inflable per aire sobre pacient.
- Teixit flexible, radiotransparent, amb patró simètric de perforacions per la distribució uniforme de l'escalfor.
- Resistent a les punxades i als fluids.
- Per tota la part superior del cos del pacient adult.
- Llargària: 210 cm $\pm$ 5cm.
- Amplada: 90 cm $\pm$ 5 cm.
- Sense làtex.
- Un sol ús.
- Per unitat d'escalfament amb cessió.
- No estèril.

54633 - MANTA AIRE SOTA PACIENT COS SENCER ADULT

- Manta normotèrmia inflable per aire col·locada sota pacient adult.
- Teixit flexible, radiotransparent amb patró simètric de perforacions per la distribució uniforme de l'escalfor.
- Amb dues cintes adhesives per la subjecció de la manta.
- Amb làmina de plàstic transparent amb cinta adhesiva per mantenir l'aire calent al voltant del cap del pacient.
- Amb forats per passar els braços si és necessari.
- Amb orificis de drenatge.
- Resistent a les punxades i als fluids.
- Llargària: 220 cm $\pm$ 5 cm.
- Amplada: 90 cm $\pm$ 5 cm.
- Amb dos ports de connexió per la mànega amb opció d'obrir i tancar segons la necessitat, en cada extrem de la manta.
- Escalfament per aire forçat convectiu.
- Sense làtex.
- Un sol ús.
- Per unitat d'escalfament amb cessió.
- No estèril.

54634 - MANTA AIRE SOTA PACIENT COS SENCER PEDIÀTRICA

- Manta normotèrmia inflable per aire col·locada sota pacient pediàtric.
- Teixit flexible, radiotransparent amb patró simètric de perforacions per la distribució uniforme de l'escalfor.
- Amb bandes adhesives per la subjecció de la manta i alerons laterals.
- Amb zona no inflable pel cap i els peus per eliminar el risc de dany tèrmic.
- Amb orificis de drenatge.
- Resistent a les punxades i als fluids.
- Llargària: 150 cm $\pm$ 5 cm.
- Amplada: 80 cm $\pm$ 5 cm.
- Amb dos ports de connexió per la mànega amb opció d'obrir i tancar segons la necessitat, en cada extrem de la manta.
- Escalfament per aire forçat convectiu.
- Sense làtex.
- Un sol ús.
- Per unitat d'escalfament amb cessió.
- No estèril.

54635 - MANTA AIRE SOTA PACIENT POSICIÓ LITOTOMIA

- Manta normotèrmia inflable per aire col·locada sota pacient.
- Teixit flexible, radiotransparent amb patró simètric de perforacions per la distribució uniforme de l'escalfor.
- Amb bandes adhesives per la subjecció de la manta i alerons laterals.
- Amb perneres i tires de subjecció als suports de les cames.

- Amb orificis de drenatge.
- Resistent a les punxades i als fluids.
- Llargària: 160 cm $\pm$ 5 cm.
- Amplada: 90 cm $\pm$ 5 cm.
- Amb un port de connexió per la mànega a l'extrem superior de la manta.
- Escalfament per aire forçat convectiu.
- Sense làtex.
- Un sol ús.
- Per unitat d'escalfament amb cessió.
- No estèril.

EQUIP ESCALFAMENT DE MANTES D'AIRE

- Unitat d'escalfament per mantes aire.
- Ha d'incloure mànega amb sensor de temperatura. Amb marca de color per indicar fins a on inserta la mànega i amb sensors de temperatura en la part distal i proximal de la mànega.
- Sistema de subjecció de la mànega a la taula de quiròfan amb una pinça o equivalent per evitar la sortida accidental de la mànega.
- Panell amb ajustament de temperatura, ajustament flux aire i avisos de fallada.
- Ajustaments de mínim 3 temperatures: Alta – mitja – baixa: 43°C - 38°C - 32°C i possibilitat de temperatura ambient.
- Amb dos nivells de flux de l'aire per regular el caudal de l'aire.
- Alarma visual i acústica per sobreescalfament.
- Amb tres indicacions de temperatura: dins el rang, fallada i sobreescalfament.
- Escalfament per aire forçat convectiu.
- Compatible amb totes les mantes d'aire ofertes.
- Màxim 50 dBA en la configuració baixa i 55 dBA en la configuració alta.
- Amb carro amb rodes compacte i compartiment per les mantes.

3.1.1 NORMATIVA OBLIGATÒRIA

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre B, l'empresa licitadora presenti:

Per TOTS els LOTS:

- Certificat del Marcatge CE en la classe i modalitat pertinents d'aquells articles als quals els resulti exigible, d'acord amb la Directiva 93/42/EEC o Reglament EU 2017/745.

3.1.2 MOSTRES

Serà **OBLIGATORI** que la licitadora envii les mostres requerides:

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE MOSTRA REQUERIDES
1	53511	LLENÇOL COBERTOR TERMOAÏLLANT SOTA PACIENT 230CM	10 unitats
	53606	LLENÇOL COBERTOR TERMOAÏLLANT SOTA PACIENT 155CM	10 unitats
2	53510	LLENÇOL COBERTOR SOTA/SOBRE PACIENT	15 unitats
3	51625	MANTA AIRE SOBRE PACIENT MEMBRES SUPERIORS ADULT	2 unitats per la unitat tècnica més les necessàries per la demostració
	53673	MANTA AIRE SOBRE PACIENT COS SENCER ADULT	2 unitats per la unitat tècnica més les necessàries per la demostració
	54633	MANTA AIRE SOTA PACIENT COS SENCER ADULT	2 unitats per la unitat tècnica més les necessàries per la demostració
	54634	MANTA AIRE SOTA PACIENT COS SENCER PEDIÀTRICA	2 unitats per la unitat tècnica més les necessàries per la demostració
	54635	MANTA AIRE SOTA PACIENT POSICIÓ LITOTOMIA	2 unitats per la unitat tècnica més les necessàries per la demostració
		UNITATS ESCALFAMENT	CALDRÀ FER DEMOSTRACIÓ

Les mostres han de ser iguals als models oferts al sobre B i han de portar tots els components necessaris per fer les proves. En el cas que hi hagi algun dubte o que es requereixin més unitats per poder fer les proves i valoracions, es podran sol·licitar més mostres i es farà des del departament de Logística mitjançant un correu electrònic en el qual es demanarà la referència, quantitat i lloc de lliurament. Un cop fetes les valoracions, les mostres que sobrin podran ser retornades en cas de sol·licitar-ho. La recollida i cost del retorn anirà a càrrec de la licitadora.

Les mostres s'hauran d'enviar des de la data de publicació de l'expedient a la Plataforma de Contractació, fins com a màxim la data de finalització de la presentació de les ofertes que dictaminin l'anunci de licitació, a la següent adreça: Hospital Santa Caterina. Magatzem General. C/ Dr. Castany, S/N. 17190 – Salt (Girona).

Serà imprescindible rebre les mostres per fer la valoració tècnica i s'hauran d'acompanyar d'un comprovant signat per l'IAS amb la data de l'entrega. En el cas que alguna licitadora no envii les mostres, quedarà **EXCLOSA** del procés de licitació.

Les mostres hauran de portar identificat el número de lot i el codi de l'IAS.

Caldrà adjuntar el COMPROVANT SIGNAT PER L'IAS de l'entrega de mostres al Sobre B.

3.1.3 DEMOSTRACIÓ

Serà **OBLIGATORI** que les empreses licitadores facin una demostració del conjunt complet d'unitat d'escalfament juntament amb totes les mantes licitades i tot el material fungible:

51625	MANTA AIRE SOBRE PACIENT MEMBRES SUPERIORS ADULT
53673	MANTA AIRE SOBRE PACIENT COS SENCER ADULT
54633	MANTA AIRE SOTA PACIENT COS SENCER ADULT
54634	MANTA AIRE SOTA PACIENT COS SENCER PEDIÀTRICA
54635	MANTA AIRE SOTA PACIENT POSICIÓ LITOTOMIA
	UNITATS ESCALFAMENT

La demostració s'haurà de fer al bloc quirúrgic de l'Hospital Santa Caterina i s'haurà de coordinar amb Oscar Díez, supervisor de quiròfan. **Caldrà sol·licitar dia i hora** al correu electrònic indicat: oscar.diez.ias@gencat.cat o bé al telèfon: 675781085.

El termini de la demostració ha de coincidir amb el termini final de presentació de les ofertes, establert a l'anunci de licitació i s'haurà de fer des de la data de publicació de l'expedient a la Plataforma de Contractació, fins com a màxim la data de finalització de la presentació de les ofertes que dictaminin l'anunci de licitació.

Serà imprescindible fer la demostració i s'haurà d'acompanyar d'un **comprovant signat per l'IAS** amb la data que s'efectuï la demostració.

3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1. En fase d'execució del contracte, l' incompliment de les condicions del subministrament segons els termes del present plec tècnic, comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons els articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i/o allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació.
2. Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres, que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora, es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d'acord amb els tràmits establerts en l'article 212 apartat 8 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre).

3. L'empresa adjudicatària ha d'informar a l'IAS amb antelació suficient (1 setmana aprox.) per evitar el desproveïment sobre qualsevol eventualitat en la disponibilitat comercial dels articles adjudicats. En cas de trencament d'estoc, l'empresa adjudicatària haurà d'informar a l'IAS amb antelació suficient per poder prendre mesures adequades per mantenir la continuïtat de l'activitat. En el cas que l'empresa adjudicatària no es pugui comprometre a subministrar el producte segons les condicions establertes en aquest expedient:
 - En el cas que pugui oferir una alternativa equivalent, informarà si pot oferir un producte substituït alternatiu al mateix preu adjudicat i haurà de facilitar la fitxa tècnica del nou producte, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat. En aquest cas, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment** del producte afectat pel trencament d'estoc i del temps estimat fins al restabliment del subministrament habitual.
 - En el cas que no pugui oferir una alternativa equivalent i en cas que fos necessari, l'IAS podrà adquirir el producte a una altra empresa. En aquest cas, l'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost de la diferència del preu en la compra del material així com altres despeses que es puguin originar derivades de la compra no contractades amb l'adjudicatària. En el supòsit contemplat, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment a petició documental també, de l'IAS** del producte afectat pel trencament d'estoc.
4. Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques.
5. L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la vigència del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
6. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat.
7. En el cas que es descatalogui alguna de les referències licitades durant la vigència del contracte i l'empresa adjudicatària no pugui oferir una alternativa amb la mateixa qualitat i característiques sense incrementar el preu d'adjudicació, es procedirà a la rescissió del contracte d'aquesta referència.
9. En el cas que durant la vigència del contracte l'empresa adjudicatària desenvolupi alguna innovació que afecti al material de licitació, es podrà incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comporti un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.
10. L'empresa adjudicatària subministrarà i instal·larà els equips cedits a l'Hospital de Santa Caterina sense cap més cost addicional, amb tot el material necessari per al seu funcionament immediat, sota les indicacions de la persona responsable que es designi.
11. També cal tenir molt present que la instal·lació per a la posada en funcionament de l'equip subministrat s'ha d'executar en una àrea hospitalària en funcionament i, per aquest fet, cal tenir la màxima seguretat per evitar riscos i inconvenients als usuaris.
12. Els equips han de complir la legislació vigent i altres normes tècniques d'aplicació obligada.

13. L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès, en un termini no superior a 48h.
14. L'empresa adjudicatària haurà de formar al personal assistencial i el personal d'Electromedicina pel correcte ús dels productes adjudicats sense cap cost addicional.

4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació es presentarà amb **SOBRE DIGITAL**.

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'oferta completa constarà de 3 sobres: A, B i C. La documentació tècnica s'ha d'incorporar en el sobre B i l'oferta econòmica al sobre C. És molt important la correcta distribució de la documentació en els sobres correctes. Qualsevol error invalida la proposta i l'oferta no es podrà avaluar. En el cas que s'incloguin ofertes econòmiques al Sobre B, la licitadora quedarà exclosa.

Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta per cada lot licitat, tanmateix haurà de ser per la totalitat dels articles que conformen el lot.

Les ofertes hauran de:

- Complir amb totes les característiques i requisits definits en cada apartat del punt 3 **REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE** i del punt 4 **DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR** d'aquest plec. En el cas que alguna característica o requisit sol·licitat no es compleixi, l'oferta quedarà EXCLOSA i no s'obrirà el sobre C.
- No es pot superar el preu unitari fixat per cada article que conforma el lot.
- Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 29 i s.).**

4.1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. SOBRE A

Segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

4.2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (NO VALORABLE. SOBRE B

PROPOSTA TÈCNICA. VALORABLE – MÀXIM 50 PUNTS

Per tal que la unitat tècnica de l'IAS pugui valorar cadascuna de les ofertes que presentin les licitadores, **és necessari que la licitadora presenti al sobre B els següents documents enumerats i anomenats tal i com s'indica a continuació:**

- 1- **FITXES TÈCNIQUES** de tots els articles licitats.
- 2- **FITXA "REQUISITS TÈCNICS" – ANNEX 1.** CALDRÀ OMPLIR LES **FITXES "REQUISITS TÈCNICS"** DE L'ANNEX 1 PÀG. 19 I S. PER CADA LOT LICITAT.
- 3- **ACREDITACIÓ / DECLARACIÓ DE LA NORMATIVA REQUERIDA.**
- 4- **COMPROVANT** signat per l'IAS i amb data, de les mostres lliurades.
- 5- **COMPROVANT** signat per l'IAS i amb data, de la demostració efectuada.

TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA AL SOBRE B ÉS DE PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica amb la suficient qualitat d'informació, i/o la forma de presentació no sigui la sol·licitada, no es garanteix que la seva oferta sigui avaluada.

4.3 OFERTA ECONÒMICA (VALORABLE). SOBRE C

PROPOSTA ECONÒMICA – MÀXIM 50 PUNTS.

La licitadora ha de presentar al SOBRE C, en català i/o castellà:

L'oferta econòmica segons el model de l'**ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 29 i s.)**, degudament signada:

- **Proposta econòmica.** (màxim 45 punts).
- **Ràpel.** (màxim 5 punts).

5 CRITÈRIS D'ADJUDICACIÓ

5.1 CRITERIS DE JUDICI DE VALOR: MÀXIM 50 PUNTS

LOT 1 I LOT 2

Criteri 1: Facilitat d'ús – Màxim 10 punts:

En aquest apartat, la unitat tècnica valorarà la facilitat d'ús del producte amb l'avaluació de diversos aspectes com ara l'accessibilitat, la comoditat i l'eficiència de la interacció tant pel personal assistencial com pel pacient, amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret.

Criteri 2: Funcionalitat – Màxim 10 punts

En aquest apartat, la unitat tècnica valorarà la funcionalitat i l'efectivitat del producte per tal que compleixi amb els requisits i especificacions definides de manera efectiva i eficient, especialment la impermeabilitat, l'absorció, l'adaptabilitat o l'aïllament tèrmic.

Criteri 3: Ergonomia – Màxim 10 punts

En aquest apartat, la unitat tècnica valorarà l'ergonomia del producte tenint en compte diversos aspectes relacionats amb el seu disseny i ús, amb l'objectiu d'assegurar que sigui còmode i eficient per a les persones que l'utilitzen, especialment la mida que s'ajusti a les necessitats.

Criteri 4: Qualitat del material – Màxim 10 punts:

Es valorarà la qualitat i el comportament de material en el seu conjunt en relació a la resistència, la flexibilitat, el tacte i la suavitat.

Criteri 5: Resistència – Màxim 10 punts:

Es valorarà el comportament de material en el seu conjunt en relació a la resistència a l'esquinçat i força tensil i el desprendiment de partícules.

LOT 3

Criteri 1: Facilitat d'ús – Màxim 10 punts

En aquest apartat, la unitat tècnica valorarà la facilitat d'ús del producte tant de la manta com de l'escalfador amb l'avaluació de diversos aspectes com ara l'accessibilitat, la comoditat i l'eficiència amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret, especialment la connexió de la manta a l'aparell, que sigui fàcil i pràctica.

Criteri 2: Funcionalitat – Màxim 10 punts

En aquest apartat, la unitat tècnica valorarà la funcionalitat i l'efectivitat de la manta i l'escalfador per tal que compleixi amb els requisits i especificacions definides de manera efectiva i eficient, especialment la regulació de la temperatura, l'inflat, el flux d'aire i la distribució de l'aire que sigui constant, uniforme i ràpid.

Criteri 3: Ergonomia – Màxim 10 punts

En aquest apartat, la unitat tècnica valorarà l'ergonomia de la manta i l'escalfador tenint en compte diversos aspectes relacionats amb el seu disseny amb l'objectiu d'assegurar que sigui còmode i eficient per a les persones que l'utilitzen i que s'adapti de manera òptima dins dels bloc quirúrgic.

Criteri 4: Qualitat del material – Màxim 10 punts

Es valorarà la qualitat i el comportament de material en el seu conjunt en relació a la resistència, la flexibilitat, el tacte i la suavitat.

Criteri 5: Unitat d'escalfament – Màxim 10 punts

Es valorarà el nivell de soroll i la seguretat elèctrica de la unitat d'escalfament, que sigui el més silenciosa possible.

Les propostes es valoraran segons els criteris de la "Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica" de la Direcció General de Contracció Pública de la Generalitat de Catalunya.

S'aplicaran els criteris descrits en aquest apartat i posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Segons l'article 3 d'aquesta directriu, s'aplicarà un llindar mínim en aquest apartat del **80% de cada criteri** de manera que existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

- **Opció 1** - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
- **Opció 2**- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes amb la fórmula anterior i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. L'efecte d'aquest llindar és aplicar una o altre de les opcions anteriors, en funció de si alguna oferta o cap superen aquest llindar.

5.2 CRITERIS AUTOMÀTICS. MÀXIM 50 PUNTS

Proposta econòmica i ràpel (ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 29 i s.))

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

1.PREU DE L'OBJECTE (FINS A 45 PUNTS)

Oferta econòmica. Puntuació màxima **45 punts**.

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,45**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

En compliment de que disposa l'art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

2. RÀPEL (FINS A 5 PUNTS)

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requeriment tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$P_x = (O_x/O_e) \times 5$$

On:

P_x : puntuació ràpel valorat

O_x : proposta de % ràpel ofert

O_e : proposta de % ràpel més alta

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

EL LLIURAMENT DEL MATERIAL:

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l' Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser cursat per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda oficial.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel destinatari (IAS), al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell. L'albarà haurà d'anar valorat i s'hi haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda
- Número d'article de l'IAS
- Número d'expedient
- Número d'albarà

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

En cas de lliuraments paletitzats, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc...). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum del centre.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec per l'IAS.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista haurà de garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

L'empresa contractista, en relació a l'embalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacumulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dona en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - vicens.lloret.ias@gencat.cat

972 18 26 00. Ext. 1082 - susanna.payet.ias@gencat.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. M^a Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa.ias@gencat.cat

Signat. Vicens Lloret Alba
Cap de Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 21 de febrer de 2024

9 ANNEXES

9.1 ANNEX 1. FITXES REQUISITS TÈCNICS – PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER CADA LOT LICITAT

CAL IMPLIR ELS ESPAIS DE COLOR:

LOT 1 - LLENÇOL COBERTOR TERMOAÏLLANT TAULA QUIRÚRGICA		Nom licitadora:	
53511 – LLENÇOL COBERTOR TERMOAÏLLANT SOTA PACIENT 230CM	Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
	Compleix (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
- Llençol sota pacient per cobrir la taula quirúrgica.			
- Impermeable, absorbent i amb aïllant tèrmic.			
- Amb 3 capes: 1 superior en contacte amb el pacient de teixit no teixit. Capa intermèdia absorbent de densitat 85 g/m2 (±5%). Capa inferior impermeable de plata no conductiva d'electricitat que proporciona aïllament tèrmic.			
- Capacitat absorció: ≥4000 ml/m2.			
- Mida total: 230x140 cm ±5 cm amb banda central absorbent de 50x230 cm ±5 cm.			

- Lliure de fibres de cotó.			
- Un sol ús.			
- Sense làtex.			
- No estèril.			
53606 – LLENÇOL COBERTOR TERMOAÏLLANT SOTA PACIENT 155CM	Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
	Complex (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
- Llençol sota pacient per cobrir la taula quirúrgica.			
- Impermeable, absorbent i amb aïllant tèrmic.			
- Amb 3 capes: 1 superior en contacte amb el pacient de teixit no teixit. Capa intermèdia absorbent de densitat 85 g/m2 (±5%). Capa inferior impermeable de plata no conductiva d'electricitat que proporciona aïllament tèrmic.			
- Capacitat absorció: ≥4000 ml/m2.			
- Mida total: 155x140 cm ±5 cm amb banda central absorbent de 50x155 cm ±5 cm.			
- Lliure de fibres de cotó.			
- Un sol ús.			

- Sense làtex.			
- No estèril.			

LOT 2 - LLENÇOL COBERTOR SOTA/SOBRE PACIENT	Nom licitadora:		
53510 - LLENÇOL COBERTOR SOTA/SOBRE PACIENT	Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
	Compleix (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
- Llençol cobertor per cobrir el pacient.			
- Fabricat amb teixit no teixit.			
- Gramatge: mínim 60g/m2.			
- Color blanc.			
- Mida total: mínim 100x200 cm.			

- Un sol ús.			
- Sense làtex.			
- No estèril.			

LOT 3 – MANTA AIRE CALENT SOBRE/SOTA PACIENT		Nom licitadora:	
51625 – MANTA AIRE SOBRE PACIENT MEMBRES SUPERIORS ADULT	Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
	Compleix (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
- Manta normotèrmia inflable per aire sobre pacient.			
- Teixit flexible, radiotransparent, amb patró simètric de perforacions per la distribució uniforme de l'escalfor.			
- Resistent a les punxades i als fluids.			
- Per la meitat superior del cos adult.			

- Llargària: 195 cm ±5 cm.			
- Amplada: 60 cm ±5 cm.			
- Sense làtex.			
- Un sol ús.			
- Per unitat d'escalfament amb cessió.			
- No estèril.			
53673 – MANTA AIRE SOBRE PACIENT COS SENCER ADULT	Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
	Complex (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
- Manta normotèrmia inflable per aire sobre pacient.			
- Teixit flexible, radiotransparent, amb patró simètric de perforacions per la distribució uniforme de l'escalfor.			
- Resistent a les punxades i als fluids.			
- Per tota la part superior del cos del pacient adult.			
- Llargària: 210 cm ±5cm.			
- Amplada: 90 cm ±5 cm.			

- Sense làtex.			
- Un sol ús.			
- Per unitat d'escalfament amb cessió.			
- No estèril.			
54633 - MANTA AIRE SOTA PACIENT COS SENCER ADULT	Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
	Complex (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
- Manta normotèrmia inflable per aire per tota la part inferior del cos del pacient adult.			
- Teixit flexible, radiotransparent amb patró simètric de perforacions per la distribució uniforme de l'escalfor.			
- Amb dues cintes adhesives per la subjecció de la manta.			
- Amb làmina de plàstic transparent amb cinta adhesiva per mantenir l'aire calent al voltant del cap del pacient.			
- Amb forats per passar els braços si és necessari.			
- Amb orificis de drenatge.			
- Resistent a les punxades i als fluids.			
- Llargària: 220 cm ±5 cm.			

- Amplada: 90 cm ±5 cm.			
- Amb dos ports de connexió per la mànega amb opció d'obrir i tancar segons la necessitat, en cada extrem de la manta.			
- Escalfament per aire convectiu.			
- Sense làtex.			
- Un sol ús.			
- Per unitat d'escalfament amb cessió.			
- No estèril.			
54634 - MANTA AIRE SOTA PACIENT COS SENCER PEDIÀTRICA	Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
	Compleix (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
- Manta normotèrmia inflable per aire per tota la part inferior del cos del pacient pediàtric.			
- Teixit flexible, radiotransparent amb patró simètric de perforacions per la distribució uniforme de l'escalfor.			
- Amb bandes adhesives per la subjecció de la manta i alerons laterals.			
- Amb zona no inflable pel cap i els peus per eliminar el risc de dany tèrmic.			
- Amb orificis de drenatge.			

- Resistent a les punxades i als fluids.			
- Llargària: 150 cm ±5 cm.			
- Amplada: 80 cm ±5 cm.			
- Amb dos ports de connexió per la mànega amb opció d'obrir i tancar segons la necessitat, en cada extrem de la manta.			
- Escalfament per aire convectiu.			
- Sense làtex.			
- Un sol ús.			
- Per unitat d'escalfament amb cessió.			
- No estèril.			
54635 - MANTA AIRE SOTA PACIENT POSICIÓ LITOTOMIA	Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
	Complex (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
- Manta normotèrmia inflable per aire per la part inferior del cos del pacient en posició litotomia.			
- Teixit flexible, radiotransparent amb patró simètric de perforacions per la distribució uniforme de l'escalfor.			
- Amb bandes adhesives per la subjecció de la manta i alerons laterals.			

- Amb perneres i tires de subjecció als suports de les cames.			
- Amb orificis de drenatge.			
- Resistent a les punxades i als fluids.			
- Llargària: 160 cm ±5 cm.			
- Amplada: 90 cm ±5 cm.			
- Amb un port de connexió per la mànega a l'extrem superior de la manta.			
- Escalfament per aire convectiu.			
- Sense làtex.			
- Un sol ús.			
- Per unitat d'escalfament amb cessió.			
- No estèril.			
EQUIP ESCALFAMENT DE MANTES D'AIRE	Referència licitadora:	Descripció general licitadora:	
	Compleix (SI/NO)	Indicar en quin document i número de pàgina es troba especificat el compliment del requisit sol·licitat	Especificacions del producte ofert pel licitador
- Unitat d'escalfament per mantes aire.			

- Ha d'incloure mànega amb sensor de temperatura. Amb marca de color per indicar fins a on inserta la mànega i amb sensors de temperatura en la part distal i proximal de la mànega.			
- Sistema de subjecció de la mànega a la taula de quiròfan amb una pinça o equivalent per evitar la sortida accidental de la mànega.			
- Panell amb ajustament de temperatura, ajustament flux aire i avisos de fallada.			
- Ajustaments de mínim 3 temperatures: Alta – mitja – baixa: 43°C - 38°C - 32°C i possibilitat de temperatura ambient.			
- Amb dos nivells de flux de l'aire per regular el caudal de l'aire.			
- Alarma visual i acústica per sobreescalfament.			
- Amb tres indicacions de temperatura: dins el rang, fallada i sobreescalfament.			
- Escalfament per aire forçat / aire convectiu???			
- Compatible amb totes les mantes d'aire ofertes.			
- Màxim 50 dBA en la configuració baixa i 55 dBA en la configuració alta.			
- Amb carro amb rodes compacte i compartiment per les mantes.			

9.2 ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA I RÀPEL

Nom licitadora:

Adreça de correu electrònic concursos:

Lot licitat:

El/la Sr./Sra.....amb residència
a.....al carrer.....número.....i amb
NIF....., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen
per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte....., amb expedient
número....., es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de
l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per
l'import total (TRES anualitats) de:.....€ (xifra en lletres
i en números), IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt)

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:

I un ràpel sobre el total de la facturació.....%.

IMPORT 1 ANUALITAT SENSE IVA:

PREU IVA 1 ANUALITAT:

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT IVA INCLÒS:

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS CONSUM ANUAL	PREU UNITARI SENSE IVA	IMPORT TOTAL SENSE IVA	IVA %	IMPORT TOTAL AMB IVA	REFERÈNCIA DE L'ARTICLE OFERT
LOT 1 - LLENÇOL COBERTOR TERMOAÏLLANT TAULA QUIRÚRGICA								
1	53511	LLENÇOL COBERTOR TERMOAÏLLANT SOTA PACIENT 230CM	8.500	€	€	%	€	
	53606	LLENÇOL COBERTOR TERMOAÏLLANT SOTA PACIENT 155CM	300	€	€	%	€	
				TOTAL LOT 1	0,00 €		0,00 €	
LOT 2 - LLENÇOL COBERTOR SOTA/SOBRE PACIENT								
2	53510	LLENÇOL COBERTOR SOTA/SOBRE PACIENT	29.000	€	€	%	€	
				TOTAL LOT 2	0,00 €		0,00 €	
LOT 3 - MANTA AIRE CALENT SOBRE/SOTA PACIENT								
3	51625	MANTA AIRE SOBRE PACIENT MEMBRES SUPERIORS ADULT	2.000	€	€	%	€	
	53673	MANTA AIRE SOBRE PACIENT COS SENCER ADULT	400	€	€	%	€	
	54633	MANTA AIRE SOTA PACIENT COS SENCER ADULT	150	€	€	%	€	
	54634	MANTA AIRE SOTA PACIENT COS SENCER PEDIÀTRICA	300	€	€	%	€	
	54635	MANTA AIRE SOTA PACIENT POSICIÓ LITOTOMIA	150	€	€	%	€	
		UNITATS ESCALFAMENT	8	CESSIÓ				
				TOTAL LOT 3	0,00 €		0,00 €	

Imports oferta amb dos decimals