



INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DEL SOBRE C D'OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 4 SALES DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL PER ALS CENTRES DE LA DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

Empreses licitadores:

- PHILIPS IBÉRICA S.A.U.

Obert el sobre C d'oferta en reunió pública virtual de la Mesa, el dia 18 de març de 2024, es procedeix a realitzar la valoració de l'única oferta presentada, en base als criteris d'adjudicació prefixats al quadre de característiques específiques del contracte, que són els següents:

"A) CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): (fins a 100 punts)

1) Oferta econòmica.....fins a 50 punts

Les fórmules aplicades per tal de valorar els criteris d'adjudicació són les que consten a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

Om = Oferta Millor

Ov = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor ponderació : 2

2) Altres criteris automàtics.....fins a 50 punts

Característiques tècniques a valorar objectivament i termini de garantia (màx. 50 punts)	Puntuació i fórmula
Ampliació de garantia de 12 mesos addicionals	SI= 2 punts / NO= 0 punts
Tub de raigs X amb més de cinc mides de focus	SI= 8 punts / NO= 0 punts
Visualització de la imatge adquirida per la càmera en viu del colimador des de la pantalla situada al capçal del tub de raigs X	SI= 8 punts / NO= 0 punts
Sistema d'exposimetria automàtica de més de quatre camps tant en estatiu vertical com en taula d'exploració	SI= 6 punts / NO= 0 punts
Sistemes de reixeta antidifusora oscil·lant i fàcilment extraïble/intercanviable	SI= 6 punts / NO= 0 punts
Pantalla al cap del tub de raigs X que permeti la visualització de la imatge adquirida a l'usuari amb controls integrats del generador	SI= 4 punts / NO= 0 punts
Programari específic per a la supressió de radiació dispersa de la imatge sense necessitat d'elements físics acoblables	SI= 3 punts / NO=0 punts



Pantalla tàctil que permeti la visualització immediata d'imatges a l'estació d'adquisició major de 21"	SI= 3 punts / NO= 0 punts
Programari de control de qualitat i reducció de dosis amb mesurament de la taxa de rebuig que permeti l'exportació de les dades	SI= 3 punts / NO= 0 punts
Suport de subjecció del detector per a exploracions laterals en directe	SI= 3 punts / NO= 0 punts
Un tercer detector digital Wi-Fi addicional per un equip a cada hospital	SI= 4 punts / NO= 0 punts

“

Previ a l'acte de valoració es comprova que els equips oferts compleixen amb els requisits tècnics mínims fixats en el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte.

Dit això, el resultat de la valoració dels criteris automàtics de l'oferta presentada, aplicant els criteris de valoració indicats amb anterioritat, és el següent:

2. CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MÀX. 100 punts	PUNTUACIÓ MÀXIMA	OFERTA PHILIPS	PUNTUACIÓ PHILIPS
Valoració de l'oferta econòmica: base licitació 800.000€ sense iva	50	692.691,52 € sense iva	50
Ampliació de garantia de 12 mesos addicionals	2	NO	0
Tub de raigs X amb més de cinc mides de focus	8	SI	8
Visualització de la imatge adquirida per la càmera en viu del colimador des de la pantalla situada al capçal del tub de raigs X	8	SI	8
Sistema d'exposimetria automàtica de més de quatre camps tant en estatiu vertical com en taula d'exploració	6	SI	6
Sistemes de reixeta antidifusora oscil·lant i fàcilment extraïble/intercanviable	6	SI	6
Pantalla al cap del tub de raigs X que permeti la visualització de la imatge adquirida a l'usuari amb controls integrats del generador	4	SI	4
Programari específic per a la supressió de radiació dispersa de la imatge sense necessitat d'elements físics acoblables	3	SI	3
Pantalla tàctil que permeti la visualització immediata d'imatges a l'estació d'adquisició major de 21"	3	SI	3
Programari de control de qualitat i reducció de dosis amb mesurament de la taxa de rebuig que permeti l'exportació de les dades	3	SI	3
Suport de subjecció del detector per a exploracions laterals en directe	3	SI	3
Un tercer detector digital Wi-Fi addicional per un equip a cada hospital	4	SI	4
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA	100		98

A afegir, que ha estat comprovat per l'equip tècnic de valoració l'acreditació de tots els aspectes tècnics oferts per part de l'empresa licitadora amb la documentació corresponent.



Així mateix, esmentar que l'oferta econòmica presentada no incorre en temeritat d'acord amb el criteri prefixat en el quadre de característiques específiques del contracte.

CONCLUSIONS

A efectes formals, la classificació de la valoració de l'oferta és la següent:

1.- PHILIPS IBÉRICA S.A.U.

I és per això, que es proposa l'adjudicació del contracte per al subministrament i instal·lació de 4 sales de radiologia convencional per als centres de la de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a favor de l'empresa PHILIPS IBÉRICA S.A.U., per un import total de 692.691,52 €, sense iva (838.156,74 €, iva inclòs), per les 4 sales.

Tot el que s'eleva a la Mesa de contractació als efectes oportuns.

Dra. Ann Marini Vallès Arvonon
Cap del Servei de Diagnòstic per la Imatge
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Calella, 19 de març de 2024.