



AECT HC 0002-0076/2024
PPTP del contracte de serveis de manteniment d'equips
d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE
SERVEIS DE MANTENIMENT D'EQUIPS DIVERSOS D'ESTERILITZACIÓ I
DESINFECCIÓ DE L'HOSPITAL DE Cerdanya, a Puigcerdà.**

Les empreses licitadores forçosament hauran de visitar el centre de forma presencial abans de formular la seva oferta, en la data i hora indicades. No es considerarà cap oferta que no hagi acomplert aquest requisit. Podran fer-ho adreçant la seva petició formal per correu electrònic a dir@hcerdanya.eu, indicant “Concurs pel servei de manteniment d'equips d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya”. La Direcció del Centre emetrà un certificat conforme han dut a terme la visita, el qual s'haurà d'adjuntar a l'oferta.

La data i hora previstes per a l'esmentada visita és la del dia 10 d'abril de 2024 de les 11h fins a les 12h30, al propi centre: Camí d'Ur. 31. 17520 Puigcerdà (Catalunya).



AECT HC 0002-0076/2024

PTP del contracte de serveis de manteniment d'equips d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

1. OBJECTE

L'Hospital de Cerdanya, d'ara endavant HC, és un centre sanitari transfronterer que dona servei a l'Alta i la Baixa Cerdanya i el Capcir. Disposa de 32 habitacions dobles a l'àrea d'hospitalització, d'un servei d'urgències amb 17 boxes, inclosos 3 de crítics, hospital de dia amb 10 boxes, hemodiàlisi amb 14 boxes, 25 consultes externes d'especialitats, servei de diagnòstic per la imatge amb escàner i ressonància, entre d'altres, laboratori, farmàcia i d'una zona quirúrgica amb 4 quiròfans, una sala de parts, una d'endoscòpies i una zona d'esterilització.

El mes de setembre de 2014 entrà en funcionament i, des de llavors, s'ha anat consolidant com un centre sanitari de primer nivell, de referència a nivell local, comarcal, regional i europeu.

En aquest sentit, el nivell de qualitat que han d'oferir les seves instal·lacions ha d'estar en consonància amb la seva referència i, per tant, el manteniment dels equips d'esterilització, associats al bloc quirúrgic, de desinfecció, a les àrees d'hospitalització, urgències i endoscòpies, han d'estar convenientment realitzats per tal de garantir, en tot moment, un nivell de servei que no interfereixi negativament en l'assistència sanitària.

Aquest PPTP descriu les condicions amb les quals s'hauran de desenvolupar els treballs de manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels elements abans esmentats.

2. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

A l'**Annex 1** s'hi adjunta el detall dels elements objecte d'aquest contracte, especificant marca comercial i model.

2.1. EQUIPS DE DESINFECCIÓ I D'ESTERILITZACIÓ.

L'Hospital de Cerdanya, HC, disposa dels següents equips bàsics, a més a més dels seus accessoris que, tot i no ser explícitament esmentats, també estan inclosos al contracte general de manteniment i, per tant, no s'admetrà cap reclamació econòmica complementària pel seu manteniment:

- **EQUIPS DE DESINFECCIÓ**
 - o 4 renta cunyes electrònics, model LPIN 60SDTA PA, ubicats a hospitalització est, hospitalització oest, urgències i hospital de dia
 - o 2 re-processadors per a endoscopis flexibles, model STEELCO EW 1, ubicats a la sala d'endoscòpies
 - o 1 cabina per a assecat d'endoscopis, model ED 100/1, ubicat a la sala d'endoscòpies



AECT HC 0002-0076/2024

PPTP del contracte de serveis de manteniment d'equips d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

- **EQUIPS D'ESTERILITZACIÓ I NETEJA** , tots ells en l'àrea quirúrgica homònima
 - o Pistola de neteja a pressió aire / aigua (2 unitats)
 - o Irrigador ultrasònic
 - o Rentadora per a desinfecció DS610SL-2 FAST (2 unitats)
 - o Esterilitzador a vapor 1006 E-2
 - o Esterilitzador a vapor SC501E-2
 - o Carro elèctric de càrrega i descàrrega 1490/1006 (2 unitats)
 - o Soldadora de bosses HM 850 DC

A més a més dels elements auxiliars necessaris pel seu correcte funcionament, tals com bateries, grups de pressió, electrovàlvules, filtres , etcètera. El seu manteniment, doncs, també està inclòs al general i no s'admetrà cap reclamació econòmica sota aquest concepte.

3. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE

Durada del contracte: la durada del contracte s'estableix en quatre anys a comptar des de la seva formalització.

Possibilitat de pròrroga: Sí, fins un màxim de un any.

4. PRESSUPOST DEL CONTRACTE, IVA EXCLÒS

Import anual de contracte:

FACTURACIO FIXA :	26 808,00 €
Total	26 808,00 €

Import màxim de licitació per a 4 anys:

FACTURACIO FIXA :	107 232,00 €
Total	107 232,00 €

Import possibles pròrroques (1 any):

FACTURACIO FIXA :	26 808,00 €
Total	26 808,00 €

Import possibles modificaciones:

(Fins a 5% Pressupost base de licitació)

5.361,60 €

Valor estimat total del contracte:

139.401,60 €

- **L'adjudicatari omplirà obligatòriament L'ANNEX OE : OFERTA ECONOMICA**

5.1. EQUIPS DE DESINFECCIÓ I D'ESTERILITZACIÓ.



AECT HC 0002-0076/2024

PTP del contracte de serveis de manteniment d'equips d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

L'adjudicatari es compromet a:

- Dur a terme el manteniment preventiu normatiu i correctiu d'obligat compliment d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació en cada moment, segons els requeriments establerts per la Generalitat de Catalunya o els seus organismes col·laboradors.
- Fer les inspeccions preceptives dels aparells d'esterilització, segons normativa vigent i la que pugui desenvolupar-se al llarg del període de duració del contracte, redactant i entregant un Informe, a l'HC.
- Redactar, en un període màxim de 2 mesos d'ençà de l'inici del servei, un Informe d'Estat Inicial al qual es detalli la situació general dels equips i, en cas de ser necessari, un pla d'inversions destinat a fer-ne més eficient i segur llur funcionament. (facturació variable)
- Actualitzar l'Informe d'Estat dels equips.
- Disposar d'un estoc de peces bàsic que permeti garantir les reparacions més habituals dels sistemes objecte del concurs.
- Garantir que, en tots els treballs realitzats quedaran cobert el 100% del material emprat, independentment de si són actuacions preventives, correctives o normatives atorgant al contracte un estatus de *full risc*.
- L'hospital de Cerdanya no és farà càrrec de cap import fora de lo estipulat al contracte.
- Tenir un telèfon de contacte per avaries operatiu 24 h i 365 dies a l'any.
- Tenir operativa una adreça de correu electrònic on poder adreçar-se formalment des de l'HC.
- Definir un responsable de contracte i un encarregat.
- Coordinar les inspeccions, en cas que siguin necessàries, amb un Organisme de Control Autoritzat. Els càrrecs també estaran inclosos i és farà càrrec l'adjudicatari.
- Fer una formació bàsica en primeres intervencions a l'equip tècnic de l'HC, segons la tipologia d'instal·lacions.
- Garantir la traçabilitat de l'esterilització en tot moment.
- Disposar de tots els programes i software necessari per garantir les actuacions de reparació sobre tots els equipaments

6. MANTENIMENT

El manteniment a tot risc que es defineixi a continuació serà proporcionat pel titular durant tota la durada del contracte.

El manteniment a tot risc inclou el manteniment preventiu, el correctiu i el normatiu.

6.1 MANTENIMENT PREVENTIU

L'adjudicatari es compromet a realitzar visites de manteniment preventiu a l'equip d'acord amb la freqüència prevista en el seu procediment i manual tècnic.



AECT HC 0002-0076/2024

PTP del contracte de serveis de manteniment d'equips d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

El manteniment preventiu es realitzarà "in situ".

L'objectiu de les visites i intervencions de manteniment preventiu és reduir el risc d'avaries i mantenir el rendiment de l'equip al llarg del temps a un nivell proper al seu rendiment inicial, per tal d'assegurar un ús òptim de l'equip i el seu compliment permanent de la normativa.

Les dates i hores d'aquestes visites es determinaran de mutu acord entre el titular i el servei de diagnòstic per la imatge i el servei d'electro-medicina del centre.

L'adjudicatari realitzarà els següents serveis:

- Comprovació de l'estat general de l'equipament.
- L'aplicació del procediment previst pel titular en el seu manual tècnic (ajustos, mesures, substitució de peces de desgast).

A més de les operacions actuals, el servei inclou operacions dirigides a:

- Millorar la seguretat i fiabilitat de la instal·lació.
- Corregir defectes o defectes ocults (programari o maquinari de la instal·lació).
- Actualització de programari (instal·lació de l'última versió amb funcionalitat inicial equivalent).
- Avaluar el rendiment global de la instal·lació i comparar-la amb el rendiment inicial registrat durant la posada en servei. S'han de realitzar proves funcionals, proves de seguretat elèctrica i controls de qualitat amb l'emissió d'un informe escrit (inclosos els registres de mesurament i proves).
- Verificar la conformitat dels equips amb qualsevol requisit de circulars i textos normatius espanyols, francesos i europeus (matèria-vigilància, etc.).
- Realitzar un recordatori de les instruccions d'ús per al personal usuari i biomèdic.

En aquells supòsits que durant el transcurs de la realització d'aquests serveis, l'adjudicatari trobi que les operacions addicionals, no incloses en aquest paquet, resultin necessàries, aquest ho comunicarà per escrit al responsable del contracte el més aviat possible.

6.2 MANTENIMENT CORRECTIU

L'objectiu de les intervencions correctives de manteniment és restaurar l'equip i el programari a l'ordre de treball després d'una incidència.

Les inspeccions correctives no es podran dur a terme al mateix temps que les mesures preventives, llevat que s'acordi formalment per escrit per part de l'Hospital de Cerdanya.

L'adjudicatari es compromet a actualitzar tota la documentació relativa a la instal·lació en qüestió i a deixar-la en l'hospital de Cerdanya, a disposició dels usuaris.

Sol·licitud d'intervenció

El servei mèdic de Hospital de Cerdanya on es troben ubicats els equips notificarà al servei d'electro-medicina l'avaría.



AECT HC 0002-0076/2024

PTP del contracte de serveis de manteniment d'equips d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

El servei d'electro-medicina tramitarà l'avaria per correu electrònic a l'adreça del servei tècnic i/o el nº de telèfon d'assistència tècnica que l'adjudicatari del contracte hagi indicat a tal efecte.

L'adjudicatari es compromet a enviar un tècnic al lloc d'ús dels equips defectuosos per tal de restablir un bon funcionament.

El personal tècnic de l'empresa adjudicatària es posarà en contacte i coordinarà amb el servei d'electro-medicina l'actuació a realitzar. El servei d'electro-medicina de l'Hospital de Cerdanya portarà a terme un control de l'execució dels treballs desenvolupats per l'adjudicatari, per tal d'assegurar el compliment de la norma en matèria de Seguretat i Salut.

Informe d'intervenció

Per tal d'assegurar la traçabilitat de les avaries i de les reparacions realitzades, qualsevol intervenció de l'adjudicatari, manteniment preventiu o correctiu ha de ser registrada en un informe d'intervenció. El servei tècnic de l'adjudicatari lliurarà al servei d'electro-medicina de l'Hospital de Cerdanya un informe o full de treball en el que constarà, com a mínim:

- El material afectat (numero de sèrie, N° GMAO).
- La data i hora d'inici i de finalització del treballs.
- Diagnòstic de l'avaría i causa estimada.
- Descripció de la reparació efectuada.
- Relació de recanvis i/o peces substituïdes per la reparació.
- Confirmació explícita que l'aparell queda en condicions correctes de funcionament i seguretat.

Aquest informe d'intervenció s'enviarà en un termini de 7 dies a l'hospital de Cerdanya.

L'Hospital de Cerdanya no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en aquesta PPT o que no comptin amb la seva prèvia conformitat.


L'Hospital de Cerdanya no es farà càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d'una intervenció no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar, si s'escau, la compensació pels danys i perjudicis que poquessin derivar-se.

6.3 MANTENIMENT TECNIC-LEGAL

L'actual reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial Decret 809/2021 de 21 de setembre, estableix els requisits per a la instal·lació i inspeccions periòdiques dels equips a pressió, la pressió màxima admissible dels quals sigui superior a 0,5 bars, amb l'objecte de garantir la seguretat durant la vida prevista.

Les autoclaus i generadors de vapor són equips a pressió que estan inclosos en l'àmbit d'aplicació del reglament esmentat i, per tant, una vegada instal·lats requereixen una acreditació de les condicions de seguretat de la instal·lació davant la Delegació d'Indústria de la comunitat autònoma corresponent, abans de la posada en servei (legalització de la instal·lació).

Així mateix, s'han de sotmetre periòdicament a les proves i les inspeccions que garanteixin el manteniment de les seves condicions tècniques i de seguretat, necessàries per al seu



Les autoclaus estan compostos per dos equips a pressió independents als efectes del compliment del Reglament d'Equips a Pressió. D'una banda, tenim la càmera i de l'altra el generador. Per tant, com que teniu dues autoclaus cal passar inspeccions als 4 equips (cadascú amb les seves periodicitats) que a continuació detallem :

- Cambra NF 3000695 - Recipient de categoria II.
 - o Inspeccions de nivell A/B/C - cada **4 anys/8 anys/“C” no obligatòries** .
- Generador NF 6001977 - Caldera EP-1.
 - o A totes les calderes els apliquen les inspeccions de nivell A/B/C cada **1 any/3 anys/6 anys**.

- Cambra NF 4001097 -Recipient de categoria III.
 - o Inspeccions de nivell A/B/C - cada **3 anys/6 anys/12 anys.**
- Generador NF 6002043 -Caldera EP-1.
 - o A totes les calderes els apliquen les inspeccions de nivell A/B/C cada **1 any/3 anys/6 anys.**

Les inspeccions periòdiques han d'acreditar unes condicions de seguretat i resistència adequades estenent, una vegada dutes a terme, el corresponent CERTIFICAT D'INSPECCIÓ. A més de les comprovacions indicades als manuals d'instruccions del fabricant, es faran, almenys, el nivell d'inspeccions i proves que venen al Reglament d'Equips a Pressió amb la periodicitat que sigui procedent en funció de la categoria cada equip.

- Una inspecció de nivell B.
- Realització de prova hidroestàtica en les condicions i pressions iguals a les de la primera prova duta a terme pel fabricant.
- Obtenció i tramesa del Certificat emès per l'OC.
- Enregistrament, a la placa corresponent, de la data i tipus d'inspecció feta.



AECT HC 0002-0076/2024

PTP del contracte de serveis de manteniment d'equips d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

- Inspecció de nivell A.
- Inspecció visual de totes les zones sotmeses a més esforços i a més corrosió.
- Comprovació i prova dels òrgans de seguretat.
- Obtenció i tramesa del Certificat emès per l'OC.
- Enregistrament, a la placa corresponent, de la data i tipus d'inspecció feta.

INSPECCIÓ DE NIVELL A.

Inspecció amb l'equip en servei que consistirà en:

- Comprovació de la documentació dels equips de pressió: verificar que la màquina està legalitzada i que té les inspeccions en regla.
- Completa inspecció visual de totes les parts sotmeses a pressió, accessoris de seguretat, dispositius de control i condicions reglamentàries.
- Emissió per duplicat del certificat d'inspecció corresponent.

Durant la inspecció de l'equip haurà d'estar disponible per a consulta de l'inspector i l'adjudicatari es compromet a aportar tota la documentació relativa a l'autorització de posada en servei, certificat d'instal·lació, certificats de les darreres inspeccions periòdiques, manual d'ús, etc.

7. TEMPS DE RESPOSTA EN CAS D'AVARIES

El temps de resposta en cas d'avaries depèn de la incidència que aquesta pugui tenir en el normal funcionament de l'activitat sanitària. Amb caràcter general, és el definit a la taula següent:

TEMPS DE RESPOSTA EN FUNCIÓ DE L'AVARIA.

Qualificació de l'avaria	Riscos / situació generada	Temps màxim de resposta telefònica	Temps màxim de resposta presencial, si fos necessària
MOLT GREU	Compromet la seguretat de les persones o el funcionament dels sistemes bàsics assistencials.	Immediata	4 hores
GREU	No compromet la seguretat ni les àrees crítiques, però condiciona el normal funcionament de l'hospital	5 minuts	5 hores
NORMAL	La resta	5 minuts	12 hores
LLEU	Hi ha un aparell substitutori totalment equivalent i no s'afecta el normal funcionament del centre ni la seguretat de persones o béns.	5 minuts	36 hores



AECT HC 0002-0076/2024

PTP del contracte de serveis de manteniment d'equips d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

8. PENALITZACIONS. POSSIBLE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.

Les penalitzacions econòmiques en cas de no compliment dels terminis de reparació, segons la clàusula anterior, s'aplicaran en funció de la gravetat de la situació generada, i comportaran la resolució del contracte de manteniment si el produeix qualsevol dels dos escenaris:

- dues avaries molt greus
- tres avaries greus
- o quatre avaries normals o lleus, no ateses en el termini temporal prescrit.

Pel que fa a les penalitzacions sense resolució del contracte, s'aplicaran, en cas de no complir els terminis de resposta, amb el següent criteri:

- 1.000,00 € per la primera avaria molt greu
- 750,00 € per una avaria greu
- 500,00 € per avaries normals o lleus

Aquests imports seran descomptats, quan procedeixi, de la facturació següent a l'incident.

D'altra banda, l'HC es reserva el dret, en cas de manca de resposta per part de l'adjudicatari del servei, de mobilitzar un tercer, els costos del qual anirien a càrrec del contractista prestador del servei que hagués resultat adjudicatari del contracte i no hagués donat la resposta a l'avaria en el temps necessari.

Paral·lelament s'aplicaran les penalitzacions abans esmentades depenent de la qualificació de la avaria

9. FACTURACIÓ DELS TREBALLS

L'adjudicatari facturarà mensualment els treballs realitzats, els quals s'hauran de detallar en cadascuna de les factures. Tots tindran una garantia de, com a mínim, 12 mesos.

Val a dir que el pressupost base de licitació s'ha determinat a preus unitaris, i és l'import màxim pel que s'exhaurirà o no en funció dels serveis que finalment es realitzin per l'adjudicatari.

10. PERSONAL ASSIGNAT AL SERVEI I SEGURETAT INDUSTRIAL

L'adjudicatari estarà obligat a aportar la documentació necessària que acrediti la formació específica i normativa establerta, a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya ([Empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials, Departament d'Empresa i Treball \(gencat.cat\)](http://gencat.cat)) del personal tècnic que exerceixi els treballs d'objecte d'aquest contracte dintre del centre hospitalari.



AECT HC 0002-0076/2024

PPTP del contracte de serveis de manteniment d'equips d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

L'HC es reserva el dret de sol·licitar la substitució del personal no titulat per l'exercici els treballs objecte d'aquest contracte.

L'adjudicatari estarà obligat a aportar la documentació com empresa certificada i està inscrita en el registre d'agents de la seguretat industrial especialment en les activitats següents :

Codi	Activitat	Categoria
EIP	Empresa instal·ladora equips a pressió	EIP-2
ERP	Empresa reparadora equips a pressió	ERP-2

L'adjudicatari haurà d'acreditar disposar de certificacions tals com :

-ISO 13485: Sistema de Gestió de la Qualitat per a Dispositius Mèdics

L'ISO 13485 és una norma internacional que defineix els requisits per a un sistema de gestió de la qualitat específic per a les organitzacions que dissenyen, fabriquen, distribueixen o proveeixen dispositius mèdics i serveis relacionats. Aquest sistema de gestió de la qualitat està dissenyat per garantir la seguretat, la qualitat i la conformitat amb les normatives aplicables dels dispositius mèdics.

ISO 9001: Sistema de Gestió de la Qualitat

L'ISO 9001 és una norma internacional que estableix els requisits per a un sistema de gestió de la qualitat (SGQ) en les organitzacions. Aquest sistema té com a objectiu principal assegurar que una organització compleixi amb les necessitats i expectatives dels seus clients i altres parts interessades.

11. SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL.

El compliment de la normativa vigent en la seguretat i higiene en el treball serà responsabilitat exclusiva de l'adjudicatari, corrent al seu càrrec.

L'adjudicatari posarà a disposició del seu personal els equips de protecció individuals i col·lectius necessaris per a l'exercici dels seus treballs.

L'HC adjunta, en qualsevol cas, un Annex 2 de Coordinació d'Activitats Empresarials per tal de fer més fluida la relació entre les empreses que presten servei al centre.

12. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL I DE RESIDUS

Serà obligació de l'empresa adjudicatària la gestió dels residus que la seva activitat generi a l'Hospital de Cerdanya, amb empresa acreditada i als abocadors autoritzats.

També vetllarà per tal de reduir la generació de residus i millorar l'eficiència energètica pròpia i de l'HC.



AECT HC 0002-0076/2024

PPTP del contracte de serveis de manteniment d'equips d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

Es compromet a integrar-se a l'estratègia general de Sostenibilitat Mediambiental de l'HC

13. REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ

L'adjudicatari serà responsable de mantenir perfectament documentat i actualitzat el registre documental que exigeix la legislació vigent i la que en el futur pugui rectificar-la o complementar-la.

Aquest registre haurà d'estar sempre al dia i a disposició de l'HC, i d'aquelles altres persones degudament autoritzades.

A més del registre esmentat, l'adjudicatari haurà de tenir sempre a disposició tota la documentació o informació relativa al servei, que sigui sol·licitada per l'Hospital o qualsevol instància superior relacionada amb l'objecte del servei. En cas de no tenir-la a disposició immediata, s'haurà de poder disposar en un termini màxim de 24 h.

14. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS I CONTRACTE D'ENCARREGAT DE TRACTAMENT

L'annex 2 referents a la seguretat i salut i a la protecció de dades haurà de ser completat per part de l'adjudicatari amb caràcter obligatori, sent causa d'exclusió automàtica en cas de no fer-ho.

15. VALORACIÓ DE LES OFERTES

Serà d'obligat compliment per tal de ser admeses al procediment complet de licitació i, per tant, poder ser valorades llurs ofertes, el compliment de les condicions descrites a l'esmentat QC, les quals passaran a formar part del contracte signat amb l'adjudicatari que resulti de la licitació.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

La valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa es durà a terme exclusivament a partir de la seva oferta econòmica de la licitació.

En compliment del que disposa l'apartat 2 de l'article 152 del TRLCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les presentades.

Finalment, als licitadors no exclosos se'ls assignarà la puntuació que resulti de la fórmula:
On:

$$P_x = \frac{O_e^* 100}{O_x}$$



AECT HC 0002-0076/2024

PTP del contracte de serveis de manteniment d'equips d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

On:

P_x : puntuació oferta valorada

Oe: oferta més econòmica ponderada, excloses les anormals o desproporcionades, si hi són.

O_x : oferta valorada ponderada (sense IVA)

16. MISCEL·LÀNIA

El candidat enviarà la seva oferta a través del sobre digital de la plataforma de contractació pública al perfil de l'AECT HC.

El licitador haurà d'omplir de forma obligatòria, sent causa d'exclusió automàtica cas de no fer-ho, els annexos:

- ANNEX 2 : COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS
- ANNEX OE : OFERTA ECONOMICA

Es prestarà especial atenció a la qualitat de resposta a aquests taules.


- En el context d'una resposta "no desmaterialitzada", un suport electrònic físic (CD-ROM, DVD, clau USB...) que contingui els annexos emplenats en format Excel ha de ser retornat a la resposta havent tingut cura d'esmentar clarament el nom del candidat en el suport.

El licitador podrà proposar qualsevol opció gratuïta addicional la rellevància de les quals justifiqui.

Per obtenir informació addicional, necessària per a la redacció de la proposta, el candidat podrà formular consultes al perfil de l'AECT HC de la plataforma de serveis de contractació pública.

Romain PUJOL

Responsable de la Unitat d'Enginyeria Biomèdica i Projectes




REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 0002-0076/2024 - 19/03/2024 12:39
SIGNATURES
Sistema o aplicació de prova: 26/03/2024 08:16
Romain PUJOL: 26/03/2024 09:32



AECT HC 0002-0076/2024
PPTP del contracte de serveis de manteniment d'equips
d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

ANNEX 1

RELACIÓ D'EQUIPS



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 0002-0076/2024 - 19/03/2024 12:39
SIGNATURES
Sistema o aplicació de prova: 26/03/2024 08:16
Romain PUJOL: 26/03/2024 09:32



AECT HC 0002-0076/2024
PPTP del contracte de serveis de manteniment d'equips
d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

ANNEX 2

COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS



AECT HC 0002-0076/2024

PTP del contracte de serveis de manteniment d'equips d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

***** , amb DNI ***** , en nom i representació de l'empresa ***** , NIF ***** ,
núm. de cotització a la Seguretat Social *****

MANIFESTA RESPONSABLEMENT

- 1) Que l'empresa a la que representa compleix tots els requisits establerts a la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.
- 2) Que l'empresa ha organitzat el desenvolupament de les seves activitats preventives d'acord amb una de les següents modalitats, a detallar per part seva:
 - Assumpció personal per l'empresari.
 - Nomenament de treballadors designats..
 - Constitució de servei de prevenció propi.
 - Concertació amb un o varis servei/s de prevenció aliè amb
- 3) Que juntament al present escrit acompanya document de:
 - ☐ Tipus 1. Empresa amb presència continua :
 - Alta dels treballadors a la seguretat social
 - Certificat de la realització de vigilància de salut dels treballadors.
 - Certificat de formació dels treballadors adient a les tasques.
 - Avaluació de riscos dels treballs contractats i planificació de l'activitat preventiva.
 - ☒ Tipus2: Empresa que desenvolupa treballs periòdics.
 - Alta dels treballadors a la seguretat social
 - Avaluació de riscos dels treballs contractats.
 - ☐ Tipus 3. Empresa que realitza treballs puntuals:
- 4) Que es compromet a comunicar a la Direcció de Serveis Generals tots els resultats de l'avaluació de riscos laborals que es realitzin periòdicament, ja siguin amb caràcter ordinari o extraordinari, a petició pròpia, dels serveis de prevenció dels que disposa o de les inspeccions de treball que puguin tenir relació amb l'execució de la subcontracta que es du a terme.
- 5) Que es compromet a lliurar tota la documentació que, en matèria de prevenció de riscos laborals pugui requerir la Direcció de l'Hospital.
- 6) Que es compromet a seguir les instruccions que estableixi i l'assistència a les reunions que convoqui el Comitè de Seguretat i Salut de l'HC, a efectes de coordinar l'activitat de prevenció de riscos laborals en el centre de treball.
- 7) Que el responsable de seguretat i salut de l'empresa és....., i el telèfon de contacte

Declaració responsable que emeto, als efectes de coordinació d'activitats empresarials que regula l'art. 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Signat,



AECT HC 0002-0076/2024

PTP del contracte de serveis de manteniment d'equips d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

NORMATIVA INTERNA PER A EMPRESES SUCONTRACTADES

Aquesta normativa interna per a empreses subcontractades s'adjunta per tal de donar compliment a la llei 31/95 i al Reial Decret 171/04, a la qual es desenvolupa l'article 24 de coordinació d'activitats empresarials. També s'adjunta un tríptic informatiu d'actuació en cas d'emergències en el nostre centre.

ASPECTES GENERALS

- Es prohibeix l'ús de qualsevol equip, instal·lació o substància de l'Hospital de Cerdanya sense permís previ.
- Quan l'activitat o servei a realitzar comporti molèsties pel personal o usuaris de l'Hospital de Cerdanya, es requerirà el vistiplau del responsable del centre.
- Cal seguir les instruccions rebudes pel responsable del centre de treball respecte de les condicions de realització de les activitats per reduir les molèsties i els riscos a usuaris i treballadors
- No es pot fumar, menjar, ni beure a les zones de treball. Cal utilitzar els espais senyalitzats.
- No cridar ni córrer per l'interior de les instal·lacions per evitar transmetre falses alarmes a la resta de personal.
- És obligatori seguir les normes de seguretat sobre riscos laborals que us faciliti la vostra empresa (ús d'equips de protecció individual, etc.)

INFORMACIÓ PRÈVIA AL TREBALL

- El personal de l'empresa contractada haurà d'identificar els extintors més propers així com els recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència de la zona on realitzarà els treballs.
- No accedir a les instal·lacions ni iniciar cap treball, sense previ avís al responsable del centre.
- No manipular ni utilitzar cap envàs, producte químic o agent biològic que no estigui correctament identificat.
- Abans de manipular o utilitzar qualsevol aparell, producte químic o agent biològic dels centres de Hospital de Cerdanya , informeu- vos dels riscos que puguin ocasionar, de com evitar- los i del protocol de treball establert per al seu ús.
- En el cas d'obres de Construcció, cap treball podrà començar-se sense comptar amb el Pla de seguretat i Salut en el treball tal com estableix el Reial Decret 1627/1997

SEGURETAT

- Mantenir l'ordre i neteja en l'ocupació d'espais senyalitzant la seva presència i delimitant l'accés si fos necessari.
- En el cas de necessitar treballar en una àrea d'aïllament, consultar a la responsable dels EPIS a utilitzar.
- En finalitzar els treballs contractats i abans d'abandonar el Centre de Treball caldrà restituir les condicions inicials d'ordre i neteja dels espais emprats.
- Els vehicles i maquinària que hagin de ser emprats dins de les instal·lacions de l'Hospital de Cerdanya, donaran compliment a la legislació actual corresponent o segons les disposicions del RD1215/1997, i alhora estaran en perfectes condicions de manteniment.
- Respectar els senyals de seguretat.
- No anul·lar ni ocasionar desperfectes als sistemes, aparells i equips de protecció del centres de Hospital de Cerdanya.
- Complir totes les recomanacions i normes de seguretat donades pel personal de Hospital de Cerdanya.
- Senyalitzar les situacions de risc per a advertir-les als treballadors de l'Hospital de Cerdanya i als usuaris i comunicar-les a la Direcció de Serveis Generals de l'Hospital de Cerdanya.
- Mantenir les vies d'evacuació i els equips de protecció contra incendis (mànegues, extintors...) lliures d'obstacles i en condicions d'ésser utilitzats.



AECT HC 0002-0076/2024

PPTP del contracte de serveis de manteniment d'equips d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya

- Assegurar les botelles de gasos liquats a pressió contra caigudes i xocs.

ZONES D'ACCÈS RESTRINGIT

- Només s'accedirà a aquelles instal·lacions i espais en els quals s'hagi de realitzar l'activitat o servei contractat. NO s'accedirà a les zones d'accés restringit sense autorització expressa.
- En els espais en que es troba l'escomesa elèctrica, les estacions de distribució, els equips radiològics i les sales de calderes o similars, no hi podran romandre persones no autoritzades.
- Durant els treballs de manteniment, senyalitzar correctament les zones en què s'està treballant i delimitar-les amb tanques, barreres o cintes que restringeixin l'accés de treballadors de Hospital de Cerdanya i usuaris.
- Demanar un permís especial o autorització per efectuar els següents treballs: treballs amb risc d'incendi (soldadures, talls amb radial...), entrada en espais confinats, obertures de canonades que hagin contingut substàncies tòxiques i/o inflamables o que treballen sota pressió, espais d'ús especial d'aïllament (quiròfans, etc...)

RESIDUS

- Els residus generats per l'activitat desenvolupada per l'empresa subcontractada seran retirats per aquesta mateixa empresa i es segregaran d'acord amb les indicacions del personal de Manteniment i Serveis Generals de l'Hospital de Cerdanya ..
- Resta prohibit l'abocament de qualsevol residu químic a la xarxa de clavegueram.
- En els centres de treball de l'Hospital de Cerdanya existeixen residus sanitaris amb risc de contaminació per contacte. La manipulació d'aquest residus es limitarà al personal autoritzat per a la seva recollida, que adoptarà les mesures de protecció adients.

MESURES DE PRECAUCIÓ GENERALS PER A LA MANIPULACIÓ DE RESIDUS

- Utilitzar recipients adequats per a cada tipus de material
- No arrossegar les bosses de residus ni els recipients pel terra.
- Utilitzar contenidors o mitjans de transport a l'interior del centre pel trasllat dels residus.

ACCIDENTS | INCIDENTS

- El personal de l'empresa contractada haurà d'informar immediatament a l'interlocutor de Serveis Generals o Manteniment de qualsevol situació de risc que pugui ésser causa d'accident o incident, de qualsevol anomalia dels mitjans de protecció contra incendis que es produeixi així com dels accident o incidents dels que siguin testimonis.

ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA

- A tots els espais de l'Hospital de Cerdanya estan previstes unes mesures d'actuació en cas d'emergència. **NO ACTUÏ MAI SOL.**
- Davant qualsevol situació no esmentada anteriorment, consulteu amb la persona de referència de l'Hospital de Cerdanya a la Direcció de Serveis Generals.
- S'adjunta plànol general tipus amb instruccions d'actuació en cas d'emergència, els quals estan distribuïts per tot el centre sanitari.



AECT HC 0002-0076/2024

PTP del contracte de serveis de manteniment d'equips d'esterilització i desinfecció de l'Hospital de Cerdanya



ACTUACIONS EN EMERGÈNCIA, EVACUACIÓ I CONFINAMENT
INTERVENTION EN CAS D'URGENCE, ÉVACUATION ET CONFINEMENT
ACTUACIONES EN EMERGENCIA, EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO



ELEMENTS D'ENCAICHO/ELEMENTS D'ENCAICHO/ELEMENTS D'ENCAICHO		ELEMENTS DE PROTECCIO/ELEMENTS DE PROTECTION/ELEMENTS DE PROTECTION		EN CAS D'INCENDI DE LA COMUNITAT/EN CAS D'INCENDI		EN CAS D'EMERGENÇA DE LA COMUNITAT/EN CAS D'EMERGENÇA		EN CAS D'INCENDI DE LA COMUNITAT/EN CAS D'INCENDI					
	RECONSTRUÏR D'ENCAICHO/RECONSTRUIRE D'ENCAICHO/RECONSTRUIRE D'ENCAICHO W001 ESQUAÏ W002 FIES ES W003 ESTÀ ESQUAÏ		POSSADOR D'ALARMA POSSIBLE D'ALARME POSSEDER D'ALARME EXTINTOR EXTINCTOR EXTINCTOR		ROCA D'ENCAICHO (BEE) GARDIAN D'INCENDI GUARDIA INCENDIO GUARDIA INCENDIO GUARDIA INCENDIO (BEE) ROCA D'ENCAICHO (BEE) GUARDIA INCENDIO GUARDIA INCENDIO (BEE) CONSERV. PAS CONSERV. PAS CONSERV. PAS EXTINTOR, NA EXTINTOR, NA EXTINTOR, NA EXTINTOR, NA EXTINTOR, NA		Atenir la calma, no criden Gardar calma, no criden Manteniendo la calma, no criden Atenir al personal sanitari i ser proper Preparar la personal de Atenir al personal sanitario i ser cercano Dirigir al plaza publica Dirigir al personal sanitario mas cercano		Dirigir-se a la salut d'emergència més propera Dirigir-se a les issues de seguretat de plaça pública Dirigir-se a la salud d'emergencia mas propera Dirigir-se a las salidas de emergencia de plaza publica Seguir les indicacions del personal del centre Seguir las indicaciones del personal del centro Seguir las indicaciones del personal del centro No utilitzar l'ascensor No prendre pas l'ascensor No utilitzar el ascensor		Dirigir-se a la salut d'emergència més propera Dirigir-se a les issues de seguretat de plaça pública Dirigir-se a la salud d'emergencia mas propera Dirigir-se a las salidas de emergencia de plaza publica Seguir les indicacions del personal del centre Seguir las indicaciones del personal del centro Seguir las indicaciones del personal del centro No utilitzar l'ascensor No prendre pas l'ascensor No utilitzar el ascensor		Dirigir-se a la salut d'emergència més propera Dirigir-se a les issues de seguretat de plaça pública Dirigir-se a la salud d'emergencia mas propera Dirigir-se a las salidas de emergencia de plaza publica Seguir les indicacions del personal del centre Seguir las indicaciones del personal del centro Seguir las indicaciones del personal del centro No utilitzar l'ascensor No prendre pas l'ascensor No utilitzar el ascensor