

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT AGREGAT

CS/CC00/1101385445/24/AMUP

**INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A
PROCEDIMENTS QUIRURGICS: FULLES DE BISTURÍ,
BISTURÍ, FULLES DE DERMÀTOM, PUNXÓ CUTANI I
ALTRE MATERIAL TALLANT**

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

En la descripció dels materials, s'ha descrit les característiques tècniques que ha d'acomplir cada un dels diferents tipus de material.

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries i els requisits tècnics indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

Així mateix, les ofertes que excedeixin el preu màxim de sortida també quedaran excloses, encara que tècnicament puguin ser correctes.

2. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

On:

P_v és la puntuació que obté l'empresa "v",

O_v és el preu de l'oferta de l'empresa "v",

Om és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),

IL és preu de licitació

P són els punts del criteri

3. PUNTUACIÓ TÈCNICA

Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

El document **Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament de puntuacions per lots** està **dividit en 4 desglossaments**. En cadascun d'ells s'han agrupat el lots que tenen una mateixa puntuació tècnica i econòmica i els mateixos criteris tècnics addicionals.

DESGLOSSAMENT DE PUNTUACIONS

El document **Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament de puntuacions per lots** està **dividit 4 desglossaments**. En cadascun d'ells s'han agrupat el lots que tenen una mateixa puntuació tècnica i econòmica i/o criteris tècnics addicionals.

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració objectius són els que s'indiquen a continuació:

• **Desglossament 1**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

LOT 1 - Fulles bisturí convencionals i d'altres formes

LOT 2 - Bisturí amb mànec de plàstic

Es valoren les característiques addicionals següents:

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica	1. Gamma Es valorarà <u>l'oferta amb més articles presentats i validades tècnicament</u> (oferta vàlida i no desestimada), a la gamma requerida per lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 15 punts , avaluats de la següent manera: - El rang més ample ofert rebrà la puntuació prevista de 15 punts . - La resta d'ofertes rebrà una puntuació <u>directament proporcional</u> respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	15
	2. Composició lliure de Níquel El proveïdor que presenti un certificat acreditant l'absència de Níquel se li atorgaran 5 punts . La resta d'ofertes que no presentin cap acreditació rebran 0 punts. Per valorar aquest criteri, cal aportar <u>certificat acreditatiu de l'empresa</u> .	5
	3. Acompliment Norma UNE-EN 27740/AC:1996 (ISO 7740:1985). Instrumentos quirúrgicos, bisturíes con hojas desechables El proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador de la Norma UNE-EN 27740/AC:1996 (ISO 7740:1985), se li atorgaran 10 punts . La resta d'ofertes que no ho acreditin rebran 0 punts.	10

A més a més d'aquests criteris de valoració, en el **Lot 1** també serà valorable:

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica	<u>Valoració del tipus d'esterilització</u> El proveïdor que presenti un certificat que indiqui l'esterilitat dels productes obtinguda per irradiació amb Cobalt 60 com a mínim a 25kGy rebrà 10 punts . La resta d'ofertes que no ho acreditin rebran 0 punts.	10

A més a més d'aquests criteris de valoració, en el **Lot 2** també serà valorable:

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica	<u>Sistema de seguretat</u> El proveïdor que presenti un bisturí amb mànec de plàstic que incorpori un dispositiu de seguretat rebrà 10 punts . La resta d'ofertes que no ho presentin rebran 0 punts	10

• **Desglossament 2**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 65 punts i la tècnica de 35 punts.

LOT 3 - Bisturí amb mànec de plàstic amb seguretat activa

Per avaluar la fiabilitat dels dispositius de seguretat de forma objectiva i fer una elecció del dispositiu més adequat, s'aplicaran els criteris tècnics de bioseguretat per material punxant i tallant amb exposició a risc biològic descrits a la NTP 875 i la seva referència normativa a la Guia Tècnica d'agents biològics 664/97.

Els criteris per avaluar els dispositius de seguretat són:

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica	1.- Valoració del material amb sistema d'activació actiu (cal que el professional realitzi alguna acció perquè el bisturí quedi protegit amb el sistema de seguretat i no hi hagi risc de tall o punxada) . Si l'activació del dispositiu per part del professional s'activa amb 1 sola ma s'atorgaran 10 punts . Les ofertes que no presentin aquest característica a l'activar el dispositiu obtindran 0 punts	10
	2.- L'equip de seguretat disposa d'un sistema de recollida de sang o d'altres fluids biològics per evitar esquitxades (no ha de generar altres riscos d'exposició a sang o altres fluids biològics) . Si el dispositiu te un sistema de recollida de sang o d'altres fluids biològics se li atorgaran 10 punts . Les ofertes que no presentin aquest sistema de recollida obtindran una puntuació de 0 punts .	10
	3.- Gamma Es valorarà l'oferta amb més articles presentats i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), a la gamma requerida per lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 10 punts , avaluats de la següent manera: - El rang mes ample ofert rebrà la puntuació prevista de 10 punts . - La resta d'ofertes rebrà una puntuació <i>directament proporcional</i> respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça	10
	4.- Composició lliure de Níquel El proveïdor que presenti un certificat acreditant l'absència de Níquel se li atorgaran 5 punts . La resta d'ofertes que no presentin cap acreditació rebran 0 punts. Per valorar aquest criteri, cal aportar <u>certificat acreditatiu de l'empresa</u> .	5

• **Desglossament 3**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 70 punts i la tècnica de 30 punts.

LOT 4 - Fulles/Plaques per empelts per a dermatòom

Es valoren les característiques addicionals següents:

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica	1.- Gamma Es valorarà <u>l'oferta amb més articles presentats i validades tècnicament</u> (oferta vàlida i no desestimada), a la gamma requerida per lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 20 punts , avaluats de la següent manera: - El rang més ample ofert rebrà la puntuació prevista de 20 punts . - La resta d'ofertes rebrà una puntuació <i>directament proporcional</i> respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	20
	2.- Composició lliure de Níquel El proveïdor que presenti un certificat acreditant l'absència de Níquel se li atorgaran 5 punts . La resta d'ofertes que no presentin cap acreditació rebran 0 punts. Per valorar aquest criteri, cal aportar <u>certificat acreditatiu de l'empresa</u> .	5
	3.- Acompliment Norma UNE-EN-ISO 23908:2013. Protección contra heridas punzantes. El proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador de la Norma UNE-EN-ISO 23908:2013 , se li atorgaran 5 punts . La resta d'ofertes que no ho acreditin rebran 0 punts.	5

• **Desglossament 4**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 75 punts i la tècnica de 25 punts.

LOT 5 - Punxó cutani i LOT 6 - Altre material tallant

Es valoren les característiques addicionals següents:

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica	1.- Gamma Es valorarà <u>l'oferta amb més articles presentats i validades tècnicament</u> (oferta vàlida i no desestimada), a la gamma requerida per lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 20 punts , avaluats de la següent manera: - El rang més ample ofert rebrà la puntuació prevista de 20 punts. - La resta d'ofertes rebrà una puntuació <i>directament proporcional</i> respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	20
	2.- Acompliment Norma UNE-EN-ISO 23908:2013. Protección contra heridas punzantes. El proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador de la Norma UNE-EN-ISO 23908:2013 , se li atorgaran 5 punts . La resta d'ofertes que no ho acreditin rebran 0 punts.	5

La puntuació de la gamma s'obtindrà de la següent manera:

$$\begin{array}{lcl}
 \text{PUNTUACIÓ} & & \\
 \text{CRITERI} & = & \frac{\text{Rang de mides a valorar} \\
 & & (\text{número de referències} \\
 & & \text{ofertades)}}{\text{Rang de mides més ample presentant}} * \text{Puntuació} \\
 & & \text{total criteri}
 \end{array}$$

ANNEX

- Criteris d'adjudicació - Desglossaments de puntuacions per lot

Subministrament agregat d'Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: fulles de bisturí, bisturí, fulles dermatòom, punxó cutani i altre material tallant.

CS/CC00/1101385445/24/AMUP

Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament 1

Lot 001 - Fulles de bisturí convencionals i d'altres formes

Lot 002 - Bisturí amb mànec de plàstic

		1. PUNTUACIÓ ECONÒMICA	2. PUNTUACIÓ TÈCNICA	> PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 001	Fulles de bisturí convencionals i d'altres formes	60	40	100
LOT 002	Bisturí amb mànec de plàstic	60	40	100

		1. Fulles de bisturí convencionals i d'altres formes	2. Bisturí amb mànec de plàstic
	Preu unitari	60	60
Criteris Objectius	Gamma (> nº d'articles presentats i validats tècnicament)	15	15
	Composició lliure de Níquel	5	5
	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 27740/AC:1996 (ISO 7740:1985): Instruments quirúrgics, bisturis con hojas desechables. Es necessari Certificat per un Organisme notificador acreditat.	10	10
	Valoració del tipus d'esterilització per irradiació amb Cobalt 60 (mínim a 25 kGy)	10	
	Que el bisturí incorpori dispositiu de seguretat		10

Subministrament agregat d'Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: fulles de bisturí, bisturí, fulles dermatòm, punxó cutani i altre material tallant.

CS/CC00/1101385445/24/AMUP

Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament 2

Lot 003 - Bisturí amb mànec de plàstic amb seguretat activa

		1. PUNTUACIÓ ECONÒMICA	2. PUNTUACIÓ TÈCNICA	> PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 003	Bisturí amb mànec de plàstic amb seguretat activa	65	35	100
			3. Bisturí amb mànec de plàstic amb seguretat activa	
	Preu unitari	65		
Criteris Objectius	Que el dispositiu de seguretat s'activi amb una sola ma	10		
	Que el dispositiu tingui un sistema de recollida de sang o d'altres fluids biològics per evitar esquitxades	10		
	Gamma (> nº d'articles presentats i validats tècnicament)	10		
	Composició lliure de Níquel	5		

Subministrament agregat d'Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: fulles de bisturí, bisturí, fulles dermàtom, punxó cutani i altre material tallant.

CS/CC00/1101385445/24/AMUP

Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament 3

Lot 004 - Fulles/Plaques per empelts per a dermàtom

		1. PUNTUACIÓ ECONÒMICA	2. PUNTUACIÓ TÈCNICA	> PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 004	Fulles/Plaques per empelts per a dermàtom	70	30	100
			4. Fulles/Plaques per empelts per a dermàtom	
Preu unitari			70	
Criteris Objectius	Gamma (> nº d'articles presentats i validats tècnicament)		20	
	Composició lliure de Níquel		5	
	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 23908:2013. Protección contra heridas punzantes. Requisitos y métodos de ensayo. Certificat per un Organisme notificador acreditat.		5	

Subministrament agregat d'Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: fulles de bisturí, bisturí, fulles dermatòmic, punxó cutani i altre material tallant.

CS/CC00/1101385445/24/AMUP

Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament 4

Lot 005 - Punxó cutani

Lot 006 - Altre material tallant

		1. PUNTUACIÓ ECONÒMICA	2. PUNTUACIÓ TÈCNICA	> PUNTUACIÓ TOTAL
LOT 005	Punxó cutani	75	25	100
LOT 006	Altre material tallant	75	25	100

		5. Punxó cutani	6. Altre material tallant
	Preu unitari	75	75
Criteris Objectius	Gamma (> nº d'articles presentats i validats tècnicament)	20	20
	Compliment de la Norma UNE-EN ISO 23908:2013. Protección contra heridas punzantes. Requisitos y métodos de ensayo. Certificat per un Organisme notificador acreditat.	5	5