

Informe de valoració de l'oferta tècnica de l'expedient CS/AH03/1101382440/24/PO per al subministrament d'un autoclau per a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona

A la licitació de l'expedient ha concorregut el següent proveïdor:

ANTONIO MATACHANA, S.A.

Compliment dels requisits mínims exigibles

L'oferta presentada per l'empresa citada anteriorment compleix amb els requeriments mínims exigibles definits al plec tècnic.

Valoració dels criteris tècnics subjectius:

Valoració dels apartats 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 i 25 de la fitxa tècnica:

Apartat 16: Eficiència ecològica. (consum energètic i d'aigua)

Com a punts forts en aquest apartat, cal destacar:

Sistema de buit amb consums d'aigua i elèctrics baixos, amb reducció de 10-15 lt d'aigua per cicle.

Generador amb sistema de regulació intel·ligent que ofereix un menor consum elèctric

Puntuació obtinguda: **5**

Apartat 17: Menor Temps de programa contenidor

El temps per al programa de contenidors és de 45 minuts aproximadament.

Puntuació obtinguda: **5**

Apartat 18: Dipòsits de pre-escalfament d'aigua per a rapidesa de cicle

Disposa d'un sistema d'aprofitament de l'energia dels condensats generats durant el cicle d'esterilització per a pre- calentar l'aigua del dipòsit del generador.

Puntuació obtinguda: **5**

Apartat 19: Connectivitat instal·lada i comunicació amb el programa de traçabilitat Geasoft de Marvax de la informació i gràfica de cicles

L'equip ofert disposa d'aquesta connectivitat.

Puntuació obtinguda: **5**

Apartat 20: Es valorarà la instal·lació i comunicació amb el programa de traçabilitat Geasoft de Marvax implementada en d'altres centres.

Presenta una relació de centres on ha implementat aquesta instal·lació i comunicació.

Puntuació obtinguda: **5**

Apartat 23: Horaris i característiques del servei tècnic. Horaris, temps de reparació i temps lliurament de recanvis

Disposa d'un telèfon de contacte operatiu les 24 hores/365 dies. Inclou relació de temps de reparacions i lliurament de recanvis.

Puntuació obtinguda: **1**

Apartat 24: Relació i preu dels recanvis més freqüents. Cost dels principals recanvis: preu resistències , bombes, termòstat... (indicar import, no percentatge). Preus sense IVA

Presenta una llista de recanvis de més de 20 referències amb el seu preu sense IVA

Puntuació obtinguda: **2**

Apartat 25: Cost hora/tècnic, cost del desplaçament, cost per Km (preus sense IVA)

Presenta preu hora/tècnic o cost desplaçament sense IVA

Puntuació obtinguda: **2**

Puntuació total obtinguda: 30 punts

S'adjunta en annex la puntuació obtinguda.

Pere Joan Cardona

Cap Servei de Microbiologia HUGTiP

Badalona, 11 de març de 2024

ANNEX A: FITXA TÈCNICA

Autoclau de vapor 1 UT		ANTONIO MATACHANA, S.A.	
1. Definició		Puntuació màxima	
Autoclau de vapor 1 UT amb generador de vapor amb marcat CE			MODEL Serie S100
Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima	Compliment requisits mínims
1.1. Característiques tècniques			
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses			
1	Cambra amb capacitat de 1 UT (349 x 340 x 645) 75l aprox. En acer inoxidable		Complex
2	Dimensions màximes externes 700 x 1580 x 930 mm (ample x alçada x fondària).		Complex
3	Manteniment maquina costat dret		Complex
4	Generador de vapor elèctric incorporat en acer inoxidable AISI 360L.		Complex
5	1 porta d'apertura. Apertura i Tancament automàtic de portes.		Complex
6	Port de comunicació Ethernet i USB		Complex
7	Sistema d'alarma de funcionament anòmal		Complex
8	Pantalla tàtil		Complex
9	Impressora integrada		Complex
10	Diferents programes d'esterilització (Test de buit, Test de Bowie & Dick, 121° (caucho), 134° (Contenedor, Textil-instrumental, Ràpid a 134° C, Especial Prions)		Complex
11	Programa especial per a líquids oberts		Complex
12	Cistella de càrrega d'autoclau		Complex
13	Eficiència energètica (consum Cicle, Posada en marxa i apagada...)		Complex
14	Validació de l'auoclau pels organismes pertinents (indústria).		Complex
15	Perfils i paravents acer inoxidable		Complex
Característiques a valorar			Puntuació obtinguda
16	Eficiència ecològica. (consum energètic i d'aigua)	5	5
17	Menor Temps de programa contenidor	5	5
18	Dipòsits de pre-escalfament d'aigua per a rapidesa de cicle	5	5
Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima	Puntuació obtinguda
1.2. Altres característiques			
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses			
19	Connectivitat instal·lada i comunicació amb el programa de traçabilitat Geasoft de Marvax de la informació i gràfica de cicles	5	5
20	Es valorarà la instal·lació i comunicació amb el programa de traçabilitat Geasoft de Marvax implementada en d'altres centres.	5	5
2.Servei tècnic			Compliment requisits mínims
Servei tècnic durant el període de garantia			
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses			
21	Veure apartat 10 del PPT. Condicions de garantia, reposició i formació. (Aquí no s'ha d'informar del termini de garantia ofert ja que aquesta informació ha d'anar al sobre 3).		Complex
22	Veure Apartat 8.4 del PPT. Condicions d'instal·lació		Complex
Característiques a valorar			Puntuació obtinguda
23	Horaris i característiques del servei tècnic. Horaris, temps de reparació i temps lliurament de recanvis.	1	1
24	Relació i preu dels recanvis més freqüents. Cost dels principals recanvis: preu rsisitencies , bombes, termòstat... (indicar import, no percentatge). Preus sense IVA	2	2
25	Cost hora/tècnic, cost del desplaçament, cost per Km (preus sense IVA)	2	2
		30	30