

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS
SUBMINISTRAMENTS DE PROTESIS DE GENOLL, COLZE I CEMENTS, TRAMITAT PEL
CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I
TRÀMIT ORDINARI**

EXPEDIENT CSC M 11/23

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives****PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE PRÒTESIS DE GENOLL, COLZE I CEMENTS, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT TANCAT I TRÀMIT ORDINARI**

LLISTAT DE GRUPS

1. Pròtesis de colze
2. Pròtesis de genoll
3. Ciments
4. Complements

CÀLCUL DE NECESSITATS

Les quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2023 de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

COMANDA MÍNIMA

En cas de **NO** indicar cap comanda mínima a la oferta presentada per part del licitador, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de compra per part del centre peticionari.

INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D'ESTOC

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

NORMATIVA MDR

En la oferta s'haurà d'indicar la classificació MDR o marcat CE de cada producte. En cas de disposar del nou reglament MDR (UE) 2017/745 s'haurà de marcar la casella corresponent en cada producte a la base de dades, indicar el codi UDI/DI, adjuntar la certificació en el Sobre C i indicar a la base de dades en quin document i pàgina es troba la informació.

RETORN DE PRODUCTES

El material de la present licitació retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

El material desembalats però no fets servir i en correcte estat, es retornaran al proveïdor, i aquests no seran facturats.

MATERIAL EN DIPÒSIT

El material de la present licitació estarà en règim de dipòsit, si així ho sol·licita el centre peticionari, fins la seva implantació, exceptuant que els serveis mèdics usuaris indiquen el contrari i es sol·liciti per a intervencions puntuals. En el cas que es consideri en règim de dipòsit, a l'inici de la vigència del contracte, l'adjudicatari aportarà els materials necessaris, de manera que el dimensionament del dipòsit estarà d'acord amb el volum d'activitat assistencial. Aquest material haurà d'estar sempre actualitzat pel que fa a la seva caducitat.

A la finalització del contracte, l'adjudicatari retirarà els material en dipòsit no consumits.

El proveïdor assegurarà la reposició del material en un temps inferior a les 24 hores. Tot el material subministrat haurà de dur el seu corresponent albarà. A la finalització del contracte, l'adjudicatari retirarà els material en dipòsit no consumits.

L'instrumental necessari i específic per a la implantació de les pròtesis serà subministrat i mantingut per l'adjudicatari sense càrrec pels centres peticionaris. L'adjudicatari garantirà l'existència suficient en funció de la seva activitat assistencial.

En referència a la traçabilitat dels productes i per tal d'assegurar el compliment de la norma (RD 634/1993 i RD 414/1996), l'adjudicatari, sota la seva responsabilitat, assegurarà la correcta (i idèntica) identificació de cadascun dels productes als envasos i a l'albarà, i portaran la corresponent targeta d'implantació del producte a l'envàs. Les caixes vindran etiquetades amb etiquetes on s'identificarà almenys el número de lot i la caducitat.

ETIQUETATGE

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

PALES

Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l'obligació de que el palé de fusta que s'utilitzi habitualment tingui unes dimensions de 800mm x 1200mm que correspon a un palé europeu o europalé.

Tanmateix, els palès han de ser EUR i de qualitat certificada EPAL (Associació Europea de Palés) i hauran de portar gravats els logotips corresponents.

Les caixes i els paquets hauran de venir preferiblement amb nanses per tal de facilitar la seva manipulació.

En cas que es consideri necessari, el proveïdor adjudicatari estarà obligat a col·locar el material en les gàbies facilitades pel centre.

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives****FORMACIÓ**

Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional.

CARACTERÍSTIQUES COMPLEMENTÀRIES

Si durant a vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel responsable del contracte derivat.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

MANUAL D'USUARI

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

REQUERIMENTS MÍNIMS DELS PRODUCTES

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que no compleixin amb els requeriments mínims que consten a les descripcions de cadascun dels productes.

PROVES DE LABORATORI

En cas que el contractant consideri necessari, es duran a terme proves en una laboratori extern acreditat que correran a càrrec de cadascuna de les empreses.

PRODUCTES ESTÈRILS

En tots els productes estèrils haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tots s'haurà d'indicar aquesta característica.

LLICÈNCIES DE SOFTWARE

El proveïdor adjudicatari ha d'aportar les llicències de software necessari amb el catàleg precarregat de les seves pròtesis per a que els professionals puguin fer les proves de mides sobre les radiografies del pacient abans de la intervenció. L'aportació d'aquestes llicències serà un criteri valorable objectivament.

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C

- Documentació a aportar comuna per a tots els lots:
 - Fitxa tècnica actualitzada (segons apartat següent del present plec)

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

FITXA TÈCNICA

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Foto del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció de la composició del producte
- Classificació MDR.
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
- Descripció d'embalatge i etiquetat

Les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi CSC del producte - nom proveïdor (s'adjunta un exemple: ABC123456 – Nom proveïdor).

En el cas que les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals, ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica.

Es podrà afegir informació al nom de l'arxiu si es desitja, sempre respectant l'ordre inicial: Codi CSC – Nom proveïdor ... Per exemple: Codi CSC – Nom proveïdor – ref – lot - descripció curta.

OBSERVACIONS:

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc ...).

Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD la informació específica de:

- Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).
- Comerç just cadena logística
- Actualització Normativa MDR/UDI-DI (serà obligatori adjuntar documentació acreditativa en cas de disposar de l'actualització del reglament).

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

- Classificació MDR/CE: Classe I, Classe Ie, Classe Ir, Classe IIa Classe IIb, Classe III

Les empreses hauran d'informar a la BBDD en el format proporcionat específicament, els criteris de valoració objectius i la informació logística requerida. Tanmateix, hauran d'especificar en la mateixa BBDD en les columnes expresses per aquest menester, en quin document i pàgina certifiquen la informació introduïda a la BBDD.

En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent.

Si alguna de les característiques determina una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

Totes les mides i gramatges són aproximats, per tant, s'acceptaran ofertes en que les mides/pes/atributs siguin +/- 5 % (com a màxim) de les especificades al plec tècnic.

ANNEX
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CHVIC	CSMS	FHAG	HOCG	HSJR	PHV	STE	TS	TOTAL CONSUM LICTACIÓ
G.01	PTC0301030101	PRÒTESI DE COLZE PARCIAL: HUMERO-CUBITAL	PRÒTESI DE COLZE DE RECONSTRUCCIÓ SUBSTITUÏNT EXCLUSIVAMENT DE L'ARTICULACIÓ HUMERO-CUBITAL: COMPONENTS DE MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-Va * TIGES HUMERALS I CUBITALS AMB CURVATURA ANATÒMICA * CIMENTADA/NO CIMENTADA * ARTICULACIÓ TIPUS BISAGRA FIXE AMB UN SOL EIX DE MOVILITAT * DIFERENTS MIDES.	1700,00000					5				5
G.01	PTC0301153101	PRÒTESI DE COLZE PARCIAL: CAP RADI	PRÒTESI DE COLZE DE RECONSTRUCCIÓ SUBSTITUÏNT EXCLUSIVAMENT DE L'ARTICULACIÓ HUMERO-RADIAL: COMPONENTS DE MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-Va * TIGES RADIALS MODULARS/MONOBLOC * MORFOLOGIA RECTA/ANATÒMICA * DIFERENTS LONGITUDS * TIGES CIMENTADES/NO CIMENTADES * CAPS RADIALS AMB CUPULES FIXES/MOBILS * DIFERENTS MIDES.	2000,00000	3				8				11
G.01	PTC0351270101	PRÒTESI DE COLZE TOTAL: HUMERO-CUBITAL + HUMERO-RADIAL	PRÒTESI DE COLZE DE RECONSTRUCCIÓ QUE INCLOU LES DUES ARTICULACIONS HUMERO-CUBITAL I HUMERO-RADIAL: COMPONENTS DE MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-Va * TIGES HUMERALS I CUBITALS AMB/SENSE CURVATURA ANATÒMICA * CIMENTADA * ARTICULACIÓ TIPUS BISAGRA FIXE AMB UN SOL EIX DE MOVILITAT * DIFERENTS MIDES * CAP RADIAL COMPATIBLE AMB L'ARTICULACIÓ HUMERO-RADIAL, CIMENTAT.	2800,00000				1	5				6
G.01	PTC0371035101	PRÒTESI DE COLZE TOTAL: RESECCIONS TUMORALS / EXTENSES	PRÒTESI TOTAL DE COLZE PER RECONSTRUCCIÓ DE RESECCIONS OSSIES (TUMORALS / POST FRACTURA / REVISIONS): ARTICULACIONS HUMERO-CUBITAL DE RESECCIÓ: COMPONENTS MODULARS DE MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-Va * TIGES HUMERALS I CUBITALS * TIGES CIMENTADES * ARTICULACIÓ CONSTRENYIDA, AMB UN SOL EIX DE MOVILITAT, ESTABILITZADA PER KIT O PASADOR HUMERO-CUBITAL * DIFERENTS MIDES EN MÒDULS I TIGES * POSSIBILITAT DE ADAPTACIÓ A HUMER TOTAL.	4000,00000					2				2
G.02	PTG0303010101	PRÒTESI PARCIAL DE GENOLL: FEMORO-PATELAR CIMENTADA	PRÒTESI PARCIAL DE GENOLL CIMENTADA PER TRACTAMENT AFECTACIÓ FEMORO-PATELAR: MEDALLÓ FEMORAL AMB TROCLEA ASIMÈTRICA * MEDALLÓ FEMORAL CIMENTAT * MÍNIM 3 MIDES * TROCLEA ASIMÈTRICA AMB MÍNIM 3º * COMPONENT ROTULIÀ PER CIMENTAR AMB MÍNIM 3 TALLEES EN UHMWPE * ROTULA AMB MORFOLOGIA BOTÓ SIMÈTRIC O ASIMÈTRIC EN UHMWPE.	1850,00000	3				2				5
G.02	PTG0303310101	PRÒTESI PARCIAL DE GENOLL: FEMORO-PATELAR NO CIMENTADA	PRÒTESI PARCIAL DE GENOLL NO CIMENTADA PER TRACTAMENT AFECTACIÓ FEMORO-PATELAR: MEDALLÓ FEMORAL AMB TROCLEA ASIMÈTRICA * MEDALLÓ FEMORAL NO CIMENTAT RECOBERT O NO DE HA * MÍNIM 3 MIDES * TROCLEA ASIMÈTRICA AMB MÍNIM 3º * COMPONENT ROTULIÀ AMB MÍNIM 3 TALLEES EN UHMWPE * ROTULA AMB MORFOLOGIA BOTÓ SIMÈTRIC O ASIMÈTRIC UHMWPE.	1900,00000					1				1
G.02	PTG0307010101	PRÒTESI PARCIAL DE GENOLL: UNICOMPARTIMENTAL	PRÒTESI PARCIAL DE GENOLL PER TRACTAMENT AFECTACIÓ UNICOMPARTIMENTAL (MEDIAL O LATERAL): MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-Va O BE ALTRES MATERIALS A NIVELL CONDILAR O TIBIAL. COMPONENT CONDILAR AMB MÍNIM 3 RADIS CORBATURA/OPCIONAL AMB RECOBRIMENT POROS O HA * COMPONENT CONDILAR MÍNIM 3 TALLEES * COMPONENT TIBIAL PER CIMENTAR * COMPONENT TIBIAL MONOBLOC/MODULAR * COMPONENT TIBIAL MÍNIM 3 TALLEES * POLIETILÈNS HMWPE FIXES/MOBILS * POLIETILÈNS MÍNIM 3 MIDES *.	1900,00000					1				1
G.02	PTG1151010105	PRÒTESI DE GENOLL PER PACIENTS AMB BAIXA DEMANDA FUNCIONAL: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-Va A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS CIMENTATS * COMPONENTS TIBIALS MODULARS/MONOBLOCS * SAFATA TIBIAL A CIMENTAR MODULAR * MÍNIM 5 TALLEES TIBIALS ASIMÈTRICA/SIMÈTRICA * SUPLEMENTS OPCIONALS TIGES TIBIALS RECTES LLARGES-CURTES * POLIETILÈNS UHMWPE FIXES POSTERO-ESTABILITZATS * MÍNIM 4 GRUPOUS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL CIMENTADA UHMWPE * COMPONENT FEMORAL AMB TROCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA * MÍNIM 2 RADIS DE CORBATURA CONDILAR ANTERO-POSTERIOR.	PRÒTESI TOTAL DE GENOLL PRIMÀRIA CIMENTADA: BAIXA DEMANDA FUNCIONAL (ESTABILITAT CONTROLADA PER POST CENTRAL)	1850,00000	44			20	100				164
G.02	PTG1151012315	PRÒTESI DE GENOLL PER PACIENTS AMB MODERADA DEMANDA FUNCIONAL: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-Va A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS A CIMENTAR * MÍNIM 5 TALLEES CONDILARS * COMPONENT FEMORAL AMB TROCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA/SIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR AP * COMPONENTS TIBIALS MODULARS/MONOBLOC * SAFATA TIBIAL AMB SISTEMA D'ESTABILITZACIÓ ROTATORIA PER CONGRUÏNCIA FEMORO-TIBIAL * MÍNIM 5 TALLEES TIBIALS ANATÒMICA/SIMÈTRICA * SUPLEMENTS OPCIONALS TIGES TIBIALS RECTES LLARGES-CURTES * POLIETILÈNS HMWPE FIXES AMB MORFOLOGIA FEMORO-TIBIAL PLANO-ESFÈRICA / PS-CR / ULTRACONGRUÏENTS * MÍNIM 5 GRUPOUS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL.	PRÒTESI TOTAL DE GENOLL PRIMÀRIA CIMENTADA: MODERADA DEMANDA FUNCIONAL (SUPERFÍCIE ARTICULAR FIXE)	2.000,00000				20	100				120
G.02	PTG1151012725	PRÒTESI DE GENOLL PER PACIENTS AMB ALTA DEMANDA FUNCIONAL: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-Va A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS A CIMENTAR * MÍNIM 5 TALLEES CONDILARS * COMPONENT FEMORAL AMB TROCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA/SIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR AP * COMPONENTS TIBIALS MODULARS/MONOBLOC * SAFATA TIBIAL AMB SISTEMA D'ESTABILITZACIÓ ROTATORIA ENTRE POLIETILÈ I SAFATA TIBIAL * MÍNIM 5 TALLEES TIBIALS ANATÒMICA/SIMÈTRICA * SUPLEMENTS OPCIONALS TIGES TIBIALS RECTES LLARGES-CURTES * POLIETILÈNS HMWPE MOBILS AMB MORFOLOGIA FEMORO-TIBIAL CONGRUÏENTS (ROTATORIS) * MÍNIM 5 GRUPOUS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL HMWPE.	PRÒTESI TOTAL DE GENOLL PRIMÀRIA CIMENTADA: ALTA DEMANDA FUNCIONAL (SUPERFÍCIE ARTICULAR MÒBIL)	2200,00000	143	80		20	100		20	77	440
G.02	PTG1151312315	PRÒTESI DE GENOLL PER PACIENTS AMB MODERADA DEMANDA FUNCIONAL: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-Va A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS NO CIMENTATS AMB POROSITAT A NIVELL SUPERFÍCIES CONTACTE OSSIS/RECOBRIMENT HA OPCIONAL * MÍNIM 5 TALLEES CONDILARS * COMPONENT FEMORAL AMB TROCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR AP * COMPONENTS TIBIALS MODULARS/MONOBLOC * SAFATA TIBIAL AMB SISTEMA D'ESTABILITZACIÓ ROTATORIA PER CONGRUÏNCIA FEMORO-TIBIAL * MÍNIM 5 TALLEES TIBIALS ANATÒMICA/SIMÈTRICA * SUPLEMENTS OPCIONALS TIGES TIBIALS RECTES LLARGES-CURTES * POLIETILÈNS HMWPE FIXES AMB MORFOLOGIA FEMORO-TIBIAL PLANO-ESFÈRICA / PS-CR / ULTRACONGRUÏENTS * SUBSTITUCIÓ/CONSERVACIÓ DELS LIGAMENTS ENCREUATS * MÍNIM 5 GRUPOUS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL.	PRÒTESI TOTAL DE GENOLL PRIMÀRIA NO CIMENTADA AMB SUPERFÍCIE ARTICULAR FIXE (MODERADA DEMANDA FUNCIONAL)	2000,00000					18				18
G.02	PTG1151312725	PRÒTESI DE GENOLL PER PACIENTS AMB ALTA DEMANDA FUNCIONAL: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-Va A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS NO CIMENTATS AMB POROSITAT A NIVELL SUPERFÍCIES CONTACTE OSSIS/RECOBRIMENT HA OPCIONAL * MÍNIM 5 TALLEES CONDILARS * COMPONENT FEMORAL AMB TROCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR AP * COMPONENTS TIBIALS MODULARS/MONOBLOC * SAFATA TIBIAL AMB SISTEMA D'ESTABILITZACIÓ ROTATORIA ENTRE POLIETILÈ I SAFATA TIBIAL * MÍNIM 5 TALLEES TIBIALS ANATÒMICA/SIMÈTRICA * SUPLEMENTS OPCIONALS TIGES TIBIALS RECTES LLARGES-CURTES * POLIETILÈNS HMWPE MOBILS AMB MORFOLOGIA FEMORO-TIBIAL CONGRUÏENTS (ROTATORIS) * MÍNIM 5 GRUPOUS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL HMWPE.	PRÒTESI TOTAL DE GENOLL PRIMÀRIA NO CIMENTADA AMB SUPERFÍCIE ARTICULAR MÒBIL (ALTA DEMANDA FUNCIONAL)	2200,00000					150				150
G.02	PTG1151510505	PRÒTESI DE GENOLL HÍBRIDA: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-Va A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENT FEMORAL NO CIMENTAT * RECOBRIMENT FEMORAL HA-TITANI PORÓS * COMPONENT FEMORAL AMB TROCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR ANTERO-POSTERIOR * COMPONENTS TIBIALS, PER CIMENTAR, MODULARS * SEGONS MODEL PE * MÍNIM 5 TALLEES TIBIALS ANATÒMICA/SIMÈTRICA * SUPLEMENTS OPCIONALS PER MODELS MODULARS TIGES TIBIALS RECTES LLARGES-CURTES * POLIETILÈNS HMWPE FIXES AMB MORFOLOGIA FEMORO-TIBIAL PLANO-ESFÈRICA / PS-CR / ULTRACONGRUÏENTS (ROTATORIS-FIXES) * MÍNIM 5 GRUPOUS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL CIMENTADA UHMWPE.	PRÒTESI TOTAL DE GENOLL PRIMÀRIA HÍBRIDA (Tíbia cimentada + Fèmur no cimentat)	2142,00000		150			8	79	120		357
G.02	PTG5151012103	PRÒTESI TOTAL DE GENOLL REVISIÓ CIMENTADA -QUALSEVOL MIDA - * COMPONENT FEMORAL DE CO-CR Ó TI-AL-Va DE REVISIÓ CIMENTAT MÍNIM 3 RADIS CORBATURA SAGITAL * BASE TIBIAL CIMENTADA TI, CR-CO, TI-AL-Va * COMPONENT PATEL·LAR MÍNIM 3 MIDES * COMPONENT ARTICULAR DE PE UHMWPE FIXE PS SEMICONSTRENYT/ROTATORI * TUES ESTABILITZADORS FEMORALS/TIBIALS CIMENTADES/NO CIMENTADES TI, CR-CO, TI-AL-Va, DIVERSES LONGITUDS I DIÀMETRES * OFFSET MÍNIM 3º A 360º TI, CR-CO, TI-AL-Va * AUMENTS EPIFISARIS FEMORALS I TIBIALS DIVERSES MIDES.	PRÒTESI TOTAL DE GENOLL REVISIÓ CIMENTADA: RECONSTRUCCIONS MODULARS PER DEFECTES OSSIS MODERATS (typus Less Constrained Knee)	3000,00000	8				36				44
G.02	PTG5151012303	PRÒTESI TOTAL DE GENOLL REVISIÓ CIMENTADA: RECONSTRUCCIONS MODULARS PER DEFECTES OSSIS MODERATS ANTIAL·LÈRGICA (typus Less Constrained Knee)	PRÒTESI TOTAL DE GENOLL REVISIÓ CIMENTADA -QUALSEVOL MIDA - * COMPONENTS FEMORAL I TIBIAL DE MATERIAL ANTIAL·LÈRGICS O AMB RECOBRIMENT ANTIAL·LÈRGIC, IMPLANTS DE REVISIÓ CIMENTATS * FEMUR AMB MÍNIM 3 RADIS CORBATURA SAGITAL * COMPONENT PATEL·LAR MÍNIM 3 MIDES * COMPONENT ARTICULAR DE PE UHMWPE FIXE PS SEMICONSTRENYT/ROTATORI * TUES ESTABILITZADORS FEMORALS I TIBIALS CIMENTADES, DIVERSES LONGITUDS I DIÀMETRES * OFFSET MÍNIM 3º A 360º * AUMENTS EPIFISARIS FEMORALS I TIBIALS DIVERSES MIDES.	6500,00000					1				1
G.02	PTG5151013505	PRÒTESI DE GENOLL PER GRANS RECONSTRUCCIONS OSSIES: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-Va A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS CIMENTATS * COMPONENTS MONOBLOC O MODULARS ** * COMPONENT FEMORAL AMB TROCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR ANTERO-POSTERIOR * SAFATA TIBIAL AMB MÍNIMA/NULA PENDENT POSTERIOR * MÍNIM 5 TALLEES TIBIALS (ANATÒMICA/SIMÈTRICA) * AUMENTS TIBIALS DIVERSES MIDES, UNI O BILATERALS * TIGES TIBIALS AMB/SENSE CIMENT * TIGES TIBIALS AMB/SENSE OFFSET (MÍNIM 3º) * COBERTURA TIBIAL 360º * POLIETILÈNS HMWPE FIXES POSTERO-ESTABILITZATS ULTRACONGRUÏENTS-ROTATORIS * EIX CENTRAL PERMETENT ESTABILITZACIÓ AP I DECAPTACIÓ FEMORO-TIBIAL MÍNIMA DE 4 CM (TIPIUS RHK) * MÍNIM 5 GRUPOUS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL CIMENTADA.	PRÒTESI TOTAL DE GENOLL REVISIÓ CIMENTADA: DEFECTES OSSIS SEVERS I/O INESTABILITATS MAJORS (typus Hinged Knee)	4000,00000	1			5	12		7		25

ANNEX
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CHVIC	CSMS	FHAG	HOCG	HSJR	PHV	STE	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.02	PTG7171030305	PRÒTESI DE GENOLL MODULARS PER GRANS RECONSTRUCCIONS OSSIES: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR O TI-AL-V A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS CIMENTATS * COMPONENTS MONOBLOC O MODULARS * SAFATA TIBIAL AMB MINIMA/NULA PENDENT POSTERIOR * MÍNIM 5 TALLES TIBIALS (ANATOMICA/SIMÈTRICA) * AUMENTS TIBIALS DIVERSES MIDES UNI O BILATERALS * TIGES TIBIALS AMB/SENSE CIMENT * POLIETILENS HMWPE FIXES POSTERO/ESTABILITZATS/ULTRA CONGRUENTS/ROTATORIS * EIX CENTRAL PERMETENT ESTABILITZACIÓ AP I DECOAPTACIO FEMORO-TIBIAL MINIMA DE 4 CM (TIPUS RHK) * MÍNIM 5 GRUIXOS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL CIMENTADA * MORFOLOGIA CONDILAR SIMÈTRICA * MÍNIM 2 RADES DE CORBATURA CONDILAR AP * IMPLANTS DE TALLA "MICRO" * IMPLANTS FEMORALS PRIMARIS/DE RESECCIÓ MIDES VARIABLES * SEGMENTS DIAFISARIS MODULARS DE DIFERENTS MIDES * POSSIBILITAT DE FER CONSTRUCCIONS FEMORALS TOTALS * TIGES FEMORALS RECTES/CORBES CIMENTADES/NO.	PRÒTESI DE GENOLL TUMORAL: RECONSTRUCCIONS MODULARS PER GRANS DEFECTES OSSIS	8500,00000	1				10				11
G.02	PTG7171035107	PRÒTESI DE GENOLL MONOBLOC/MODULARS PER GRANS RECONSTRUCCIONS OSSIES EN PACIENTS AMB PARTICULARITATS ANATÒMIQUES QUE JUSTIFIQUIN UN IMPLANT A MIDA: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR O TI-AL-V A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS FEMORALS A MIDA/MODULARS * COMPONENTS CIMENTATS O ENFORBELLATS * COMPONENTS MONOBLOC O MODULARS * MORFOLOGIA CONDILAR SIMÈTRICA * MÍNIM 2 RADIS DE CORBATURA CONDILAR AP * SAFATA TIBIAL AMB MINIMA/NULA PENDENT POSTERIOR * TALLES TIBIALS A MIDA MONOBLOC/MODULARS * AUMENTS TIBIALS OPCIONALS DIVERSES MIDES UNI O BILATERALS * TIGES TIBIALS CIMENTADES * POLIETILENS HMWPE FIXES POSTERO/ESTABILITZATS/ULTRA CONGRUENTS/ROTATORIS * EIX CENTRAL PERMETENT ESTABILITZACIÓ AP I DECOAPTACIO FEMORO-TIBIAL MINIMA DE 4 CM (TIPUS RHK) * MÍNIM 5 GRUIXOS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL CIMENTADA.	PRÒTESI DE GENOLL TUMORAL: IMPLANTS PERSONALITZATS (A MIDA) PER GRANS DEFECTES / DIFORMITATS OSSIES	8500,00000					1				1
G.02	PTG7171270707	PRÒTESI DE GENOLL PER PACIENTS ALLÈRGICS ALS METALLS: MATERIAL ALEACIÓ ANTIAL·LÈRGIC O BE RECOBRIMENT ANTIAL·LÈRGIC DE SUPERFÍCIE A NIVELL CONDILAR O TIBIAL (P.EX. CERÀMIC, OR, CIRCONI, ETC) * COMPONENTS CIMENTATS * COMPONENTS MODULARS * COMPONENT FEMORAL AMB TROCLEA >38° * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR ANTERO-POSTERIOR * SAFATA TIBIAL AMB PENDENT POSTERIOR * MÍNIM 5 TALLES TIBIALS ANATOMICA/SIMÈTRICA * TIGES TIBIALS RECTES, SUPLEMENTS TIGES CURTES OPCIONALS * POLIETILENS HMWPE FIXES POSTERO-ESTABILITZATS-ULTRA CONGRUENTS-ROTATORIS * MÍNIM 5 GRUIXOS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL CIMENTADA.	PRÒTESI DE GENOLL ESPECIALS: ANTI-AL·LÈRGIQUES	1800,00000	5				4		5		14
G.02	PTG7171310909	PRÒTESI DE GENOLL PER PACIENTS NECESSITANT TRACTAMENTS ESPECÍFICS ANTIMICROBIANS: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR O TI-AL-V A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * RECOBRIMENT DE SUPERFÍCIE AMB CARACTERÍSTIQUES ANTI-INFECCIOSES (NITRAT AG/RECOBRIMENT ANTIBIÒTIC) * COMPONENTS CIMENTATS/NO CIMENTATS * COMPONENTS MODULARS/MONOBLOC * COMPONENT FEMORAL AMB TROCLEA >38° * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR ANTERO-POSTERIOR * SAFATA TIBIAL AMB PENDENT POSTERIOR * MÍNIM 5 TALLES TIBIALS ANATOMICA/SIMÈTRICA * TIGES TIBIALS RECTES, SUPLEMENTS TIGES CURTES OPCIONALS * POLIETILENS HMWPE FIXES POSTERO-ESTABILITZATS-ULTRA CONGRUENTS-ROTATORIS * MÍNIM 6 GRUIXOS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL CIMENTADA.	PRÒTESI DE GENOLL ESPECIALS: IMPLANTS AMB RECOBRIMENTS ESPECIALS	2300,00000					2				2
G.02	PTG7172710705	PRÒTESI DE GENOLL ESPECIALS: AUGMENTS DE METALL PORÓS	AUGMENTS DE METALL PORÓS PER RECONSTRUCCIÓ DE DEFECTES OSSIS CAVITARIS O SEGMENTARIS / DIFERENTS FORMES / DIFERENTS MIDES / MORFOLOGIES DIFERENTS PER ADAPTACIÓ FEMORAL I TIBIAL / MORFOLOGIA PERMETIN EL PAS AL SEU INTERIOR DE TIGES D'ESTABILITZACIÓ PRÒTESIQUES.	2100,00000					1				1
G.03	PTX0101030340	CIMENT OSSI ESTÀNDARD (MANUAL) BAIXA VISCOSITAT	CIMENT OSSI SENSE ANTIBIÒTIC * FRAGUAT RAPID * APLICACIÓ MANUAL * BAIXA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS.	37,00000					10				10
G.03	PTX0101031540	CIMENT OSSI ESTÀNDAR (MANUAL) MITJA VISCOSITAT	CIMENT OSSI SENSE ANTIBIÒTIC * FRAGUAT ESTÀNDAR * APLICACIÓ MANUAL * MITJA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS.	37,00000					10				10
G.03	PTX0101032740	CIMENT OSSI ESTÀNDAR (MANUAL) ALTA VISCOSITAT	CIMENT OSSI SENSE ANTIBIÒTIC * FRAGUAT RAPID * APLICACIÓ MANUAL * ALTA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS.	37,00000			316		10			10	336
G.03	PTX0101410340	CIMENT OSSI DE ESTÀNDAR (PISTOLA) BAIXA VISCOSITAT	CIMENT OSSI SENSE ANTIBIÒTIC * FRAGUAT LENT * BAIXA VISCOSITAT * PREPARACIÓ DEL CIMENT EN PISTOLA (PRE-PREPARAT), SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA.	130,00000					10				10
G.03	PTX0101411540	CIMENT OSSI DE ESTÀNDAR (PISTOLA) MITJA VISCOSITAT	CIMENT OSSI SENSE ANTIBIÒTIC * FRAGUAT ESTÀNDAR * MITJA VISCOSITAT * PREPARACIÓ DEL CIMENT EN PISTOLA (PRE-PREPARAT), SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA.	130,00000					50				50
G.03	PTX0101411560	CIMENT OSSI DE ESTÀNDAR (PISTOLA) MITJA VISCOSITAT	CIMENT OSSI SENSE ANTIBIÒTIC * FRAGUAT ESTÀNDAR * MITJA VISCOSITAT * PREPARACIÓ DEL CIMENT EN PISTOLA (PRE-PREPARAT), SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA.	120,00000	10								10
G.03	PTX0101412740	CIMENT OSSI DE ESTÀNDAR (PISTOLA) ALTA VISCOSITAT	CIMENT OSSI SENSE ANTIBIÒTIC * FRAGUAT RAPID * ALTA VISCOSITAT * PREPARACIÓ DEL CIMENT EN PISTOLA (PRE-PREPARAT), SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA.	130,00000			11		50		70		131
G.03	PTX3151030340	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC: GENTAMICINA (MANUAL) BAIXA VISCOSITAT	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC 1gr, GENTAMICINA * BAIXA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS * EMBALATGE ESTERIL * APLICACIÓ MANUAL.	45,00000	1				2				3
G.03	PTX3151031540	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC: GENTAMICINA (MANUAL) MITJA VISCOSITAT	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC 1gr, GENTAMICINA * MITJA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS * EMBALATGE ESTERIL * APLICACIÓ MANUAL.	50,00000					17				17
G.03	PTX3151032740	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC: GENTAMICINA (MANUAL) ALTA VISCOSITAT	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC 1gr, GENTAMICINA * ALTA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS * EMBALATGE ESTERIL * APLICACIÓ MANUAL.	50,00000	1		121	21	5	79			227
G.03	PTX3151410340	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC: GENTAMICINA (PISTOLA) BAIXA VISCOSITAT	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC 1gr, GENTAMICINA * FRAGUAT RAPID * BAIXA AVISCOSITAT * PREPARACIÓ DEL CIMENT EN PISTOLA, SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA * ANTIBIÒTICS: GENTAMICINA	59,00000					10				10
G.03	PTX3151411540	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC: GENTAMICINA (PISTOLA) MITJA VISCOSITAT	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC 1gr, GENTAMICINA * FRAGUAT RAPID * MITJA VISCOSITAT * PREPARACIÓ DEL CIMENT EN PISTOLA, SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA * ANTIBIÒTICS: GENTAMICINA	59,00000					20				20
G.03	PTX3151412740	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC: GENTAMICINA (PISTOLA) ALTA VISCOSITAT	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC 1gr, GENTAMICINA * FRAGUAT RAPID * ALTA VISCOSITAT * PREPARACIÓ DEL CIMENT EN PISTOLA, SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA * ANTIBIÒTICS: GENTAMICINA	59,00000			95		300		150		545
G.03	PTX3151412760	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC: GENTAMICINA (PISTOLA) ALTA VISCOSITAT	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC 1gr, GENTAMICINA * FRAGUAT RAPID * ALTA VISCOSITAT * PREPARACIÓ DEL CIMENT EN PISTOLA, SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA * ANTIBIÒTICS: GENTAMICINA	103,00000	300								300
G.03	PTX3151412765	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC: GENTAMICINA (PISTOLA) ALTA VISCOSITAT	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC 1gr, GENTAMICINA * FRAGUAT RAPID * ALTA VISCOSITAT * PREPARACIÓ DEL CIMENT EN PISTOLA, SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA * ANTIBIÒTICS: GENTAMICINA	130,00000							150		150
G.03	PTX3161032740	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC: GENTAMICINA+CLINDAMICINA (MANUAL)	CIMENT OSSI AMB ASSOCIACIÓ D'ANTIBIÒTICS 1 gr, GENTAMICINA I 1 gr, CLINDAMICINA * ALTA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS * EMBALATGE ESTERIL * APLICACIÓ MANUAL * ADEQUAT PER FABRICAR ESPAIADORS TEMPORALS,	140,00000					5		15		20
G.03	PTX3165032740	CIMENT OSSI AMB ANTIBIÒTIC: GENTAMICINA+VANCOMICINA (MANUAL)	CIMENT OSSI AMB ASSOCIACIÓ D'ANTIBIÒTICS 0,5 gr, GENTAMICINA I 2 gr, VANCOMICINA * ALTA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS * EMBALATGE ESTERIL * APLICACIÓ MANUAL * ADEQUAT PER FABRICAR ESPAIADORS TEMPORALS,	225,00000					5		15		20
G.04	PTZ0101010101	BOL MESCLADOR DE CIMENT OSSI AL BUIT	BOL MESCLADOR AL BUIT: MATERIAL PLÀSTIC UN SOL US * ESTERIL * TUB DE CONNEXIÓ AL BUIT AMB FILTRE * APLICADOR OPCIONAL.	30,00000			432	100	70				602
G.04	PTZ0101310101	BOL MESCLADOR DE CIMENT OSSI AL BUIT AMB APLICADOR	BOL MESCLADOR AL BUIT: MATERIAL PLÀSTIC UN SOL US * ESTERIL * TUB DE CONNEXIÓ AL BUIT AMB FILTRE * APLICADORS INCLOSOS (MODELS AMPLI I ESTRET).	10,00000					20				20
G.04	PTZ3103030301	MOTLLE ESPAIADOR DE CIMENT: FEMORAL	ESPAIADOR PREFORMAT DE CIMENT AMB FORMA BICONDILIA PER FÈMUR DISTAL * AMB MÍNIM 3% GENTAMICINA * MÍNIM 3 TALLES.	145,00000					6		10		16
G.04	PTZ3121030303	MOTLLE ESPAIADOR DE CIMENT: TIBIAL	ESPAIADOR PREFORMAT DE CIMENT AMB FORMA DE SAFATA TIBIAL * AMB MÍNIM 3% GENTAMICINA * MÍNIM 3 TALLES.	135,00000					6		10		16
G.04	PTZ6101050505	TAPS PER CIMENT NO ABSORBIBLE DE POLIETILÈ	TAPS PER CIMENT: MATERIAL POLIETILÈ * APLICADOR AMB CAPÇALS DIFERENTS DIMENSIONS * TAPS POLIETILÈ DE MIDES 08, 10, 12, 14, 16, 18 MM * AMB/SENSE MARCADOR RADIOLÒGIC.	10,00000			100	40	5				145
G.04	PTZ6101170707	TAPS PER CIMENT REABSORBIBLES	TAPS PER CIMENT: MATERIAL REABSORBIBLE * APLICADOR AMB CAPÇALS DIFERENTS DIMENSIONS * TAPS REABSORBIBLES DE DIFERENTS DIMENSIONS * AMB/SENSE MARCADOR RADIOLÒGIC.	32,00000	25				20		60	0	105