

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101390635/24/PNSP

Cirurgia Robòtica



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 1 de 42

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació	8
4.3. Manual d'usuari	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	9
4.4.1. Condicions de subministrament	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges	13
4.5.2. L'albarà	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	15



- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..16
4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)18



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 3 de 42

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de **Cirurgia robòtica** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals



Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxx_2bis**



La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**



En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un



contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.



4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '**Sol·licitud d'alta de nou usuari**', a l'apartat '**Alta per a nous usuaris**'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat



La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què lliciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de



preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)



- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:



- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges




Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005



- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.



3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 16 de 42

NORMES DE SEURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CALZADO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	



NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX E - Presentació de mostres



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 19 de 42



ANNEX A - Característiques de la licitació

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 20 de 42



ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101390635/24/PNSP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
001	Material Fungible	Obert



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 21 de 42



ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 22 de 42

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 43545431Z		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT		DATA: 03.04.2024 HORA: 10:09:43 PÀGINA: 1 / 9	
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30017220					
Descripció llarga: Caputxó tisores monopolars, estèril, envàs individual, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "Si", "X" i "Xi"					
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30039448					
Descripció llarga: Funda per a braç instrumental, estèril, envàs individual, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"					
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30039449					
Descripció llarga: Funda per a columna, estèril, envàs individual, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"					
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30039910					
Descripció llarga: Segellador universal 5-8 mm, estèril, envàs individual, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"					
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30040014					
Descripció llarga: Funda per a endograpadora EndoWrist, estèril, envàs individual, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"					
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30040015					
Descripció llarga: Càrrega per a endograpadora EndoWrist, color verd, estèril, envàs individual, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"					
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30040016					
Descripció llarga: Càrrega per a endograpadora EndoWrist, color blanc, estèril, envàs individual, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"					
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30040018					
Descripció llarga: Segellador de la cànula de la grapadora de 12mm, estèril, envàs individual, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"					
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30040019					
Descripció llarga: Tisora corba tipus harmònic ACE, estèril, envàs individual, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"					

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 43545431Z			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.04.2024 HORA: 10:09:43 PÀGINA: 2 / 9
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30043776	Descripció llarga: Càrrega per a endograpadora EndoWrist Stapler 30, amb 48 punts mecànics, 6 files de punts mecànics, alçada del punt: tancat 2mm i obert 4,3mm, de color verd, estèril, sense làtex, d'un sol ús, compatible amb robot da Vinci "X" i "Xi"	
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30043777	Descripció llarga: Càrrega per a endograpadora EndoWrist Stapler 30, amb 48 punts mecànics, 6 files de punts mecànics, alçada del punt: tancat 1,5mm i obert 3,5mm, de color blau, estèril, sense làtex, d'un sol ús, compatible amb robot da Vinci "X" i "Xi"	
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30043778	Descripció llarga: Càrrega per a endograpadora EndoWrist Stapler 30, amb 48 punts mecànics, 6 files de punts mecànics, alçada del punt: tancat 1,0mm i obert 2,5mm, de color blanc, estèril, sense làtex, d'un sol ús, compatible amb robot da Vinci "X" i "Xi"	
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30047417	Descripció llarga: Segellador bipolar de vasos EndoWrist, bipolar, vasos fins a 7mm, instrument de diàmetre 8mm, punta elèctrode de 2,4cm, estèril, individual, d'un sol ús, compatible amb generador Erbe VIO dV o equivalent configurat amb sistema Da Vinci "X" i "Xi"	
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30051380	Descripció llarga: Grapadora Sureform 60, diàmetre 12mm, de 60mm longitud de grapat, de 55mm de línia de tall, rang d'articulació de con complet de 120 °, estèril, sense làtex, individual, d'un sol ús, compatible amb càrregues Sureform60 pel robot Da Vinci "X" i "Xi"	
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30051381	Descripció llarga: Càrrega p/grapadora Sureform 60, ganiveta nova cada tall, 90 punts mecànics, 6 files de 3 cada costat línia tall, alçada punt: tancat 2mm/ obert 4,3mm, col/verd, util/trocar robòtic 12mm, est, no làtex, indiv, lús, comp/grapad/Sureform 60 pel robot Da Vinci "X" i "Xi"	
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30051382	Descripció llarga: Càrrega p/grapadora Sureform 60, ganiveta nova cada tall, 90 punts mecànics, 6 files de 3 cada costat línia tall, alçada punt: tancat 1,5mm/ obert 3,5mm, col/blau, util/trocar robòtic 12mm, est, no làtex, indiv, lús, comp/grapad/Sureform 60 pel robot Da Vinci "X" i "Xi"	
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30051383	Descripció llarga: Càrrega p/grapadora Sureform 60, ganiveta nova cada tall, 90 punts mecànics, 6 files de 3 cada costat línia tall, alçada punt: tancat 1mm/ obert 2,5mm, col/blanc, util/trocar robòtic 12mm, est, no làtex, indiv, lús, comp/grapad/Sureform 60 pel robot Da Vinci "X" i "Xi"	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 43545431Z		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT		DATA: 03.04.2024 HORA: 10:09:43 PÀGINA: 3 / 9	
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30051384					
Descripció llarga: Càrrega p/grapadora Sureform 60, ganiveta nova cada tall, 90 punts mecànics , 6 files de 3 cada costat línia tall, alçada punt: tancat 2,3m m/obert 4,6mm, col/negre, util/trocar robòtic 12mm, est, no làtex, ind, lús , comp/grapa/Sureform 60 pel robot Da Vinci "X" i "Xi"					
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30053392					
Descripció llarga: Càrrega p/grapadora Sureform 45, ganiveta nova cada tall, 90 punts mecànics , 6 files de 3 cada costat línia tall, alçada punt: tancat 2,3m m/obert 4,6mm, col/negre, util/trocar robòtic 12mm, est, no làtex, ind, lús , comp/grapa/Sureform 45 pel robot Da Vinci "X" i "Xi"					
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30053464					
Descripció llarga: Càrrega per a endograpadora EndoWrist, color verd, estèril, envàs individual, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"					
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30053465					
Descripció llarga: Càrrega per a endograpadora EndoWrist, color blanc, estèril, envàs individual, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"					
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30053466					
Descripció llarga: Càrrega per a endograpadora EndoWrist, color blau, estèril, envàs individual, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"					
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30053552					
Descripció llarga: Aspirador/irrigador EndoWrist, diàmetre 8mm, de 32,48mm longitud, estèril, envàs individual, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi" o equivalent					
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30053636					
Descripció llarga: Endograpadora EndoWrist 45, diàmetre 12mm, de 45mm longitud de grapat, 40mm longitud de tall, corba articulació con complet de 120°, n° usos: 12 dispars, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"					
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30053789					
Descripció llarga: Endograpadora EndoWrist 45, diàmetre 12mm, de 45mm longitud de grapat, 40mm longitud de tall, recte, n° usos: 6 dispars, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"					

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 43545431Z			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 03.04.2024 HORA: 10:09:43 PÀGINA: 4 / 9		
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30058662								
Descripció llarga: Segellador bipolar de vasos EndoWrist, bipolar, vasos fins a 5mm, instrument de diàmetre 8mm, punta elèctrode de 1,87cm, estèril, individual, d'un sol ús, compatible amb generador el generador E-100 o equivalent configurat amb sistema Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 70002959								
Descripció llarga: Cable per a connexió instrument monopolar, de 4 metres de longitud, compatible amb DaVinci "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 70002960								
Descripció llarga: Cable per a connexió instrument bipolar, de 5 metres de longitud, compatible amb DaVinci "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 80005812								
Descripció llarga: Contenedor per esterilitzar instrumental i accessoris per al robot Da Vinci, d'alumini, de mida aproximada 61,47cm x 24,89cm x 13,97 cm								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 80010172								
Descripció llarga: Pinça bipolar fenestrada, diàmetre 8mm, angle boca 45°, longitud boca 2 ,1cm, longitud treball 32,77cm, n° usos: 10, no estèril, comp atible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 80010173								
Descripció llarga: Tisora monopolar, diàmetre 8mm, angle d'obertura 29°, longitud de la boca 1,3cm, longitud de treball 31,75cm, n° usos: 10, no estèri l, utilitzar amb el caputxó per a tisora monopolar (400180), compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 80010174								
Descripció llarga: Porta-agulles gran, diàmetre 8mm, angle de boca 30°, longitud boca 1cm, longitud treball 31,50cm, n° usos: 10, no estèril, compatibl e amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 80010175								
Descripció llarga: Pinça bipolar Maryland, diàmetre 8mm, longitud de la boca 2cm, angle d'obertura de la boca 45°, longitud de treball 32,77cm, n° usos : 10, no estèril, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 43545431Z			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 03.04.2024 HORA: 10:09:43 PÀGINA: 5 / 9		
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 80010176								
Descripció llarga: Pinça Prograsp, diàmetre 8mm, longitud de la boca 2,8cm, angle d'apertura de la boca 38°, longitud de treball 33,53cm, n° usos: 10, no estèril ,compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 80010177								
Descripció llarga: Obturador òptic sense ganiveta (Bladeless) per a cànula de 8mm, estèril, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 80010178								
Descripció llarga: Cànula per a obturador de 8mm, de 10cm, no estèril, reutilitzable, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 80010179								
Descripció llarga: Obturador punta roma, per a cànula de 8mm, no estèril, reutilitzable, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 80010267								
Descripció llarga: Micropinça Black Diamond, diàmetre 8mm, angle boca 30°, longitud boca 1cm, longitud treball 31,50cm, n° usos: 15, no estèril, compat ible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 80010268								
Descripció llarga: Dissector bipolar corba, diàmetre 8mm, angle obertura boca 45°, longitud boca 2,2cm, longitud treball 33,02cm, n° usos: 10, no estèril, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 80010269								
Descripció llarga: Pinça doble fenestrada corba, diàmetre 8mm, angle d'obertura de la boca 60°, longitud d'obertura 3,2cm, longitud de treball 32,77cm, n° usos: 10, no estèril, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 80010271								
Descripció llarga: Cauteritzador permanent, punta de ganxo, diàmetre 8mm, longitud punta 1 ,6cm, longitud treball 32,26cm, n° usos:10, no estèril, com patible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 43545431Z		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.04.2024 HORA: 10:09:43 PÀGINA: 6 / 9
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 80010272			
Descripció llarga: Passador per a instruments de 8mm, no estèril, reutilitzable, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"			
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 80010348			
Descripció llarga: Cauteritzador permanent, punta d'espàtula, diàmetre 8mm, longitud punta 1 ,7cm, longitud treball 32,26cm, n° usos:10, no estèril, c ompatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"			
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 80010350			
Descripció llarga: Aplicador per a clip de hemostàsia tipus Hem-o-lok, mida Mitjana, diàmetre de 8mm, angle obertura boca 33°, longitud obertura boca 2 ,1cm, longitud de treball 32,77cm, n° usos: 100 clips, no estèril, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"			
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 80010351			
Descripció llarga: Aplicador per a clip de hemostàsia tipus Hem-o-lok, mida Gran, diàmetre de 8mm, angle obertura boca 53°, longitud obertura boca 2,4c m, longitud de treball 33,27cm, n° usos: 100 clips, no estèril, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"			
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 80010352			
Descripció llarga: Cànula reductora, per a trocar de 12mm, per a instruments de 8mm, estèril, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"			
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 80010353			
Descripció llarga: Obturador sense ganiveta, per a grapadora EndoWrist de 12mm, no estèril, reutilitzable, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"			
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 80010354			
Descripció llarga: Accessori per alliberar grapadora EndoWrist de 12mm, no estèril, reutilitzable, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"			
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 80010356			
Descripció llarga: Caixa / Contenedor per a l'esterilització de 6 instruments del robot Da Vinci Xi, d'alumini anoditzat. Mides: 68cm x 25,4cm x 9,2cm, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 43545431Z			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 03.04.2024 HORA: 10:09:43 PÀGINA: 7 / 9		
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 80010358								
Descripció llarga: Caixa / Contenedor per a l'esterilització d'accessoris del robot Da Vinci Xi, d'alumini anoditzat. Mides: 56,2cm x 33,0cm x 6cm, com patible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 80010362								
Descripció llarga: Obturador llarg òptic sense ganiveta (Bladeless), per a cànula de 8mm, estèril, d'un sol ús, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi "								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 80010364								
Descripció llarga: Pinça tipus Cadiere, diàmetre 8mm, angle d'obertura de la boca 30°, longitud d'obertura 2cm, longitud de treball 32,77cm, n° usos: 1 0, no estèril, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 80010603								
Descripció llarga: Endograpadora EndoWrist 45, diàmetre 12mm, de 45mm longitud de grapat, articulació horitzontal 108° i articulació vertical 54°, n° u sos: 50 dispars, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 80010663								
Descripció llarga: Caixa / Contenedor per a l'esterilització dels accessoris del robot Da Vinci Si, d'alumini anoditzat amb separadors de silicona. Mid es: 50,0cm x 24,5cm x 7,6cm, compatible amb robot Da Vinci "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 80010727								
Descripció llarga: Cànula punta roma, per a grapadora EndoWrist de 12mm, cànula de 10cm, no estèril, reutilitzable, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 80010880								
Descripció llarga: Porta-agulles gran talla sutures (SutureCut), diàmetre 8mm, angle de boca 30°, longitud boca 1cm, longitud treball 31,50cm, n° usos: 10, no estèril, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								
SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 80010979								
Descripció llarga: Pinça d'agafament tipus Tenaculum, extrem distal amb dos garfis, diàmetre 8mm, angle d'abertura de la boca 75°, longitud d'obertura 3cm, longitud de treball 32,77cm, n° usos: 10, no estèril, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"								

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 43545431Z			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.04.2024 HORA: 10:09:43 PÀGINA: 8 / 9
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 80011019	Descripció llarga: Endograpadora de Ø12mm, de 30mm longitud de grapat, punta corba, articulació horitzontal 108° i vertical 54°, d'acer inoxidable i polícarbonat. Reutilitzable 50 dispare, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"	
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 80011038	Descripció llarga: Adaptador / Con per a l'introduïdor del trocar DaVinci i convertir-lo a trocar Hasson, de diàmetre 8mm, d'acer inoxidable i resina. Compatible amb trocar de 8mm de diàmetre i amb les dos longituds dels trocars de 8mm del robot DaVinci "X" i "Xi"	
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 80011043	Descripció llarga: Tisora tipus Potts, diàmetre 8mm, angle d'obertura 22°, longitud de la boca 1,1cm, longitud de treball 31,50cm, nº usos: 10, no està ril, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"	
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 80011048	Descripció llarga: Porta-agulles molt gran talla sutures (SutureCut), diàmetre 8mm, angle de boca 40°, longitud boca 1,4cm, longitud treball 31,75cm, nº usos: 10, no està ril, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"	
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 620	MATERIAL: 80011308	Descripció llarga: Pinça bipolar punta llarga EndoWrist, diàmetre 8mm, longitud de la boca 2,4cm, angle d'obertura de la boca 70°, longitud de treball 32,27cm, nºusos: 10, no està ril, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"	
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 80011637	Descripció llarga: Obturador roma sense ganiveta, per a cànula grapadora EndoWrist de 12mm, no està ril, reutilitzable, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"	
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 640	MATERIAL: 80011696	Descripció llarga: Pinça forceps bipolar, diàmetre 8mm, angle boca 43°, longitud boca 2,8cm, longitud treball 33,58cm, nº usos: 10, no està ril, compatible amb robot Da Vinci "X" i "Xi"	
SOL.COMANDA: 1101390635	POSICIÓ: 650	MATERIAL: 80012438	Descripció llarga: Pinça d'agafament tipus Debakey, diàmetre 8mm, angle d'obertura de la boca 30°, força d'agafament mitja, longitud de treball 30,99cm, longitud mandíbula 1,2cm, nº usos: 10, no està ril, compatible amb robot Da Vinci "Xi"	

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 43545431Z

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2024
HORA: 10:09:43
PÀGINA: 9 / 9

SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 80012550

Descripció llarga:
Pinça retractorà, diàmetre 8mm, angle d'obertura de 70°, longitud d' eix 33,27cm, longitud mandibula 4,8cm, n° usos: 10, no estèril, compatible amb robot Da Vinci "Xi"

SOL.COMANDA: 1101390635 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 81002214

Descripció llarga:
Equip protector/coixí/posicionador, consta: estora escuma antilliscant 90cm+/-2cm (llarg) x 50cm+/-2cm (ampla) x 2,5cm+/-0,50cm (alç) a/veta adh p/fixar ta/quir, tela resist desp/paci i tires p/fixar a taula alç tò/malalt, comp/proced/robòtics/laparosc, n'est, lús



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55



ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

-No hi ha criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor-



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 32 de 42



ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 33 de 42

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:		CS/CC00/1100556471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B . ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi	



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLOHY6OGRUE9ZO9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 34 de 42



	detall del material	
--	---------------------	--

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobrint hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 35 de 42



	Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes les característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u> . Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex D2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 36 de 42

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa té per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no té marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe			
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris			
Altres acreditacions i/o auto certificació			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1 - FitxTecniv_pag1



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 37 de 42

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	Fabricant (SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *		
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció ampliada del producte			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1 - FitxTecnIndv_pag2



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 38 de 42



ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 39 de 42



1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del <i>Resum</i> de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 40 de 42

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

[illegible]

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 41 de 42



ANNEX E - Presentació de mostres

-No és necessari presentar mostres-



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
09/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 16/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CR7YLQHY6OGRUE9ZQ9U107WRNA7C1NE

Data creació còpia:
16/04/2024 08:38:55

Pàgina 42 de 42