



**CONSORCI SANITARI
DEL MARESME**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'UNA SONTA D'ESTAT SÒLID DE MANOMETRIA ESOFÀGICA PER
L'ESTUDI DELS TRANSTORNS MOTORS ESOFÀGICS**

EXPEDIENT CSdM PN 11/24ASS

(IMP-SC-006)



**CONSORCI SANITARI
DEL MARESME**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: **SONDA D'ESTAT SÒLID DE
MANOMETRIA ESOFÀGICA PER L'ESTUDI DELS TRANSTORNS MOTORS
ESOFÀGICS**

Núm. Expedient: CSdM PN 11/24ASS

ÍNDEX

1.	INFORMACIÓ GENERAL DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME	3
2.	ANTECEDENTS	3
3.	OBJECTE	3
4.	PRESCRIPCIONS GENERALS	3
5.	CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	4
6.	DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A ENTREGAR.....	4
7.	CONDICIONS DE GARANTIA	4



**CONSORCI SANITARI
DEL MARESME**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: **SONDA D'ESTAT SÒLID DE
MANOMETRIA ESOFÀGICA PER L'ESTUDI DELS TRANSTORNS MOTORS
ESOFÀGICS**

Núm. Expedient: CSdM PN 11/24ASS

1. INFORMACIÓ GENERAL DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME

El Consorci Sanitari del Maresme, en endavant CSdM, és una entitat en la qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Mataró.

L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident en l'àmbit sanitari de la comarca del Maresme i la seva àrea sanitària d'influència.

Són finalitats específiques del Consorci, l'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris, la prestació de serveis d'atenció primària de salut, la prestació de serveis de salut mental i la prestació de serveis d'atenció sociosanitària i social, la participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva, proporcionar serveis de rehabilitació, la docència relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.

Es pot complementar la informació descrita en aquest plec des de la pàgina web del CSdM <http://www.csdm.cat>

2. ANTECEDENTS

El present document, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure les tasques a desenvolupar per part de l'empresa adjudicatària per tal de que aquesta pugui presentar proposta tècnic-econòmica per la realització dels treballs encarregats.

3. OBJECTE

Constitueix l'objecte del present document establir les prescripcions tècniques pel subministrament d'una sonda d'estat sòlid de manometria esofàgica per l'estudi dels trastorns motors esofàgics (K103659-E-1816-D) per a la Unitat de motilitat digestiva del Hospital de Mataró.

4. PRESCRIPCIONS GENERALS

- L'equip a subministrar haurà de complir amb les especificacions, composició i característiques establertes com a mínimes en l'apartat 5 de característiques tècniques.
- El compromís i certificació de compliment de les especificacions descrites al present plec es realitzarà mitjançant document/certificat signat pel licitador.
- S'exigirà la presentació de la certificació de Marcat CE de tots els elements d'aplicació i del conjunt del sistema.
- L'equipament ofert haurà de ser nou, no acceptant-se material de demostració o exposició.
- L'equipament haurà de ser actual, en plena vigència de catàleg i en garantia de subministrament de peces de recanvi i reparació per un període mínim de 10 anys.
- Un cop complerts tots els requisits d'aquest plec, i amb la satisfacció plena de l'equipament rebut, es signarà l'Acta de Recepció per part de l'empresa adjudicatària i el CSdM.



**CONSORCI SANITARI
DEL MARESME**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: **SONDA D'ESTAT SÒLID DE
MANOMETRIA ESOFÀGICA PER L'ESTUDI DELS TRANSTORNS MOTORS
ESOFÀGICS**

Núm. Expedient: CSdM PN 11/24ASS

5. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Constitueix l'objecte del present document establir les prescripcions tècniques per a la proposta de subministrament de una sonda d'estat sòlid de manometria esofàgica per l'estudi dels trastorns motors esofàgics, per a la Unitat de motilitat digestiva del Hospital de Mataró.

- Catèter reutilitzable de estat sòlid para manometria esofàgica de alta resolució amb impedància (HRIM) de 36 Canales de pressió con 31 unidireccionals, 5 circumferencials (EEI) y 16 Canales de impedància, 10 Fr. REF: (K103659-E-1816-D), per Solar GI HRIM

6. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A ENTREGAR

Cal presentar la oferta de forma estructurada i breu, evitant informació comercial que no sigui imprescindible.

Les ofertes hauran de contenir la següent informació en l'**INDEX següent**:

1. **Certificat de compliment** de les característiques del punt 5 del present plec.

S'entén per certificat un document únic signat i segellat per l'empresa manifestant el compliment.

ANNEXOS. Documentació vinculada a l'equipament (*documentació no sotmesa a paginació mínima*):

- a. Declaració de conformitat
- b. Marcatge CE

IMPORTANT:

- **No aportar el certificat de compliment de les característiques del punt 5 del plec, implicarà l'exclusió de la present licitació. Igualment, serà motiu d'exclusió la no presentació de la documentació tècnica que acrediti el compliment de totes les característiques d'obligat compliment enumerades i descrites a l'esmentat apartat.**

7. CONDICIONS DE GARANTIA

Serà d'obligat compliment, per part dels licitadors, la inclusió d'un contracte de garantia sobre la totalitat del equipament objecte d'aquest contracte al annex corresponent de la oferta tècnica.

El termini de garantia sobre la totalitat de l'equipament objecte d'aquest contracte serà **de 2 anys o 200 usos**, comptant des del dia següent a la data de signatura de l'Acta de Recepció.