

## **ANNEX 4**

# **DESGLOSSAMENT CRITERIS D'ADJUDICACIÓ**

**Annex 4: Desglossament dels criteris d'adjudicació**

**Adquisició d'equips d'analitzadors de proves Point of Care Testing (POCT) i el subministrament del fungible associat per a la determinació de proteïna c reactiva en Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS).**

*La valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa per a cadascun dels lots objecte de la licitació es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:*

**1. CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA fins a 100 punts.**

**1.1 Valoració econòmica (40 punts):**

**1.1.1 Equipament ( 15 punts)**

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

Es puntuarà d'acord amb la següent formula :

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

**P<sub>v</sub>** = Puntuació de l'oferta a Valorar

**P** = Punts criteri econòmic

**O<sub>m</sub>** = Oferta Millor

**O<sub>v</sub>** = Oferta a Valorar

**IL** = Import de Licitació

**VP** = Valor de ponderació = 2

### 1.1.2 Fungible associat (12mesos) ( 25 punts)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

Es puntuarà d'acord amb la següent formula :

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

**P<sub>v</sub>** = Puntuació de l'oferta a Valorar

**P** = Punts criteri econòmic

**O<sub>m</sub>** = Oferta Millor

**O<sub>v</sub>** = Oferta a Valorar

**IL** = Import de Licitació

**VP** = Valor de ponderació = 2

### 1.2. Valoració tècnica objectiva (60 punts)

És requereix obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la puntuació total dels criteris tècnics objectius, en el cas de no superar aquest llindar, s'exclourà a l'empresa de la licitació.

Els criteris de valoració tècnics objectius son els que s'indiquen a continuació:

#### 1.2.1 Temps de resposta (fins a 15 punts):

Disminuir els temps de resposta en capçalera del pacient (Atenció primària) és el principal objectiu de les proves, per això, es valorarà la instrumentació en funció del temps requerit per emetre resultats.

- Inferior o igual a 3 minuts: 15 punts
- Superior a 3 minuts, inferior o igual a 5 minuts: 7 punts
- Superior a 5 minuts: 0 punts

#### 1.2.2 Visualització de resultats (fins a 15 punts):

Visualització de resultats en remot a través d'un sistema portable o middleware configurable en qualsevol PC i/o dispositiu electrònic.

- Si disposa: 15 punts
- No disposa: 0 apunts.

### **1.2.3 Treball amb baix volum de mostra (fins a 20 punts):**

Possibilitat de treballar amb baixos volums de mostra es una de les principals avantatges de les proves de capçalera del pacient (Atenció primària), sobretot en pacients pediàtrics. Per això es valorarà la instrumentació en funció del volum de mostra requerit per portar a cap la determinació de la Proteïna C Creativa.

- Inferior o igual a 3 microlitres: 20 punts
- Superior a 3 microlitres, inferior o igual a 6 microlitres: 10 punts
- Superior a 6 microlitres, inferior o igual a 12 microlitres: 5 punts
- Superior a 12 microlitres: 0 punts

### **1.2.4 Versatilitat del analitzador (fins a 5 punts):**

Versatilitat del analitzador per poder realitzar algun tipus de determinació que pugues ser de utilitat en la unitat clínica determinada:

- Més de 3 tècniques addicionals: 5 punts
- 2 o 3 tècniques addicionals: 3 punts
- 1 tècnica addicional: 1 punts.
- 0 Tècniques addicionals: 0 punts.

### **1.2.5 Presentació mínima del format (fins a 5 punts):**

Presentació mínima del producte a majors del format unitari.

- Caixa Inferior o igual a 15 reactius/prova: 5 punts
- Caixa superior a 15 reactius/prova: 0 punts