

Plec de Prescripcions Tècniques del Servei de Manteniment Preventiu/Correctiu del Instrumental quirúrgic de processament del Teixits del Banc de Sang i Teixits.

1. Introducció

El Banc de Sang i Teixits (d'ara en endavant BST), utilitza instrumental quirúrgic (model acer quirúrgic) per al processament de teixits a les instal·lacions controlades (sales blanques) ubicades a la seu corporativa, edifici Frederic Duran i Jordà, a Barcelona. Aquest instrumental necessita d'un manteniment preventiu i correctiu per assegurar el seu bon funcionament.

2. Objectiu

L'objectiu del present plec és la contractació del servei de manteniment d'aquest instrumental per satisfer les necessitats de processament de la divisió de Teixits (d'ara en endavant BTB) del BST.

3. Característiques del servei

Per tal de dur a terme aquest contracte cal:

L'adjudicatari es compromet a realitzar les següents prestacions:

1. Servei de manteniment previst

- Revisió inicial del instrumental objecte del manteniment.
- Pla d'acció inicial per al correcte funcionament de l'estoc d'instrumental quirúrgic.
- Temps de resposta (enviament-manteniment-entrega) inferior a 2 setmanes.
- Esmolat/afilat professional específic per a cada tipus d'instrumental quirúrgic.
- Ajustament d'articulacions d'instrumental mòbil (per exemple tissores)
- Adequació del instrumental (marcatge, serigrafia) per a la creació de kits, packs, conjunts per al correcte muntatge de caixes de procés.
- Avaluació de les necessitats d'inversió per obsolescència del material.
- Pla anual d'acció per al correcte manteniment de l'instrumental.

2. Servei d'Assistència Tècnica

- Suport interactiu de correu electrònic i telèfon per a la web amb la finalitat de resoldre incidències de suport tècnic.
- Documentació detallada del servei.
- Servei de consultoria (informació tècnica) per a la gestió/compra de nou instrumental.
- Contacte directe per telèfon amb els responsables del servei de manteniment.

L'instrumental propi de la execució d'aquest servei es compon de:

Material os Primera fase

- 4 Màneg de bisturí d'acer inoxidable, del número 4. Mesures: 135mm. Autoclavable
- 4 Tisora quirúrgica de dissecció d'acer inoxidable, tipus Mayo-Stille. En forma corba. Mesures: 150mm
- 4 Tisora quirúrgica de dissecció d'acer inoxidable, tipus Mayo. En forma recta. Mesures: 140mm
- 4 Pinça quirúrgica d'acer inoxidable, model estàndard. Recta. Amb 1 x 2 dents i mànec estriat. Mesures: 145mm
- 2 Tisora quirúrgica de dissecció d'acer inoxidable, tipus Mayo. En forma recta. Mesures: 180mm
- 4 Periosteòtom tipus Lambotte d'acer inoxidable. Mesures: 21,5 cm de llargada i una fulla de 25 mm d'amplada. Amb mànec.
- 1 Periosteòtom quirúrgic tipus Lambotte d'acer inoxidable, recte. Mesures: 24,5 cm de llargada i una fulla de 30 mm d'amplada. Sense mànec.
- 1 Periosteòtom quirúrgic tipus Lambotte d'acer inoxidable, recte. Mesures: 24,5 cm de llargada i una fulla de 50 mm d'amplada. Sense mànec.
- 1 Martell o maça quirúrgica tipus Cottle d'acer inoxidable, amb una cara plana i l'altra convexa. Mesures: 185mm. Cap del martell de 235g i d'un diàmetre de 30mm.
- 1 Regla d'acer inoxidable. Mesures 300 mm

Material os Segona fase

- 4 Màneg de bisturí d'acer inoxidable, del número 4. Mesures: 135mm. Autoclavable
- 4 Pinça quirúrgica d'acer inoxidable, model estàndard. Recta. Amb 1 x 2 dents i mànec estriat. Mesures: 145mm.
- 4 Tisora quirúrgica de dissecció d'acer inoxidable, tipus Mayo. En forma recta. Mesures: 140mm
- 1 Mesurador de plàsties d'acer inoxidable. Mesurador de forma rectangular foradat en diferents mides per mesurar el diàmetre dels tendons.

Materials Varis (quantitats variables)

- Pinça quirúrgica d'acer inoxidable, model estàndard. Recta. Amb 1 x 2 dents i mànec estriat. Mesures: 145mm.
- Pinça quirúrgica de dissecció d'acer inoxidable, model estàndard. Plataforma i mànec estriat. Sense dents. Recta. Mesures: 14,5cm
- Pinça quirúrgica de dissecció d'acer inoxidable tipus Cushing. De punta recta i fina amb plataforma estriada. Mànec també estriat. Mesures: 180mm.
- Tisora quirúrgica de dissecció d'acer inoxidable, amb plaques d'acer extra-dur a les fulles de les tisores. Forma corba. Mesures: 115mm
- Tisora quirúrgica de dissecció d'acer inoxidable, tipus Mayo. En forma recta. Mesures: 140mm
- Màngec de bisturí d'acer inoxidable, del número 4. Mesures: 135mm. Autoclavable
- Compàs Castroviejo de 15 MM.
- Pinça Hartman-Bishop de 8.5cm.0.8mm

- Batea circular d'acer inoxidable. Esterilitzable. Mesures: 160 mm de diàmetre i 80 mm de profunditat aproximadament.

Capses Instrumental

- Contenidor d'instrumental quirúrgic per esterilització, fabricat en metall autoclavable. Amb tapa perforada per filtre antibacterià i indicador d'esterilització. Base sense perforar. Tancament hermètic. Amb nanses per el transport. Amb departaments per etiquetatge i identificació. Mesures: 285 x 280 x 135 mm.
- Cistella per contenidor d'instrumental quirúrgic per esterilització fabricada en metall autoclavable. Cistella de reixa i amb nanses. Mesures: 255 x 245 x 50 mm
- Contenidor d'instrumental quirúrgic per esterilització, fabricat en metall autoclavable. Amb tapa perforada per filtre antibacterià i indicador d'esterilització. Base sense perforar. Tancament hermètic. Amb nanses per el transport. Amb departaments per etiquetatge i identificació. Mesures: 300x 140x 70 mm.
- Caixa esterilització microcirurgia de 10.15X19.50X3.81 cm

Degut a les necessitat de la divisió BTB-BST pot existir-hi material individual addicional a aquest llistat però de característiques comuns al detallat.

La freqüència d'enviament prevista es de: 17 enviaments de material per a afilar:

- Set 1ª FASE: 7 vegades/any
- Set 2ª FASE: 3 vegades/any
- Set Vario: 7 vegades/any
- Capses Instrumental: sense previsió, en funció de les incidències.

4. Terminis

Aquest servei tindrà un abast fins el 31 de desembre de 2024, amb possibilitat de pròrroga anual pels exercicis 2025, 2026, 2027 i 2028. És a dir, un total de cinc (5) anys.

5. Pressupost base de licitació

L'import màxim de licitació és de **10.000,00€/any sense iva, 12.100,00€/any iva inclòs.**

6. Contingut del sobre únic

- a) Documentació administrativa:

Les empreses licitadores hauran de presentar la declaració responsable, així com el formulari del Document Europeu Únic de Contractació, corresponents a l'annex 2 del PCAP, degudament emplenats i signats.

b) Oferta tècnica:

Els operadors econòmics que optin a la present licitació, hauran d'aportar una proposta de caràcter tècnic, d'acord amb els elements d'execució descrits en els apartats anteriors, i que es valorarà d'acord amb els criteris d'adjudicació de caràcter automàtic diferents al preu descrits al plec de clàusules administratives. Concretament caldrà especificar:

- Temps de resposta del servei tècnic
- Freqüència d'accions del servei tècnic
- Número d'experts disponibles al servei tècnic

c) Oferta econòmica:

Pel que fa als altres criteris avaluable automàticament (preu), les empreses licitadores hauran de presentar les seves ofertes econòmiques, amb IVA i sense IVA, sempre respectant el preu de sortida detallat en el quadre de característiques del plec de clàusules administratives. Aquest preu total i global, serà sobre el qual s'aplicarà els criteris d'adjudicació, d'acord amb la formula fixada en el plec de clàusules administratives.

Per a presentar l'oferta, el licitador haurà d'utilitzar el formulari exposat en el corresponent annex 4 del plec de clàusules administratives.

Advertència: La documentació econòmica haurà d'estar degudament subscripta per part del representant de l'empresa licitadora.