

## **Resolució d'incoació d'expedient**

---

**Assumpte**, contractació del Subministrament de cinc equips d'anestèsia amb monitor de constants vitals per al Consorci Sanitari Integral

**Ref. expedient d'inici:** CSI2024019

---

### **Fets**

En data 1 de març de 2024 es va emetre la memòria justificativa de la Direcció;

Atesa la necessitat de contractar el Subministrament de cinc equips d'anestèsia amb monitor de constants vitals per al Consorci Sanitari Integral;

### **Fonaments de dret**

D'acord amb el que disposa l'article de l'article 116 de la Llei, 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyola les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

### **Resolució**

Per tant resolc

Incoar l'expedient de contractació del Subministrament de cinc d'equips d'anestèsia amb monitor de constants vitals per al Consorci Sanitari Integral, mitjançant procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària, a càrrec del pressupost del centre.

Dr. Manuel Álvarez del Castillo  
Director general del Consorci Sanitari Integral

***NOTA: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per les persones competents***

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

### 1 Dades de la sol·licitud

**Data:** 1 de Març de 2024.  
**Data prevista d'inici del subministrament:** 1 de setembre 2024  
**Nom del sol·licitant i càrrec:**

- Sr. Eduard López: Director de gestió del Consorci Sanitari Integral

### 2 Detall licitació

#### Centre destinatari:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> CSI                          | <input type="checkbox"/> ABS Collblanc       | <input type="checkbox"/> CAE Sant Feliu               |
| <input checked="" type="checkbox"/> HT                | <input type="checkbox"/> ABS La Torrassa     | <input type="checkbox"/> CAE Cornellà                 |
| <input type="checkbox"/> HDM                          | <input type="checkbox"/> ABS Sagrada Família | <input type="checkbox"/> CAE La Torrassa              |
| <input type="checkbox"/> Centre de serveis compartits | <input type="checkbox"/> ABS Gaudí           | <input type="checkbox"/> Residència Francisco Padilla |
|   | <input type="checkbox"/> Salut Pública       | <input type="checkbox"/> Residència Collblanc         |

#### Tipus de licitació:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Subministrament (fungibles)            | <input type="checkbox"/> Concessió de serveis   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Subministraments (Inversió) | <input type="checkbox"/> Mixt                   |
| <input type="checkbox"/> Servei                                 | <input type="checkbox"/> Serveis a les persones |
| <input type="checkbox"/> Obra                                   |   |

### 3 Elecció del procediment

- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Procediment Ordinari</b>                       |
| <input type="checkbox"/> Obert no harmonitzat.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Obert Harmonitzat.                                |
| <input type="checkbox"/> Acord Marc   |
| <input type="checkbox"/> Simplificat de la Llei de Contractes del Sector Públic.      |
| <input type="checkbox"/> Simplificadíssim de la Llei de Contractes del Sector Públic. |
| <input type="checkbox"/> Procediment Restringit ( Annex IV).                          |
| <input type="checkbox"/> <b>Procediment Extraordinari</b>                             |
| <input type="checkbox"/> Negociat sense publicitat                                    |
| <input type="checkbox"/> Diàleg Competitiu  |
| <input type="checkbox"/> Licitació amb negociació                                     |
| <input type="checkbox"/> Associació per a la innovació                                |

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

### 4 Informe de necessitats ( indicar la necessitat que es vol cobrir amb el contracte)

Atesa la necessitat de renovació dels equips d'anestèsia de l'Hospital Moisès Broggi i de L'Hospital General D'Hospitalet, considerem imprescindible la compra del següents equips amb la finalitat de continuar donant una assistència de qualitat amb tecnologia de darrera generació.

Subministrament de cinc equips anestèsia amb monitor de constants vitals	Unitats	Import unitari (Import sense IVA)	Import total (import sense IVA)	Import total (import amb IVA)
EQUIPS D'ANESTÈSIA AMB MONITOR DE CONSTANTS VITALS	5	50.000,00 €	250.000,00 €	302.500, 00 €

### 5 Modificació del contracte

SI  NO

### 6 Objecte del contracte

Subministrament de cinc d'equips d'anestèsia amb monitor de constants vitals per al Consorci Sanitari Integral

Es material de pròtesis  SI  NO  
 Cal regular dipòsit del material  SI  NO  
 Té associat equips en cessió  SI  NO  
 Cal que manteniment/electromedicina intervingui  SI  NO  
 Requereix connexions específiques amb informàtica  SI  NO  
 Cal que informàtica decideixi sobre algun aspecte  SI  NO  
 Serveis Implicats: Servei d'anestèsia. Servei de Electromedicina. Servei d'informàtica.

### 7 Determinació del preu

El preu de licitació correspon a l'actual preu contractat  SI  NO

a. Informar de l'increment/ decrement d'import anual (amb i sense IVA) i el % d'increment/decrement respecte l'import actual

No procedeix informar de l'increment ni decrement respecte de l'import actual perquè es tracta d'un subministrament de nova contractació.

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

### b. Justifiqueu la metodologia de determinació del preu de licitació

Els preus màxims del subministrament i del manteniment de l'equipament d'aquesta licitació s'han determinat en base a preus segons estudi de mercat.

## 8 Sistema de determinació del preu i forma de pagament del preu

### a) Sistema de determinació del preu:

- Preus unitaris  
 A tant alçat  
 Altres:

### b) Forma de pagament:

- Total (un únic pagament)  
 Fraccionat.  
 La que s'assenyala al Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el plec de prescripcions tècniques.

## 9 Pressupost del contracte

<b>Anualitats (durada del contracte)</b>	3 anys
<b>Pròrroga, si escau</b>	no procedeix

<b>Pressupost anual:</b>	2024: 50.000,00 euros sense IVA 2025: 100.000,00 euros sense IVA 2026: 100.000,00 euros sense IVA
<b>Pressupost de licitació amb IVA (pressupost anual * durada):</b>	302.500,00 euros amb IVA
<b>Pressupost de licitació sense IVA (pressupost anual * durada):</b>	250.000,00 euros sense IVA
<b>Pressupost pròrroga:</b>	-
<b>Tipus d'IVA</b>	21 %
<b>Import IVA:</b>	52.500,00 euros
<b>Percentatge de modificació, si escau</b>	No es preveu
<b>Import de modificació, si escau</b>	No es preveu
<b>Valor estimat (pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació):</b>	250.000,00 euros sense IVA

<b>Partida pressupostària</b>	D/670.0002	
<b>Expedient d'abast plurianual</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Divisió per lots

SI  NO

Número de lots: 1

EQUIPS D'ANESTÈSIA AMB MONITORS DE CONSTANTS VITALS	2024	2025	2026
Pressupost de licitació sense IVA	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Partida IVA	10.500,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
Pressupost licitació amb IVA	60.500,00 €	121.000,00 €	121.000,00 €

Les propostes es poden presentar a diferents lots

SI  NO

Els licitadors poden ser adjudicatari de més d'un lot

SI  NO

Els imports màxims dels lots es poden superar

SI  NO

Els imports màxims dels articles es poden superar

SI  NO

Les propostes s'hauran de presentar al lot sencer

SI  NO

S'accepten variants

SI  NO

En cas de no dividir en lot l'objecte del contracte es requereix justificació expressa:

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el Subministrament de cinc d'equips d'anestèsia amb monitor de constants vitals per al Consorci Sanitari Integral es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

### **I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D'UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.**

El fraccionament de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( en endavant LCSP ), en el que es disposa el següent:

*“3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.*

*No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.*

*En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:*

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

a) *El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.*

b) *El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient."*

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l'article 5 estableix el següent:

*"En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions."*

Tal i com s'exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

### **L'objecte del contracte no admet fraccionament**

Atesa la naturalesa i característiques de l'objecte del contracte no resulta adient la divisió en lots.

S'ha considerat la necessitat que l'adjudicatari dels equips d'anestèsia i els monitors de constants vitals siguin subministrats per la mateixa empresa.

Atès que els principals fabricants dels equip d'anestèsia son també fabricants o distribuïdors de monitors de constants associats als seus equips d'anestèsia que presenten com a solucions integrades i que sol·licitem com a requeriment tècnic obligatori que ambdós equips presentin la possibilitat de connexió amb el moxa de Centricity High Acuity de GE, plataforma informàtica present al Consorci Sanitari Integral.

Considerem que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte derivada la seva divisió en lots dificultaria la seva execució correcta des del punt de vista tècnic .

## 10 Classificació que s'exigeix als licitadors i justificació

No és preceptiva

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

### 11 Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació.

Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera requerits a la licitació són els que millor poden justificar que l'empresa compta amb els recursos econòmics i tècnics suficients per donar resposta a la contractació de la prestació del subministrament objecte del contracte.

Es tracta de requisits de solvència que són adients i proporcionats, atenent a la naturalesa de l'objecte del contracte, el seu volum i, especialment, la seva complexitat.

Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència econòmica i financera, així com la solvència tècnica per participar en la licitació mitjançant la classificació empresarial (si s'escau) assenyalada a l'epígraf 10

o mitjançant l'aportació dels documents següents:

#### a) Solvència econòmica i financera (art. 87 LCSP)

- El volum anual de negocis referit a l'any de major execució dels darrers tres anys conclusos ha de ser d'almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte de cada un dels lots als quals les empreses concorrin.

En aquest sentit, el licitador haurà de presentar els seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o certificació de l'esmentat dipòsit mitjançant nota simple informativa expedida pel Registrador, i si l'empresari no està inscrit al Registre Mercantil dipositats en el registre oficial en el que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Els licitadors hauran d'aportar juntament amb els comptes anuals una declaració signada per l'apoderat indicant el volum de negocis global de l'empresa.

#### b) Solvència tècnica ( art. 89 LCSP):

- Relació dels principals subministraments efectuats en el curs de com a màxim els tres últims anys, indicant-ne l'import, dates i destinatari públic o privat i sempre i quan els subministraments siguin del mateix tipus o naturalesa similar o anàloga a l'objecte del contracte. Els licitadors hauran d'acreditar que l'import anual acumulat en l'any de major execució dels darrers tres anys dels subministraments corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que correspon a l'objecte del contracte és igual o superior al 70% del l'annualitat mitja del contracte.

Els subministraments efectuats s'acrediten mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o quan el destinatari és un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest.

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

---

L'import anual d'aquests subministraments serà com a mínim igual a la suma d'imports anuals dels lots als que el licitador presenti la seva oferta. Per al cas d'empreses de nova creació (amb una antiguitat inferior a cinc anys), si el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, la seva solvència es podrà acreditar per qualsevol dels altres mitjans a què es refereixen les lletres b) a g) del art. 89.1 de la LCSP, sense que li sigui aplicable el requisit de l'execució d'un número determinat de subministraments.

Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els de l'objecte del contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígitos dels seus respectius codis CPV.

### 12 Subcontractació

---

SI  NO

No procedeix la subcontractació per les característiques de l'objecte del contracte. L'objecte del contracte està integrat per una única prestació indivisible que és el subministrament, per tant, no és possible una realització parcial ni hi ha prestacions accessòries susceptibles de subcontractació

### 13 Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil

---

a) Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI  NO   
b) Import: -----

L'adjudicatari vindrà obligat a constituir una pòlissa de responsabilitat civil amb l'import de cobertura mínim per sinistre que s'assenyala, i mantenir-la vigent durant tot el termini de vigència del contracte.

L'empresa proposada com a adjudicatària ha de lliurar una declaració responsable on es compromet a mantenir vigent la pòlissa sol·licitada durant el període d'execució del contracte.

### 14 Subrogació del personal

---

a) SI  NO

\* Nota: En el cas que hi hagi personal a subrogar, serà el que consta al Plec de Prescripcions Tècniques.

En el cas que hi hagi subrogació, el contractista té l'obligació de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat social meritades, encara en el cas que es resolgui el contracte i aquells siguin subrogats per un nou contractista, i sense que en cap cas aquesta obligació correspongui a aquest últim. En aquest cas, el Consorci Sanitari Integral, un cop acreditada la manca



## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

de pagament dels salaris esmentats, procedirà a la retenció de les quantitats degudes al contractista per a garantir el pagament dels salaris esmentats, i a la no devolució de la garantia definitiva fins que no es acrediti l'abonament d'aquests.

### 15 Criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució amb la justificació

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà d'acord amb l'aplicació de més d'un criteri d'adjudicació, i s'ha de valorar la millor relació qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat per cobrir de la millor manera possible les necessitats de la institució. Els criteris d'adjudicació han estat seleccionats d'acord amb els requisits assenyalats a l'article 145.5 LCSP:

- Estan vinculats a l'objecte del contracte
- S'han formulat de manera objectiva i respectant els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
- Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència efectiva i amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la informació aportada pels licitadors.

**Les fórmules aplicades per tal de valorar els criteris d'adjudicació són les que consten a la Directiu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública.**

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació és de 100 punts, distribuïts de la següent manera:

#### **LOT ÚNIC EQUIPS D'ANESTÈSIA AMB MONITOR DE CONSTANTS VITALS**

#### **CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): fins a 100 punts**

**PROPOSTA ECONÒMICA (41 punts):** Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb **41 punts** a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula:

$P_{\bar{v}}$  = Puntuació de l'oferta a Valorar

$P$  = Punts criteri econòmic

$O_{\bar{m}}$  = Oferta Millor

$O_{\bar{v}}$  = Oferta a Valorar

$IL$  = Import de Licitació

$VP$  = Valor de ponderació

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - OM}{IL} \right) x \left( \frac{1}{VP} \right) \right] x P$$

Valor de ponderació:2

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars

### **CRITERI MEDIAMBIENTAL (4 punts)**

#### **Ampliació termini garantia equip (mínim exigít 2 anys) (4 punts)**

Atès l'elevat cost que el manteniment d'aquests equips suposen per a la institució i amb la finalitat de minimitzar al màxim l'impacte mediambiental relacionat amb l'adquisició d'aquests equips i concretament respecte a la seva longevitat tenint en compte la escassetat de recursos, considerem adient valorar amb 4 punts als licitadors que ofereixin una ampliació de 2 anys addicionals del termini de garantia mínim exigít, amb 2 punts als licitadors que ofereixin una ampliació de 1 any addicional i amb 0 punts als licitadors que no ofereixin garantia addicional.

(Segons recomanacions de criteris de contractació pública ecològica de la UE per a aparells elèctrics i electrònics utilitzats en el sector de l'assistència sanitària)

[http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu\\_gpp\\_criteria\\_en.htm#office](http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm#office)

### **CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (55 punts)**

#### **Serà exclosa tècnicament tota oferta que no obtingui un mínim de 28 punts en aquest apartat de qualitat tècnica.**

- **Port Sèrie RS232 amb protocol DO. (Si: 4 punts. No: 0 punts).** Mitjançant aquest protocol el respirador es connecta i extreu les dades del monitor i les transmet directament al sistema d'informació de l'hospital.
- **Sensors de fluxos electrònics amb dos tensions contínues una de 5v per mantenir els valors de la calibració en la memòria i un altre de 12,5V per la resistència calefactora. (Si: 4 punts. No: 0 punts).** Permet una valoració de fluxos mes exactes i evitar condensacions d'aigua.
- **Disposició vertical de les vàlvules d'inspiració i espiració i la presència d'una trampa d'aigua integrada en el absorbidor de CO2. (Si: 3 punts. No: 0 punts).** Per gestionar de manera òptima la humitat del circuit i millori la seguretat del pacient.
- **Sistema de gestió de flux de gas fresc, agent anestèsic i fracció de O2. (Si: 3 punts. No: 0 punts).** Permet una anestèsia guiada per la realització d'una pràctica de fluxos baixos segura i amb cost eficient.

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

- **Volum del intern de < 2,1 l en el espai automàtic i de 0,5 l en el manual. (Si: 3 punts. No: 0 punts).** Amb aquesta quantitat màxima de volum hi ha una millor arribada als valors seleccionats i a la vegada suposa un estalvi econòmic.
- **Que tingui una ranura activa per la connexió del mòdul de gasos E-sCAIOV. (Si: 3 punts, No: 0 punts).** Permet posar-lo en l'equip d'anestèsia i poder visualitzar les dades i corbes de ventilació cosa que permet alliberar un forat en el monitor per connectar un altre mòdul com BIS, DESPESA CARDÍACA, etc.
- **Tecnologia PANI amb mètode oscil-lomètric de doble tub que utilitzi un canal per pressuritzar el maneguet i un altre per detectar els polsos arterials del pacient. (Si: 4 punts. No: 0 punts).** La finalitat es millorar la precisió en situacions d'hipotensió, moviment o presència d'arítmies.
- **Software d'entropia E-ENTROPY, bis E-BIS i relaxació neuromuscular E-NMT per kinemiografia i electromiografia, en el mateix monitor, sense monitors externs. (Si: 4 punts. No: 0 punts).** Dona informació global de la resposta del pacient a la anestesia.
- **Tecnologia de saturació de Trusignal. (SI/4 punts, No/0 punts).** Tipus de tecnologia que permet lectures de saturació inclús en condicions difícils.
- **Estandardització de la interfície de comunicació/connexió a través de 8 connectors d'USB tipus grau mèdic (SI/4 punts, No/0 punts).** Permet la connexió dinàmica dels dispositius de paràmetres clínics.
- **Mesura de qualsevol tecnologia de SpO2 de Trusignal, Masimo rainbow Set o Nellcor i oxigenació cerebral INVOS de Medtronic en el mòdul de transport sense afegir cap targeta addicional. (SI/4 punts, No/0 punts).** Permet treballar amb diferents tecnologies depenent el servei os s'hagi d'utilitzar.
- **Monitorització del nivell de resposta al dolor o nocicepció mitjançant la sonda de pulsioximetria Trusignal en cada monitor. (SI/3 punts, No/0 punts).** Permet un estalvi en els fàrmacs analgèsics ja que hi ha un control en tot moment del dolor que pot estar patint el pacient i la detecció i transmissió de les senyals nocives del sistema nerviós.
- **Anàlisis d'arítmies de quatre derivacions simultànies d' ECG al mateix temps per software EK-Pro V14, no equivalent. (SI/3 punts, No/0 punts).** Per evitar falsos positius i disminueix la quantitat d'alarmes.
- **Pantalla del mòdul de transport amb pantalla activa  $\geq 7''$ . (SI/2 punts, No/0 punts).** Per a una millor visualització.

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

- **Monitorització de gasos mitjançant mòdul E-CAIOV extraïble i amb possibilitat de col·locació tant en el rack de l'equip d'anestèsia com en el del monitor. (SI/2 punts, No/0 punts).** El fet que el mòdul E-CAIOV sigui extraïble permet alliberar ranures d'expansió en el rack del monitor per a connectar altres mòduls.
- **Tots els cables i accessoris connectats al mòdul de transport seran actius amb electrònica addicional. La tecnologia de detecció/mesura de paràmetre estarà inclosa en el cable de pacient. (SI/2 punts, No/0 punts).** Fa que el mòdul de transport sigui més lleuger i permet l'actualització de nous paràmetres sense necessitat d'introduir targetes.
- **Dispositiu d'arquitectura del mòdul de transport oberta. (SI/2 punts, No/0 punts).** Garanteix una fàcil integració de nous paràmetres clínics, actuals i futurs, sense tenir d'afegir components externs o configuracions addicionals de hardware.
- **Pantalla 19",5:4, TFT LCD, color, 1280 x1024 a 60 hrz, SXGA i sistema operatiu Linux. (SI/1 punt, No/0 punts).** Aquest tipus de pantalla permet una millor visualització. En quant al sistema operatiu, dota a l'equip d'immunitat de possibles virus informàtics i una arrencada ràpida.

**CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ:** De conformitat amb l'article 202 de la LCSP s'estableixen les condicions especials d'execució del contracte, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes, i que seran les que s'indiquin al quadre de característiques específiques.

### 16 Accés i tractament de les dades protegides de caràcter personal (LOPD)

Accés a dades protegides de caràcter personal:  SI  NO

Quines?:  Pacients  
 Administratiu  
 Personal

L'execució del contracte requereix tractament de dades per part de l'empresa contractista:

SI. La finalitat per la que es cedeixen les dades és per tal de portar a terme correctament l'execució del contracte i perquè l'objecte d'aquest així ho requereix.

NO

La definició de les condicions i garanties del tractament de la informació i dades de caràcter personal a les que l'adjudicatari pugui accedir com a conseqüència del compliment del contracte es regularan a l'encàrrec del tractament corresponent.

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

---

El licitador o licitadors que resultin adjudicatari del present contracte, en aplicació del Decret-Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel que s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, es comprometen al següent:

- A presentar, abans de la formalització del contracte -juntament amb la documentació a presentar com a futur adjudicatari-, una declaració en la que es posi de manifest on seran ubicats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats als mateixos.
- A comunicar qualsevol canvi que es produeixi, mentre duri l'execució del contracte, de la informació facilitada a la declaració referida en el punt anterior.
- A indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests i, si és així, a indicar el nom o perfil empresarial del subcontractista, que s'haurà de definir per referència a les condicions de solvència professional o tècnica.

Totes aquestes obligacions tenen la consideració d'obligacions especials d'execució, tenint, per tant, el caràcter d'obligacions contractuals essencials als efectes del previst a la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.

### 17 Mostres i demostracions

---

- |   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| S'han de presentar mostres a la fase inicial? | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Es necessitaran mostres en altre fase?        | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Es necessita demostracions?                   | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |

**El departament de logística es reserva el dret opcional de sol·licitar les demostracions que consideri oportunes amb la finalitat de comprovar in situ el compliment dels requeriments tècnics exigits al plec així com altres criteris de valoració qualitatiu/tècnics avaluable.**

Els equips sol·licitats hauran d'anar identificats exteriorment com a EQUIPS EN DEMOSTRACIÓ + número d'expedient Així mateix els equips hauran d'anar acompanyats de dos albarans de lliurament.

A tals efectes les empreses que hagin presentat proposta en aquesta licitació hauran de tenir preparat l'equipament ofert amb la configuració ofertada per a realitzar les demostracions al centre (Hospital) en el termini màxim de 10 dies naturals des que el departament de logística ho sol·liciti. **El no compliment d'aquest requisit el qual determinaria la impossibilitat l'avaluació degudament comportarà l'exclusió de l'empresa de la licitació.**

**Lloc de presentació: El departament de logística especificarà el lloc, data i persona de contacte en el moment de fer la sol·licitud.**

La empresa licitadora es responsabilitzarà de retirar els embalatges de les nostres instal·lacions.

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

---

### 18 Visita/es al/s centre/s?

---

És obligatori realitzar visita/es per a presentar proposta?  SI  NO

### 19 Documentació

---

#### Annexos:

- Annex 1 criteris d'adjudicació.
- Annex 2 tècnic.
- Annex 3 de manteniment.
- Annex 4 criteris objectius.
- Annex 5 documents a incorporar als sobres.

#### Documents que els licitadors han d'aportar en el sobre A

1. Dades complementàries ( Model 1)
2. Declaració de confidencialitat (Model 2)
3. Si s'escau, compromís de constituir-se formalment en una Unió Temporal d'Empreses (Model 3)
4. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
5. Declaració de no conflicte d'interessos

#### Documents que els licitadors han d'aportar en el sobre C

1. Els licitadors ompliran l'Annex tècnic (annex 2) i l'adjuntaran dins de la oferta tècnica (en format PDF i EXCEL), L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar en català i/o castellà, en format digital juntament amb:
  - ✓ Fitxa tècnica descriptiva de les característiques tècniques en català i/o castellà i referència
  - ✓ Fitxa dades de seguretat, si s'escau
  - ✓ Foto/Dibuix del producte
  - ✓ Descripció de l'embalatge: unitat de consum i quantitat d'unitats per embalatge
  - ✓ Certificats que acreditin el marcat CE.

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

---

2. Annex 3 de manteniment.
3. Memòria tècnica amb fitxa descriptiva de les característiques tècniques.
4. Model 9: Declaració econòmica.
5. Annex 4: Annex criteris objectius.

*Signatura responsable del contracte:*

2024.03.27 12:54:10

+01'00'

*Sr. Eduard López  
Director de Gestió del Consorci Sanitari Integral*

### 20 Informe de valoració de la despesa

---

***S'ha rebut en aquesta Direcció Economicofinancera, per a la seva valoració, l'expedient de despesa generada per la contractació corresponent a la memòria justificativa adjunta.***

***De l'examen i contingut de l'apartat corresponen a la determinació del preu i pressupost del contracte de la memòria, i un cop examinats els registres comptables, es preveu que existirà crèdit suficient al pressupost del Consorci Sanitari Integral, per tant, la Direcció Economicofinancera informa favorablement la proposta presentada en la data que consta en la present signatura, per la posterior autorització de la despesa, si s'escau, de l'Òrgan de Contractació.***

***L'eficàcia del contracte en relació a les despeses per a exercicis posteriors queda condicionada a l'aprovació dels pressupostos dels referits exercicis.***

**Sergio Oleaga Pérez de Mendiguren  
Director economicofinancer del Consorci Sanitari Integral**

2024.04.05  
15:11:56 +02'00'