

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101390561/24/AMUP

Material per esterilització

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	8
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	10
4.4.1. Condicions de subministrament.....	10
4.4.2. Garantia de subministrament	10
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	12
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	12
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..17
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)19

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de **Material per esterilització** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb

l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

El nº de lot i la data de caducitat del producte han d'estar visibles en el seu envàs per tots els articles dels lots **1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20 i 21**.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel Licitació 11012xxxxx_2bis

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- Fitxa Criteris Addicionals, ANNEX D3.

Aquest model no permet fer cap modificació al fitxer, només caldrà emplenar les dades següents:

- Nom
- NIF
- Lot
- Codi SAP
- Dades Generals i específiques de cada producte (referència distribuïdor, referència del producte i marca)

Característiques addicionals a especificar (cal tenir en compte que per omplir les cel·les, és necessari seleccionar una de les opcions del desplegable de cada criteri). La puntuació total és una cel·la protegida que no es pot modificar.

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a l'**ANNEX E – presentació de mostres**. Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient [CS/CC00/1101390561/AMUP/24]
- NIF i nom de l'empresa
- Codi SAP
- Referència

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'**ANNEX E – Presentació de mostres**. Relació de codis SAP afectats.

Les mostres es lliuraran a **Gerència de Compres**, a l'atenció de **Jordi Morera**, a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en l'**ANNEX E**, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de

caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de

preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)

- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic:

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Fitxa Criteris Addicionals

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101390561/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
001	Bossa de paper per a esterilització per vapor	Obligatori
002	Bossa mixta de paper i plàstic per a esterilització vapor	Obligatori
003	Bossa mixta autoadhesiva	Obligatori
004	Altres bosses mixtes de vapor	No Obligatori
005	Bobina mixta per a esterilització amb vapor paper i plàstic	Obligatori
006	Bosses i bobines mixtes, tires i cintes per a peròxid d'hidrogen	Obligatori
007	Paper de crepè	Obligatori
008	Paper de teixit sense teixir sintètic	Obligatori
009	Precintes de seguretat	No Obligatori
010	Cartutxos i cassets per a procés d'esterilització	No Obligatori
011	Lubricants, olis i esprai per a manteniment d'instrumental, motors, peces de mà i accessoris d'instrumental	No Obligatori
012	Indicadors químics esterilització	No Obligatori
013	Cintes adhesives control extern esterilització	Obligatori
014	Tires control intern esterilització	No Obligatori
015	Prova Bowie-Dick	No Obligatori
016	Indicadors biològics	No Obligatori
017	Cintes identificadores	No Obligatori
018	Cinta identificadora fulls	No Obligatori
019	Etiquetes i punts identificatius per al control en el procés d'esterilització	No Obligatori
020	Etiquetes amb control de pas per al procés d'esterilització	No Obligatori
021	Filtres per a contenidors esterilització	No Obligatori
022	Filtres per a contenidors esterilització reutilitzables	No Obligatori
023	Protector de puntes per a instrumental quirúrgic autoclavable	No Obligatori
024	Altres materials d'esterilització	No Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30000507
Descripció llarga: Bossa de paper de grau mèdic termosoldable amb plec de seguretat, control exterior químic per a vapor, òxid d'etilè i formaldehid. M ida: 125mm+/-5mm x 250mm+/-10mm i rufa lateral de 50mm+/-5mm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30000509
Descripció llarga: Bossa de paper de grau mèdic termosoldable amb plec de seguretat, control exterior químic per a vapor, òxid d'etilè i formaldehid. M ida: 140mm+/-5mm x 330mm+/-20mm i rufa lateral de 50mm+/-5mm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30000510
Descripció llarga: Bossa de paper de grau mèdic termosoldable amb plec de seguretat, control exterior químic per a vapor, òxid d'etilè i formaldehid. M ida: 180mm+/-10mm x 380mm+/-20mm i rufa lateral de 95mm+/-5mm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30000512
Descripció llarga: Bossa de paper de grau mèdic termosoldable amb plec de seguretat, control exterior químic per a vapor, òxid d'etilè i formaldehid. M ida: 250mm+/-10mm x 380mm+/-20mm, rufa lateral de 100mm+/-5mm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30000513
Descripció llarga: Bossa de paper de grau mèdic termosoldable amb plec de seguretat, control exterior químic per a vapor, òxid d'etilè i formaldehid. M ida: 250mm+/-10mm x 480mm+/-20mm i rufa lateral de 100mm+/-5mm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30000516
Descripció llarga: Bossa mixta composta de paper i plàstic transparent de grau mèdic, termosoldable, amb control exterior químic per a vapor, òxid d'et ilè i formaldehid. Mida: 75mm+/-5mm x 200mm+/-10mm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30000518
Descripció llarga: Bossa mixta composta de paper i plàstic transparent de grau mèdic, termosoldable, amb control exterior químic per a vapor, òxid d'et ilè i formaldehid. Mida: 75mm+/-5mm x 580mm+/-20mm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30000520
Descripció llarga: Bossa mixta composta de paper i plàstic transparent de grau mèdic, termosoldable, amb control exterior químic per a vapor, òxid d'et ilè i formaldehid. Mida: 100mm+/-5mm x 270mm+/-10mm		

SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30000521
Descripció llarga: Bossa mixta composta de paper i plàstic transparent de grau mèdic, termosoldable, amb control exterior químic per a vapor, òxid d'et ilè i formaldehid. Mida: 100mm+/-5mm x 420mm+/-20mm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30000522
Descripció llarga: Bossa mixta composta de paper i plàstic transparent de grau mèdic, termosoldable, amb control exterior químic per a vapor, òxid d'et ilè i formaldehid. Mida: 150mm+/-5mm x 320mm+/-20mm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30000523
Descripció llarga: Bossa mixta composta de paper i plàstic transparent de grau mèdic, termosoldable, amb control exterior químic per a vapor, òxid d'et ilè i formaldehid. Mida: 210mm+/-10mm x 280mm+/-10mm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30000524
Descripció llarga: Bossa mixta composta de paper i plàstic transparent de grau mèdic, termosoldable, amb control exterior químic per a vapor, òxid d'et ilè i formaldehid. Mida: 210mm+/-10mm x 420mm+/-20mm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30000525
Descripció llarga: Bossa mixta composta de paper i plàstic transparent de grau mèdic, termosoldable, amb control exterior químic per a vapor, òxid d'et ilè i formaldehid. Mida: 250mm+/-10mm x 360mm+/-20mm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30000526
Descripció llarga: Bossa mixta composta de paper i plàstic transparent de grau mèdic, termosoldable, amb control exterior químic per a vapor, òxid d'et ilè i formaldehid. Mida: 300mm+/-10mm x 360mm+/-20mm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30000527
Descripció llarga: Bossa mixta composta de paper i plàstic transparent de grau mèdic, termosoldable, amb control exterior químic per a vapor, òxid d'et ilè i formaldehid. Mida: 300mm+/-10mm x 500mm+/-20mm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30000528
Descripció llarga: Bossa mixta composta de paper i plàstic transparent de grau mèdic, termosoldable, amb control exterior químic per a vapor, òxid d'et ilè i formaldehid. Mida: 420mm+/-10mm x 600mm+/-20mm		

SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30000531
Descripció llarga: Bobina mixta composta de paper grau mèdic i plàstic transparent, termosoldable, amb control exterior químic per a vapor, òxid d'etil è i formaldehid. Mida: amplada de 150mm+/-5mm x 200m+/-0,5m de llargària		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 30000539
Descripció llarga: Paper / làmina de teixit sense teixir sintètic en polipropilè trilaminat (SMS), per a empaquetar en el procés d'esterilització, d'al ta resistència, de 41gr/m2 +/-1gr/m2, de color. Mida: 75cm+/-2cm x 75cm+/-2cm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 30000540
Descripció llarga: Paper / làmina de teixit sense teixir sintètic en polipropilè trilaminat (SMS), per a empaquetar en el procés d'esterilització, d'al ta resistència, de 41gr/m2 +/-1gr/m2, de color. Mida: 100cm+/-2cm x 100cm+/-2cm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30000541
Descripció llarga: Paper / làmina de teixit sense teixir sintètic en polipropilè trilaminat (SMS), per a empaquetar en el procés d'esterilització, d'al ta resistència, de 41gr/m2 +/-1gr/m2, de color. Mida: 120cm+/-2cm x 120cm+/-2cm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30000546
Descripció llarga: Tira de control químic intern, Classe 4, del procés d'esterilització per a autoclau de vapor, canvi de color contrastat, retallable/ pre-tallat en dues parts		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30000548
Descripció llarga: Paquet preparat per a realitzar la prova de Bowie Dick, amb indicador químic Classe 2, per a l'autoclau de vapor pre buit, amb full d'advertència prèvia entre capes del material pel control de la prova		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30001742
Descripció llarga: Bobina mixta composta de paper tipus Tyvek siliconada amb un gramatge de 56 gr/m2 i plàstic transparent, termosoldable, amb control extern químic, per a esterilització per peròxid d'hidrogen i gas de plasma. Mida: 250mm+/-10mm x 70m+/-0,5m		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30001744
Descripció llarga: Bobina mixta composta de paper tipus Tyvek siliconada amb un gramatge de 56 gr/m2 i plàstic transparent, termosoldable, amb control extern químic, per a esterilització per peròxid d'hidrogen i gas de plasma. Mida: 420mm+/-10mm x 70m+/-0,5m		

SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 30001745
Descripció llarga: Bobina mixta composta de paper tipus Tyvek siliconada amb un gramatge de 56 gr/m2 i plàstic transparent, termosoldable, amb control extern químic, per a esterilització per peròxid d'hidrogen i gas de plasma. Mida: 75mm+/-5mm x 70m+/-0,5m		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 30001746
Descripció llarga: Casset per al procés d'esterilització per peròxid d'hidrogen-gas plasma, 5 cicles per casset. Compatible a Sistema STERRAD 100S o eq uivalent		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 30001747
Descripció llarga: Cinta adhesiva de control extern químic, del procés d'esterilització per peròxid d'hidrogen i gas plasma, control químic sensible a la concentració de H2O2 i potència de gas plasma. Mida: amplada 19mm+/-1mm x 55m+/-2m llargària		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 30001751
Descripció llarga: Paper / làmina de teixit sense teixir sintètic en polipropilè trilaminat (SMS), per a empaquetar en el procés d'esterilització, d'al ta resistència, de 35gr/m2 +/-1mg/m2, de color. Mida: 50cm+/-2cm x 50cm+/-2cm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 30001752
Descripció llarga: Tira de control químic intern del procés d'esterilització per peròxid d'hidrogen i gas plasma, amb control químic sensible a la conc entració de H2O2 i potència de gas plasma, canvi de color contrastat		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 30001883
Descripció llarga: Bobina mixta composta de paper tipus Tyvek siliconada amb un gramatge de 56 gr/m2 i plàstic transparent, termosoldable, amb control extern químic, per a esterilització per peròxid d'hidrogen i gas de plasma. Mida: 350mm+/-10mm x 70m+/-0,5m		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 30001884
Descripció llarga: Bobina mixta composta de paper tipus Tyvek siliconada amb un gramatge de 56 gr/m2 i plàstic transparent, termosoldable, amb control extern químic, per a esterilització per peròxid d'hidrogen i gas de plasma. Mida: 150mm+/-5mm x 70m+/-0,5m		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 30001885
Descripció llarga: Boss a mixta composta de paper tipus Tyvek siliconada amb un gramatge de 56 gr/m2 i plàstic transparent, termosoldable, amb control e xtern químic, per a esterilització per peròxid d'hidrogen i gas de plasma. Mida: 250mm+/-10mm x 480mm+/-20mm		

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30001886

Descripció llarga:

Bossa mixta composta de paper tipus Tyvek siliconada amb un gramatge de 56 gr/m2 i plàstic transparent, termosoldable, amb control e xtern químic, per a esterilització per peròxid d'hidrogen i gas de plasma. Mida: 150mm+/-5mm x 320mm+/-20mm

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30001887

Descripció llarga:

Paper / làmina de teixit sense teixir sintètic en polipropilè trilaminat (SMS), per a empaquetar en el procés d'esterilització, d'al ta resistència, de 44gr/m2 +/-1gr/m2, de color. Mida: 120cm+/-2cm x 120cm+/-2cm

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30002090

Descripció llarga:

Filtre antibacterià de paper hidròfug per a contenidor d'instrumental, amb indicador químic de procés per vapor d'aigua per canvi de color, d'un so ús. Mida: rodó Ø19cm. Compatible amb contenidors tipus AESCULAP o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30002326

Descripció llarga:

Etiqueta per a la identificació de contenidors d'esterilització d'instrumental quirúrgic. Mida: 36mm+/-1mm x 67mm+/-1mm. Compatible amb contenidors tipus AESCULAP o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30002329

Descripció llarga:

Filtre antibacterià de paper hidròfug per a contenidor d'instrumental, amb indicador químic de procés per vapor d'aigua per canvi de color, d'un so ús. Mida: 23cm x 23cm. Compatible amb contenidors tipus AESCULAP i amb WAGNER antics o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30002330

Descripció llarga:

Filtre antibacterià de paper hidròfug per a contenidor d'instrumental, amb indicador químic de procés per vapor d'aigua per canvi de color, d'un so ús. Mida: 11cm x 23cm. Compatible amb contenidors tipus AESCULAP o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30002331

Descripció llarga:

Filtre antibacterià de paper hidròfug per a contenidor d'instrumental, dues perforacions de Ø7mm per fixació a tapadora, amb indicad or químic de procés per vapor d'aigua per canvi de color, lús. Mida: 23cm x 23cm. Compatible contenidors tipus MARTIN o eq

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30002334

Descripció llarga:

Precinte de seguretat per al tancament de contenidors d'instrumental, amb indicador químic, d'un sol ús. Compatible amb contenidors tipus MARTIN o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30002979

Descripció llarga:

Punts adhesius de control químic extern, Classe 1, del procés d'esterilització per a formaldehid

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30002980

Descripció llarga:

Tira de control químic intern, multivariable Classe 4, del procés d'esterilització pel sistema de formaldehid al 2% i 3%, canvi de color contrastat

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30003109

Descripció llarga:

Indicador biològic amb espores per al control del procés d'esterilització per autoclau de vapor pre-buit, lectura ràpida última en 3 hores.Vial amb població >= 10 a la 6 CFU (Geobacillus Stearothermophilus).Compatible a/incubadora corresponent a/espores

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30003110

Descripció llarga:

Integrador químic amb llengüeta, Classe 5, per al control del procés d'esterilització per a autoclau de vapor, temperatura entre 118 °C-137°C, per migració de reactiu o canvi de color

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30003111

Descripció llarga:

Integrador químic, Classe 5, per al control del procés d'esterilització per a autoclau de vapor, temperatura entre 118°C-137°C, per canvi de color, pel·liculat per les dues cares

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30003113

Descripció llarga:

Paper de crepè, per a empaquetar en el procediment d'esterilització per a vapor, òxid d'etilè i formaldehid, d'alta resistència, de color. Mida: 100cm+/-5cm x 100cm+/-5cm

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30003935

Descripció llarga:

Cinta identificadora per a marcar instrumental, de color lila. Mida: amplada 6,5mm+/-0,5mm x 7,5m+/-60cm llargària

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30003936

Descripció llarga:

Cinta identificadora per a marcar instrumental, de color negre. Mida: amplada 6,5mm+/-0,5mm x 7,5m+/-60cm llargària

SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 30003937
Descripció llarga: Cinta identificadora per a marcar instrumental, de color vermell. Mida: amplada 6,5mm+/-0,5mm x 7.5m+/-60cm llargària		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 30003938
Descripció llarga: Cinta identificadora per a marcar instrumental, de color blanc. Mida: amplada 6,5mm+/-0,5mm x 7m+/-60cm llargària		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 30003939
Descripció llarga: Cinta identificadora per a marcar instrumental, de color blau. Mida: amplada 6,5mm+/-0,5mm x 7m+/-60cm llargària		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 30003940
Descripció llarga: Cinta identificadora per a marcar instrumental, de color taronja. Mida: amplada 6,5mm+/-0,5mm x 7m+/-60cm llargària		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 30003941
Descripció llarga: Cinta identificadora per a marcar instrumental, de color verd. Mida: amplada 6,5mm+/-0,5mm x 7m+/-60cm llargària		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 30003942
Descripció llarga: Cinta identificadora per a marcar instrumental, de color groc. Mida: amplada 6,5mm+/-0,5mm x 7m+/-60cm llargària		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 30004335
Descripció llarga: Indicador biològic amb espores per al control del procés d'esterilització per autoclau de vapor pre-buit,1ª lectura a 24h i 2ª lectu ra a 48h.Vial amb població >= 10 a la 5 CFU(Geobacillus Stearothermophilus).Compatible a/incubadora corresponent a/espora		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 30004884
Descripció llarga: Bossa mixta composta de paper tipus Tyvek siliconada amb un gramatge de 56 gr/m2 i plàstic transparent, termosoldable, amb control e xtern químic, per a esterilització per peròxid d'hidrogen i gas de plasma. Mida: 300mm+/-10mm x 650mm+/-20mm		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 30004887
Descripció llarga: Bossa mixta composta de paper tipus Tyvek siliconada amb un gramatge de 56 gr/m2 i plàstic transparent, termosoldable, amb control e xtern químic, per a esterilització per peròxid d'hidrogen i gas de plasma. Mida: 75mm+/-5mm x 200mm+/-10mm		

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30004888

Descripció llarga:

Bossa mixta composta de paper tipus Tyvek siliconada amb un gramatge de 56 gr/m2 i plàstic transparent, termosoldable, amb control e xtern químic, per a esterilització per peròxid d'hidrogen i gas de plasma. Mida: 100mm+/-5mm x 260mm+/-10mm

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30004889

Descripció llarga:

Bossa mixta composta de paper tipus Tyvek siliconada amb un gramatge de 56 gr/m2 i plàstic transparent de grau mèdic, termosoldable, amb control extern químic, per a esterilització per peròxid d'hidrogen i gas de plasma. Mida: 200mm+/-10mm x 400mm+/-20

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30004935

Descripció llarga:

Emulador/ Indicador químic, Classe 6, per al control del procés d'esterilització per a autoclau de vapor, temperatura de 120°C-134°C , per canvi de color, pel·lículat per les dues cares

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30004937

Descripció llarga:

Indicador biològic amb espores per al control del procés d'esterilització per formaldehid,1ª lectura a 24h i 2ª lectura a 48h.Vial a mb població >/= 10 a la 6 CFU(Geobacillus Stearothermophilus).Compatible amb la incubadora corresponent amb l'espora

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30005618

Descripció llarga:

Esprai per millorar l'assecat en el casset del Statim, de 57ml+/-5ml. Compatible amb l'esterilitzadorr Statim o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30006407

Descripció llarga:

Oli lubricant per a peces de mà i motors de cirurgia, composició d'oli mineral blanc, amb broquet, flascó en esprai de 500ml+/-50ml

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30006683

Descripció llarga:

Etiqueta doble adhesiu, de tres línies per escriure, sense control de pas, per al procés d'esterilització per vapor, color verd. Mid a etiqueta: 25mm+/-1mm x 30mm+/-1mm. Compatible amb etiquetadora corresponent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30006734

Descripció llarga:

Cinta identificadora per a marcar instrumental, de color marró. Mida: amplada 6,5mm+/-0,5mm x 7m+/-60cm llargària

SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 30006735
Descripció llarga: Cinta identificadora per marcar instrumental, de color blau. Mida: amplada 3mm+/-0,3mm x 6,5m+/-50cm llargària		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 30006736
Descripció llarga: Cinta identificadora per marcar instrumental, de color verd. Mida: amplada 3mm+/-0,3mm x 6,5m+/-50cm llargària		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 30006737
Descripció llarga: Cinta identificadora per marcar instrumental, de color marró. Mida: amplada 3mm+/-0,3mm x 6,5m+/-50cm llargària		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 30006738
Descripció llarga: Cinta identificadora per marcar instrumental, de color lila. Mida: amplada 3mm+/-0,3mm x 6,5m+/-50cm llargària		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 30007135
Descripció llarga: Cinta identificadora per marcar instrumental, de color gris. Mida: amplada 3mm+/-0,3mm x 6,20m+/-50cm llargària		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 30007136
Descripció llarga: Cinta identificadora per marcar instrumental, de color vermell. Mida: amplada 3mm+/-0,3mm x 6,5m+/-50cm llargària		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 30007665
Descripció llarga: Cinta adhesiva de control extern químic Classe 1, del procés d'esterilització per autoclau de vapor, sense làtex, sense plom. Mida: amplada 25mm+/-2mm x 55m+/-2m llargària		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 730	MATERIAL: 30008142
Descripció llarga: Cubeta de plàstic per a desinfecció. Mides: 160mm+/-5mm (ample) x 69mm+/-2mm (alçada marca ompliment) - 88mm+/-2mm (alçada nivell om pliment màxim) x 192mm+/-5mm (longitud interior) - 250mm+/-5mm (longitud total de la cubeta). Capacitat: 3 litres+/-200ml		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 740	MATERIAL: 30008420
Descripció llarga: Cinta identificadora per marcar instrumental, de color blanc. Mida: amplada 6mm+/-0,5mm x 6,5m+/-50cm llargària		

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30008421

Descripció llarga:

Cinta identificadora per marcar instrumental, de color taronja. Mida: amplada 3mm+/-0,3mm x 6,5m+/-50cm llargària

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30008451

Descripció llarga:

Paper de crepè, per a empaquetar en el procediment d'esterilització per a vapor, òxid d'etilè i formolaldehid, d'alta resistència, d e 60gr/m2, de color. Mida: amplada de 90cm+/-5cm x 300m+/-10m de llargària

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30008544

Descripció llarga:

Lubricant/oli en esprai amb cànula d'aplicació per a instrumental quirúrgic, sistemes endoscòpics, pistola agulla ecogràfica de biop sia, capacitat 300ml+/-30ml

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30009001

Descripció llarga:

Lubricant-difusor per a motor MIDAS REX LEGEN Neumàtic Model PA100-A, cartutx de 5grams+/-0,5grams de lubricant. Compatible amb moto r MIDAS REX LEGEN Neumàtic Model PA100-A o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30009107

Descripció llarga:

Casset per al procés d'esterilització per peròxid d'hidrogen-gas plasma, 5 cicles per casset. Compatible a Sistema STERRAD NX o equi valent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30009648

Descripció llarga:

Paper / làmina de teixit sense teixir sintètic en polipropilè trilaminat (SMS), per a empaquetar en el procés d'esterilització, d'al ta resistència, de 70gr/m2 +/-1gr/m2, de color. Mida: 120cm+/-2cm x 120cm+/-2cm

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30011384

Descripció llarga:

Bossa mixta composta de paper i plàstic transparent de grau mèdic, autoadhesiva, amb control extern químic per a vapor, òxid d'etilè i formaldehid. Mida: 90mm+/-5mm x 203mm+/-20mm

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30012714

Descripció llarga:

Etiqueta doble adhesiu, 3 línies per escriure, a/control de pas, per al procés d'esterilització per vapor, color groc. Mida etiqueta: 25mm+/-1mm x 30mm+/-1mm. Compatible amb etiquetadora corresponent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30012750

Descripció llarga:

Etiqueta indicadora/precinte químic, per al procés d'esterilització en autoclau de vapor, sense plom. Mida: 100mm+/-3mm x 25mm+/-2mm

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30012940

Descripció llarga:

Precinte de seguretat per al tancament de contenidors d'instrumental, sense indicador químic, d'un sol ús. Compatible amb contenidor s tipus AESCULAP o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30013206

Descripció llarga:

Bossa mixta composta de paper i plàstic transparent de grau mèdic, autoadhesiva, amb control extern químic per a vapor, òxid d'etilè i formaldehid. Mida: 130mm+/-10mm x 356mm+/-20mm

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30014038

Descripció llarga:

Cinta identificadora per marcar instrumental, de color blanc. Mida: amplada 3mm+/-0,3mm x 6,5m+/-50cm llargària

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30014313

Descripció llarga:

Bobina mixta composta de paper tipus Tyvek siliconada amb un gramatge de 56 gr/m2 i plàstic transparent, termosoldable, amb control extern químic, per a esterilització per peròxid d'hidrogen i gas de plasma. Mida: 100mm+/-5mm x 70m+/-0,5m

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30014782

Descripció llarga:

Filtre permanent per a tapa PrimeLine, de PTFE (tefló), reutilitzable. Compatible amb contenidor PrimeLine d'AESCULAP, Ref: JP050 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30016113

Descripció llarga:

Cinta identificadora per marcar instrumental, de color groc. Mida: amplada 3mm+/-0,3mm x 6,5m+/-50cm llargària

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30016213

Descripció llarga:

Dispositiu de control de càrrega per a esterilitzador de vapor tipus B (Miniclau). Consta de: un dispositiu tipus hèlix reutilitzabl e i un indicador químic, Classe 5, rebutjable que es col·loca al seu interior

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30017706

Descripció llarga:

Indicador biològic amb espores per al control del procés d'esterilització per miniclau de vapor per gravetat, lectura ràpida última en l'hora.Vial amb població >= 10 a la 5 CFU(Geobacillus Stearothermophilus).Compatible a/incubadora corresponent a/espores

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30017835

Descripció llarga:

Filtre antibacterià de paper per a contenidor d'instrumental, filtre reutilitzable. Mida: 22,5cm+/-1cm x 22,5cm+/-1cm. Compatible co ntenidors tipus AESCULAP o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30018290

Descripció llarga:

Etiqueta per a la identificació al procés d'esterilització, simple, sense indicador, adhesiva, blanca. Mida: 29mm+/-1mm x 28mm+/-1mm . Rotllo: 700 etiquetes+/-25etiquetes. Compatible amb impressora corresponent tipus Meto o eq

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30018382

Descripció llarga:

Equip per a l'esterilitzadorr de peròxid d'hidrogen-gas plasma. Consta: 3 cintes d'impressió,12 rotlles de paper tèrmic,3 plats de v aporitzador (filtre) i 4 caixes recol·lectores de cassets de l'agent esterilitzant.Compat/esterilitzador STERRAD 100S o eq

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30018383

Descripció llarga:

Rodet entintador per a màquina d'etiquetes per al control del procés d'esterilització. Compatible amb impressora corresponent tipus Meto o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30018391

Descripció llarga:

Caixa recol·lectora de cassets per a l'esterilitzador de peròxid d'hidrogen-gas plasma, de polipropilè transparent. Mides: 8,5cm+/-0 ,5cm x 25cm+/-1cm x 5,5cm+/-0,3cm. Compatible amb esterilitzador STERRAD NX o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30018709

Descripció llarga:

Cinta adhesiva de control extern químic Classe 1, del procés d'esterilització per autoclau de vapor, sense làtex, sense plom. Mida: amplada 19mm+/-1mm x 55m+/-2m llargària

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30018710

Descripció llarga:

Equip de validació química, per a la comprovació del procés d'esterilització a baixa temperatura per formaldehid. Consta: Dispositiu tipus Helix i tires indicadores químiques. Compatible amb esterilitzador de formaldehid 130 LF de Matachana o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 990	MATERIAL: 30018711
Descripció llarga: Solució esterilitzant hídrica de formaldehid al 2%, per al procés d'esterilització de material termosensible, bossa de 2,7 litres+/-250ml, d'un sol ús. Compatible amb l'esterilitzadorr de Matachana, model 130-LF o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 1000	MATERIAL: 30019549
Descripció llarga: Casset per al procés d'esterilització per peròxid d'hidrogen-gas plasma, 5 cicles per casset. Compatible a Sistema STERRAD 100NX o e quivalent		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 1010	MATERIAL: 30020916
Descripció llarga: Cinta identificadora per marcar instrumental, pretallada, en fulls, color pla vermell amb ratlles blanques, full amb 2 mides de cint es pretallades		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 1020	MATERIAL: 30020917
Descripció llarga: Cinta identificadora per marcar instrumental, pretallada, en fulls, color pla taronja amb ratlles blanques, full amb 2 mides de cint es pretallades		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 1030	MATERIAL: 30021110
Descripció llarga: Cinta identificadora per marcar instrumental, pretallada, en fulls, color pla verd amb ratlles blanques, full amb 2 mides de cintes pretallades		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 1040	MATERIAL: 30021112
Descripció llarga: Cinta identificadora per marcar instrumental, pretallada, en fulls, color pla marró amb ratlles blanques, full amb 2 mides de cintes pretallades		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 1050	MATERIAL: 30021122
Descripció llarga: Cinta identificadora per marcar instrumental, pretallada, en fulls, color pla negre amb ratlles blanques, full amb 2 mides de cintes pretallades		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 1060	MATERIAL: 30021123
Descripció llarga: Cinta identificadora per marcar instrumental, pretallada, en fulls, color pla porpra amb ratlles blanques, full amb 2 mides de cinte s pretallades		
SOL.COMANDA: 1101390561	POSICIÓ: 1070	MATERIAL: 30028565
Descripció llarga: Precinte de seguretat amb indicador, per al tancament de contenidors d'instrumental, amb indicador químic, d'un sol ús. Compatible a mb contenidors tipus Microstop de MARTIN o equivalent		

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30034114

Descripció llarga:

Bossa mixta d'alta resistència i permeabilitat, composta de teixit sense teixir i plàstic transparent, termosoldable, amb control ex tern químic per a vapor, òxid d'etilè i formaldehid. Mida: 270mm+/-10mm x 350mm+/-20mm

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30037979

Descripció llarga:

Indicador biològic amb espores per al control del procés d'esterilització per autoclau de vapor pre-buit, lectura ràpida última en 2 4 minuts. Vial amb població >= 10 a la 6 CFU (Geobacillus Stearothermophilus).Comp/incubadora corresponent amb espora

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30040596

Descripció llarga:

Filtre antibacterià de PTFE per a contenidor d'instrumental, filtre reutilitzable. Mida: rodó Ø19cm+/-1cm. Compatible contenidors ti pus AESCULAP o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30040633

Descripció llarga:

Lubricant-difusor per a motor neumàtic, consum en motor estèril, per primera vegada un consum del 75% del lubricant. Cartutx de 5 gr ams+/-1gram de lubricant. Compatible amb motor MIDAS REX LEGEN Neumàtic MR7, model PA700 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30041374

Descripció llarga:

Caixa recol·lectora de cassets per a l'esterilitzador de peròxid d'hidrogen-gas plasma, de polipropilè transparent. Mides: 10cm+/-1, 5cm x 25cm+/-2,5cm x 10cm+/-1,5cm. Compatible amb esterilitzador STERRAD 100NX o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30041393

Descripció llarga:

Filtre antibacterià de PTFE per a minicontenidor d'instrumental, filtre reutilitzable. Mida: 9,5cm+/-0,5cm x 21,5cm+/-1cm. Compatibl e minicontenidors tipus AESCULAP o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30042042

Descripció llarga:

Paper / làmina de teixit sense teixir sintètic en polipropilè trilaminat (SMS), per a empaquetar en el procés d'esterilització, d'al ta resistència, de 35,6gr/m2 +/-1gr/m2, de color. Mida: 60cm+/-2cm x 60cm+/-2cm

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30042043

Descripció llarga:

Paper / làmina de teixit sense teixir sintètic en polipropilè trilaminat (SMS), per a empaquetar en el procés d'esterilització, d'al ta resistència, de 35,6gr/m2 +/-1gr/m2, de color. Mida: 91cm+/-2cm x 91cm+/-2cm

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30042628

Descripció llarga:

Indicador biològic a/espores p/control procés esterilització p/esterilitzad/H2O2,lectura ràpida última 30 minuts.Vial a/població >/= 10 a la 6 CFU(Geobacillus Stearothermophilus).Co/esterilitza/Sterrad 100S ,NX i 100NX,Sist/ALLClear i incub/corresp/espora

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30043474

Descripció llarga:

Precinte de seguretat per al tancament de contenidors d'instrumental, amb indicador químic, llengüeta de 4,8cm+/-0,3cm, color identi ficatiu (blanc), de polímer termoplàstic (polipropilè), d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30043753

Descripció llarga:

Placa d'identificació per a cistella d'instrumental, de polipropilè, color blanc, autoclavable a 134°. Mida: 90mm+/-2mm (amplada) x 33mm+/-2mm (llargària)

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30043764

Descripció llarga:

Tub / Protector per les puntes d'instrumental quirúrgic, de vinil, amb forats, transparent, de diàmetre 2,8+/-0,2mm x 19mm+/-2mm de llargària, no estèril, autoclavable a 134° i OE, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30043765

Descripció llarga:

Tub / Protector per les puntes d'instrumental quirúrgic, de vinil, amb forats,transparent, de diàmetre 3,2+/-0,2mm x 25,4mm+/-2mm d e llargària, no estèril, autoclavable a 134° i OE, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30043766

Descripció llarga:

Tub / Protector per les puntes d'instrumental quirúrgic, de vinil, amb forats,transparent, de diàmetre 4,7+/-0,3mm x 25,4mm+/-2mm d e llargària, no estèril, autoclavable a 134° i OE, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30047503

Descripció llarga:

Etiqueta silicona per a la identificació de cistelles / safates d'esterilització d'instrumental / material quirúrgic. Mida: 240mm+/- 10mm x 50mm+/-2mm, color blanc, autoclavable fins a 134°C, no apta per a rentadora / desinfectadora, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30051143

Descripció llarga:

Etiqueta simple adhesiu, de tres línies per escriure, amb control de pas, per al procés d'esterilització per vapor, color blau. Mida etiqueta: 25mm+/-1mm x 30mm+/-1mm. Compatible amb etiquetadora corresponent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30051145

Descripció llarga:

Rodet entintador per a màquina d'etiquetes per al control del procés d'esterilització. Compatible amb impressora de etiquetes corresponent tipus GKE o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30051841

Descripció llarga:

Precinte de seguretat per al tancament de contenidors d'instrumental, amb indicador químic, d'un sol ús. Compatible amb contenidors tipus AESCULAP o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30052709

Descripció llarga:

Integrador químic amb llengüeta de longitud >a 10cmx1,9cm d'amplada p'escriure la informació del cicle d'esterilització, Classe 5, p/c control del procés d'esterilització p'autoclau vapor, Tª entre 118°C-137°C, p/migració de reactiu a/pel·lícula polimèrica

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30052823

Descripció llarga:

Paper / làmina de teixit sense teixir sintètic en polipropilè trilaminat (SMS), per a empaquetar en el procés d'esterilització, d'al ta resistència, de 35,6gr/m2 +/-1gr/m2, 2capas total 71,2 g/m2, de color. Mida: 120cm+/-2cm x 120cm+/-2cm

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30053109

Descripció llarga:

Etiqueta per a la identificació de cistelles / safates d'esterilització d'instrumental / material quirúrgic. Mida: 160mm+/-10mm x 35mm +/-2mm, color blanc, autoclavable fins a 134°C, apta per a rentadora / desinfectadora, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30053316

Descripció llarga:

Etiqueta doble adhesiu, de tres línies per escriure, amb control de pas, per al procés d'esterilització per peròxid d'hidrogen, color verd. Mida etiqueta: 25mm+/-1mm x 31mm+/-1mm. Compatible amb etiquetadora MONARCH 1158 per etiqueta doble o equivalent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30058810

Descripció llarga:

Bobina mixta composta de poliolefina amb un gramatge de 90g/m² i polipropilè transparent, termosoldable, amb control exterior químic per vapor, òxid d'etilè i formaldehid. Mida: amplada de 320mm+/-10mm x 70m+/-0 ,5m de llargària

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30058812

Descripció llarga:

Bobina mixta composta de poliolefina amb un gramatge de 90g/m² i polipropilè transparent, termosoldable, amb control exterior químic per vapor, òxid d'etilè i formaldehid. Mida: amplada de 520mm+/-10mm x 70m+/-0 ,5m de llargària

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30058851

Descripció llarga:

Oli lubricant/neteja per instrumental quirúrgic, turbines, connexions i motors, amb diferents broquets. Flascó en spray de 500cc

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30059859

Descripció llarga:

Cinta identificadora per marcar instrumental, de color rosa. Mida: amplada 6mm+/-0,5mm x 6,20m+/-50cm llargària

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30059866

Descripció llarga:

Etiqueta doble adhesiu, de tres línies per escriure, amb control de pas, per al procés d'esterilització per vapor, color blau. Mida etiqueta: 25mm+/-1mm x 30mm+/-1mm. Compatible amb etiquetadora corresponent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30059868

Descripció llarga:

Etiqueta doble adhesiu, de tres línies per escriure, sense control de pas, per al procés d'esterilització per vapor, color vermell. Mida etiqueta: 25mm+/-1mm x 30mm+/-1mm. Compatible amb etiquetadora corresponent

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30060030

Descripció llarga:

Bobina mixta composta de poliolefina amb un gramatge de 90g/m² i polipropilè transparent, termosoldable, amb control exterior químic per vapor, òxid d'etilè i formaldehid. Mida: amplada de 220mm+/-10mm x 70m+/-0 ,5m de llargària

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30060031

Descripció llarga:

Bobina mixta composta de poliolefina amb un gramatge de 90g/m² i polipropilè transparent, termosoldable, amb control exterior químic per vapor, òxid d'etilè i formaldehid. Mida: amplada de 420mm+/-10mm x 70m+/-0 ,5m de llargària

SOL.COMANDA: 1101390561 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30060292

Descripció llarga:

Cinta identificadora per marcar instrumental, de color gris. Mida: amplada 6mm+/-0,5mm x 6,20m+/-50cm llargària

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

-No hi ha criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor-

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

	detall del material	
--	---------------------	--

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Dades de la licitació		
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
		Codi Agrupador
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT
		Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre

	Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicatariis
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex D2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**Dades de la licitació**

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Marcat CE/Tipus de classe

(SI/NO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

Altres acreditacions i/o auto certificació

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció**Dades de la licitació****Núm. expedient****Descripció expedient****Codi SAP****Codi Agrupador****Descripció codi SAP o codi Agrupador****LOT****Tipus oferta****Dades del licitador****Identificació de l'empresa**

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	
----------------	--

Descripció expedient	
----------------------	--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

--

[illegible]

ANNEX D3

Fitxa Criteris Addicionals

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Desglossament 1

LOTS: 1, 2, 3 i 4

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

--	--

Desglossament 2

LOTS: 5 i 15

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

--	--

Desglossament 3

LOT: 6

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

--

--

Desglossament 4

LOT: 7

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

--	--

Desglossament 5

LOT: 8

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

--

Desglossament 6

LOT: 9

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

--

Desglossament 7

LOTS: 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23 i 24

[illegible]

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

--	--

Desglossament 9

LOT: 13

[illegible]

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

--

--

Desglossament 11

LOT: 16

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Desglossament 12

LOTS: 17 i 18

[illegible]

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX E - RELACIÓ DE CODIS amb mostra obligatòria

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	Referència presentada
1	30000509	Bossa de paper de grau mèdic termosoldable amb plec de seguretat, control exterior químic per a vapor, òxid d'etilè i formaldehid. Mida: 140mm+/-5mm x 330mm+/-20mm i rufa lateral de 50mm+/-5mm	2	
2	30000518	Bossa mixta composta de paper i plàstic transparent de grau mèdic, termosoldable, amb control exterior químic per a vapor, òxid d'etilè i formaldehid. Mida: 75mm+/-5mm x 580mm+/-20mm	2	
3	30013206	Bossa mixta composta de paper i plàstic transparent de grau mèdic, autoadhesiva, amb control extern químic per a vapor, òxid d'etilè i formaldehid. Mida: 130mm+/-10mm x 356mm+/-20mm	2	
4	30034114	Bossa mixta d'alta resistència i permeabilitat, composta de teixit sense teixir i plàstic transparent de grau mèdic, termosoldable, amb control extern químic per a vapor, òxid d'etilè i formaldehid. Mida: 270mm+/-10mm x 350mm+/-20mm	2	
5	30000531	Bobina mixta composta de paper grau mèdic i plàstic transparent, termosoldable, amb control exterior químic per a vapor, òxid d'etilè i formaldehid. Mida: amplada de 150mm+/-5mm x 200m+/-0,5m de llargària	1	
6	30001742	Bobina mixta composta de paper tipus Tyvek siliconada amb un gramatge de 56 gr/m2 i plàstic transparent, termosoldable, amb control extern químic, per a esterilització per peròxid d'hidrogen i gas de plasma. Mida: 250mm+/-10mm x 70m+/-0,5m	2	
6	30001886	Bossa mixta composta de paper tipus Tyvek siliconada amb un gramatge de 56 gr/m2 i plàstic transparent, termosoldable, amb control extern químic, per a esterilització per peròxid d'hidrogen i gas de plasma. Mida: 150mm+/-5mm x 320mm+/-20mm	2	
7	30003113	Paper de crepè, per a empaquetar en el procediment d'esterilització per a vapor, òxid d'etilè i formaldehid, d'alta resistència, de color. Mida: 100cm+/-5cm x 100cm+/-5cm	2	
8	30000540	Paper / làmina de teixit sense teixir sintètic en polipropilè trilaminat (SMS), per a empaquetar en el procés d'esterilització, d'alta resistència, de 41gr/m2 +/-1gr/m2, de color. Mida: 100cm+/-2cm x 100cm+/-2cm	2	
8	30001887	Paper / làmina de teixit sense teixir sintètic en polipropilè trilaminat (SMS), per a empaquetar en el procés d'esterilització, d'alta resistència, de 44gr/m2 +/-1gr/m2, de color. Mida: 120cm+/-2cm x 120cm+/-2cm	2	
9	30002334	Precinte de seguretat per al tancament de contenidors d'instrumental, amb indicador químic, d'un sol ús. Compatible amb contenidors tipus MARTIN o equivalent	2	
9	30012940	Precinte de seguretat per al tancament de contenidors d'instrumental, sense indicador químic, d'un sol ús. Compatible amb contenidors tipus AESCULAP o equivalent	2	
9	30028565	Precinte de seguretat amb indicador, per al tancament de contenidors d'instrumental, amb indicador químic, d'un sol ús. Compatible amb contenidors tipus Microstop de MARTIN o equivalent	2	
9	30043474	Precinte de seguretat per al tancament de contenidors d'instrumental, sense indicador químic, llengüeta de 4,8cm+/-0,3cm, color identificatiu (blanc), de polímer termoplàstic (polipropilè), d'un sol ús	2	

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	Referència presentada
9	30051841	Precinte de seguretat per al tancament de contenidors d'instrumental, amb indicador químic, d'un sol ús. Compatible amb contenidors tipus AESCULAP o equivalent	2	
11	30008544	Lubricant/oli en esprai amb cànula d'aplicació per a instrumental quirúrgic, sistemes endoscòpics, pistola agulla ecogràfica de biopsia, capacitat 300ml+/-30ml	1	
11	30009001	Lubricant-difusor per a motor MIDAS REX LEGEN Neumàtic Model PA100-A, cartutx de 5grams+/-0,5grams de lubricant. Compatible amb motor MIDAS REX LEGEN Neumàtic Model PA100-A o equivalent	1	
12	30003111	Integrador químic, Classe 5, per al control del procés d'esterilització per a autoclau de vapor, temperatura entre 118°C-137°C, per canvi de color, pel·lícultat per les dues cares	2	
12	30004935	Emulador/ Indicador químic, Classe 6, per al control del procés d'esterilització per a autoclau de vapor, temperatura de 120°C-134°C, per canvi de color, pel·lícultat per les dues cares	2	
12	30012750	Etiqueta indicadora/precinte químic, per al procés d'esterilització en autoclau de vapor, sense plom. Mida: 100mm+/-3mm x 25mm+/-2mm	2	
12	30016213	Dispositiu de control de càrrega per a esterilitzador de vapor tipus B (Miniclau). Consta de: un dispositiu tipus hèlix reutilitzable i un indicador químic, Classe 5, rebutjable que es col·loca al seu interior	2	
12	30018710	Equip de validació química, per a la comprovació del procés d'esterilització a baixa temperatura per formaldehid. Consta: Dispositiu tipus Helix i tires indicadores químiques. Compatible amb esterilitzador de formaldehid 130 LF de Matachana o equivalent	2	
12	30052709	Integrador químic amb llengüeta de longitud >a 10cmx1,9cm d'amplada p/escriure la informació del cicle d'esterilització, Classe 5, p/control del procés d'esterilització p/autoclau vapor, Tª entre 118°C-137°C, p/migració de reactiu a/pel·lícula polimèrica	2	
13	30007665	Cinta adhesiva de control extern químic Classe 1, del procés d'esterilització per autoclau de vapor, sense làtex, sense plom. Mida: amplada 25mm+/-2mm x 55m+/-2m llargària	2	
13	30018709	Cinta adhesiva de control extern químic Classe 1, del procés d'esterilització per autoclau de vapor, sense làtex, sense plom. Mida: amplada 19mm+/-1mm x 55m+/-2m llargària	2	
14	30000546	Tira de control químic intern, Classe 4, del procés d'esterilització per a autoclau de vapor, canvi de color contrastat, retallable/pre-tallat en dues parts	2	
14	30002980	Tira de control químic intern, multivariable Classe 4, del procés d'esterilització pel sistema de formaldehid al 2% i 3%, canvi de color contrastat	2	
15	30000548	Paquet preparat per a realitzar la prova de Bowie Dick, amb indicador químic Classe 2, per a l'autoclau de vapor pre buit, amb full d'advertència prèvia entre capes del material pel control de la prova	2	
17	30003940	Cinta identificadora per a marcar instrumental, de color taronja. Mida: amplada 6,5mm+/-0,5mm x 7m+/-60cm llargària	2	
18	30020916	Cinta identificadora per marcar instrumental, pretallada, en fulls, color pla vermell amb ratlles blanques, full amb 2 mides de cintes pretallades	2	
19	30002326	Etiqueta per a la identificació de contenidors d'esterilització d'instrumental quirúrgic. Mida: 36mm+/-1mm x 67mm+/-1mm. Compatible amb contenidors tipus AESCULAP o equivalent	2	
19	30002979	Punts adhesius de control químic extern, Classe 1, del procés d'esterilització per a formaldehid	2	
19	30006683	Etiqueta doble adhesiu, de tres línies per escriure, sense control de pas, per al procés d'esterilització per vapor, color verd. Mida etiqueta: 25mm+/-1mm x 30mm+/-1mm. Compatible amb etiquetadora corresponent	2	

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	Referència presentada
19	30018290	Etiqueta per a la identificació al procés d'esterilització, simple, sense indicador, adhesiva, blanca. Mida: 29mm+/-1mm x 28mm+/-1mm. Rotllo: 700 etiquetes+/-25etiquetes. Compatible amb impressora corresponent tipus Meto o eq	2	
19	30018383	Rodet entintador per a màquina d'etiquetes per al control del procés d'esterilització. Compatible amb impressora corresponent tipus Meto o equivalent	1	
19	30043753	Placa d'identificació per a cistella d'instrumental, de polipropilè, color blanc, autoclavable a 134º. Mida: 90mm+/-2mm (amplada) x 33mm+/-2mm (llargària)	2	
19	30047503	Etiqueta silicona per a la identificació de cistelles / safates d'esterilització d'instrumental / material quirúrgic. Mida: 240mm+/-10mm x 50mm+/-2mm, color blanc, autoclavable fins a 134ºC, no apta per a rentadora / desinfectadora, d'un sol ús	2	
19	30051145	Rodet entintador per a màquina d'etiquetes per al control del procés d'esterilització. Compatible amb impressora de etiquetes corresponent tipus GKE o equivalent	1	
19	30053109	Etiqueta per a la identificació de cistelles / safates d'esterilització d'instrumental / material quirúrgic. Mida: 160mm+/-10mm x 35mm+/-2mm, color blanc, autoclavable fins a 134ºC, apta per a rentadora / desinfectadora, d'un sol ús.	2	
19	30059868	Etiqueta doble adhesiu, de tres línies per escriure, sense control de pas, per al procés d'esterilització per vapor, color vermell. Mida etiqueta: 25mm+/-1mm x 30mm+/-1mm. Compatible amb etiquetadora corresponent	2	
20	30012714	Etiqueta doble adhesiu, 3 línies per escriure, a/control de pas, per al procés d'esterilització per vapor, color groc. Mida etiqueta: 25mm+/-1mm x 30mm+/-1mm. Compatible amb etiquetadora corresponent	2	
20	30051143	Etiqueta simple adhesiu, de tres línies per escriure, amb control de pas, per al procés d'esterilització per vapor, color blau. Mida etiqueta: 25mm+/-1mm x 30mm+/-1mm. Compatible amb etiquetadora corresponent	2	
20	30053316	Etiqueta doble adhesiu, de tres línies per escriure, amb control de pas, per al procés d'esterilització per peròxid d'hidrogen, color verd. Mida etiqueta: 25mm+/-1mm x 31mm+/-1mm. Compatible amb etiquetadora MONARCH 1158 per etiqueta doble o equivalent	2	
20	30059866	Etiqueta doble adhesiu, de tres línies per escriure, amb control de pas, per al procés d'esterilització per vapor, color blau. Mida etiqueta: 25mm+/-1mm x 30mm+/-1mm. Compatible amb etiquetadora corresponent	2	
21	30002090	Filtre antibacterià de paper hidròfug per a contenidor d'instrumental, amb indicador químic de procés per vapor d'aigua per canvi de color, d'un sol ús. Mida: rodó Ø19cm. Compatible amb contenidors tipus AESCULAP o equivalent	2	
21	30002329	Filtre antibacterià de paper hidròfug per a contenidor d'instrumental, amb indicador químic de procés per vapor d'aigua per canvi de color, d'un sol ús. Mida: 23cm x 23cm. Compatible amb contenidors tipus AESCULAP i amb WAGNER antics o equivalent	2	
21	30002330	Filtre antibacterià de paper hidròfug per a contenidor d'instrumental, amb indicador químic de procés per vapor d'aigua per canvi de color, d'un sol ús. Mida: 11cm x 23cm. Compatible amb contenidors tipus AESCULAP o equivalent	2	
21	30002331	Filtre antibacterià de paper hidròfug per a contenidor d'instrumental, dues perforacions de Ø7mm per fixació a tapadora, amb indicador químic de procés per vapor d'aigua per canvi de color, 1ús. Mida: 23cm x 23cm. Compatible contenidors tipus MARTIN o eq	2	

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	Referència presentada
23	30043764	Tub / Protector per les puntes d'instrumental quirúrgic, de vinil, amb forats, transparent, de diàmetre 2,8+/-0,2mm x 19mm+/-2mm de llargària, no estèril, autoclavable a 134º i OE, d'un sol ús	2	
23	30043765	Tub / Protector per les puntes d'instrumental quirúrgic, de vinil, amb forats,transparent, de diàmetre 3,2+/-0,2mm x 25,4mm+/-2mm de llargària, no estèril, autoclavable a 134º i OE, d'un sol ús	2	
23	30043766	Tub / Protector per les puntes d'instrumental quirúrgic, de vinil, amb forats,transparent, de diàmetre 4,7+/-0,3mm x 25,4mm+/-2mm de llargària, no estèril, autoclavable a 134º i OE, d'un sol ús	2	