

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'UN ECÒGRAF PORTATIL PER L'HOSPITAL DOS DE MAIG DEL
CONSORCI SANITARI INTEGRAL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Expedient CSI2024029S

(IMP-SC-006)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'UN ECÒGRAF PORTATIL PER L'HOSPITAL DOS DE MAIG DEL
CONSORCI SANITARI INTEGRAL

OBJECTE DEL CONTRACTE	3
REQUERIMENTS TÈCNICS EQUIPAMENT	3
DEMOSTRACIONS.....	3
GARANTIA	4
NORMATIVA.....	4
TERMINI DE LLIURAMENT	4
REQUISITS AL LLIURAMENT DE L'EQUIP	4
FORMACIÓ	4
EMBALATGE, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ	5
CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE SUBMINISTRAMENT	6

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN ECOGRAF PORTATIL PER L'HOSPITAL DOS DE MAIG DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

OBJECTE DEL CONTRACTE

Subministrament d'un ecograf portàtil per a l'Hospital Dos de Maig del Consorci Sanitari Integral

Descripció material	Quantitat	Preu unitari
ECOGRAF PORTATIL	1	24.500,00 €

REQUERIMENTS TÈCNICS EQUIPAMENT

Les característiques tècniques de l'equipament objecte de la licitació són les exposades a l'**Annex tècnic** i són d'obligat compliment. A tal efecte els licitadors **ompliran l'Annex tècnic** i l'adjuntaran dins del sobre de l'oferta tècnica en format pdf i excel, a més d'acreditar-les documentalment en una **memòria tècnica**.

L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar únicament en català o castellà, en format digital i ha de constar com a mínim:

- Memòria tècnica amb fitxa descriptiva de les característiques tècniques
- Certificats/acreditacions demanats a l'annex tècnic

En cas de discrepància entre la documentació tècnica aportada i el contingut de l'Annex tècnic es donarà prioritat a la informació aportada a la memòria tècnica.

DEMOSTRACIONS

El departament de logística es reserva el dret opcional de sol·licitar les demostracions que consideri oportunes amb la finalitat de comprovar in situ el compliment dels requeriments tècnics exigits al plec així com altres criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluable.

Els equips sol·licitats hauran d'anar identificats exteriorment com a EQUIPS EN DEMOSTRACIÓ + número d'expedient Així mateix els equips hauran d'anar acompanyats de dos albarans de lliurament.

A tals efectes les empreses que hagin presentat proposta en aquesta licitació hauran de tenir preparat l'equipament ofert amb la configuració ofertada per a realitzar les demostracions al centre (Hospital) en el **termini màxim de 10 dies naturals** des que el departament de logística ho sol·liciti. El no compliment d'aquest requisit el qual

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'UN ECÒGRAF PORTATIL PER L'HOSPITAL DOS DE MAIG DEL
CONSORCI SANITARI INTEGRAL

determinaria la impossibilitat l'avaluació degudament comportarà l'exclusió de
l'empresa de la licitació.

**Lloc de presentació: El departament de Electromedicina especificarà el lloc, data
i persona de contacte en el moment de fer la sol·licitud.**

La empresa licitadora es responsabilitzarà de retirar els embalatges de les nostres
instal·lacions

GARANTIA

El període de garantia obligatori serà de 2 anys.

NORMATIVA

Els licitadors hauran d'estar al corrent de l'acompliment de la normativa vigent a la que
estigui subjecte l'equipament ofert.

TERMINI DE LLIURAMENT

Aquest equip ha estat preconcedit en la convocatòria PERT 2023-2024, de concessió de
subvencions per la renovació de l'equipament dels centres SISCAT, éssent condició sine
qua non per la concessió definitiva que l'equip estigui entregat, posat en marxa, amb la
formació realitzada i facturat abans del proper 30/06/24. Es prega que els licitador que NO
puguin complir amb certesa aquesta condició s'abstinguin de presentar-se a la licitació.

REQUISITS AL LLIURAMENT DE L'EQUIP

- 2 Manuals d'usuari en català i/o castellà.
- 1 Manual tècnic en català i/o castellà amb protocols detallats de manteniment preventiu.
- Fotocòpia del Certificat del marcatge CE dels equips.
- Lliurament de les llicències dels softwares instal·lats als equips.
- Revisió de fuites i aïllament elèctrics segons CEI 601.

FORMACIÓ

El proveïdor adjudicatari haurà de proporcionar la següent formació

- **Formació del personal assistencial** designat pel centre en l'ús de l'equip

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN ECÒGRAF PORTATIL PER L'HOSPITAL DOS DE MAIG DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

- **Formació del personal d'electromedicina.** L'adjudicatari autoritzarà al personal de electromedicina que el CSI determini i els formarà per tal que puguin efectuar la primera intervenció per determinar si una possible avaria és realment de l'equip o de la instal·lació de subministraments elèctric o de xarxa informàtica. El CSI es compromet a efectuar-la amb els seus propis medis materials.
Al final de la formació l'adjudicatari proporcionarà al CSI els corresponents certificats de la formació rebuda a cada persona amb l'autorització explícita del fabricant per poder realitzar les diferents tasques en els equips.

EMBALATGE, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ

- El transport dels productes fins al seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.
- Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions.
- L'adjudicatari es responsabilitzarà de retirar els embalatges de les nostres instal·lacions
- Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport, viatgin desmuntats, va a càrrec dels proveïdors, així com la seva instal·lació i posada en marxa.
- La posada en funcionament de l'equip es realitzarà en l'emplaçament habitual de treball.
- Quan l'equip ho requereixi, els treballs d'adequació al local, així com les connexions a les diferents xarxes que siguin necessàries (electricitat, aigua, desguassos, gasos, etc.), aniran a càrrec dels subministradors. Els proveïdors han de comprovar el funcionament de l'aparell i deixar les instal·lacions en condicions de ple funcionament. L'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de la gestió de la retirada dels embalatges

CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE SUBMINISTRAMENT

Un cop efectuada l'adjudicació, el proveïdor adjudicatari haurà de complir amb els següents requeriments:

Els proveïdor adjudicatari garantirà l'equipament ofert contra qualsevol defecte en els materials i en el funcionament del conjunt (materials i mà d'obra a càrrec del proveïdor) durant un període de garantia de **2 anys**. Així mateix garantirà la reposició de recanvis durant un període mínim de cinc anys (a càrrec de la institució compradora), així com les corresponents actualitzacions de software. Durant el període de garantia, qualsevol millora o actualització del software serà sense càrrec.