


INFORME EXCLUSIÓ CATUSS MEDICA, S.L.

En relació a l'expedient SCS-2024-24, per al subministrament d'equips d'ecografia per als centres d'atenció primària projecte inclòs en el pla MINAP, es va excloure l'empresa CATUSS MEDICA, S.L. ja que indicava que l'equip té IPX0 i no indicava que inclogués alguna mesura equivalent d'impermeabilització del teclat, tal com es demanava al punt 6 del plec de prescripcions tècniques (PPT).

En el punt 6 de l'annex B, ens indicaven el grau IPXX dels transductors i del pedal, no de l'equip i únicament ens remetien a la pàgina 5 del manual d'usuari, on no s'especifica que l'equip tingui una protecció als líquids amb un valor IPXX superior a IPX0, ni tampoc es fa menció de cap mesura d'impermeabilització.

6	Teclat resistent a esquitxades o amb mesures equivalents d'impermeabilització	Grado de protección: IPX7 / IPX8	Capítulo 1, Pág 5 Manual de Usuario
---	---	----------------------------------	-------------------------------------

Imatge 2. Captura annex B presentat per l'empresa



Imatge 2. Captura pàgina 5 del manual d'usuari

A posteriori de l'exclusió d'aquesta empresa, ens indica el següent:

En el capítulo 1, página 5 del manual de usuario aportado puede leerse que el equipo cuenta con protección frente al ingreso de líquidos nocivos, justificación aportada en la encuesta técnica de la documentación. Adicionalmente, como medida equivalente el equipo cuenta con una funda de silicona para el teclado, información que puede encontrarse en la página 5 del Data Sheet aportado, CP-PIEL.

A l'hora d'avaluar l'oferta presentada per l'empresa, en remetre'ns únicament a la pàgina del manual i no fer referència enlloc del concepte "CP-Piel", es va considerar que no incloïen cap mesura d'impermeabilització. En aquest sentit, en no generar-se cap dubte ni cap contradicció entre les dades aportades, no es va demanar un aclariment.

Urgell Vila Parramon
Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments

