

Acta de la Mesa de contractació reunida en sessió privada

Expedient	SCS-2024-24	Modalitat	Contracte Públic
Núm. de lots	SCS-2024-24-1 SCS-2024-24-2 SCS-2024-24-3		
Unitat promotora	Divisió de Tecnologia i Equipaments		
Procediment	Obert	Tipus	Subministraments
Objecte	Subministrament d'equips d'ecografia per als centres d'atenció primària projecte inclòs en el pla MINAP		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Pressupost licitació	2.098.400,00	440.664,00	2.539.064,00
Valor estimat	2.098.400,00	-	-
Termini d'execució	6 Mesos		

Nº lot	Descripció	Import base €	IVA €	Import total €	Valor estimat €	Termini execució
1	Subministrament d'equips d'ecografia per als centres d'atenció primària projecte inclòs en el pla MINAP	860.000,00	180.600,00	1.040.600,00	860.000,00	6 Mesos
2	Subministrament d'equips d'ecografia per als centres d'atenció primària projecte inclòs en el pla MINAP	688.000,00	144.480,00	832.480,00	688.000,00	6 Mesos
3	Subministrament d'equips	550.400,00	115.584,00	665.984,00	550.400,00	6 Mesos



Doc. original signat per:
Adrià Claramunt Núñez
05/03/2024,
Núria Umbert Costa
05/03/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/03/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06OFF0WN83AB0H7A4BU0F6R148MGT8OV

Data creació còpia:
06/03/2024 08:22:11



	d'ecografia per als centres d'atenció primària projecte inclòs en el pla MINAP					
--	--	--	--	--	--	--

Identificació de la sessió

Data: 4 de març de 2024
Horari: 10:00h – 10:15h
Lloc: Sessió telemàtica

Assistents

Nom

Núria Umbert Costa

Joan Balcells Sacristán

Sandra Pallarès i Albaladejo

Pilar Muñoz Sanchez

Núria Curriu Navarro

Adrià Claramunt Núñez

Càrrec Mesa

Presidenta

Vocal en representació d'Intervenció / Control Intern

Vocal en representació d'Assessoria Jurídica

Vocal

Vocal

Secretari

Càrrec Persona

Cap de la Divisió de Contractació
Supervisor de Comptabilitat i Control de la Intervenció
Delegada al CatSalut
Lletrada de la Gerència d'Assessorament Jurídic
Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments
Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments
Tècnic de la Divisió de Contractació

Ordre del dia

- Constitució de la Mesa
- Estudi reclamació empresa CATUSS MEDICA, SL

Desenvolupament de la sessió

La presidenta obre la sessió i, un cop constituïda la mesa, dona la paraula al secretari que explica que l'empresa CATUSS MEDICA, SL ha enviat un correu electrònic en data 29 de febrer on sol·liciten aclariments sobre la seva exclusió, que es torni a valorar de nou i que se'ls sol·liciti els aclariments que calguin.

El secretari exposa la seqüència dels fets, que són els següents:

-En data 13 de febrer de 2024, s'aprova per part de la Mesa l'informe emès per la unitat promotora d'on es desprèn l'exclusió de l'empresa CATUSS MEDICA, SL "pel fet que indica que l'equip té IPX0 i no indica que inclogui alguna mesura equivalent d'impermeabilització del teclat, tal com es demana al punt 6 del plec de prescripcions tècniques (PPT)".



Doc. original signat per:
Adrià Claramunt Núñez
05/03/2024,
Núria Umbert Costa
05/03/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/03/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06OFF0WN83AB0H7A4BU0F6R148MGT8OV

Data creació còpia:
06/03/2024 08:22:11

Pàgina 2 de 4



-En data 15 de febrer de 2024, es publica a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) la convocatòria per l'obertura dels sobres C pel dia 19 de febrer. En aquesta convocatòria es recorda que en cas de dubte o comentari sobre les valoracions publicades, els licitadors poden enviar un correu electrònic a l'adreça concursos@catsalut.cat. El mateix dia es publica l'acta d'aprovació de l'informe tècnic, on es recullen les puntuacions de sobre B globals i les exclusions.

-En data 16 de febrer de 2024, es notifica l'exclusió a l'empresa CATUSS MEDICA, SL. Aquesta notificació és acceptada per l'empresa el mateix dia 16 de febrer.

-En data 19 de febrer de 2024, sense haver rebut cap comunicació per part de cap empresa, se celebra l'acte d'obertura dels sobres C.

-En data 22 de febrer de 2024, l'empresa CATUSS MEDICA, SL es posa en contacte amb la Divisió de Tecnologia i Equipaments i, posteriorment, amb la Divisió de Contractació, per manifestar el seu desacord amb la seva exclusió. Se'ls comenta que envii un correu a l'adreça concursos@catsalut.cat exposant el que creguin convenient.

-En data 29 de febrer de 2024, l'empresa CATUSS MEDICAL, SL envia un correu amb les seves al·legacions.

Les seves al·legacions se centren, principalment, en el fet que, segons expliquen, els seus equips compleixen tots els requeriments. Afirmen al text de la comunicació que adjunten el seu correu una "Declaración del fabricante", un "Data Sheet en español presentado", un "Data Sheet original" i un "Manual de usuario". La declaració del fabricant és un document nou, no aportat a la seva oferta. El Data Sheet en castellà no és en castellà. Els dos Data Sheet que adjunten són en anglès, un de data octubre de 2022 i un altre de febrer de 2024 i molt similars. El que van aportar a l'oferta sí que era en castellà i de data octubre de 2022. El Data Sheet original no el van aportar a l'oferta.

Afirmen que a la documentació presentada es pot valorar el següent:

"En el capítulo 1, página 5 del manual de usuario aportado puede leerse que el equipo cuenta con protección frente al ingreso de líquidos nocivos, justificación aportada en la encuesta técnica de la documentación. Adicionalmente, como medida equivalente el equipo cuenta con una funda de silicona para el teclado, información que puede encontrarse en la página 5 del Data Sheet aportado, CP-PIEL."

El secretari dona a conèixer l'informe 4 de març de 2024 signat per la senyora Urgell Vila, tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments, on explica els motius de l'exclusió de CATUSS MEDICAL, SL i mostra captures de la documentació aportada per l'empresa. En ell s'exposa que "en el punt 6 de l'annex B, indicaven el grau IPXX dels transductors i del pedal, no de l'equip i únicament ens remetien a la pàgina 5 del manual d'usuari, on no s'especifica que l'equip tingui una protecció als líquids amb un valor IPXX superior a IPX0, ni tampoc es fa menció a cap mesura d'impermeabilització":

6 Teclat resistent a esquitxades o amb mesures equivalents d'impermeabilització	Grado de protección: IPX7 / IPX8	Capítulo 1, Pág 5 Manual de Usuario
---	----------------------------------	-------------------------------------



	Doc. original signat per: Adrià Claramunt Núñez 05/03/2024, Núria Umbert Costa 05/03/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/03/2027	Data creació còpia: 06/03/2024 08:22:11 Pàgina 3 de 4
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ 06OFF0WN83AB0H7A4BU0F6R148MGT8OV	



normas de seguridad

■ Clasificación

- ▶ Tipo de protección contra descargas eléctricas: Clase I o equipo ME con alimentación interna
- ▶ Grado de protección contra descargas eléctricas (cuando el paciente está en contacto): Pieza aplicada tipo BF (transductores), pieza aplicada tipo CF a prueba de desfibrilación (ECG)
- ▶ Grado de protección contra el ingreso de líquidos nocivos: Equipo ordinario (sistema de ultrasonido), IPX7 (transductores), IPX8 (interruptor de pie)

La promotora explica que a l'hora d'avaluar l'oferta presentada, "en remetre'ns únicament a la pàgina del manual i no fer referència enlloc del concepte "CP-Piel", es va considerar que no incloïen cap mesura d'impermeabilització. En aquest sentit, en no generar-se cap dubte ni cap contradicció entre les dades aportades, no es va demanar un aclariment."

Acords

Després de l'anàlisi de la situació, la mesa acorda:

- 1- Donar conformitat a l'informe esmentat, considerant que, de la documentació presentada inicialment, no se'n desprèn que es compti amb la impermeabilització requerida o alguna mesura equivalent. En aquest sentit, es considera que l'empresa no ha estat suficientment diligent a l'hora de presentar la seva oferta de manera clara ni tampoc a l'hora de presentar al·legacions davant de la Divisió de Contractació i que el fet que ja s'hagi obert el sobre C no permet readmetre i reavaluar les ofertes tècniques.
- 2- Ratificar l'exclusió de CATUSS MEDICAL, SL.
- 3- Continuar la tramitació de l'expedient.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
La presidenta



Doc.original signat per:
Adrià Claramunt Núñez
05/03/2024,
Núria Umbert Costa
05/03/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/03/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



06OFF0WN83AB0H7A4BU0F6R148MGT8OV

Data creació còpia:
06/03/2024 08:22:11