

**Expedient:** 0237/25

**Entitat:** EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

**Tipus:** Subministrament

**Procediment:** obert

**Tràmit:** ordinari

**Objecte:** Contractació del subministrament dels equips de tractaments extracorpòrics per a Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp

### **ESMENA: Sobre el Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient 0237\_25**

#### Modificació de l'apartat 4. Equips objecte de cessió

S'ha detectat que, a l'apartat 4 del PPT (4. Equips objecte de cessió) era precís concretar el nombre d'equips objecte de cessió per cada lot, i precisar sobre si es poden acceptar equips objecte de cessió que no siguin nous.

Vist l'informe de sol·licitud d'esmena dels Serveis de licitacions i contractació, de data 23 d'abril de 2024, on s'al·lega que es precís concretar el nombre d'equips objecte de cessió per cada lot, i precisar sobre si es poden acceptar equips objecte de cessió que no siguin nous, i amb l'objectiu de que tots els interessats afectats puguin tenir coneixement de tota la informació necessària en relació amb la present licitació, RESOLC:

1. Esmenar el Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient 0237/25 en els termes que han estat exposats a l'informe de sol·licitud d'esmena, i prevalent la informació que hi consta sobre la que es va publicar inicialment. L'esmena consisteix en:

**1) Afegir al punt 4 del document (4. Equips objecte de cessió) el següent paràgraf:**

*Aquest equipament mínim necessari per fer efectiu el servei és el següent:*

*Lot 1: 4 monitors*

*Lot 2: 1 monitor*

**2) Corregir el següent paràgraf del punt 4 (4. Equips objecte de cessió) del document:**

On hi deia:

*Tots els equips han de ser nous, no poden ser reutilitzats i han de portar el suport corresponent i inclouran tots els accessoris que siguin necessaris per al seu correcte funcionament (cables reutilitzables, pedals, etc.).*

Ara hi diu:

*Els equips objecte de cessió han de ser nous. Tot i així, s'acceptaran equips en cessió que no siguin nous, sempre que siguin de la tecnologia més nova del mercat (última generació), i compleixin amb tots els requisits previstos al Plec de Prescripcions Tècniques. Tots els equips han de portar el suport corresponent i inclouran tots els accessoris que siguin necessaris per al seu correcte funcionament (cables reutilitzables, pedals, etc.).*

2. Donar la publicitat que correspongui a la present resolució.

Reus, a data de signatura digital

Anton Benet Català  
Apoderat  
**Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp**