

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE
BUTAQUES ELÈCTRIQUES D'EXPLORACIÓ A L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE
BELLVITGE**

EXPEDIENT NÚMERO: CS/AH02/1101389202/24/PS

ÍNDEX

| | |
|--|---|
| ÍNDEX | 2 |
| 1. OBJECTE | 3 |
| 2. REQUERIMENTS MÍNIMS OBLIGATORIOS..... | 3 |
| 2.1 Característiques mínimes obligatòries de l'equipament: | 3 |
| 2.2 Condicions de garantia, reposició i formació | 3 |
| 2.3 ALTRES REQUERIMENTS D'OBLIGAT COMPLIMENT | 3 |
| 3. CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT | 3 |
| 4. CONDICIONS D'INSTAL·LACIÓ | 4 |
| 5. OFERTA TÈCNICA..... | 4 |
| 6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L'EMPRESA LICITADORA..... | 4 |
| ANNEX B. Fitxa tècnica | 6 |
| ANNEX C. Condicions de garantia, reposició i formació | 8 |

1. OBJECTE

Subministrament de butaques elèctriques d'exploració a l'Hospital Universitari de Bellvitge

| DESCRIPCIÓ | UNITATS | IMPORT UNITARI MÀXIM S/IVA | IMPORT MÀXIM LICITACIÓ S/IVA | IMPORT MÀXIM LICITACIÓ A/IVA |
|---------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Butaques elèctriques per a exploració | 9 | 2.500,00 € | 22.500,00 € | 27.225,00 € |

2. REQUERIMENTS MÍNIMS OBLIGATORIOS

2.1 Característiques mínimes obligatòries de l'equipament:

- Veure l'Annex B

2.2 Condicions de garantia, reposició i formació

- Veure l'Annex C

2.3 ALTRES REQUERIMENTS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1. El preu de l'oferta ha d'incloure la instal·lació i posada en marxa de l'equipament i les seves funcions.
2. Equipament homologat amb Marcatge CE i amb els requisits exigits per la reglamentació oficial d'Indústria.

3. CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

Termini de lliurament

El termini màxim per a l'entrega i instal·lació serà de 45 dies des de la signatura del contracte i/o des de la notificació de la comanda.

La empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips, així com de la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d'aquestes accions.

4. CONDICIONS D'INSTAL·LACIÓ

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa claus en mà dels equips. Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta d'equipament de l'hospital.

5. OFERTA TÈCNICA

La documentació tècnica ha d'incloure una fitxa o catàleg del producte, **una fitxa tècnica de producte pròpia (Product Data)**, així com els certificats de compliment de la legislació vigent (marcat CE de producte sanitari) i/o d'altres certificats que acreditin la qualitat del producte.

6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L'EMPRESA LICITADORA

1. Certificacions, si s'escau:

- * Certificació que el producte ofert compleix tots els requeriments legals sobre compatibilitat electromagnètica.
- * Certificació sobre la protecció antibacteriana de la tapisseria

2. Declaracions, si s'escau:

- * Declaració de compliment del producte de la legislació relativa a productes sanitaris (RD. 192/2023, de 21 de març).

3. Document de compromís on consti el període de garantia de l'equip ofert per l'empresa licitadora.

L'Hospitalet de Llobregat,

Germán Romero Avilés
Director d'infraestructures i
Serveis Hospital Universitari de Bellvitge

ANNEX A. PLA DE NECESSITATS

RELACIÓ D'EQUIPAMENTS

| QUANT | DESCRIPCIÓ | Import unitari s/IVA | Import total s/IVA |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 9 | Butaques elèctriques per a exploració | 2.500,00 € | 27.225,00 € |

ANNEX B. Fitxa tècnica

Definició

Butaca elèctrica d'exploració, amb elevació, rodes, recolza braços, recolza caps i recolza peus.

| | Prestacions tècniques i funcionals | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. |
|----|--|---|
| | 1.1. Característiques tècniques. les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses | |
| 1 | Estructura d'acer amb revestiment protector a l'impacte. | |
| 2 | Estructura de descans amb un mínim de tres seccions | |
| 3 | Moviment independent de respatllet i reposapeus mitjançant comandament elèctric de botonera. No s'accepta comandament elèctric mitjançant pedal. | |
| 4 | Elevació variable del seient mitjançant comandament elèctric de botonera. No s'accepta comandament elèctric mitjançant pedal. | |
| 5 | Moviment Trendelenburg/Antitrendelenburg mitjançant motor elèctric | |
| 6 | Motor elèctric per elevació variable | |
| 7 | Motors elèctrics independents per moviment de respatllet i reposapeus | |
| 8 | Bateria d'emergència | |
| 9 | Grau de protecció elèctrica IPX6 | |
| 10 | Palanca d'emergència per inclinació de respatllet (CPR) | |
| 11 | Accionament elevació del seient mitjançant pedals a tots dos costats | |
| 12 | Recolza braços abatibles, escamotejables i extraïbles | |
| 13 | Recolza caps regulable en alçada. | |
| 14 | 4 rodes diàmetre aprox. 50mm. Sistema de fre centralitzat. Rodes toves per no marcar el terra. | |
| 15 | Tapisseria de vinil o similar, amb tractament ignífug, amb protecció antibacteriana (cal acreditar-ho) | |
| 16 | Entapissat arrodonit, continu sense costures, sense forats, anatòmic i ignífug. | |
| 17 | Material interior del replè de la tapisseria amb material elàstic. | |
| 18 | Agafador a la part posterior de la butaca per facilitar la mobilització del seient sense pacient | |
| 19 | Carrega màxima de 200 Kg o superior | |
| 20 | Alçada mínima del seient des del terra 60 cm o inferior | |
| 21 | Alçada màxima del seient des del terra 90 cm o superior | |
| 22 | Longitud total del conjunt aprox. 190 cm | |
| 23 | Trendelenburg entre 10 i 12° | |

| | Prestacions tècniques i funcionals | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. |
|----|---|---|
| 24 | AntiTrendelenburg 10 i 12° | |
| 25 | Inclinació reposapeus fins als 90° i pla respecte el seient | |
| 26 | Amplada màxima del conjunt 85cm | |
| 27 | Possibilitat d'ancorar Porta sèrums ambdós costats | |
| | Accessoris configuració bàsica | |
| 28 | Protecció per a la tapisseria en la zona de peus | |
| 29 | Incloure suport per a rotlle de paper | |
| 30 | Incloure suport per penjar bossa de drenatge | |

ANNEX C. Condicions de garantia, reposició i formació

DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA

El termini de garantia de l'equip comptarà a partir de la data de començarà a comptar a partir de la data de signatura d'una Acta de recepció, instal·lació, posada en marxa i formació inicial, signada pel Cap de la Unitat de Manteniment, o la seva delegació responsable, i serà com a mínim de 2 anys. La garantia dels accessoris i de les diferents parts del producte serà de dos anys com la resta de l'equip.

Durant el període de garantia anirà a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (material, mà d'obra i desplaçaments) què inclouen els següents punts:

1. La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials i funcionament).
2. La reparació, o a petició del Centre, la substitució de les parts defectuoses serà a càrrec de l'adjudicatari.
3. Manteniment preventiu de l'equip: l'adjudicatari haurà de garantir el manteniment preventiu que requereixi l'equip pel seu correcte funcionament, segons les especificacions de fabricant, com a mínim 1 cop a l'any i aproximadament 1 mes abans de la finalització del període de garantia.

Així mateix, cal detallar qualitat del Servei tècnic ofert:

- Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
- Relació de la ubicació dels serveis tècnics destinats a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
- Temps de resposta, presència, màxim 48 hores
- Temps de resolució de l'avaria o reposició no superior a 72 hores
- Procediment documentat corresponent a la resolució de defectes i avaries

REPOSICIÓ

El proveïdor ha de garantir tant la reposició com el servei de manteniment de les diferents parts del producte durant un període mínim de **deu anys**. L'oferta ha d'incloure la relació desglossada i codificada dels principals recanvis, amb el corresponent cost unitari i termini de subministrament.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català, i /o castellà:

- 1 manual complet d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, ús, reprocessat, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- 1 manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d'avaries més usuals i llur solució, codi dels indicatius d'error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb núm. de referència) i detall del muntatge dels accessoris i recanvis
- 1 manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació, en especial si es tracta d'equipament que necessita preinstal·lació, obra o connexions especials
- Còpia digital de tota la documentació per a facilitar-ne la distribució entre tots els professionals
- És responsabilitat del proveïdor que tant el projecte com la seva instal·lació compleixi amb la normativa actual.
- Cal incloure el Product Data.
- Cal incloure programa de formació indicant la durada i el contingut d'aquest, segons les especificacions del següent punt.

FORMACIÓ

El proveïdor es compromet a formar adequadament a tot el personal assistencial, i de manteniment del Centre (tots el torns), adaptant-se als requeriments horaris. Els cursos inclouran la documentació tècnica adient i seran sempre presencials en el propi Centre, a no ser que el centre sol·liciti expressament un altre tipus de formació. Passats 30 dies aproximadament es farà una segona formació de revisió i solució de dubtes.

El proveïdor es compromet a organitzar una tercera formació a petició del Centre, a realitzar abans de la finalització de la garantia.

Les despeses corresponents van a càrrec de l'adjudicatari.