

EXP. NSP 24/461

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE TRASLLAT DE L'EQUIP TELECOMANDAMENT (ULTIMAX-I) DEL FABRICANT CANON MEDICAL SYSTEMS S.A, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU EXPEDIENT.- NSP 24/461

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI:

L'objecte del present plec és descriure les característiques tècniques del servei de **trasllat de l'equip Telecomadament multifunció (equip DREX-UI80/E2) de model Ultimax-i a la sala d'exploració Ultimax del fabricant Canon Medical Systems S.A.**

El fabricant haurà de desinstal·lar, traslladar i tornar a instal·lar i posar en marxa el equip Telecomadament multifunció (DREX-UI80/E2) de model Ultimax-i atès que ha estat canviat d'ubicació.

Serveis inclosos en el servei de trasllat de l'equip Telecomadament multifunció de model Ultimax-i:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Desinstal·lació completa de la sala de RX model Ultimax-i, per trasllat a nova ubicació dins del mateix recinte hospitalari. |
| <ul style="list-style-type: none">- Posada en marxa amb elaboració de proves d'acceptació i documents EVAT per a la gestió de l'alta en indústria per part del client |

SERVEI DE TRASLLAT DE L'EQUIP

El servei de trasllat de l'equip de telecomandament multifunció (equip DREX-UI80/E2) de model Ultimax-i té com a objectiu garantir la desinstal·lació, el trasllat i la instal·lació, així com la posada en marxa i la validació del correcte funcionament dels equips, per tal de poder desenvolupar l'activitat mèdica prevista.

EXP. NSP 24/461

Per desenvolupar aquest servei cal seguir els protocols i indicacions dels fabricants, per la necessitat màxima d'especialització que es requereix per dur a terme el servei de trasllat i validació d'un equipament. Tant és així, que dins del propi servei tècnic dels fabricants existeixen tècnics especialitzats per cada tipologia d'equipament, que tenen una formació específica i una experiència adequada i adaptada a cada equipament concret.

El servei de qualificació de l'equipament posat a disposició implica que l'adjudicatari assumeix totes les tasques de desinstal·lació, trasllat, instal·lació i validació corresponents, així com la substitució de totes les peces i recanvis necessàries.

El licitador haurà de presentar l'oferta tècnica per a l'execució del servei objecte del contracte.

TEMPS D'EXECUCIÓ

El temps d'execució del servei s'estableix en 1 mes com a màxim, i es negociarà dins dels criteris de negociació que aquest termini sigui inferior i el més immediat possible.

CANALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Els tècnics de la empresa adjudicatària entregaran, un cop finalitzada la intervenció, als serveis tècnics de la FGS un informe o full de treball en el que constarà el següent:

El full de treball servirà com albarà justificatiu de la realització de la intervenció.

Barcelona, 15 d'abril de 2024.

EXP. NSP 24/461

Rubèn Moragues i Pastor

Responsable del contracte

NOTA: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 2: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.