

**Servei Agregat  
de Contractacions  
Administratives**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS  
SUBMINISTRAMENTS DE PROTESIS DE GENOLL, COLZE I CEMENTS, TRAMITAT PEL  
CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I  
TRÀMIT ORDINARI**

**EXPEDIENT CSC M 7/24**

**Servei Agregat  
de Contractacions  
Administratives****PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE PRÒTESIS DE GENOLL, COLZE I CEMENTS, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT TANCAT I TRÀMIT ORDINARI**

---

**LLISTAT DE GRUPS**

1. Pròtesis de colze
2. Pròtesis de genoll
3. Ciments
4. Complements

**CÀLCUL DE NECESSITATS**

Les quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2023 de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

**COMANDA MÍNIMA**

En cas de **NO** indicar cap comanda mínima a la oferta presentada per part del licitador, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de compra per part del centre peticionari.

**INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D'ESTOC**

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

**NORMATIVA MDR**

En la oferta s'haurà d'indicar la classificació MDR o marcat CE de cada producte. En cas de disposar del nou reglament MDR (UE) 2017/745 s'haurà de marcar la casella corresponent en cada producte a la base de dades, indicar el codi UDI/DI, adjuntar la certificació en el Sobre C i indicar a la base de dades en quin document i pàgina es troba la informació.

**RETORN DE PRODUCTES**

El material de la present licitació retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

**Servei Agregat  
de Contractacions  
Administratives**

El material desembalat però no fets servir i en correcte estat, es retornaran al proveïdor, i aquests no seran facturats.

**MATERIAL EN DIPÒSIT**

El material de la present licitació estarà en règim de dipòsit, si així ho sol·licita el centre peticionari, fins la seva implantació, exceptuant que els serveis mèdics usuaris indiquen el contrari i es sol·liciti per a intervencions puntuals. En el cas que es consideri en règim de dipòsit, a l'inici de la vigència del contracte, l'adjudicatari aportarà els materials necessaris, de manera que el dimensionament del dipòsit estarà d'acord amb el volum d'activitat assistencial. Aquest material haurà d'estar sempre actualitzat pel que fa a la seva caducitat.

A la finalització del contracte, l'adjudicatari retirarà els material en dipòsit no consumits.

El proveïdor assegurarà la reposició del material en un temps inferior a les 24 hores. Tot el material subministrat haurà de dur el seu corresponent albarà. A la finalització del contracte, l'adjudicatari retirarà els material en dipòsit no consumits.

L'instrumental necessari i específic per a la implantació de les pròtesis serà subministrat i mantingut per l'adjudicatari sense càrrec pels centres peticionaris. L'adjudicatari garantirà l'existència suficient en funció de la seva activitat assistencial.

En referència a la traçabilitat dels productes i per tal d'assegurar el compliment de la norma (RD 634/1993 i RD 414/1996), l'adjudicatari, sota la seva responsabilitat, assegurarà la correcta (i idèntica) identificació de cadascun dels productes als envasos i a l'albarà, i portaran la corresponent targeta d'implantació del producte a l'envàs. Les caixes vindran etiquetades amb etiquetes on s'identificarà almenys el número de lot i la caducitat.

**ETIQUETATGE**

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

**FORMACIÓ**

Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional.

**CARACTERÍSTIQUES COMPLEMENTÀRIES**

Si durant a vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel responsable del contracte derivat.

**Servei Agregat  
de Contractacions  
Administratives**

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

**MANUAL D'USUARI**

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

**REQUERIMENTS MÍNIMS DELS PRODUCTES**

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que no compleixin amb els requeriments mínims que consten a les descripcions de cadascun dels productes.

**PROVES DE LABORATORI**

En cas que el contractant consideri necessari, es duran a terme proves en una laboratori extern acreditat que correran a càrrec de cadascuna de les empreses.

**PRODUCTES ESTÈRILS**

En tots els productes estèrils haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tots s'haurà d'indicar aquesta característica.

**LLICÈNCIES DE SOFTWARE**

El proveïdor adjudicatari podrà aportar les llicències de software necessari amb el catàleg precarregat de les seves pròtesis per a que els professionals puguin fer les proves de mides sobre les radiografies del pacient abans de la intervenció. L'aportació d'aquestes llicències serà un criteri valorable objectivament.

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT</u></b> |
|-------------------------------------------------------------------------|

**DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C**

- Documentació a aportar comuna per a tots els lots:
  - Fitxa tècnica actualitzada (segons apartat següent del present plec)

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

**FITXA TÈCNICA**

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

**Servei Agregat  
de Contractacions  
Administratives**

- Foto del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció de la composició del producte
- Classificació MDR.
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
- Descripció d'embalatge i etiquetat

**Les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi CSC del producte - nom proveïdor** (s'adjunta un exemple: ABC123456 – Nom proveïdor).

**En el cas que les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals, ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica.**

Es podrà afegir informació al nom de l'arxiu si es desitja, sempre respectant l'ordre inicial: Codi CSC – Nom proveïdor ... Per exemple: Codi CSC – Nom proveïdor – ref – lot - descripció curta.

**OBSERVACIONS:**

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc ...).

**Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD la informació específica de:**

- Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).
- Comerç just cadena logística
- Actualització Normativa MDR/UDI-DI (serà obligatori adjuntar documentació acreditativa en cas de disposar de l'actualització del reglament).
- Classificació MDR/CE: Classe I, Classe Ie, Classe Ir, Classe IIa Classe IIb, Classe III

**Les empreses hauran d'informar a la BBDD en el format proporcionat específicament, els criteris de valoració objectius i la informació logística requerida. Tanmateix, hauran d'especificar en la mateixa BBDD en les columnes expressess per aquest menester, en quin document i pàgina certifiquen la informació introduïda a la BBDD.**

**En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent.**

**Servei Agregat  
de Contractacions  
Administratives**

Si alguna de les característiques determina una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

Totes les mides i gramatges són aproximats, per tant, s'acceptaran ofertes en que les mides/pes/atributs siguin +/- 10 % (com a màxim) de les especificades al plec tècnic.

ANNEX  
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

| GRUP | CODI CSC (nou) | PRODUCTE                                                                                                      | DESCRIPCIÓ PRODUCTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU MÀXIM DE LICITACIÓ | CHVIC | CSMS | FHAG | STE | HOCG | HSJR | PHV | TS | TOTAL CONSUM LICTACIO |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|------|-----|------|------|-----|----|-----------------------|
| G.01 | PTC0301030101  | PRÒTESI DE COLZE PARCIAL: HUMERO-CUBITAL                                                                      | PRÒTESI DE COLZE DE RECONSTRUCCIÓ SUBSTITUÏNT EXCLUSIVAMENT DE L'ARTICULACIÓ HUMERO-CUBITAL: COMPONENTS DE MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-VA * TIGES HUMERALS I CUBITALS AMB CURVATURA ANATÒMICA * CIMENTADA/NO CIMENTADA * ARTICULACIÓ TIPUS BISAGRA FIXE AMB UN SOL EIX DE MOVILITAT * DIFERENTS MIDES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.700,00000             |       |      |      |     |      | 5    |     |    | 5                     |
| G.01 | PTC0301153101  | PRÒTESI DE COLZE PARCIAL: CAP RADI                                                                            | PRÒTESI DE COLZE DE RECONSTRUCCIÓ SUBSTITUÏNT EXCLUSIVAMENT DE L'ARTICULACIÓ HUMERO-RADIAL: COMPONENTS DE MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-VA * TIGES RADIALS MODULARS/MONOBLOC * MORFOLOGIA RECTA/ANATÒMICA * DIFERENTS LONGITUDS * TIGES CIMENTADES/NO CIMENTADES * CAPS RADIALS AMB CUPULES FIXES/MOBILS * DIFERENTS MIDES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000,00000             | 3     |      |      |     |      | 8    |     |    | 11                    |
| G.01 | PTC0351270101  | PRÒTESI DE COLZE TOTAL: HUMERO-CUBITAL + HUMERO-RADIAL                                                        | PRÒTESI DE COLZE DE RECONSTRUCCIÓ QUE INCLOU LES DUES ARTICULACIONS HUMERO-CUBITAL I HUMERO-RADIAL: COMPONENTS DE MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-VA * TIGES HUMERALS I CUBITALS AMB/SENSE CURVATURA ANATÒMICA * CIMENTADA * ARTICULACIÓ TIPUS BISAGRA FIXE AMB UN SOL EIX DE MOVILITAT * DIFERENTS MIDES * CAP RADIAL COMPATIBLE AMB L'ARTICULACIÓ HUMERO-RADIAL, CIMENTAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.800,00000             |       |      |      |     | 1    | 5    |     |    | 6                     |
| G.01 | PTC0371035101  | PRÒTESI DE COLZE TOTAL: RESECCIONS TUMORALS / EXTENSES                                                        | PRÒTESI TOTAL DE COLZE PER RECONSTRUCCIÓ DE RESECCIONS OSSIES (TUMORALS / POST FRACTURA / REVISIONS): ARTICULACIONS HUMERO-CUBITAL DE RESECCIÓ: COMPONENTS MODULARS DE MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-VA * TIGES HUMERALS I CUBITALS * TIGES CIMENTADES * ARTICULACIÓ CONSTRENIDA, AMB UN SOL EIX DE MOVILITAT, ESTABILITZADA PER KIT O PASADOR HUMERO-CUBITAL * DIFERENTS MIDES EN MÒDULS I TIGES * POSSIBILITAT DE ADAPTACIÓ A HUMER TOTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.500,00000             |       |      |      |     |      | 2    |     |    | 2                     |
| G.02 | PTG0303010101  | PRÒTESI PARCIAL DE GENOLL: FEMORO-PATELAR CIMENTADA                                                           | PRÒTESI PARCIAL DE GENOLL CIMENTADA PER TRACTAMENT AFECTACIÓ FEMORO-PATELAR: MEDALLÓ FEMORAL AMB TRÒCLEA ASIMÈTRICA * MEDALLÓ FEMORAL CIMENTAT * MÍNIM 3 MIDES * TRÒCLEA ASIMÈTRICA AMB MÍNIM 3º * COMPONENT ROTULIÀ PER CIMENTAR AMB MÍNIM 3 TALLES EN UHMWPE * ROTULA AMB MORFOLOGIA BOTÓ SIMÈTRIC O ASIMÈTRIC EN UHMWPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.850,00000             | 3     |      |      |     |      | 2    |     |    | 5                     |
| G.02 | PTG0303310101  | PRÒTESI PARCIAL DE GENOLL: FEMORO-PATELAR NO CIMENTADA                                                        | PRÒTESI PARCIAL DE GENOLL NO CIMENTADA PER TRACTAMENT AFECTACIÓ FEMORO-PATELAR: MEDALLÓ FEMORAL AMB TRÒCLEA ASIMÈTRICA * MEDALLÓ FEMORAL NO CIMENTAT RECOBERT O NO DE HA * MÍNIM 3 MIDES * TRÒCLEA ASIMÈTRICA AMB MÍNIM 3º * COMPONENT ROTULIÀ AMB MÍNIM 3 TALLES EN UHMWPE * ROTULA AMB MORFOLOGIA BOTÓ SIMÈTRIC O ASIMÈTRIC UHMWPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.900,00000             |       |      |      |     |      | 1    |     |    | 1                     |
| G.02 | PTG0307010101  | PRÒTESI PARCIAL DE GENOLL: UNICOMPARTIMETAL                                                                   | PRÒTESI PARCIAL DE GENOLL PER TRACTAMENT AFECTACIÓ UNICOMPARTIMENTAL (MEDIAL O LATERAL): MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-VA O BE ALTRES MATERIALS A NIVELL CONDILAR O TIBIAL. COMPONENT CONDILAR AMB MÍNIM 3 RADIS CORBATURA/OPCIONAL AMB RECOBRIMENT POROS O HA * COMPONENT CONDILAR MÍNIM 3 TALLES * COMPONENT TIBIAL PER CIMENTAR * COMPONENT TIBIAL MONOBLOC/MODULAR * COMPONENT TIBIAL MÍNIM 3 TALLES * POLIETILÈNS HMWPE FIXES/MOBILS * POLIETILÈNS MÍNIM 3 MIDES *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.900,00000             |       |      |      |     |      | 1    |     |    | 1                     |
| G.02 | PTG1151010105  | PRÒTESI TOTAL DE GENOLL PRIMÀRIA CIMENTADA: BAIXA DEMANDA FUNCIONAL (ESTABILITAT CONTROLADA PER POST CENTRAL) | PRÒTESI DE GENOLL PER PACIENTS AMB BAIXA DEMANDA FUNCIONAL: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-VA A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS CIMENTATS * COMPONENTS TIBIALS MODULARS/MONOBLOCS * SAFATA TIBIAL A CIMENTAR MODULAR * MÍNIM 5 TALLES TIBIALS ASIMÈTRICA/SIMÈTRICA * SUPLEMENTS OPCIONALS TIGES TIBIALS RECTES LLARGES-CURTES * POLIETILÈNS UHMWPE FIXES POSTERO-ESTABILITZATS * MÍNIM 4 GRUIXOS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL CIMENTADA UHMWPE * COMPONENT FEMORAL AMB TRÒCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA * MÍNIM 2 RADIS DE CORBATURA CONDILAR ANTERO-POSTERIOR.                                                                                                                                                                                                                              | 2.000,00000             | 44    |      |      |     | 20   | 100  |     |    | 164                   |
| G.02 | PTG1151012315  | PRÒTESI TOTAL DE GENOLL PRIMÀRIA CIMENTADA: MODERADA DEMANDA FUNCIONAL (SUPERFÍCIE ARTICULAR FIXE)            | PRÒTESI DE GENOLL PER PACIENTS AMB MODERADA DEMANDA FUNCIONAL: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-VA A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS A CIMENTAR * MÍNIM 5 TALLES CONDILARS * COMPONENT FEMORAL AMB TRÒCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA/SIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR AP * COMPONENTS TIBIALS MODULARS/MONOBLOC * SAFATA TIBIAL AMB SISTEMA D'ESTABILITZACIÓ ROTATORIA PER CONGRUÈNCIA FEMORO-TIBIAL * MÍNIM 5 TALLES TIBIALS ANATÒMICA/SIMÈTRICA * SUPLEMENTS OPCIONALS TIGES TIBIALS RECTES LLARGES-CURTES * POLIETILÈNS HMWPE FIXES AMB MORFOLOGIA FEMORO-TIBIAL PLANO-ESFÈRICA / PS-CR / ULTRA CONGRUENTS * MÍNIM 5 GRUIXOS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL.                                                                                                                    | 2.000,00000             |       | 125  |      |     | 20   | 100  |     |    | 245                   |
| G.02 | PTG1151012725  | PRÒTESI TOTAL DE GENOLL PRIMÀRIA CIMENTADA: ALTA DEMANDA FUNCIONAL (SUPERFÍCIE ARTICULAR MÒBIL)               | PRÒTESI DE GENOLL PER PACIENTS AMB ALTA DEMANDA FUNCIONAL: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-VA A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS A CIMENTAR * MÍNIM 5 TALLES CONDILARS * COMPONENT FEMORAL AMB TRÒCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA/SIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR AP * COMPONENTS TIBIALS MODULARS/MONOBLOC * SAFATA TIBIAL AMB SISTEMA D'ESTABILITZACIÓ ROTATORIA ENTRE POLIETILÈ Y SAFATA TIBIAL * MÍNIM 5 TALLES TIBIALS ANATÒMICA/SIMÈTRICA * SUPLEMENTS OPCIONALS TIGES TIBIALS RECTES LLARGES-CURTES * POLIETILÈNS HMWPE MOBILS AMB MORFOLOGIA FEMORO-TIBIAL CONGRUENTS (ROTATORIS) * MÍNIM 5 GRUIXOS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL HMWPE.                                                                                                                                  | 2.200,00000             | 143   |      |      | 20  | 20   | 100  |     | 77 | 360                   |
| G.02 | PTG1151312315  | PRÒTESI TOTAL DE GENOLL PRIMÀRIA NO CIMENTADA AMB SUPERFÍCIE ARTICULAR FIXE (MODERADA DEMANDA FUNCIONAL)      | PRÒTESI DE GENOLL PER PACIENTS AMB MODERADA DEMANDA FUNCIONAL: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-VA A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS NO CIMENTATS AMB POROSITAT A NIVELL SUPERFÍCIES CONTACTE OSSI/RECOBRIMENT HA OPCIONAL * MÍNIM 5 TALLES CONDILARS * COMPONENT FEMORAL AMB TRÒCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR AP * COMPONENTS TIBIALS MODULARS/MONOBLOC * SAFATA TIBIAL AMB SISTEMA ESTABILITZACIÓ ROTATORIA PER CONGRUÈNCIA FEMORO-TIBIAL * MÍNIM 5 TALLES TIBIALS ANATÒMICA/SIMÈTRICA * SUPLEMENTS OPCIONALS TIGES TIBIALS RECTES LLARGES-CURTES * POLIETILÈNS HMWPE FIXES AMB MORFOLOGIA FEMORO-TIBIAL PLANO-ESFÈRICA / PS-CR / ULTRA CONGRUENTS * SUBSTITUCIÓ/CONSERVACIÓ DELS LLIGAMENTS ENCREUATS * MÍNIM 5 GRUIXOS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL. | 2.200,00000             |       | 225  |      |     |      | 18   |     |    | 243                   |
| G.02 | PTG1151312725  | PRÒTESI TOTAL DE GENOLL PRIMÀRIA NO CIMENTADA AMB SUPERFÍCIE ARTICULAR MÒBIL (ALTA DEMANDA FUNCIONAL)         | PRÒTESI DE GENOLL PER PACIENTS AMB ALTA DEMANDA FUNCIONAL: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ó TI-AL-VA A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS NO CIMENTATS AMB POROSITAT A NIVELL SUPERFÍCIES CONTACTE OSSI/RECOBRIMENT HA OPCIONAL * MÍNIM 5 TALLES CONDILARS * COMPONENT FEMORAL AMB TRÒCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR AP * COMPONENTS TIBIALS MODULARS/MONOBLOC * SAFATA TIBIAL AMB SISTEMA ESTABILITZACIÓ ROTATORIA ENTRE POLIETILÈ Y SAFATA TIBIAL * MÍNIM 5 TALLES TIBIALS ANATÒMICA/SIMÈTRICA * SUPLEMENTS OPCIONALS TIGES TIBIALS RECTES LLARGES-CURTES * POLIETILÈNS HMWPE MOBILS AMB MORFOLOGIA FEMORO-TIBIAL CONGRUENTS (ROTATORIS) * MÍNIM 5 GRUIXOS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL HMWPE.                                                                   | 2.200,00000             |       |      |      |     |      | 150  |     |    | 150                   |

ANNEX  
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

| GRUP | CODI CSC (nou) | PRODUCTE                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓ PRODUCTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU MÀXIM DE LICITACIÓ | CHV/C | CSMS | FHAG | STE | HOCG | HSJR | PHV | TS | TOTAL CONSUM LICITACIÓ |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|------|-----|------|------|-----|----|------------------------|
| G.02 | PTG1151510505  | PRÒTESI TOTAL DE GENOLL PRIMÀRIA HÍBRIDA (Tíbia cimentada + Fèmur no cimentat)                                                               | PRÒTESI DE GENOLL HÍBRIDA: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ò TI-AL-VA A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENT FEMORAL NO CIMENTAT * RECOBRIMENT FEMORAL HA-TITANI PORÓS * COMPONENT FEMORAL AMB TROCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR ANTERO-POSTERIOR * COMPONENTS TIBIALS, PER CIMENTAR, MODULARS * SEGONS MODEL PE * MÍNIM 5 TALLES TIBIALS ANATÒMICA/SIMÈTRICA * SUPLEMENTS OPCIONALS PER MODELS MODULARS TIGES TIBIALS RECTES LLARGES-CURTES * POLIETILENS HMWPE FIXES AMB MORFOLOGIA FEMORO-TIBIAL PLANO-ESFÈRICA / PS-CR / ULTRACONGRUENTS (ROTATORIS-FIXES) * MÍNIM 5 GRUIXOS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL CIMENTADA UHMWPE.                                                                                                                                                         | 2.142,00000             |       | 150  |      | 120 |      | 8    | 79  |    | 357                    |
| G.02 | PTG5151012103  | PRÒTESI TOTAL DE GENOLL REVISIÓ CIMENTADA: RECONSTRUCCIONS MODULARS PER DEFECTES OSSIS MODERATS (typus Less Constrained Knee)                | PRÒTESI TOTAL DE GENOLL REVISIÓ CIMENTADA -QUALSEVOL MIDA- * COMPONENT FEMORAL DE CO-CR Ò TI-AL-VA DE REVISIÓ CIMENTAT MÍNIM 3 RADIS CORBATURA SAGITAL * BASE TIBIAL CIMENTADA TI, CR-CO, TI-AL-VA * COMPONENT PATEL-LAR MÍNIM 3 MIDES * COMPONENT ARTICULAR DE PE UHMWPE FIXE PS SEMICONSTRENYT/ROTATORI * TIGES ESTABILITZADORES FEMORALS/TIBIALS CIMENTADES/NO CIMENTADES TI, CR-CO, TI-AL-VA, DIVERSES LONGITUDS I DIÀMETRES * OFFSET MÍNIM 3º A 360º TI, CR-CO, TI-AL-VA * AUGMENTS EPIFISÀRIS FEMORALS I TIBIALS DIVERSES MIDES.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.000,00000             | 8     |      |      |     |      | 36   |     |    | 44                     |
| G.02 | PTG5151012303  | PRÒTESI TOTAL DE GENOLL REVISIÓ CIMENTADA: RECONSTRUCCIONS MODULARS PER DEFECTES OSSIS MODERATS ANTIAL-LÈRGICA (typus Less Constrained Knee) | PRÒTESI TOTAL DE GENOLL REVISIÓ CIMENTADA -QUALSEVOL MIDA- * COMPONENTS FEMORAL I TIBIAL DE MATERIAL ANTIAL-LÈRGICS O AMB RECOBRIMENT ANTIAL-LÈRGIC. IMPLANTS DE REVISIÓ CIMENTATS * FEMUR AMB MÍNIM 3 RADIS CORBATURA SAGITAL * COMPONENT PATEL-LAR MÍNIM 3 MIDES * COMPONENT ARTICULAR DE PE UHMWPE FIXE PS SEMICONSTRENYT/ROTATORI * TIGES ESTABILITZADORES FEMORALS I TIBIALS CIMENTADES, DIVERSES LONGITUDS I DIÀMETRES * OFFSET MÍNIM 3º A 360º * AUGMENTS EPIFISÀRIS FEMORALS I TIBIALS DIVERSES MIDES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.500,00000             |       |      |      |     |      | 1    |     |    | 1                      |
| G.02 | PTG5151013505  | PRÒTESI TOTAL DE GENOLL REVISIÓ CIMENTADA: DEFECTES OSSIS SEVERS I/O INESTABILITATS MAJORS (typus Hinged Knee)                               | PRÒTESI DE GENOLL PER GRANS RECONSTRUCCIONS OSSIES: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ò TI-AL-VA A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS CIMENTATS * COMPONENTS MONOBLOC O MODULARS * * COMPONENT FEMORAL AMB TROCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR ANTERO-POSTERIOR * SAFATA TIBIAL AMB MÍNIMA/NULA PENDENT POSTERIOR * MÍNIM 5 TALLES TIBIALS (ANATÒMICA/SIMÈTRICA) * AUGMENTS TIBIALS DIVERSES MIDES, UNI O BILATERALS * TIGES TIBIALS AMB/SENSE CIMENT * TIGES TIBIALS AMB/SENSE OFFSET (MÍNIM 3º) * COBERTURA TIBIAL 360º * POLIETILENS HMWPE FIXES POSTERO-ESTABILITZATS-ULTRACONGRUENTS-ROTATORIS * EIX CENTRAL PERMETENT ESTABILITZACIÓ AP I DECOAPTACIÓ FEMORO-TIBIAL MÍNIMA DE 4 CM (TIPUS RHK) * MÍNIM 5 GRUIXOS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL CIMENTADA.                           | 4.000,00000             | 1     |      |      | 7   | 5    | 12   |     |    | 25                     |
| G.02 | PTG7171030305  | PRÒTESI DE GENOLL TUMORAL: RECONSTRUCCIONS MODULARS PER GRANS DEFECTES OSSIS                                                                 | PRÒTESI DE GENOLL MODULARS PER GRANS RECONSTRUCCIONS OSSIES: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ò TI-AL-VA A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS CIMENTATS * COMPONENTS MONOBLOC O MODULARS * SAFATA TIBIAL AMB MÍNIMA/NULA PENDENT POSTERIOR * MÍNIM 5 TALLES TIBIALS (ANATÒMICA/SIMÈTRICA) * AUGMENTS TIBIALS DIVERSES MIDES UNI O BILATERALS * TIGES TIBIALS AMB/SENSE CIMENT * POLIETILENS HMWPE FIXES POSTERO/ESTABILITZATS/ULTRACONGRUENTS/ROTATORIS * EIX CENTRAL PERMETENT ESTABILITZACIÓ AP I DECOAPTACIÓ FEMORO-TIBIAL MÍNIMA DE 4 CM (TIPUS RHK) * MÍNIM 5 GRUIXOS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL CIMENTADA * MORFOLOGIA CONDILAR SIMÈTRICA * MÍNIM 2 RADIS DE CORBATURA CONDILAR AP * IMPLANTS DE TALLA                                                                                                                         | 8.500,00000             | 1     |      |      |     |      | 10   |     |    | 11                     |
| G.02 | PTG7171035107  | PRÒTESI DE GENOLL TUMORAL: IMPLANTS PERSONALITZATS (A MIDA) PER GRANS DEFECTES / DIFORMITATS OSSIES                                          | PRÒTESI DE GENOLL MONOBLOC/MODULARS PER GRANS RECONSTRUCCIONS OSSIES EN PACIENTS AMB PARTICULARITATS ANATÒMIQUES QUE JUSTIFIQUIN UN IMPLANT A MIDA: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ò TI-AL-VA A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * COMPONENTS FEMORALS A MIDA/MODULARS * COMPONENTS CIMENTATS O ENFORRELLATS * COMPONENTS MONOBLOC O MODULARS * MORFOLOGIA CONDILAR SIMÈTRICA * MÍNIM 2 RADIS DE CORBATURA CONDILAR AP * SAFATA TIBIAL AMB MÍNIMA/NULA PENDENT POSTERIOR * TALLES TIBIALS A MIDA MONOBLOC/MODULARS * AUGMENTS TIBIALS OPCIONALS DIVERSES MIDES UNI O BILATERALS * TIGES TIBIALS CIMENTADES * POLIETILENS HMWPE FIXES POSTERO/ESTABILITZATS/ULTRACONGRUENTS/ROTATORIS * EIX CENTRAL PERMETENT ESTABILITZACIÓ AP I DECOAPTACIÓ FEMORO-TIBIAL MÍNIMA DE 4 CM (TIPUS RHK) * MÍNIM 5 GRUIXOS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL CIMENTADA. | 8.500,00000             |       |      |      |     |      | 1    |     |    | 1                      |
| G.02 | PTG7171270707  | PRÒTESI DE GENOLL ESPECIALS: ANTI-AL-LÈRGIQUES                                                                                               | PRÒTESI DE GENOLL PER PACIENTS AL·LÈRGICS ALS METALLS: MATERIAL ALEACIÓ ANTIAL-LÈRGIC O BE RECOBRIMENT ANTIAL-LÈRGIC DE SUPERFÍCIE A NIVELL CONDILAR O TIBIAL (P EX. CERÀMIC, OR, CIRCONI, ETC) * COMPONENTS CIMENTATS * COMPONENTS MODULARS * COMPONENT FEMORAL AMB TROCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR ANTERO-POSTERIOR * SAFATA TIBIAL AMB PENDENT POSTERIOR * MÍNIM 5 TALLES TIBIALS ANATÒMICA/SIMÈTRICA * TIGES TIBIALS RECTES, SUPLEMENTS TIGES CURTES OPCIONALS * POLIETILENS HMWPE FIXES POSTERO-ESTABILITZATS-ULTRACONGRUENTS-ROTATORIS * MÍNIM 5 GRUIXOS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL CIMENTADA.                                                                                                                                                                       | 1.800,00000             | 5     |      |      | 5   |      | 4    |     |    | 14                     |
| G.02 | PTG7171310909  | PRÒTESI DE GENOLL ESPECIALS: IMPLANTS AMB RECOBRIMENTS ESPECIALS                                                                             | PRÒTESI DE GENOLL PER PACIENTS NECESSITANT TRACTAMENTS ESPECÍFICS ANTIMICROBIANS: MATERIAL ALEACIÓ CO-CR Ò TI-AL-VA A NIVELL CONDILAR O TIBIAL * RECOBRIMENT DE SUPERFÍCIE AMB CARACTERÍSTIQUES ANTI-INFECCIOSES (NITRAT AG/RECOBRIMENT ANTIBIÒTIC) * COMPONENTS CIMENTATS/NO CIMENTATS * COMPONENTS MODULARS/MONOBLOC * COMPONENT FEMORAL AMB TROCLEA >3º * MORFOLOGIA CONDILAR ASIMÈTRICA * MÍNIM 3 RADIS DE CORBATURA CONDILAR ANTERO-POSTERIOR * SAFATA TIBIAL AMB PENDENT POSTERIOR * MÍNIM 5 TALLES TIBIALS ANATÒMICA/SIMÈTRICA * TIGES TIBIALS RECTES, SUPLEMENTS TIGES CURTES OPCIONALS * POLIETILENS HMWPE FIXES POSTERO-ESTABILITZATS-ULTRACONGRUENTS-ROTATORIS * MÍNIM 6 GRUIXOS DE POLIETILÈ * RÒTULA OPCIONAL CIMENTADA.                                                                                             | 2.300,00000             |       |      |      |     |      | 2    |     |    | 2                      |
| G.02 | PTG7172710705  | PRÒTESI DE GENOLL ESPECIALS: AUGMENTS DE METALL PORÓS                                                                                        | AUGMENTS DE METALL PORÓS PER RECONSTRUCCIÓ DE DEFECTES OSSIS CAVITARIS O SEGMENTARIS / DIFERENTS FORMES / DIFERENTS MIDES / MORFOLOGIES DIFERENTS PER ADAPTACIÓ FEMORAL I TIBIAL / MORFOLOGIA PERMETIN EL PAS AL SEU INTERIOR DE TIGES D'ESTABILITZACIÓ PROTÈSIQUES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.100,00000             |       |      |      |     |      | 1    |     |    | 1                      |
| G.03 | PTX0101030340  | CIMENT OSSI ESTÀNDARD (MANUAL) BAIXA VISCOSITAT                                                                                              | CIMENT OSSI SENSE ANTIBIÒTIC * FRAGUAT RÀPID * APLICACIÓ MANUAL * BAIXA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37,00000                |       |      |      |     |      | 10   |     |    | 10                     |
| G.03 | PTX0101031540  | CIMENT OSSI ESTÀNDAR (MANUAL) MITJA VISCOSITAT                                                                                               | CIMENT OSSI SENSE ANTIBIÒTIC * FRAGUAT ESTÀNDAR * APLICACIÓ MANUAL * MITJA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37,00000                |       |      |      |     |      | 10   |     |    | 10                     |
| G.03 | PTX0101032740  | CIMENT OSSI ESTÀNDAR (MANUAL) ALTA VISCOSITAT                                                                                                | CIMENT OSSI SENSE ANTIBIÒTIC * FRAGUAT RÀPID * APLICACIÓ MANUAL * ALTA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37,00000                |       |      | 316  |     |      | 10   |     | 10 | 336                    |
| G.03 | PTX0101410340  | CIMENT OSSI DE ESTÀNDAR (PISTOLA) BAIXA VISCOSITAT                                                                                           | CIMENT OSSI SENSE ANTIBIÒTIC * FRAGUAT LENT * BAIXA VISCOSITAT * PREPARACIÓ DEL CIMENT EN PISTOLA (PRE-PREPARAT), SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130,00000               |       |      |      |     |      | 10   |     |    | 10                     |
| G.03 | PTX0101411540  | CIMENT OSSI DE ESTÀNDAR (PISTOLA) MITJA VISCOSITAT                                                                                           | CIMENT OSSI SENSE ANTIBIÒTIC * FRAGUAT ESTÀNDAR * MITJA VISCOSITAT * PREPARACIÓ DEL CIMENT EN PISTOLA (PRE-PREPARAT), SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130,00000               | 10    |      |      |     |      | 50   |     |    | 60                     |
| G.03 | PTX0101411560  | CIMENT OSSI DE ESTÀNDAR (PISTOLA) MITJA VISCOSITAT                                                                                           | CIMENT OSSI SENSE ANTIBIÒTIC * FRAGUAT ESTÀNDAR * MITJA VISCOSITAT * PREPARACIÓ DEL CIMENT EN PISTOLA (PRE-PREPARAT), SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120,00000               | 10    |      |      |     |      |      |     |    | 10                     |



ANNEX  
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

| GRUP | CODI CSC (nou) | PRODUCTE                                                           | DESCRIPCIÓ PRODUCTE                                                                                                                                                                                      | PREU MÀXIM DE LICITACIÓ | CHV/C | CSMS | FHAG | STE | HOCG | HSJR | PHV | TS | TOTAL CONSUM LICTACIO |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|------|-----|------|------|-----|----|-----------------------|
| G.03 | PTX0101412740  | CIMENT OSSI DE ESTÁNDAR (PISTOLA) ALTA VISCOSITAT                  | CIMENT OSSI SENSE ANTIBIOTIC * FRAGUAT RAPID * ALTA VISCOSITAT * PREPARACIO DEL CIMENT EN PISTOLA (PRE-PREPARAT), SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA,                                                     | 130,00000               |       |      | 11   |     |      | 50   |     | 70 | 131                   |
| G.03 | PTX3151030340  | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC: GENTAMICINA (MANUAL) BAIXA VISCOSITAT  | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC 0,5 - 1gr, GENTAMICINA * BAIXA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS * EMBALATGE ESTERIL * APLICACIÓ MANUAL,                                                                          | 45,00000                | 2     |      |      |     |      | 2    |     |    | 4                     |
| G.03 | PTX3151031540  | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC: GENTAMICINA (MANUAL) MITJA VISCOSITAT  | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC 0,5 - 1gr, GENTAMICINA * MITJA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS * EMBALATGE ESTERIL * APLICACIÓ MANUAL,                                                                          | 50,00000                |       |      |      |     |      | 17   |     |    | 17                    |
| G.03 | PTX3151032740  | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC: GENTAMICINA (MANUAL) ALTA VISCOSITAT   | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC 0,5 - 1gr, GENTAMICINA * ALTA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS * EMBALATGE ESTERIL * APLICACIÓ MANUAL,                                                                           | 50,00000                | 2     | 200  | 121  |     | 21   | 5    | 79  |    | 428                   |
| G.03 | PTX3151410340  | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC: GENTAMICINA (PISTOLA) BAIXA VISCOSITAT | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC 0,5 - 1gr, GENTAMICINA * FRAGUAT RAPID * BAIXA AVISCOSITAT * PREPARACIO DEL CIMENT EN PISTOLA, SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA * ANTIBIOTICS: GENTAMICINA                   | 80,00000                |       |      |      |     |      | 10   |     |    | 10                    |
| G.03 | PTX3151411540  | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC: GENTAMICINA (PISTOLA) MITJA VISCOSITAT | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC 0,5 - 1gr, GENTAMICINA * FRAGUAT RAPID * MITJA VISCOSITAT * PREPARACIO DEL CIMENT EN PISTOLA, SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA * ANTIBIOTICS: GENTAMICINA                    | 80,00000                |       |      |      |     |      | 20   |     |    | 20                    |
| G.03 | PTX3151412740  | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC: GENTAMICINA (PISTOLA) ALTA VISCOSITAT  | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC 0,5 - 1gr, GENTAMICINA * FRAGUAT RAPID * ALTA VISCOSITAT * PREPARACIO DEL CIMENT EN PISTOLA, SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA * ANTIBIOTICS: GENTAMICINA                     | 80,00000                | 275   |      | 95   | 150 |      | 300  |     |    | 820                   |
| G.03 | PTX3151412760  | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC: GENTAMICINA (PISTOLA) ALTA VISCOSITAT  | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC 0,5 - 1gr, GENTAMICINA * FRAGUAT RAPID * ALTA VISCOSITAT * PREPARACIO DEL CIMENT EN PISTOLA, SOTA BUIT * APLICACIÓ AMB PISTOLA * ANTIBIOTICS: GENTAMICINA                     | 130,00000               | 300   |      |      | 150 |      |      |     |    | 450                   |
| G.03 | PTX3161032740  | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC: GENTAMICINA+CLINDAMICINA (MANUAL)      | CIMENT OSSI AMB ASSOCIACIÓ D'ANTIBIOTICS 1 gr, GENTAMICINA I 1 gr, CLINDAMICINA * ALTA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS * EMBALATGE ESTERIL * APLICACIÓ MANUAL * ADEQUAT PER FABRICAR ESPAIDORS TEMPORALS,  | 140,00000               |       |      |      | 15  |      | 5    |     |    | 20                    |
| G.03 | PTX3165032740  | CIMENT OSSI AMB ANTIBIOTIC: GENTAMICINA+VANCOMICINA (MANUAL)       | CIMENT OSSI AMB ASSOCIACIÓ D'ANTIBIOTICS 0,5 gr, GENTAMICINA I 2 gr, VANCOMICINA * ALTA VISCOSITAT * SACS INDIVIDUALS * EMBALATGE ESTERIL * APLICACIÓ MANUAL * ADEQUAT PER FABRICAR ESPAIDORS TEMPORALS, | 225,00000               |       |      |      | 15  |      | 5    |     |    | 20                    |
| G.04 | PTZ0101010101  | BOL MESCLADOR DE CIMENT OSSI AL BUIT                               | BOL MESCLADOR AL BUIT: MATERIAL PLASTIC UN SOL US * ESTERIL * TUB DE CONNEXIO AL BUIT AMB FILTRE * APLICADOR OPCIONAL,                                                                                   | 30,00000                |       |      | 432  | 0   | 100  | 70   |     |    | 602                   |
| G.04 | PTZ0101310101  | BOL MESCLADOR DE CIMENT OSSI AL BUIT AMB APLICADOR                 | BOL MESCLADOR AL BUIT: MATERIAL PLASTIC UN SOL US * ESTERIL * TUB DE CONNEXIO AL BUIT AMB FILTRE * APLICADORS INCLOSOS (MODELS AMPLI I ESTRET),                                                          | 10,00000                |       | 210  |      | 130 |      | 20   |     |    | 360                   |
| G.04 | PTZ3103030301  | ESPAIADOR DE CIMENT: FEMORAL                                       | ESPAIADOR PREFORMAT DE CIMENT AMB FORMA BICONDILIA PER FÈMUR DISTAL * AMB MÍNIM 3% GENTAMICINA * MÍNIM 3 TALLES,                                                                                         | 145,00000               |       |      |      | 10  |      | 6    |     |    | 16                    |
| G.04 | PTZ3103030303  | ESPAIADORS DE CIMENT FEMORAL PROXIMAL NO REFORÇAT                  | ESPAIADOR PREFORMAT DE CIMENT AMB FORMA DE PRÒTESI FEMORAL * AMB MÍNIM 3 % GENTAMICINA * MÍNIM 3 TALLES * SENSE ÀNIMA REFORÇADA                                                                          | 700,00000               |       |      |      |     |      | 4    |     |    | 4                     |
| G.04 | PTZ3103150515  | ESPAIADORS DE CIMENT FEMORAL PROXIMAL REFORÇAT AMB IMPLANT         | ESPAIADOR PREFORMAT DE CIMENT AMB FORMA DE PRÒTESI FEMORAL * AMB MÍNIM 3 % GENTAMICINA * MÍNIM 3 TALLES * ÀNIMA REFORÇADA AMB IMPLANT METÀL·LIC                                                          | 1.200,00000             |       |      |      | 3   |      | 2    |     |    | 5                     |
| G.04 | PTZ3121030303  | ESPAIADOR DE CIMENT: TIBIAL                                        | ESPAIADOR PREFORMAT DE CIMENT AMB FORMA DE SAFATA TIBIAL * AMB MÍNIM 3 % GENTAMICINA * MÍNIM 3 TALLES,                                                                                                   | 135,00000               |       |      |      | 10  |      | 6    |     |    | 16                    |
| G.04 | PTZ3157030307  | ESPAIADOR DE CIMENT: FEMORAL I TIBIAL                              | ESPAIADOR PREFORMAT DE CIMENT AMB DUES PEÇES * PEÇA AMB FORMA DE SAFATA TIBIAL Y PEÇA AMB FORMA DE CÒNDILS FEMORALS * AMB MÍNIM 3 % GENTAMICINA * MÍNIM 3 TALLES.                                        | 700,00000               |       |      |      |     |      | 1    |     |    | 1                     |
| G.04 | PTZ6101050505  | TAPS PER CIMENT NO ABSORBIBLE DE POLIETILÉ                         | TAPS PER CIMENT: MATERIAL POLIETILÉ * APLICADOR AMB CAPÇALS DIFERENTS DIMENSIONS * TAPS POLETILÉ DE MIDES 08, 10, 12, 14, 16, 18 MM * AMB/SENSE MARCADOR RADIOLOGIC,                                     | 50,00000                |       |      | 100  |     | 40   | 10   |     |    | 150                   |
| G.04 | PTZ6101170707  | TAPS PER CIMENT REABSORBIBLES                                      | TAPS PER CIMENT: MATERIAL REABSORBIBLE * APLICADOR AMB CAPÇALS DIFERENTS DIMENSIONS * TAPS REABSORBIBLES DE DIFERENTS DIMENSIONS * AMB/SENSE MARCADOR RADIOLOGIC,                                        | 32,00000                | 25    |      |      | 60  |      | 20   |     |    | 105                   |