



INCAVI

Institut Català de la Vinya i el Vi

Plaça Àgora, 2-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. +34 93 890 02 11
Fax +34 93 817 59 79

Plec de prescripcions tècniques pel subministrament i instal·lació d'un generador de Nitrogen amb compressor integrat pel laboratori de l'INCAVI a Vilafranca del Penedès

Número d'expedient: ICVI-2024-114

Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec queda automàticament exclosa de la licitació.

1. Context:

L'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) és la infraestructura més especialitzada de la Generalitat de Catalunya posada al servei de la indústria vitivinícola, col·laborant d'aquesta manera al posicionament en els mercats, tant nacional com internacional, dels seus vins.

Els laboratoris d'anàlisis d'INCAVI de Vilafranca del Penedès i de Reus tenen com a objectiu proporcionar una àmplia oferta d'anàlisis amb un nivell de servei analític de qualitat, realitzat de manera precisa i exacta. El conjunt del treball dels laboratoris d'INCAVI es porta a terme d'acord amb els requisits tècnics i de gestió definits en la norma internacional UNE-EN ISO 17025:2017.

Els laboratoris d'anàlisis d'INCAVI estan acreditats per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) per a la realització d'una sèrie d'anàlisis físico-químiques en vi i derivats en l'abast definit en l'expedient d'acreditació 941/LE1830.

2. Objecte del contracte i necessitat a cobrir:

El present Plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran l'adquisició d'un generador de nitrogen amb compressor integrat necessari pel funcionament d'equips ja existents al laboratori de Vilafranca.

L'adjudicatari haurà de subministrar, instal·lar i realitzar la formació adient al personal per poder posar en funcionament el sistema generador de nitrogen.

L'adquisició d'un generador de nitrogen amb compressor integrat per subministrar el nitrogen de puresa requerida del 99.5%

3. Activitats i funcions de l'empresa contractista en aquesta licitació:

Les funcions que ha d'assumir l'empresa contractista són les següents:



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**



- L'equip es subministrarà amb l'equipament i fungible necessari per la seva posada en funcionament pels procediments normals de treball del laboratori i l'oferta inclourà la instal·lació de tots els components de la mateixa.
- Tots els manuals i guies necessàries hauran de ser entregades juntament amb els equips durant la seva instal·lació.
- L'empresa distribuïdora i fabricant dels equips haurà d'estar certificada segons la norma ISO 9001.

Les especificacions descrites en el Plec de prescripcions tècniques han d'estar detallades en un document oficial, i aquest ha d'haver estat generat abans de la publicació de la licitació.

L'oferta que presenti l'empresa licitadora haurà d'abastar la totalitat de les activitats i funcions especificades en el present Plec i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, essent totes elles obligatòries per a l'admissió de les propostes.

4. Requeriments tècnics generals obligatoris:

Sistema Generador de nitrogen

- Flux variable fins a 35 litres minut
- Pressió variable fins a 116 psi
- Nitrogen de grau analític amb una puresa de fins a 99.5 %
- Soroll inferior a <60 dBA
- Tamany que no accedeixi a una alçada de 750 mm
- Compressor integrat d'alt rendiment
- Pantalla digital gràfica color

5. Millores tècniques objectives puntuables

- Compromís de l'empresa de donar resposta tècnica davant d'una avaria en un termini màxim de 24 hores, i de resolució de la incidència, en un termini màxim de 72 hores.

6. Formes de seguiment i control de l'execució de les condicions:

Als efectes previstos en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic, es proposa com a responsable del contracte per part de l'Institut Català de la vinya i el vi (INCAVI) a la Josefa Capdevila Mestres.

L'empresa contractista haurà de designar una persona responsable a qui encarregar la gestió de l'execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest Plec, tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest Plec amb la Josefa Capdevila Mestres.





INCAVI
Institut Català de la Vinya i el Vi

Plaça Àgora, 2-3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. +34 93 890 02 11
Fax +34 93 817 59 79

7. Lloc de lliurament de l'equip

L'equip haurà de ser lliurat a les dependències del laboratori de l'INCAVI, ubicat a la plaça Àgora, 2-3, 08720 de la localitat Vilafranca del Penedès.

8. Característiques d'instal·lació

Instal·lació en la ubicació escollida pel laboratori de l'INCAVI.

9. Posada en funcionament

L'equip es considerarà instal·lat i posat en funcionament un cop efectuada la comprovació del correcte funcionament d'aquest.

