

Expedient: SSJRBC 0322/25

Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: Mixt

Procediment: Obert

Tràmit: Ordinari

Objecte: Subministrament de matalassos antiescares juntament amb la contractació del seu manteniment i lliteres de transport d'urgències per a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

RESOLUCIÓ DE CORRECCIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L'EXPEDIENT 0322/25

Correcció del contingut "LOT 3, característiques bàsiques generals"

Atenint-nos a l'informe de sol·licitud d'esmena del contingut de l'expedient SSJRBC 0322/25, de data 10 de maig de 2024, on es manifesta que s'ha detectat un error en la redacció del contingut "LOT 3, característiques bàsiques generals" (pàg. 7) del plec de prescripcions tècniques, es procedeix a corregir l'apartat anteriorment exposat en els següents termes:

On diu:

*"Amb funda protectora incorporada de poliuretà o similar, ajustada correctament a les mides del matalàs, multielàstica, de baixa fricció, impermeable, transpirable, ignífuga, bacteriostàtica i fungistàtica. Amb costures segellades. **Amb cremallera amb solapa de protecció i lliure de làtex.** Disseny higiènic i fàcil de netejar, resistent als productes de neteja i desinfecció habituals als centres hospitalaris com hipoclorit sòdic i altres agents detergents i desinfectants".*

S'elimina la referència exposada anteriorment i, ha de dir:

"Amb funda protectora incorporada de poliuretà o similar, ajustada correctament a les mides del matalàs, multielàstica, de baixa fricció, impermeable, transpirable, ignífuga, bacteriostàtica i fungistàtica. Amb costures segellades. Disseny higiènic i fàcil de netejar, resistent als productes de neteja i desinfecció habituals als centres hospitalaris com hipoclorit sòdic i altres agents detergents i desinfectants".

Vist que ens trobem davant d'un error de transcripció de la informació, i per tant de caràcter material, i donat que es tracta d'un error patent i clar, sense que sigui necessari acudir a interpretacions de normes jurídiques aplicables ni cap tràmit addicional, i que no produeix cap alteració fonamental dels documents rectificats:

RESOLC

1. Esmenar el plec de prescripcions tècniques de l'expedient SSJRBC 0322/25 en els termes que han estat exposats a l'informe de sol·licitud d'esmena, i prevalent la informació que hi consta sobre la que es va publicar inicialment.
2. Donar la publicitat que correspongui a la present resolució.

Reus, amb data de la signatura digital.

Anton Benet Català
Gerent
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp